

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale suplimentare conform necesităților IMSP
beneficiare pentru anul 2025
prin procedura de achiziție: Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată
1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile)	Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.	Bucată	200	1390,00
2	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală)	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală). 23G x 2¾", Ø 0,60 x 60 mm	Bucată	1000	20833,33
3	Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată	Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată semi-automat, lungime ac 20 cm, lungime reglabilă de bioptat 1.0-2.5 cm. 14-18 ga	Bucată	5	5000,00
4	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G	Bucată	13	487,50
5	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32	Bucată	60	6500,00
6	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40	Bucată	30	1750,00
7	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20	Bucată	30	2500,00
8	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45	Bucată	140	35000,00
9	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50	Bucată	50	8333,33
10	Ace chirurgicale 3B1 - 1,1 x 50	Ace chirurgicale 3B1 - 1,1 x 50	Bucată	50	5416,67
11	Ace chirurgicale 3B2 - 0,6 x 30	Ace chirurgicale 3B2 - 0,6 x 30	Bucată	60	4000,00
12	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65	Bucată	140	29166,67
13	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35	Bucată	30	2000,00

14	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60	Bucată	140	29166,67
15	Ace chirurgicale 4A1 - 1,4 x 75	Ace chirurgicale 4A1 - 1,4 x 75	Bucată	150	25000,00
16	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36	Bucată	100	191666,67
17	Ace chirurgicale 5A1 - 1,2 x 36	Ace chirurgicale 5A1 - 1,2 x 36	Bucată	100	16666,67
18	Ace chirurgicale 5A1 - 1,4 x 60	Ace chirurgicale 5A1 - 1,4 x 62	Bucată	100	13333,33
19	Ace de sutură post - mortem cu dublă curbură	Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu 2 curburi, în formă de "S,, cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	Bucată	1	2833,33
20	Ace de sutură post - mortem cu o curbură	Ace de sutură post -mortem cu o curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu o singură încurbare, cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	Bucată	2	5333,33
21	Ansa pentru rezeecție	Ansa pentru rezeecție monopolară 22Fr 12/30° Richard Wolf/ 8422,351	Bucată	30	48750,00
22	Ansa polipectomie	Ansa polipectomie, ovală, cu "dinți" pentru fixare de mucoasa stomacului, colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm	Bucată	10	14833,33
23	Ansa polipectomie ovală cu ac	Ansa polipectomie ovală cu ac, diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canulă 0.7 mm, ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm (± 10cm). (gastro-colono.)	Bucată	25	74750,00
24	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.)	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.). Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la cerere), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezeecții endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (±10mm)	Bucată	25	16666,67
25	Balon Bakri	Balon hemostatic, Bakri IIB XL-450mm, latex, balon 300ml	Bucată	5	9583,33
26	Balon dilatator esofagian	Balon dilatator esofagian, lungime balon-80 mm, diametru -25-35 mm, Presiune-2 atm, 7 Fr, 900mm (±5mm), cu vârf distal atraumatic, cu ghid-0,35dur, radiopac, pentru achalazie	Bucată	5	15416,67
27	Bandă adezivă pe suport neșesut - 15 cm x 10 m	Bandă adezivă pe suport neșesut - 15 cm x 10 m. Plasture hipoalergenic autoadeziv, pe suport de material neșesut, pentru fixarea pansamentului, cu adeziv sintetic. Elasticitatea materialului asigură mularea perfectă pe suprafețele curbe ale Corpului, oferind un confort sporit la purtare. Omnifix elastic este foarte permeabil la aer și vaporii de apă, prevenind macerația pielii; prezintă aderență ridicată, poate fi îndepărtat ușor și fără sa lase reziduuri. Produsul este transparent la radiații Roentgen.	Bucată	960	60000,00
28	Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm	Pansamentul transparent tip Tegaderm I. V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea rănilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare.	Bucată	12000	21000,00

		Dimensiune 7 cm x 8.5 cm ($\pm 0,5$ cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
29	Bandaj elastic autoadeziv	Bandaj elastic autoadeziv. Lățimea 7,5 cm (± 1 cm); lungimea 4,5 m ($\pm 0,5$ m):	Bucată	8	646,67
30	Bandaj elastic compresiv	Bandaj elastic compresiv medium stretch 120mm*5000mm 58% COTON, 22% ELASTAN, 20% POLYESTER	Bucată	900	127500,00
31	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm (± 5 cm) cu bandă adezivă, material - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm (± 5 cm) cu bandă adezivă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	4000	46666,67
32	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm (± 5 cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (± 10 cm) de H ₂ O/cm ² . Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	500	6666,67
33	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (câmp operator de unică folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (± 2 cm), cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x10 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Bucată	500	13445,83
34	Cannula ERCP controlabilă	Cannula tip ERCP controlabilă, Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de a-și schimba unghiul capătului distal sub unghi pînă la 60 grade, capăt distal tip - bilă. Lungimea- nu mai mică de 200 cm, pentru canalul endoscopului cu d- 2.8 mm	Bucată	8	27666,67
35	Canulă de aspirație fină	Canulă de aspirație tip Yankauer 12Fr diametru intern 2mm; diametrul extern 4mm. Canulă aspirator care se adaptează la aspiratorul standard de la unit, vârfului este conceput pentru a nu aspira și a se bloca aspirația cu țesuturile moi. Steril. material PVC transparent, cu orificii cu vacuum control. L-300mm (± 10 mm)	Bucată	200	4246,67

36	Canulă pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian	Canulă pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian. Vârf oblic(beveled tip). Lungimea-5cm. Diametrul-3mm.	Bucată	900	112500,00
37	Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR	1.Cateter cu cameră implantabilă tip LOW profil pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Cameră conține trei puncte de sutura pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de max 325 pși (22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterul să fie disponibile în următoarele dimensiuni: Dimensiunea Standard (greutate cameră 9 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm, înălțime cameră 12 mm, diametru membrana silicon 10-12 mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil în varianta de 8, 5 F din Silicon sau poliuretan, lungime 600-800 mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: <ul style="list-style-type: none"> o 1 ac de puncție 18Gx70mm o 1 introducător tip “tear-away”L180/140mm o 1 ghd în J de 0,035” și 500mm lungime o 1 Seringă x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu conțin latex, pvc și deHP. - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Bucată	4116	51450,00
38	Cateter cu mandren (set)	Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibrul 11Fr, lungime 200mm (± 10mm) și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator calibrul 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibrul 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerare caracteristicile întregului set.	Bucată	10	14058,33
39	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm	Bucată	5	3750,00
40	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm	Bucată	3	2250,00

41	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)	<p>Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da</p> <p>Termen garanție - ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare - material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Diametru - 11-12 F</p> <p>Lungimea - 200 mm</p> <p>Radio-opac - Da</p> <p>Conector - Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție -- 17/18 G \varnothing1,3-1,5 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate -- \varnothing 0,89-0,95 x \geq500 mm</p> <p>Dilatator 12/11 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin \geq 190 ml/min.</p>	Bucată	100	40833,33
42	Cateter Foley	Cateter Foley uretro-vezical CH 4.CH 4, lungimea 40-45, balon simetric, rotund cu 2 canale. Material silicon cu orificii amplasate lateral, vârf atraumatic, cilindric. Steril, radiopac, valvă luer-Losk tip seringă, ambalat individual.	Bucată	50	333,33
43	Cateter ombilical cu două intrări 4F	Cateter ombilical cu două intrări 4F	Bucată	80	15480,00
44	Cateter ombilical cu două intrări 5F	Cateter ombilical cu două intrări 5F	Bucată	100	19350,00
45	Cateter ombilical cu două intrări 6F	Cateter ombilical cu două intrări 6F	Bucată	60	11610,00
46	Cateter subclaviar	Cateter subclaviar. Steril. Diametrul: 1,4mm (\pm 0,1mm)	Bucată	200	6540,00
47	Cateter urinar CH 4	Cateter urinar Nelaton CH 4, lungimea 40-42 cm, material PNC cu 2 orificii laterale. Steril, culoare internațională, tub moale, ambalaj individual.	Bucată	200	333,33
48	Cateter urinar CH 5	Cateter urinar Nelaton CH 5, lungimea 40-42 cm, material PNC cu 2 orificii laterale. Steril, culoare internațională, tub moale, ambalaj individual.	Bucată	200	333,33
49	Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 30mm	Sterilizat cu oxid de etilenă, latex natural și înveliș din silicon, vârful este prevăzut cu striații pentru a se evita răsucirea sistemului de drenaj, diametru 30 mm, posibilitate de a atașa capătul distal la tubul de drenaj al pungii urinare	Bucată	10	83,33
50	Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 35mm	Sterilizat cu oxid de etilena, latex natural și înveliș din silicon, vârful este prevăzut cu striații pentru a se evita răsucirea sistemului de drenaj, diametru 35 mm, posibilitate de a atașa capătul distal la tubul de drenaj al pungii urinare	Bucată	260	2166,67
51	Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații (rulou igienic)	Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații, rulou de 3 straturi grosime, lățime 60-70cm, lungime 80-100 m (rulou), cu delimitare la fiecare 1m, nesteril. Ambalat individual.	Bucată	360	24000,00

52	Cearșaf pentru acoperirea mesei	Cearșaf pentru acoperirea mesei. Pentru masa de col angiografie endoscopică cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc în set	Bucată	25	2500,00
53	Compres material absorbant	Compres material absorbant. 50-60 g/m. p. dimensiuni 20x10cm; 2 straturi, steril	Bucată	15000	30000,00
54	Compres material absorbant, set	Compres steril, absorbant 8x4 cm, 1 strat, 10 bucăți în set	Bucată	10000	20833,33
55	Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14"	Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14". Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	150	12250,00
56	Conector	Conectoare bipolare st. pentru alungirea sistemului de șuntare ventriculo-peritoneale	Bucată	10	5833,33
57	Container pentru evacuarea organului 1500ml	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 1500 ml	Bucată	50	5000,00
58	Container pentru evacuarea organului 200ml	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 200-300 ml	Bucată	100	4166,67
59	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L	Bucată	500	4166,67
60	Container pentru transportarea materialului biologic	Container pentru transportarea materialului biologic 330x210x210mm (± 10mm), polistiren	Bucată	6	4500,00
61	Containere pentru ace 1 litru	Containere pentru ace 1 litru. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	600	5700,00
62	Containere pentru ace 2 litri	Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1000	11000,00
63	Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR-metalic, hexagonal	Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR-metalic, hexagonal. Multifilamentară, Hexagonală, cu 4 fire din inox, Deschiderea 15-25mm, lungime 25-40 mm (la solicitare), cu vârf tip "bila" cu port de irigare, pentru căile biliare și pancreatice, d-2,2-2,3 mm, lungimea-1800-2500mm, utilizabil pentru litotritie	Bucată	25	83333,33

64	Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL	Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR - NITINOL spiralat, 25x40mm-, lungime-210-220cm, diametrul 2,8-3,2mm, Coș din 4 fire Nitinol, utilizabil pentru litotritie, poate fi introdus pe ghid preinstalat, cu port pentru lavaj-contrastare	Bucată	25	83333,33
65	Coș-plasă GFB-08-35-230	Pentru extragerea corpurilor străine cu endoscop 9,2, canal 2,8mm ($\pm 0,2$ mm) diametru coșului-plasă nu mai mic de 30mm, lungimea coșului 230cm (± 10 cm)	Bucată	20	9666,67
66	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă, grosimea 50-70 u., 15l Pictograma "Pericol biologic"*	Bucată	100	833,33
67	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă grosimea 50-70 u. 7.5l. Pictograma "Pericol biologic"*	Bucată	1000	6666,67
68	Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L	Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18, 5-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487	Bucată	700	7000,00
69	Degetare de unică folosință	Degetare de unică folosință. 100 bucăți în set	Bucată	10	41,67
70	Deschizător gură roser-konig	Deschizător gură roser-konig, pentru adulți, din inox	Bucată	2	1166,67
71	Emplastru din film transparent	Emplastru din film transparent cu corp absorbant 9 cm x 15 cm (± 1 cm)	Bucată	200	833,33
72	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 460cm, pentru col angiografie endoscopică.	Bucată	40	176000,00
73	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16"	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	300	13500,00
74	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20"	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	300	14250,00

75	Inel pentru protecția stomei	Inel pentru protecția stomei, 48 mm nu provoacă iritații, nu se usucă, nu conține alcool. Se adaptează oricărui model de sac stomic și oricărui forme a stomei.	Bucată	100	5666,67
76	Injector endoscopic cu funcție de coagulare pentru hemostază	Injector endoscopic cu funcție de coagulare pentru hemostază pentru proceduri de EMR, EMD. Cu port de irigare. Lungime ac 4mm, Lungime totală: 2300mm (± 50 mm).	Bucată	25	41666,67
77	Lentă centimetrică	Lentă centimetrică de 2 metri, pentru măsurarea lungimii nou-născutului	Bucată	10	83,33
78	Lentă pentru suspendarea vaselor	Lungimea - 75mm. Lățimea-4mm. Material Polymed, steril	Bucată	300	11750,00
79	Manșon de înserare	Manșon de înserare, pentru cateter balon max 18Fr, pentru acces dificil la vezica urinară, Cod de referință: A3554 sau echivalentul	Bucată	2	10800,00
80	Mănuși chirurgicale sterile din poliizopren	Mănuși chirurgicale sterile din poliizopren, mărimea 7,5	Bucată	400	13333,33
81	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves)	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase, în ultra congelator și cu azot lichid, mărimea L. Rezistente la apă.	Bucată	2	10000,00
82	Masca CPAP nazală mărimea L	<p>Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați 	Bucată	2	3333,33
83	Masca CPAP nazală mărimea M	<p>Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în 	Bucată	2	3333,33

		<p>mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați</p>			
84	Masca de Oxigen mărimea XL	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual	Bucată	1500	12500,00
85	Oglindă proctoscopică	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.	Bucată	1500	47500,00
86	Pansament absorbant adeziv steril	Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m ² ; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.	Bucată	100	16666,67
87	Pansament anti combustie	Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust și antiseptic. Dimensiuni 20x30cm (±1cm)	Bucată	4000	366666,67
88	Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant	Elastic, steril, cu sistem de fixare, lățime - min. 10 cm, lungime - min. 150 cm. Dimensiuni absorbant: lungime min. 17 cm, lățime. - min 9 cm	Bucată	4000	188666,67
89	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	145	18270,00
90	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	200	9900,00
91	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea	Bucată	190	13933,33

		denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
92	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	170	7827,08
93	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	220	26125,00
94	Pansament ocular ocluziv, steril	Dimensiune: 9.5 -10.5cm (+-0,5cm) X 6.5 - 7.5 cm (+-0,5cm), formă ovală, steril, hipoalergic, antiseptic, cu marginile adezive circular. Ambalat individual, de unică folosință.	Bucată	2000	2500,00
95	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din spumă poliuretanică, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 8cm x 8cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	6000	25000,00
96	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm	Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a răni. 10x10cm	Bucată	40	5000,00
97	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10 cm. Realizat dintr-o membrana poliuretanică cu film continuu semipermeabil, tip matrice, Permite trecerea vaporilor umezi către exteriorul plăgii, Blochează trecerea lichidelor, Pansamentul conține un agent de curățare non-toxic, Menține mediu hidratant	Bucată	40	5000,00
98	Pantaloni scurți pentru colonoscopie	Pantaloni scurți de o singură folosință, pentru colonoscopie, cu fisură-gaură la spate, mărime universală	Bucată	3500	87500,00
99	Pară de cauciuc 30 ml	Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc	Bucată	100	3333,33

100	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	Bucată	500	56250,00
101	Periuță citologică	1.Periuță pentru prelevarea materialului biologic din canalul cervical la femei tip Endobrush. 2.Capentrul periei tip rimel: lungimea 20mm (\pm 0,5mm), fir de nailon fixat pe fir inoxidabil. 3.Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (\pm 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (\pm 10mm). 4.Sterilizate cu oxid de etilenă. 5.Ambalate individual în cutii de până la 200 bucăți. 6.Cu punct de rupere (breakable) la 35mm (\pm 0, 5mm), sa fie posibil de rupt suportul de plastic fără taiere cu foarfeca. 7.Certificate de calitate: Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE.	Bucată	4000	4400,00
102	Periuță citologică pentru bronhoscop	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru \leq 2mm	Bucată	200	33000,00
103	Piesă bucală	Piesă bucală pentru endoscopia digestivă adulți, cu fixator și conexiune pentru tubul de oxinal.	Bucată	200	3333,33
104	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 55mm	Bucată	10	31,33
105	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00.Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 50mm	Bucată	10	31,33
106	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000.Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 35mm	Bucată	10	31,33
107	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 65mm	Bucată	15	47,00
108	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 70mm	Bucată	15	47,00
109	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 80mm	Bucată	15	47,00
110	Plasture pe suport de material neșesut 10cm x10m	Plasture pe suport de material neșesut 10cm x10m. Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicată pentru aer și vapori de apă, Fixare sigură și îndepărtare atraumatică, Divizarea hârtiei siliconate pentru a permite dimensionarea exactă	Bucată	15	875,00
111	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neșesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Bucată	2000	10000,00
112	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neșesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de	Bucată	1000	5833,33

		absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.			
113	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neșut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Bucată	1000	12500,00
114	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neșut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Bucată	2000	6666,67
115	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida neșută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliacrilic hipoalergenic permeabil la aer și vapori de apă. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st.	Bucată	200	20090,00
116	Ploscă urinară cu capac gradată	Ploscă urinară unisex. Material plastic, are capacitate maximă de 800 ml-1000 ml, formă anatomică și scală gradată. De asemenea este dotată cu capac pentru o maximă igienă și siguranța. Material rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x P) 10 x 15 x 31 cm (±1cm)..	Bucată	20	666,67
117	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinență de urină)	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină). Auto aderent – ușor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalată de latex sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritație locale. Transparent – permite monitorizarea completă a pielii. Permite cateterizarea urinară prin orificiul de cuplare la pungă colectoare – când e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41. Disponibil în varianta cu teaca mai scurtă și cu teaca mai lungă Permite adaptarea oricărui tip de pungă colectoare de urină. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	90	5250,00

118	Protector de pat 90x120cm	Protecție pentru pat împotriva pierderilor accidentale de urină, cu capacitate de absorbție suplimentară și o suprafață delicată, confecționată din celuloză moale, confortabilă pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm (±10cm).	Bucată	10000	19791,67
119	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 11-17cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	5	3600,00
120	Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 17-25cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	5	3600,00
121	Protector/retractor plagă tip Alexis 2,5-6cm	Protector de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizia 2,5-6cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	50	38805,42
122	Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 20-25 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	20	5841,50
123	Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm	Protector de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizia 5-9 cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	50	25132,08
124	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan cu capac din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	80	40211,33
125	Pungă pentru răcire instant	Pungă cu gheață artificială, în ambalaj de polietilenă, Dimensiune pungă: 14 x 18 cm (±1cm)	Bucată	400	6666,67
126	Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant	Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilenă 50x50 cm (±2 cm), cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hârtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.	Bucată	50	4166,67
127	Pungă Termo-Gel 20x30 cm	Compresă-pungă Termo-Gel, 20x30 cm reutilizabilă pentru terapia caldă și rece, din material confortabil cu husă specială (material de acoperire plăcut la atingere, confortabil și rezistent la spălarea delicată) dotată cu două benzi elastice extensibile și robuste.	Bucată	30	7500,00
128	Recipient plastic pentru deșeurile tăietor-întepătoare, 0,75 litri	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%) ; H: 13-15 cm-	Bucată	1000	8333,33

		Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.			
129	Retractor chirurgical din silicon radioopac	Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafața netedă, fără țesut aderent, diferite culori, dimensiune - 2,5mm. Albastru; Roșu; Galben; Alb	Bucată	100	1715,00
130	Robinete 3-direktionale cu prelungitor	Tip DiscifixC, transparent, lungimea 10 cm, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat și în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril,	Bucată	250	625,00
131	Rulou de peliculă tehnică	Rulou de peliculă tehnică -Descriere Densitate - 90 microni, Lățimea - 3 m, Lungimea - 300 m	Metru	300	3500,00
132	Saci deșeuri (galbene) 120 l	1.volum: 120 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 700x1100mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferate	Bucată	1200	4363,20
133	Saci deșeuri (galbene) 30 l	1.Volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2. Dimensiune minimă 500x600mm 3. Cu pictogramă "Pericol biologic" 4. Culoare galbenă 5. Rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferate	Bucată	7000	25433,33
134	Saci deșeuri (galbene) 50 l	1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferate	Bucată	800	2908,80
135	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare	Saci pentru autoclav. Certificat CE, cu sigla,,biohazard,, - pericol biologic, 600x760mm. Rezistenți la temperatura mai mult de 121°C	Bucată	1000	5333,33
136	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri	1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius	Bucată	700	945,00
137	Sârmă "GIGLI" nesterilă	Sârmă "GIGLI", cu eficiență de tăiere superioară, cu înălțimea zimților mai puțin de 1mm, cu 3 fire răsucite ce asigură realiabilitatea și duritatea, lațurile de la	Bucată	250	10625,00

		ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea perforării mănușilor, lungimea părții de lucru cca 50cm, material inox medical, nesterilă			
138	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL, diametru 0,5 mm x 10m	Bucată	50	4500,00
139	Scutec cu bandă adezivă	Scutec steril cu bandă adezivă, cu gaura pe mijloc. Mărimea 30/50-60/80cm	Bucată	4000	33333,33
140	Scutec Steril	Scutec steril. Mărimea 30/50-60/80cm	Bucată	4000	33333,33
141	Seringă de irigare a vezicii urinare	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector, inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	Bucată	2	20000,00
142	Seringă de irigare a vezicii urinare quick-lock	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector "quick-lock", inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	Bucată	2	20000,00
143	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml, unică folosință, sterilă, f/ac, cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradăție clară -0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic, fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani	Bucată	1000	7200,00
144	Șervețel material neșesut 40x40cm nesteril	Șervețel material neșesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Nesteril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	3000	1750,00
145	Șervețel material neșesut 40x40cm steril	Șervețel material neșesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	8000	33333,33
146	Șervețel steril material neșesut 70x50cm pentru masa de instrumente	Șervețele material neșesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.	Bucată	600	3900,00
147	Șervețele igienice pentru gastroscopie	Șervețele de o singură folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare în timpul endoscopiei	Bucată	400	10000,00
148	Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm	Șervețele nesterile, 50cmx40cm (±2cm)densitatea 50/60 g/m. p.. Din material neșesut dublu absorbant, conținutul viscoză 70%, de unică folosință. Ambalaj a câte 10 buc.	Bucată	2500	5729,17
149	Șervețele sterile absorbante 50x50 cm	Șervețele sterile, 50cmx50cm (±2cm)densitatea 90/100 g/m. p. Din material neșesut dublu absorbant, conținutul viscoză, de unică folosință.	Bucată	200	2400,00
150	Șervețele sterile de tifon 10x10 cm	Șervețele sterile de tifon 10*10 cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Bucată	1000	3333,33
151	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi. 5 bucăți în set.	Bucată	1000	3333,33
152	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Bucată	1000	5000,00
153	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Bucată	2000	3333,33

154	Șervețele viscoză biodegradabilă 100%	100% biodegradabile, cu detergent și dezinfectant, inofensive pentru endoscoape și sonde ultrasonografice (fără alcool buc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. în set)	Bucată	25	6458,33
155	Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm	Șervețele/comprese sterile 7,5cm x 7,5 cm ($\pm 0,5$ cm), 4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/viscoză, densitatea 50/60 g/m. p. 2.Material tifon/viscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic.	Bucată	1000	2083,33
156	Set cateter subclavicular 6F	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Bucată	50	8333,33
157	Set cateter subclavicular 7F	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Bucată	50	8333,33
158	Set cateter subclavicular 8F	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,38x60 cm, 3. Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Bucată	30	5000,00
159	Set chirurgical cardiovascular hibrid	Set cardiovascular hibrid pentru intervenții cardiace minim-invazive, steril jetabil, în următoarea componență: 1)1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m ² și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m ² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Zonele cu pelicula adezivă fiind destinata pentru regiunea torcalui anterior și lateral, regiunea inghinala bilăteral. Pictogramă pentru ghidare. 2)8 buc.: ștergere pentru mâini, 20x25cm (± 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (± 5 cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² ; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime. 4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 20x40cm (± 5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5)1 buc.: 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50cm (± 5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se	Bucată	100	200000,00

va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob.

6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).

7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35cm (±5cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m²; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.

8)2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30cm, cu lipici, detașabil.

9)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil.

10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30cm (±5cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.

11)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75cm (±5cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mc grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.

12)3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mc grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.

13)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație - 200x280cm(±10cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. compus din minim 2

straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm².

14)1 buc.: Câmp toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5cm), 3 arii de incizie cu film integrat: 30x40cm (±5cm) și două arii 15x110cm (±5cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toată suprafața, zona critică toracală 50x100cm(±5cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilen; b) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; c) strat impermeabil ranforsat cu polietilenă minim 40mcm; d) strat superabsorbent de viscoză și polyester minim 50g/m².Capacitatea de absorbție în zona critică torace minim 3g/dm²; zona critică picioare – 3, 5g/dm².Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70cm(±3cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.

15)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație 150x240cm(±5cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5cm); compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/dm².

16)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35cm (±5cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.

17)3 buc.: Panglici de operație - 10x50cm (±5cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm²; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.

18)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (±5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).

19)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d)

		<p>Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (±5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>20)1 buc. Absorbant perineal cu elastic, dimensiuni 20cm/47cmx55cm (±2cm), din 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil din polietilenă minim 50cm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă.</p> <p>21)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.</p> <p>22)1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.</p>			
160	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide:	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (± 10 cm) - 1 buc <ul style="list-style-type: none"> • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrate ovală; Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de 150 cm (±10 cm) de H₂O/cm² • Fixatoare pentru tuburi cu bandă velcro- 2 buc; • pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separarea a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(±5cm); <ul style="list-style-type: none"> • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (± 5 cm) H₂O/cm² • Câmp de sterilizare 90x90 cm (±5 cm) – din SMS – 1 buc • Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente <ul style="list-style-type: none"> • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona ranforsată cu SMS. 160x280 cm (±10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu ranforsare SMS. 80x150 cm (±5 cm) – 1buc <ul style="list-style-type: none"> • Șervetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (±5cm) - 2 buc • pungă pentru suturi din celuloză - 1 buc 	Bucată	800	132000,00
161	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	<p>Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului:</p> <p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție –</p>	Bucată	500	1011000,00

minim 3g/dm²); pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipsească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938.

2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m², cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.

3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m².

4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm²; zonă absorbantă pe toată suprafața.

5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.

6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).

7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor

		<p>de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiționat cu eticheta “risc biologic”.</p> <p>11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent.</p> <p>12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color.</p> <p>13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.</p> <p>14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm).</p> <p>15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).</p> <p>16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia.</p> <p>17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator.</p> <p>18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm.</p> <p>19. 1 buc.: Bisturiu E11.</p> <p>20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable),0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom.</p> <p>21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.</p> <p>22. 1 buc: Ac seringă 18G.</p> <p>23. 2 buc: Ac Seringă 21G.</p> <p>24. 1 buc.: Ac seringă 22G</p> <p>25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.</p> <p>26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.</p> <p>27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.</p> <p>28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.</p> <p>29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm).</p> <p>30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m²; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m².</p>			
162	Set clismă unică folosință	<p>Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă.</p> <p>2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este</p>	Bucată	700	17500,00

		de tip canulă cu vârful "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrală, realizat din PVC medicinal, siliconat. Cateter cu vârful prelubrifiat cu capăt de protecție. 3. clemă blocare exterioară în vederea obturării cateterului. 4. manșă unică folosință. 5. plic ce conține 8.87 activator laxativ pe bază de potasiu pentru soluția de clismă. 6. lavetă absorbantă, impermeabilă cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării			
163	Set colbe pentru injectarea CT	Set colbe pentru injectarea CT. Steril, în set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf ascuțit scurt	Bucată	500	71666,67
164	Set complet pentru drenaj continuu pleural și toracic	Set complet pentru drenaj continuu pleural și toracic. Ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm (± 3 mm) pentru puncție; -seringă unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm (± 3 cm), pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm (± 10 mm), radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO;	Bucată	20	19166,67
165	Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice)	Dispozitiv pentru aspirarea mucusului a căilor aeriene superioare a nou-născutului sau pentru aspirarea secrețiilor traheale/bronșice (ale nou-născutului și copiilor, care vor fi analizate în laborator). Setul include: 1 recipient steril (capacitate 25ml-50ml), cu gradații la fiecare 2-5ml. 1 tub de aspirație traheală. 1 tub din PVC pentru conectarea aspiratorului de mucus la sursa de aspirație.	Bucată	100	666,67
166	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	200	35000,00
167	Set drenaj lombar al LCR	Set drenaj lombar al LCR steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un trocar din oțel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radioopac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	Bucată	15	29573,50
168	Set drenare nasobiliară	Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr.	Bucată	10	11250,00
169	Set jetabil personal	Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm (± 2 cm) 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc.: Kocher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.:	Bucată	1000	116666,67

		Blister 22x20 cm (±1cm) cu 5 cavități			
170	Set mucosectomie	Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandă elastică 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm	Bucată	12	95000,00
171	Set –nefrostmie transcutană-ecoghidată 8-18 FR	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 8-18 FrPigtail, transcutan, cu mecanism de fixare, 10-12Fr	Bucată	5	4166,67
172	Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr)	Monolumen G-11 (9Fr) G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metalic 60cm, Seringă 10ml; Dilatator-12cm, Rentghencontrast Cu ghid metalic tip "J" *Certificat CE sau declarației de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Bucată	20	2835,00
173	Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)	Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)	Bucată	100	375,00
174	Set pentru litotomie (litotripsie)	Set pentru litotomie (litotripsie). Setul conține miner, tub metalic cu conector LL-1 buc. Coș litotomie cu 4 fire, vârf tip bilă, port de irigare și port pentru ghid metalic-2 buc.	Bucată	1	13333,33
175	Set steril jetabil pentru crioablație	Set steril jetabil pentru crioablație. Componentă inclusă în set: 1) 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, pentru presiune înaltă, robinete cu „aripioare“, cu adaptor rotator drept tip „male“; cameră transparentă, rezistentă la minim 35 bar; conexiune Luer Lock. 2) 1 buc.: Tubulatură pentru presiune înaltă – minim 1200 psi, transparent, diametru intern/extern 1,7mm /3,6mm; lungime minimă 50 cm; material pentru (obligator), conexiune Luer Lock. 3) 1 buc.: Y conector mono-, 9,5F, cu adaptor rotator și valvă Tuohy-Borst, cu dispozitiv de inserție. 4) 3 buc: Trusă de perfuzie rezistentă la presiune înaltă, pentru administrarea perfuziilor gravitaționale sub presiune cu pompe de perfuzie; rezistent la presiune 2 bar; lungime minim 1800mm; filtru 15mcm pentru protecție; conexiune Luer Lock. 5) 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant, minim 10x10cm, minim 8 straturi. 6) 1 buc.: 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (±1cm). 7) 1 buc.: Seringă angiografică 12 ml, transparentă. 8) 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml, piston de culoare verde. Vârful seringii cu design special pentru precizia dozării de aproximativ 0,01 ml. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 9) 2 buc.:	Bucată	50	70833,33

		Seringă Luer Lock 20 ml, transparentă. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 10) 4 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 11) 2 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 12) 1 buc.: Bol de tip renal 800 ml din polipropilen. 13) 1 buc.: Câmp steril din 2 straturi: a) strat absorbant pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% - dimensiuni minime 100 x 150cm. Ambalaj de unică folosință, steril, Componenta setului indicată pe etichetă.			
176	Set steril jetabil subclaviar	Câmp absorbant cu aparat adeziv 45x75 (±5cm) (cu orificiu), Câmp absorbant 75 x 90 (±5cm) (cu orificiu), Bisturiu N 11, Bol – 2 bucăți, volum 60 ml, Pensa 2 bucăți, Forceps tip Kocher 13 cm 1 bucata, Tampon absorbant 10x10cm (±1cm)10 bucăți, Tampon absorbant 7.5x7.5cm (±0,5cm)10 bucăți	Bucată	500	208333,33
177	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	20	2666,67
178	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	13333,33
179	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	20	2666,67
180	Set traheostomic (Canulă traheostomică	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5. Canulă	Bucată	70	9333,33

	balonaș + linie de aspirație) N 7.5	traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
181	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	13333,33
182	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	13333,33
183	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasa+R[-2]C[-1]t într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Bucată	20	7500,00
184	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillum High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un	Bucată	10	9166,67

		<p>dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid.</p> <p>-Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge).</p> <p>-Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile</p> <p>-Dilatator.</p> <p>-Bisturiu</p> <p>-Seringă (latex free, luer lock).</p> <p>-valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.</p> <p>-Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.</p>			
185	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave. Confectionate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei, cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de Nylon, lungimea 13-14cm	Bucată	450	225000,00
186	Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice tip Polyseal	Tub de conexiune la sistemul de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml	Bucată	50	8333,33
187	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G	Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 90mm cu deschidere distală suplimentară și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm, Cateter epidural SOFT 20G x 90cm cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal închis, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu căpăcel de protecție. - Mini filtru 0.2μm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	10350,00
188	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G	Completarea setului: Ac TOUHY mărimea 17G/80mm, mărimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterian plat 0.2 μm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	10350,00
189	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă. Drenaj flexibil, găurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen	Bucată	350	18520,83

190	Sistem de irigare a vezicii urinare	Sistem de irigare a vezicii urinare, 150 cm lungime, 2 conexiuni la soluție de irigare	Bucată	100	33333,33
191	Sistem drenaj extern și monitorizare LCR	Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scală de măsurare a presiunii intra craniene (mmH ₂ O sau mmHg) cu pungă de colectare de 650ml și camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate împreună cu/compatibile/: – catetere ventriculare externe cu lungimi de 29cm (± 1cm)(1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (± 1 cm)(2.3mm ID, 4.0mm OD), radio transparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (± 5cm)(0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fără ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	150	151875,00
192	Sisteme pentru irigoscopie B-3	Sisteme pentru irigoscopie B-3	Bucată	50	6250,00
193	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC"	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea colectorului-500 ml Presiune de aspirație joasă- Sa nu traumeze țesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	Bucată	700	58333,33
194	Sonda gastrică CH30	Mărimea: CH 30. Vizibilitate la raze X. Atraumatic. Cu orificii mari laterale. Tub simplu. Material: PVC medical. Marcaje de măsurare a adâncimii (cm). Steril, non-toxic, nepirogen. Ambalate individual.	Bucată	500	4166,67
195	Sonda urinară Foley CH 6	Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea30-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual	Bucată	20	833,33
196	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/. Lungimea mai mare de 250cm, cu ghid metalic-0,35, pentru canalul endoscopentului de 3,7-4,2mm	Bucată	1	958,33
197	Sonde pentru aspirație uterine "Junona"	Tub flexibil din polimer, în interiorul căruia este plasat un piston, echipat cu un mâner. Pistonul este montat într-un tub cu posibilitatea axială mișcări. Lungimea sculei este de 300 mm, Diametrul tubului este de 3,0 mm. Găurile sunt făcute la	Bucată	50	10833,33

		capătul distal, rotunjit atraumatic al tubului. Pistonul este fabricat din polimer. Volum 10mkl. De unică folosință, ambalaj individual. Steril.			
198	Speculă rectală de unică folosință	Speculă rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (\pm 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material plastic	Bucată	800	10000,00
199	Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR)	Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR). Steril, de unică folosință. Conexiunea puternică între tubul de silicon și sonda metalică. (1)Mărimea la sonda metalică-80mm lungimea și diametru de 0.8mm. (2) Mărimea la sonda metalică- 53mm lungimea și diametru de 0.4 mm. Vârf rotunjit atraumatic. Opțiune PVP pentru un drenaj superior al lacrimilor. Indicat pentru adulți.	Bucată	20	33333,33
200	Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 1-3 luni	Bucată	1	13333,33
201	Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 3-6 luni	Bucată	1	13333,33
202	Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea mai mult de 6 luni	Bucată	1	13333,33
203	Stent biliar metalic	Stent biliar metalic (nichel-titanum)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul contine:stent-Nitinol și un tub de inserție teflon de 170-185 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radioopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de re poziționare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzii, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markere radioopaci de Aur	Bucată	3	38750,00
204	Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare.	Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm pusher)	Bucată	25	39583,33
205	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare	Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	Bucată	100	158333,33
206	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 20 zile	Bucată	1	9166,67
207	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni	Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 11 săptămâni	Bucată	1	9166,67

208	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile	Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 12 zile	Bucată	1	9166,67
209	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 săptămâni, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm	Bucată	1	22500,00
210	Tampoane sterile fără alcool 60x60mm	Tampoane sterile fără alcool, pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți	Bucată	200	4166,67
211	Tampon absorbabil 10cm x 10cm	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+-1cm), din bumbac	Bucată	10000	6666,67
212	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+-0,5cm), din bumbac	Bucată	10000	5000,00
213	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	400	5000,00
214	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1500	26250,00
215	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod	Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale Proprietăți: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) saturat (îmbibat) în soluție dezinfectantă cu conținut de iod 10%, concentrația iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului:	Bucată	20000	15500,00

		<p>a)material neșesut - viscoză; b)capacitate sporită de reținere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică,</p>			
216	Tampon steril fără alcool 60x30mm	Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set	Bucată	150	1960,00
217	Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlich și sistem de colectare	Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic, cateter toracic 8F/50cm, ac pentru puncție, robinet cu 2 cai, adaptor pentru aspirație, Seringă 50-60ml, pungă de colectare 2000ml, valvă Heimlich	Bucată	10	9166,67
218	Tub endotraheal armat N 4.0	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	15	450,00
219	Tub endotraheal armat N 4.5	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	15	450,00
220	Tub endotraheal armat N 5.0	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	15	450,00
221	Tub endotraheal armat N 5.5	Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	15	450,00
222	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef.	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef.. Dimensiunile pentru aplicații maturi, canalul auditiv extern mic și canalul urechii întortocheate. Tuburile mini-tef sunt confecționate din fluor plastic alb și prezintă o flanta interioara cu diametru mai	Bucată	100	10000,00

		mare. Diametrul intern a fetii externe 0.89 mm, diametrul tot al circumferinței fetii externe 2.0 mm. Diametrul circumferinței fetii interne 1.6 mm. Lungimea brațului 1.0 mm. Lungimea totală a tubului 1.5 mm. Steril, de unică folosință.			
		TOTAL			6342451,25

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuț, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2025 conform Condițiilor de livrare:

Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:

- 1) În baza **tranșelor se vor livra 60%**, în tranșe egale, datate expres la semnarea contractului, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la semnarea contractului.
- 2) În baza **bonurilor de comandă se vor livra 40%**, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSF. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.

Note:

1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;
2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;
6. Furnizorul va lua în considerare divizarea suturii per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*

7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea</p>	DA

		<p>contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p>NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în</p>	DA

		SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr.	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante , într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată.	DA

	131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	<p>Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.</p> <p>Obligativ vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu eticheta produsului.</p> <p>Notă: Neprezentarea Eșantioanelor (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p>	
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	<p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă:</p> <p>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	DA
14	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	<p>Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.</p> <p>Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.</p>	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau</p>	DA
----	--	--	----

		împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p> <p>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212</p> <p>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</p> <p>cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</p> <p>Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2026 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.</p>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2026.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: **NU SE APLICĂ**

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul IV 2024.

37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis spre publicare în BAP la 19.09.2024

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.09.2024

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG