



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 0(22) 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rp02-1200 din " 14 " 04 2021

DATACONTROL SRL

contact@datacontrol.md

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1611040117724 din 24.02.2021 privind " *Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Interventionala al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2021* ", Vă comunică că conform **deciziei din 14.04.2021** oferta Dvs. nu a fost acceptată:

Lotul nr.25 Microghid 0.014" din otel inoxidabil - A fost cerut microghid din otel inoxidabil de 200 cm, capăt distal coil de 20 cm, vârf de platina radioopac. S-a oferit ghid cu capăt distal coil de 30 cm. Respectiv nici lungimea coil-ului nici materialul de baza nu corespund cu cerințele cerute.

Lotul nr.30 Pachet lichid embolizare cerebrala - A fost cerut agent embolic ce sa conțină tantal, aflat în flacoane de 1,5 ml, disponibil în 2 versiuni de viscozitate. S-a oferit un produs fără tantal, conținut în seringi preumplute de 1 ml, disponibil în 3 versiuni de viscozitate. Respectiv nu întrunește cerințele solicitate.

Lotul nr.31 Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare - A fost cerut microcateter cu multiple zone de tranziție : zona proximală filament impletire tripla (triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament si coil (braid / coil) si zona distala – coil (coil). S-a oferit un produs ce are doar 2 zone de tranzitie, respectiv nu sunt îndeplinite cerințele solicitate.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 " *privind achizițiile publice* " oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

Centru pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Ivan ANTOCI