

CAIET DE SARCINI Bunuri/Servicii

Obiectul *Echipament si Mobilier medical*

Autoritatea contractantă

Institutia Publica Centrul Republican Experimental Proteraze, Ortopedie si Reabilitare

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Echipament si Mobilier medical pentru dotarea și asigurarea secțiilor IP CREPOR conform necesităților pentru anul 2022.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Bunurile vor fi livrate integral într-un singur lot, conform contractului, în termen de până la 30 zile lucrătoare de la data înregistrării contractului adjudecat de către IP CREPOR. Bunurile vor fi livrate ambalate în peliculă, protejate de zgârieturi și lovituri. Bunurile vor fi livrate și asamblate la depozitul Beneficiarului, mun. Chisinau, str. Romana, 1. La livrare, Bunurile vor fi însoțite, de copia certificatului ce confirmă proveniența.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- ✓ Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului (ISO)
- ✓ Standarde de asigurare a calității
- ✓ Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul final al bunului trebuie să includă și costurile pentru transportare pînă la sediul autorității contractante, și ridicarea acestora la etajul necesar.

5. Mostre

Pentru bunurile prezentate în ofertă (lotul 4 – 8), potențialii câștigători vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la solicitare. Pentru loturile 1 – 2, operatorii economici vor prezenta documente confirmatoare (prospecte) de la producator.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Nu se aplica

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Nu se aplica

8. Definiții

Dulap pentru medicamente - Dulap medical metalic cu 2 compartimente, superior din sticla și inferior din metal. Compartimentul superior trebuie să fie dotat cu 2 uși de sticla. Grosimea ușii din sticlă – 0,4 – 0,6 mm. Ușile din sticla trebuie să fie dotate cu sistem de încuiere și 2 chei. Compartimentul din sticla trebuie să fie dotat cu 2 rafturi din sticlă calită – greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft și un raft fix metalic la baza compartimentului.

Compartimentul inferior trebuie să fie dotat cu 2 uși metalice. Grosimea ușii metalice – 0,7 – 0,8 mm. Ușile metalice trebuie să fie dotate cu sistem de încuiere cu 2 chei. Compartimentul metalic a dulapului trebuie

să fie dotat cu 1 raft din metal – greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg, și 1 raft metalic fix la baza compartimentului metalic.

Dimensiunile:

Înălțime – 170 – 185 cm

Lungimea – 75 – 85 cm

Lățimea – 35 – 45 cm

Grosimea pereților corpului – 0,6 – 0,8 mm.

Sustinere pe 4 picioare metalice prevăzute cu garnituri anti-zgâriere podea.

Dulap pentru medicamente cu safeu - Dulap metalic pentru păstrarea medicamentelor cu 2 uși din metal.

Ușile trebuie să fie dotate cu sisteme de încuiere cu 2-3 chei.

Dulapul trebuie să fie prevăzut cu 4 rafturi metalice reglabile la înălțimi diferite, și un raft metalic care stă la baza dulapului. În interiorul dulapului trebuie să fie prevăzut un compartiment – safeu, separat, dotat cu sistem de încuiere cu 2 chei, pentru păstrarea medicamentelor periculoase.

Sustinere pe 4 picioare metalice reglabile.

Dimensiuni:

Înălțime: 160 – 180 cm

Lungime: 80 – 105 cm

Lățimea: 40 – 50 cm

Stativ pentru perfuzie dotat cu suporturi pentru sticla/soluzii perfuzabile - Construcție solidă din oțel inoxidabil de înaltă calitate, AISI 304, rezistent la coroziune și dezinfectanți. Diametru tubului interior: 1,5-2cm, diametrul tubului exterior: 2,5-3cm.

Stativul trebuie să fie dotat cu 4 cârlige în cruce de plastic, și 1-2 suporturi din plastic pentru sticla/soluzii perfuzabile: h 28-30 cm, d=9,5-10cm. Greutatea maximă admisibilă pe cârlig 2kg per cârlig.

Reglarea înălțimii – de la 160 cm la 220 cm, se face cu ajutorul unui inel amplasat la mijlocul stativului.

Stativul trebuie să fie mobil, dotat cu 3-5 roți, asigurând stabilitate mai mare.

Diametru la baza – 60 cm.

Picioarele stativului trebuie să fie fabricate din profil patrat, diametru - 2 cm.

Paravan medical - Paravanul medical trebuie să fie pliabil.

Scheletul paravanului trebuie să fie fabricat din teavă tubulară din oțel cromat, compus din 4 secții. Perdele lavabile din plastic și cu retardare a flăcării.

Dotat cu 10 roți pivotante Ø 5 cm, asigurând stabilitate sporită.

Dimensiuni:

Lungime: 40 – 45 cm

Lățime: 200 – 210 cm

Înălțime: 165 – 170 cm

Masă pentru manipulare (troliu din inox) - Masa medicală pentru manipulari fabricată din oțel inoxidabil, AISI 304, rezistent la coroziune și dezinfectanți.

Picioarele mesei trebuie să fie din profil L inox, latimea 3,5 – 4 cm. Masa trebuie să fie prevăzută cu 2 rafturi din oțel inoxidabil cu suporturi pe 4 laturi – h: 3,5cm, cu greutatea maximă admisibilă – 20 – 25 kg/raft.

Dotat cu 1 sertar din plastic divizat în 4 secțiuni.

4 role din cauciuc rotativ Ø 8 cm, 2 cu frâna.

Dimensiunile:

Lungimea – 65 – 70 cm

Lățimea – 45 – 50 cm

Înălțimea – 80 – 85 cm

Toate piesele mesei se assemblează prin infiletare.

Masă pentru manipulare Masă medicală destinată pentru medicamente și consumabile medicale. Structura mesei fabricată din profil rotund de oțel cu un strat polimero-pulbere rezistent la dezinfectanți și coroziune. Trebuie să fie echipată cu 2 rafturi din inox inoxidabil, rezistent la dezinfectanți și coroziune, și un sertar. Greutatea maximă admisibilă pentru rafturi trebuie să fie de 20-25kg. Masa trebuie să fie dotată cu 2 mânere laterale. Masa pentru manipulare trebuie să fie mobilă, prevăzută cu 4 role din cauciuc rotativ Ø 10 cm.

Dimensiuni:

Lungime: 65 – 70 cm

Lățime: 50 – 60 cm

Înălțime: 90 – 95 cm

Masă pentru instrumente - Masă medicală pentru instrumente trebuie să fie fabricată din oțel inoxidabil, AISI 304, rezistent la coroziune și dezinfectanți.

Picioarele mesei trebuie să fie din profil L inox, lățimea 3,5 – 4 cm. Masa trebuie să fie prevăzută cu 2 rafturi din oțel inoxidabil cu suporturi pe 4 laturi – h: 3,5cm, cu greutatea maximă admisibilă – 20 – 25 kg/raft.

4 role din cauciuc rotativ Ø 8 cm, 2 cu frâna.

Dimensiuni:

Lungimea: 80 – 85 cm

Lățimea: 40 – 50 cm

Înălțimea: 90 – 95 cm.


Toate piesele mesei se asamblează prin înfiletare.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform p. 16 din anunțul de participare. Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, în vederea respectării art.17 alin (2) din Legea nr.131/2015, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achizitii.crepor21@gmail.com, până la termenul limită de depunere stabilit.

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolai ISCHIMJI



(semnatura)