

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor și consumabelor de laborator pentru anul 2021

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție a bunurilor prin cererea ofertelor de prețuri

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Centrul de Sănătate Comrat**
2. IDNO: **1007611005063**
3. Adresa: **RM mun.Comrat str. Povedi,46**
4. Numărul de telefon/fax: **0298 2-28-75/0298 2-28-55**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **cs.comrat@ms.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1. Reagenți, calibratori și material de control pentru Analizatorul biochimic automat A15 Biosystems, Spania (tip sistem închis) Ordinul Ministerul Sănătății nr.374 din 05.05.2014						
1.1	33696500-0	AST/GOT set 250 ml	set	8	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
1.2	33696500-0	ALT/GPT Set 250 ml	set	8	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Datele de identitate (denumirea, numărul	

					otului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
1.3	33696500-0	ALBUMIN set 250 ml	set	2	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
1.4	33696500-0	α -AMYLASE (DIRECT) set 100 ml	set	10	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
1.5	33696500-0	BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml	set	8	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
1.6	33696500-0	BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml	set	4	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să	

					coincă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.7	33696500-0	CALCIUM-ARSENATO set 500 ml	set	2	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.8	33696500-0	CHOLESTE-ROL set 500 ml	set	7	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.9	33696500-0	CHOLESTE-ROL HDL DIRECT set 4 fl. X 20 ml	set	30	ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.10	33696500-0	CHOLINESTE-RASE (CHE) set 150 ml	set	1	ambalaj standard p/u A 15, set 2 fl. x 50 ml + 2fl. x 15 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.

1.11	33696500-0	CREATININE set 500 ml	set	4	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.12	33696500-0	γ - GLUTAMIL TRANSFERASE set 250 ml	set	8	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător
1.13	33696500-0	GLUCOSE set 500 ml	set	7	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.14	33696500-0	IRON – FERROZINE set 250 ml	set	4	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.

1.15	33696500-0	MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml	set	10	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.16	33696500-0	PROTEIN (TOTAL) set 500 ml	set	1	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.17	33696500-0	TRIGLYCERI-DES set 500 ml	set	7	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.18	33696500-0	UREA/BUN-UV set 250 ml	set	8	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.

1.19	33696500-0	URIC ACID set 500 ml	set	5	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.20	33696500-0	ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) set 50 ml	set	9	ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.21	33696500-0	C-REACTIVE PROTEIN (CRP) set 100 ml	set	7	ambalaj standard p/u A 15, set 2 fl. x 40 ml + 2 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.22	33696500-0	RHEUMATOID FACTORS (RF) set 50 ml	set	7	ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.

1.23	33696500-0	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml	set	6	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.24	33696500-0	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml	set	6	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
1.25	33696500-0	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patalogic (HUMAN) set 25 ml	set	6	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374)					
1.26	33696500-0	Soluție concentrată de spălare fl.100 ml p/u A15	set	1	fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set
1.27	33696500-0	Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A15	set	2	fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu

					n ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set	
1.28	33696500-0	Rotor de reacție p/u analizator A15 set 10 buc.	set	40	specific p/u A 15 set 10 buc.	
1.29	33696500-0	Cuva pentru ser la analizator A15 set 1000 buc.	set	10	specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc.	
1.30	33696500-0	PHOTOMETRIC LAMP	set	2	Halogen lamp pentru A15 6v 10w timp de lucru >2000 ore	
Valoarea estimativa Lotul №1 fără TVA –						169 163,87 lei
Lot 2. Reagenți și material de control pentru analizator de urina H 500 (sistem închis)						
2.1	33696500-0	Teste pentru urina 10 parametre pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set)	set	150	Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebuie sa fie compatibile cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose). Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
2.2	33696500-0	Urine control (Negative)	set	3	Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător	
2.3	33696500-0	Urine control (Pozitive)	set	3	Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu celele pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
Valoarea estimativa Lotul № 2 fără TVA –						24 339.00 lei
Lot 3. Reagenți,calibratori și material de control p/u analizator hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sistem închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)						
3.1	33696500-0	M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray	set	20	set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
3.2	33696500-0	M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray	set	14	set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a	

					reactivilor cu analizorul Mindray sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
3.3	33696500-0	M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray	set	22	set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
3.4	33696500-0	B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray	set	3	set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	

Valoarea estimativa Lotul № 3 fără TVA –

38 955.00 lei

Lot 4. Reagenți pentru parametric de hemostaza pentru coagulometru optic RT 2204 C sistem închis

4.1	33696500-0	Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml)	Set (100 ml)	7	10fl x 10ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set.	
4.2	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel, înalt, foarte înalt: 1. N-11-12 secunde 2. P – 30 secunde 3. P+ 54-57 secunde	fl	30 30 30	1. N-11-12 secunde - 10fl x 1,0 ml 2. P – 30 secunde - 10fl x 1,0 ml 3. P+ 54-57 secunde - 10fl x 1,0 ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set.	

Valoarea estimativa Lotul №4 fără TVA –

11 400.00 lei

Lot 5. Reagenți pentru imunologie

BIOBASE – Rider (cititor), Micro-plate Washer (spălător), Microplates Installacion Steps (incubator)

5.1	33696500-0	HBsAgOne Ultra	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.2	33696500-0	HBsAb	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.3	33696500-0	HBcAb	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.4	33696500-0	HDV Ab	Set (96 teste)	1	Elisa	

5.5	33696500-0	HCV Ab	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.6	33696500-0	AFP Elisa	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.7	33696500-0	PSA Elisa	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.8	33696500-0	T3 Elisa	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.9	33696500-0	T4 Elisa	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.10	33696500-0	TSH	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.11	33696500-0	Prolactin Elisa	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.12	33696500-0	Anti-TPO Elisa	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.13	33696500-0	Testosteron Elisa	Set (96 teste)	1	Elisa	
5.14	33696500-0	Free T4 Elisa	Set (96 teste)	1	Elisa	
В стоимость лота входит и обязательное программирование системы аппаратов Rider и Voshel!						
Valoarea estimativa Lotul № 5 fără TVA –						23 676.00 lei
Lot 6. Reagenti pentru investigațiile						
6.1	33696500-0	Antigen cardiolipinei pentru MRS 70ml	Set	12	7 fl x 10 ml (complect No.2) RPR carbon nu oferi!	
Valoarea estimativa Lotul № 6 fără TVA –						20 640.00 lei
Lot 7. Reagenti pentru investigațiile						
7.1	33696500-0	TPHA	Set (100 test)	2	TPHA-Test Reagent-суспензия синтетических эритроцитов, покрытых Т. Pallidum антигеном, pH 7,2, азид натрия 0,95 г/л TPHA – Control Reagent – суспензия эритроцитов, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л Diluent Buffer – фосфатно-солевой буфер, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л TPHA –Positive Control – положительный синтетический контроль, разбавленный 1:20, титр в диапазоне 1/640-1/2560, фзид натрия 0,95 г/л	
Valoarea estimativa Lotul № 7 fără TVA –						1 100.00 lei
Lot 8. Reagenti pentru investigațiile						
8.1	33696500-0	Teste speciale pentru sînge acută în masele fecale 50 ml uscat de azopyram.	set	5	aprecierii singelei ocute in masele fecale nu mai puțin 0,1-0,2 %	
Valoarea estimativa Lotul № 8 fără TVA –						500.00 lei
Lot 9. Vesela de laborator						
9.1	33696500-0	Eprubete K3 EDTA,	buc	10 000		

		volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc, cu etichetă.				
Valoarea estimativa Lotul № 9 fără TVA –						4 500.00 lei
Lot 10. Vesela de laborator						
10.1	33696500-0	Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12x86).	buc	7 000		
Valoarea estimativa Lotul № 10 fără TVA –						5 880.00 lei
Lot 11. Vesela de laborator						
11.1	33696500-0	Eprubetă cu gel, volum sînge 5 ml, + catalizator polimetilmetacrilat, capac, cu etichetă (F 12x86)	buc	7000		
Valoarea estimativa Lotul № 11 fără TVA –						9 100.00 lei
Lot 12. Vesela de laborator						
12.1	33696500-0	Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML)	buc	2000		
Valoarea estimativa Lotul № 12 fără TVA –						3 000.00 lei
Lot 13. Vesela de laborator						
13.1	33696500-0	Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă, volum sînge 3,0 ml, cu capac, cu etichetă	buc	5000		
Valoarea estimativa Lotul № 13 fără TVA –						2 917.00 lei
Lot 14. Vesela de laborator						
14.1	33696500-0	Eprubete-Ependorf (0.5-0.75ml)	buc	1000		
Valoarea estimativa Lotul № 14 fără TVA –						130.00 lei
Lot 15. Vesela de laborator						
15.1	33696500-0	Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr)	buc	10 000		
Valoarea estimativa Lotul № 15 fără TVA –						3 334.00 lei
Lot 16. Vesela de laborator						
16.1	33696500-0	Capilare Pancenko	buc	500		
Valoarea estimativa Lotul № 16 fără TVA –						1 125.00 lei
Lot 17. Vesela de laborator						
17.1	33696500-0	Eprubete polisterol la urina 10-12ml cu	buc	15 000		

		capac, conic				
Valoarea estimativa Lotul № 17 fără TVA –						8 100.00 lei
Lot 18. Vesela de laborator						
18.1	33696500-0	Eprubeta compatibila cu aparatul XC-30 sticla cu citrate natria 3.8% 0.4ml, volum singe 1.26	buc	10 000		
Valoarea estimativa Lotul № 18 fără TVA –						17 916.00 lei
Lot 19. Vesela de laborator						
19.1	33696500-0	Lampa la microscop	buc	3		
Valoarea estimativa Lotul № 19 fără TVA –						150.00 lei
Lot 20. Vesela de laborator						
20.1	33696500-0	Virfuri galbene 5-200 mkl	buc	70000		
Valoarea estimative Lotul № 20 fără TVA –						3 500.00 lei
Lot 21. Vesela de laborator						
21.1	33696500-0	Стеклянные глазные палочки	buc	2 000		
Valoarea estimative Lotul № 21 fără TVA –						5 000.00 lei
Valoarea estimativă totală						354 425,87 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Pentru toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua gratuit de către vânzător în termen de 15 de zile după semnarea contractului, la Autoritatea Contractantă.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul DUAE	Completat și semnat electronic	Obligativiu
2	Certificat de înregistrare	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului	Obligativiu
3	Formularul ofertei (F3.1)	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului	Obligativiu

4	F4.1 Specificații tehnice	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului	Obligativ
5	F4.2 Specificații de preț	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului	Obligativ
6	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	Copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului	Obligativ
7	Certificat de calitate CE sau echivalent	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului	Obligativ
8	Licența de activitate/ Autorizație de funcționare	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului	Obligativ
9	Rechizitele bancare sau Certificat de atribuire a contului bancar	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului	Obligativ
10	Situație financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
11	Mostre la produsele solicitate, ce vor fi supuse testării	Timp de 3 zile de la solicitare.	Obligativ
12	La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE		Obligativ
13	DECLARAȚIE	privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani-se va prezenta de către câștigător, originală, conform modelului atașat. Se prezintă de către operatorul economic desemnat câștigător o dată cu contractul semnat.	Obligativ

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz **nu se aplică**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitația electronică, 3 runde, pasum minim 05%, conform platformei electronice de achiziție. (Licitația electronică va avea loc dacă au fost depuse cel puțin 2 oferte. În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar autoritatea contractantă urmează să decidă atribuirea contractului de achiziții ofertantului sau repetarea procedurii de achiziție).**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ----
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **nu se aplică**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* **conform SIA RSAP**
 - pe: *[data]* **conform SIA RSAP**
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 de zile calendaristice**
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
limba de stat/rusă
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -----
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -----
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -----
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **08.07.2021**
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ---
(se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante:
- Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.
 - Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator și deservirea tehnică al analizatorului se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. **Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul** (sistem închis).
 - Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv în limba de stat.
 - Ofertanții vor demomânstra că reagenți, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau în încăpere dotată cu echipament specific.
 - Date de identificare (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale producătorului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor indicate în set.

6) Оферты с предложением аналогов запрашиваемого товара отклоняются.

Экономический оператор, предложивший оферту с наименьшей ценой по лоту в соответствии со всеми указанными требованиями, до объявления победителем, должен предоставить образцы товара, для контроля качества. В случае, если товар не прошел контроль качества, оферта экономического оператора отклоняется.

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.