

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea dispozitivelor medicale
prin procedura de achiziție publică – cererea ofertelor de prețuri

1. **Denumirea autorității contractante:** *Instituția Medico-Sanitară Publică "Policlinica Stomatologică Republicană" (IMSP PSR)*
2. **IDNO:**1003600150118
3. **Adresa:** *mun.Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17*
4. **Numărul de telefon/fax:**tel.: 022-22-22-29
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** repubdent@ms.md, imsppsr@gmail.com.
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, suport.juridic.psr@gmail.com, stomatologia.md*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție Medico-Sanitară Publică.*
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** DA; **Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** <https://stomatologia.md/wp-content/uploads/2025/03/Plan-de-achizitii-publice-PM-2025.pdf>.
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată în lei fără TVA, (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33100000-1	Lotul nr. 1 Scanner intraoral	buc	1	Conform Anexei la Anunțul de participare	51 000,00
2		Lotul nr. 2 Autoclave	buc	2	Conform Anexei la Anunțul de participare	90 000,00
3		Lotul nr. 3 Amalgamator Silvermix GC sau echivalent	buc	3	Conform Anexei la Anunțul de participare	16 250,00
4		Lotul nr. 4 Pistol pentru capsulele de amalgam, compozite și alte materiale dentare incapsulate, compatibil cu amalgamator	buc	6	Conform Anexei la Anunțul de participare	12 550,00

5		Lotul nr. 5 Mașina de spălat instrumente stomatologice Eurorafe 60 Euronda sau echivalent	buc	1	Conform Anexei la Anunțul de participare	133 400,00
6		Lotul nr. 6 Baie cu ultrasunet	buc	4	Conform Anexei la Anunțul de participare	8 700,00
7		Lotul nr. 7 Mașina termosigilare	buc	3	Conform Anexei la Anunțul de participare	11 550,00
TOTAL:						323 450,00

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea bunurilor se va efectua la solicitare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data primirii comenzii, cu transportul Furnizorului, pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17.

14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/r	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta - specificații tehnice și de preț (anexele nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard)	Confirmate prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu
2.	DUAE	Confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu
3.	Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție publică	Cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu

4.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 30 de zile	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
5.	Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
6.	Lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copia documentului confirmativ, semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ
7.	Fișa tehnică sau alt document cu descrierea bunului	Fișa tehnică sau document cu descrierea bunului, care va conține imaginile dispozitivelor medicale, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ

18. Garanția pentru ofertă: *nu se solicită.*

19. Garanția de bună execuție a contractului: *nu se solicită.*

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: *nu se aplică.*

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică – 3 runde. Pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului:*

- Lotul nr. 1 – 510,00 lei MDL;
- Lotul nr. 2 – 900,00 lei MDL;
- Lotul nr. 3 – 162,50 lei MDL;
- Lotul nr. 4 – 125,50 lei MDL;
- Lotul nr. 5 – 1 334,00 lei MDL;
- Lotul nr. 6 – 87,00 lei MDL;
- Lotul nr. 7 – 115,50 lei MDL.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică.*

23. Ofertele se prezintă în valută: *lei, MDL.*

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor tehnice.*

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

26. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
- **pe:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: *30 zile*

29. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba de stat.*
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** *nu se aplică.*
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4), MD 2001
Tel./Fax/email: 022 820652, 022 820651, contestatii@ansc.md
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** *nu se aplică.*
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** *nu se aplică.*
36. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** *nu se aplică.*
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 07.11.2025.
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
Facturarea electronică	se acceptă
Plățile electronice	se acceptă

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** *nu se aplică.*

40. **Alte informații relevante: Metoda și condițiile de plată** - prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după livrarea bunurilor și acceptarea acestora fără obiecții cu prezentarea documentelor de însoțire (actul de predare- primire și e-Factura).

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții
publice partea medicală**

Maria DULGHER

CAIET DE SARCINI

Lotul nr. 1 - Scanner intraoral

Scanner intraoral echipat cu software inclus, fără costuri de licență suplimentare. Utilizatorii beneficiază de toate funcționalitățile necesare fără taxe ascunse. Scannerul intraoral este un dispozitiv utilizat în stomatologie pentru captarea de imagini digitale detaliate ale structurilor dentare și ale cavității bucale. Echipat cu tehnologie de vârf, acest scanner produce imagini de rezoluție, esențiale pentru diagnosticare precisă și planificarea tratamentelor dentare complexe. Termenul de garanție minim 12 luni

1)Modul AI: În acest mod, inteligența artificială recunoaște dinții și țesuturile moi din câmpul de scanare și elimină automat țesuturile moi, cum ar fi limba, buzele și mucoasa bucală.

2)Scanare completă a danturii maxilare și mandibulare: Suportă diverse moduri de scanare, inclusiv pentru restaurare, implanturi, ortodonție, proteze dentare detașabile și pregătirea dinților.

3)Afișare ultra clară a modelului 3D: După finalizarea scanării, se generează modele 3D în culori reale, care reflectă în mod fidel detaliile intraorale, suportând ieșirea modelului în culori reale cu rezoluție înaltă în format OBJ.

4)Suportă scanarea ocluzală unilaterală/bilaterală.

5)Analiză cromatografică 3D a stării ocluzale.

6)Măsurători ale secțiunii transversale ocluzale 2D.

7)Analiză a împerecherii datelor ocluzale.

8)Reconstrucția ocluziei: două strategii pentru îmbunătățirea preciziei reconstrucției ocluziei, chiar și când pacientul are mișcări minore în timpul procesului de scanare.

9)Raport automat de scanare:

10) Suportă generarea de rapoarte digitale printr-un simplu click pe un cod QR sau link.

11) Suportă modele 3D de înaltă definiție preformate.

12) Suportă capturi de ecran 3D ale raportului și fotografii endoscopice 2D.

13) Suportă importul rezultatelor CBCT și atașarea de imagini panoramice PNG, JPEG.

14) Programul de tratament este editat în format de film, iar raportul oral este exportat.

Suport software:

- Detectarea afecțiunilor dentare asistată de AI, vizualizarea și repararea rapoartelor.
- Suport pentru revizuirea raportului, semnătură electronică.
- Funcție de control de la distanță: Include un giroscop de înaltă precizie și o funcție de control de la distanță cu o singură tastă, care permite operațiuni precum „previzualizare”, schimbarea pașilor, fotografierea și alte acțiuni pentru a reduce procesul de scriere și a evita atingerea mouse-ului, tastaturii și alte cauze ale infecției încrucișate.
- Funcție de redare a scanării: Suportă redarea în timp real a procesului de scanare pentru a simplifica procesul de instruire.
- Funcție încorporată de captură de ecran și înregistrare video: Suportă înregistrarea video și captura de ecran prin software, ajutând medicii în partajarea cazurilor; suportă o ieșire video de 30 de cadre pe secundă.
- Funcție de ghidare inteligentă a scanării și bibliotecă de resurse pentru învățare:
- Funcție ghidată de operare încorporată în software, suportă o ieșire video de 30 de cadre pe secundă.
- Funcția ghidată de operare a software-ului este încorporată, fiind convenabilă pentru clinicieni să înceapă rapid conform indicațiilor ghidului.

- Software-ul include videoclipuri cu resurse de învățare, permițând medicilor să practice operațiuni sincron cu videoclipul.
- Medicii pot muta poziția ferestrei 2D și ajusta mărirea sau micșorarea ferestrei conform obiceiurilor lor de operare.
- Funcția de linie de margine: Suportă extracția automată sau crearea manuală a liniei de margine din datele de scanare, trimise tehnicianului de design și importate direct în software-ul de design pentru utilizare imediată.
- Funcția de detectare a sub cavităților: Suportă detectarea sub cavităților în datele de scanare, ajutând medicul să pregătească dinții pentru referință.
- Sistem de feedback pentru software: Suportă feedback pentru problemele de scanare, repararea la distanță a cazurilor anormale și evaluarea stării scannerului.
- Funcția de transfer în cloud: Suportă sincronizarea datelor pacienților și atașamente (foto și date CBCT) cu cloud-ul, ambalate și trimise cu o singură apăsare clinicilor cooperante și adreselor de email.

Funcția platformei cloud:

- Management sincronizat al medicilor și pacienților.
- Revizualizarea a datelor de scanare a pacienților în modele 3D ultra-high-definition și culori reale.
- Suportă editarea rapoartelor digitale de scanare, descărcarea și partajarea acestora.
- Suportă trimiterea datelor de scanare cu o singură apăsare institutului tehnic cooperant.

SPECIFICATII TEHNICE:

- Timp de scanare per arcada: 30 secunde
- Dimensiuni scanner: 220 mm x 36 mm x 34 mm
- Format date: STL, PLY, OBJ
- Câmp vizual: 17 mm x 15 mm
- Dimensiuni vârful: Standard: 20 mm x 17 mm, Mediu: 17 mm x 14.5 mm
- Greutate: 180 g
- Sursă de lumină: LED
- Distanța de scanare: 0~18 mm
- Acuratete de scanare locala: 10 μ m
- Acuratete de scanare: Per dinte $\leq 20 \mu$ m, Per Punte $\leq 45 \mu$ m, Completa $\leq 60 \mu$ m
- Viteza de cadre pe secunda: 30 FPS
- Varf autoclavabil: pana la 100 cicluri

Lolul nr. 2 – Autoclave

Autoclav de 23 litri cu 5 cicluri de sterilizare (4 tip B si unul tip S), dotat cu:

- pompă de vacuum cu sistem propriu de racire ce crește performanța vacuumului;
- ecran color touch screen;
- sistem unic de difuzie a aburului asigură o încălzire uniformă a camerei de sterilizare;
- posibilitate de stocare a informației pe USB stick până la 1 milion de cicluri;
- printer incorporat.

Termenul de garanție minim 12 luni.

Mod de prezentare:

Capacitate 23 l;

Capacitatea rezervorului de apă – 4,5 l;

Dimensiuni: 560x450x450 mm;

Greutate: maxim 49 kg.

Lotul nr. 3 - Amalgamator Silvermix GC sau echivalent

Amalgamatorul mixează controlat compoziția materialelor dentare încapsulate utilizate în stomatologie. Echipamentul este facil de utilizat grație sistemului intuitiv de instalare și îndepărtarea a capsulelor, cât și a afișajului numeric digital, a cronometrului și a semnalului acustic ce anunță când materialul dentar este pregătit pentru utilizare. Termenul de garanție minim 12 luni.

- Potrivit pentru capsule de amalgam, compozite, dar și alte materiale dentare încapsulate
- Afișaj digital
- Brat flexibil pentru a facilita inserția capsulei
- Carcasa din plastic de bună calitate rezistent la uzură
- Operare facilă, deosebit de silențioasă
- Blocare automată care se activează în cazul deschiderii capacului în timpul funcționării

Caracteristici:

- Dimensiuni: 215 x 220 x 145 mm
- Greutate: 3.7 kg
- Alimentare: 220/240 V – 50 Hz
- Putere: 70W
- Frecvența de mixare: 4.400 impulsuri/ min + 5%
- Timp de mixare: ajustabil între 1 – 99 sec (presetat sau manual).

Lotul nr. 4 - Pistol pentru capsulele de amalgam, compozite și alte materiale dentare încapsulate, compatibil cu amalgamator.

Pistolul este conceput pentru a facilita aplicarea cu ușurință a materialului direct în cavitate. Preactivează capsula și distribuie materialul. Acest produs este autoclavabil și ușor de curățat. Autoclavabil la 121°C-134°C (250°F-273°F) timp de 10 până la 30 minute.

Lotul nr. 5 – Mașina de spălat instrumente stomatologice Eurorafe 60 Euronda sau echivalent

- Pre-spălare, spălare, dezinfectare termică și uscare într-un singur ciclu
- Rezultate efective și eficiente într-un timp mai scurt și cu mai puține riscuri pentru operator
- Rezervor mare, de 60l, care poate fi utilizat în dezinfectarea termică a unei game largi de obiecte, inclusiv piese de mană, casete și containere
- Interfața prietenoasă se poate utiliza pentru a programa până la 40 de cicluri
- Ciclurile se pot personaliza în funcție de nevoile specifice și materiale, ajustând setări precum timpul de spălare și temperatura
- Trasabilitate completă și sigură, mult mai eficientă atunci când este conectată cu alte aparate din gama Euronda Pro System
- Validează și înregistrează datele tuturor ciclurilor de dezinfectare, acestea putând fi salvate pe un USB și transferate pe computer
- Ecologică, consumând doar 1.7kW și 12 litri apă în timpul unui ciclu scurt
- Sistemul de spălare prin injecție trimite jeturi de apă direcționate, obținându-se astfel rezultate excelente la curățare
- Display LCD
- Conexiune Ethernet
- Timp mai scurt de lucru
- Nu este necesară curățarea manuală a instrumentarului, scăzând astfel riscurile de contaminare
- Dispenser automat care ajustează cantitatea de detergent
- Sistemul de uscare cu abur asigură ca orice urmă de apă este îndepărtată din interiorul și exteriorul instrumentelor

- Conceputa pentru maxim de siguranța
- Brate de spălare din oțel inoxidabil AISI 316L
- Camera de spălare cu margini rotunjite
- Sistem de siguranța care nu permite deschiderea ușii în timpul spălării
- Gama largă de accesorii
- 20 programe presetate

Date tehnice:

- Putere totală: 2750W, 230V
- Putere V Pump: 150W
- Greutate: 62kg
- Dimensiuni (W x H x D): 560 x 825 x 577mm
- Temperatura operare: +5°C / +40°C
- Pașaportul tehnic și manualul de utilizare tradus în limba română/rusa

Termenul de garanție minim 12 luni

Lotul nr. 6 – Baie cu ultrasunet

Frecvența ultrasunete 42,000 Hz

Material rezervor: oțel inoxidabil

Capacitate rezervor: 2,5 - 3 litri

Cronometru digital cu minim 3 cicluri

Sursa de alimentare: AC100V-120V)/50/60Hz AC100V-240V) 50/60Hz

Putere: 160W(AC110V-120V);170W(AC220V-240V)

Dimensiunea unității: aproximativ 35x26x23cm (Lx W x H)

Greutatea: 3 - 4 kg

Pașaportul tehnic și manualul de utilizare tradus în limba română/rusa

Termenul de garanție minim 12 luni

Lotul nr. 7 – Masina termosigilare

Sigilator pentru pungi.

Încălzitorul special face ca punga de sterilizare să fie uniform încălzită.

Banda de etanșare de 12 mm ca rezultat avem etanșare mai puternică.

Lama de oțel inoxidabil încorporată face o tăiere plană.

Întreținere ușoară a sigilatorului.

Înlocuirea simplă a lamei economisește costurile de întreținere.

Clema poate fi reglată în orice moment pentru a obține un efect de etanșare bun.

Capacul din plastic ASA nu se decolorează.

Termenul de garanție minim 12 luni.