

Specificații tehnice F- 4.1.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6.]							
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____							
Obiectul achiziției: _____							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul - I – sistem închis REACTIVI PENTRU ANALIZATOR BIOCHIMIC AUTOMAT BS-620M (Mindray, China);						
1.1.	AST (GOT)				Aspartate Aminotransferase compatibil cu analizatorul biochimic automat BS-620M (Mindray, China); Ambalaj standard pentru BS-620M cu componenta setului: R1:6×57 mL+R2:3×32 mL; Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni		
1.2.	ALT (GPT)				Alanine Aminotransferase compatibil cu analizatorul biochimic automat BS-620M (Mindray, China); Ambalaj standard pentru BS-620M cu componenta setului: R1:6×57 mL+R2:3×32 mL; Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni		
1.3.	Bilirubina totală (Bilirubin Total)				Bilirubin Total compatibil cu analizatorul biochimic automat BS-620M (Mindray, China); Ambalaj standard pentru BS-620M cu componenta setului: R1:4×48 mL+R2:4×12 mL; Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de		

					păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
1.4.	Calciu (Calcium)				Calcium compatibil cu analizatorul biochimic automat BS-620M (Mindray, China); Ambalaj standard pentru BS-620M cu componenta setului: R:4×45 mL; Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
1.5.	Proteina Totală (Total Protein)				Total Protein compatibil cu analizatorul biochimic automat BS-620M (Mindray, China); Ambalaj standard pentru BS-620M cu componenta setului: R:6×60 mL; Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
1.6.	Antistreptolizina O (ASO)				Antistreptolysin O I^{F} (C) compatibil cu analizatorul biochimic automat BS-620M (Mindray, China); Ambalaj standard pentru BS-620M cu componenta setului: R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:1×0.5 mL; Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
1.7.	Factorul Reumatic (RF)				Rheumatoid Factor I^{F} (C) compatibil cu analizatorul biochimic automat BS-620M (Mindray, China); Ambalaj standard pentru BS-620M cu componenta setului: R1:2×40 mL+R2:2×11 mL+Calibrator:5×0.5 mL; Ambalaj securizat, marcat și etichetat		

					de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
1.8.	Proteina C reactivă(CRP)				C-Reactive Protein compatibil cu analizatorul biochimic automat BS-620M (Mindray, China); Ambalaj standard pentru BS-620M cu componenta setului: R1:2×35 mL+R2:2×10 mL; Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
1.9.	Magneziu (Magnesium)				Magnesium compatibil cu analizatorul biochimic automat BS-620M (Mindray, China); Ambalaj standard pentru BS-620M cu componenta setului: R:4×45 mL; Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
2.	Lotul - I – sistem închis REACTIVI PENTRU analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte						
2.1.	Pachet de reactive (Standart A, StandartB, solutie de spalare				pentru analizatorul K,Na Diamond Smartlyte cu cip integrat compatibilizat cu analizator ionoselectiv		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț F-4.2.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]											
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____											
Obiectul de achiziției: _____											
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Termenul de valabilitate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Lotul - I – sistem închis REACTIVI PENTRU ANALIZATOR BIOCHIMIC AUTOMAT BS-620M (Mindray, China);										
1.1.	33696500-0	AST (GOT)	set	1					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	
1.2.	33696500-0	ALT (GPT)	set	1					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	
1.3.	33696500-0	Bilirubina totală (Bilirubin Total)	set	3					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	
1.4.	33696500-0	Calciu (Calcium)	set	2					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	
1.5.	33696500-0	Proteina Totală (Total Protein)	set	2					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	
1.6.	33696500-0	Antistreptolizina O(ASO)	set	3					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	
1.7.	33696500-0	Factorul Reumatic (RF)	set	3					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	
1.8.	33696500-0	Proteina C reactivă(CRP)	set	2					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	
1.9.	33696500-0	Magneziu (Magnesium)	set	2					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	
2.	Lotul - II – sistem închis REACTIVI PENTRU analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte										
2.1.	33696500-0	Pachet de reactive (Standart A, StandartB, solutie de spalare)	Bucată	10					31.12.2024	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____