

CAIET DE SARCINI
Bunuri

Obiectul: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-riilor beneficiare pentru anul 2022 (repetat)

Descriere generală. Informații
Cod CPV: 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	U/m	cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată
1	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	1403		84 804,62
2	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	60		4 497,83

3	Fire atraumafice cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului - 1/2 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul/documentele tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	836	51 859,90
4	Fire atraumafice cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul/documentele tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	134	9 138,32

5	Bucată 116	<p>Fire atraumatische cardiovasculără monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen.</p> <p>* USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper;</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*In ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	7 455,71
6	Bucată 113	<p>Fire atraumatische cardiovasculără monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen.</p> <p>* USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 1/2 Taper;</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* In ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	7 094,14

7	Fire atramaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 3/8 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.	Bucată	198
8	Fire atramaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen Fire atramaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 3/8 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	71
6	Fire atramaticice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 3/8 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	20 317,69	126,90

9	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată 990	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – *Certificat CE sau declaratiile de valabil - semnate electronice. *Catalogul producătorului/prospete/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).
10	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată 1551	Fire atraumatische cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – *Certificat CE sau declaratiile de valabil - semnate electronice. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospete/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).

11	Fire atraumatische cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.	Bucată	315
12	Fire atraumatische cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen, USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 1/2Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	20 246,12

13	Bucată	159	<p>Fire atraumaticice cardiovasculără monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – 1/2Taper;</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnant electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	10 564,33
14	Bucată	1404	<p>Fire atraumaticice cardiovasculără monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2Taper;</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnant electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	120 059,10

15	Fire atraumatică cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen; USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; vîrful acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	446
16	<p>Fire atraumatică cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen și polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului – 1/2 taper.</p> <p>Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin stampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	Bucată	146

17	Fire atraumatische cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 9; Curbura acului - 3/8 taper;	Bucată 285	<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
18	Fire atraumatische cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului - 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului, echivalent cu CV-11 double-arm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.	Bucată 15	<p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

19	Bucată	993	<p>Fire atraumatică cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13;</p> <p>Curbura acului - 1/2 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	59 492,48
20	Bucată	53	<p>Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 9;</p> <p>Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	3 608,13

21	Fire atraumatiice cardiovasculări monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 15; Curbura acului - 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabili - semnate electronice.	Bucată	45	15 885,00
22	Fire atraumatiice cardiovasculări monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabili - semnate electronice. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabili - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	92	21 089,12

23	Fire atraumatische cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8; Curbura acului – 3/8 taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	173	52 812,05
24	Fire atraumaticce cardiovaculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului – 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	489	112 093,24

25	Fire atraumatice cardiovasculăra monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8; Curbura acului - 38 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	315	<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospectul/documentele tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
26	<p>Fire atraumatice cardiovasculăra monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 26; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospectul/documentele tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	Bucată	63	73 891,06

27	Fire atraumaticice cardiovaculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	83	<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificatiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificatiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
28	Fire atraumaticce cardiovaculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	90	<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificatiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

29	Fire atraumatice cardiovaculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 22; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată 98	4 803,95
30	<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Moște - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	Bucată 180	8 087,57

31	Fireatraumaticecardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	Bucată	135	<p>Fireatraumaticecardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
32	Fireatraumaticecardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35; Curbura acului - 1/2 Taper Point *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.	Bucată	197	<p>Fireatraumaticecardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35; Curbura acului - 1/2 Taper Point</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

33	Fire atraumatische cardiovasculăra monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen. USSP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelui (mm) – 26; Curbura acului - 1/2 Taper Point *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice. *Catalogul producătorului/prospectul documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.	Bucată	422
34	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotatia acului. Metric EP 2; Lungimea suturii (cm.) – 45; Lungimea acului (mm.) – 48; Curbura acului - 1/2 Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	150

35	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată	105	<p>Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului. Metric EP 3; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48; Curbura acului - 1/2 Taper;</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – *Certificat CE sau declaratiile de valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificatiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
36	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată	578	<p>Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului. Metric EP 6; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48; Curbura acului - 1/2 Tapercut;</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – *Certificat CE sau declaratiile de valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificatiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

37	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotatia aculului.Metric EP 7; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 57; Curbura acului – 1/2 Tapercut; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabili - semnate electronice. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată 83		5 188,51
38	Sutura cardiovasculară atraumatică cu un ac .USP 5 (7 metric) Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – 1/2 Taper ; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabili - semnate electronice. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată 23	2 809,10	

39	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Bucată	1667	<p>Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 3/8 cutting;să și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ampalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
40	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Bucată	478	<p>Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – albă; să și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

41	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Bucată	236	<p>Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – albă; să-menină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat se va prezenta medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecțe/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
42	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Bucată	769	<p>Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 13; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – albă; să-menină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecțe/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

43	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; să-și mențină proprietatile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5221	<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale nefărăstrate în registrul de stat se va prezenta conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
44	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului - 1/2 Taper; să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	2983	<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

45	Bucată 455	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – următoarele documente valabili - semnate electronice. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	16 593,21
46	Bucată 48	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – următoarele documente valabili - semnate electronice. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	2 250,55

47	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de Stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.	Bucată	3839	83 356,59
48	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Tapercut; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de Stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	861	22 963,14

49	Bucată 458	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – cutting.*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente declaratii de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	*Certificat CE sau *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	15 302,41
50	Bucată 1313	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului – 1/2 Taper,*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de Stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente declaratii de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare CE sau declaratii de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	35 478,29

51	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet:3-6 suturi, fără ac. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale nefărmatate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Catalogul producătorului/prospecte/documente corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. *In ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	780	7 986,28
52	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet:3-6 suturi, fără ac. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * In ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată	120	2 242,87

53	Sutură cardiovasculată atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiorugie USP 2/0; Lungimea acului (mm) 75; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Tapercut; Marimea la petic – 6x3x2mm; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neregistrate în Registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	Bucată 165	7 577,87	
54	Capron / steril împletit	Bucată 9817	<p>Capron / sterili împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neregistrate în Registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Certificat CE sau declaratiile de conformitate ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	433 524,14

55	Suturi nonabsorbabile din polietraforetilen (ePTFE), monofilament	Bucată	8	<p>Suturi nonabsorbabile din polietraforetilen (ePTFE), monofilament. CV-0. Lungimea suturii-91 cm.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
56	Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril	Bucătă	10358	<p>Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

57	Capron / steril împletit	Bucată 8292	<p>Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospete/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
58	Capron / steril împletit	Bucată 5096	<p>Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospete/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

59	Matase	Bucată	637
60	Poliglicolic acid (PGA)	Bucată	2968

USP 3/0 L -60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.

*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale nînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente

*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit –

valabil - semnate electronice.

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).

1 034,31

Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- 75cm, lac 1/2 rotund 64 mm . Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.

*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale nînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente

*Certificat CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).

92 852,51

61	Poliglicolic acid (PGA) (PGA)	Bucată 2807,25	<p>Poliglicolic acid (PGA). USP 1L- 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnant electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
62	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid)	Bucată 4164	<p>Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnant electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

63	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid)	Bucată 723	<p>Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L-75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$rotund 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neterminatate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
64	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid)	Bucată 282	<p>Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L 75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$rotund 36,6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neterminatate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

65	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid)	Bucată 683	<p>Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L-120cm. 1 ac ½rotund 17.5mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
66	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid)	Bucată 699	<p>Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund-26,2 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p> <p>Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

67	Polipropilen	Bucată	1443
68	Polydioxanone (PDO)	Bucată	1812

Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace $\frac{1}{2}$ rotund 13mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură

*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).

Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L -90 cm ac $\frac{1}{2}$ rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură

*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).

69	Polydioxanone (PDO) (PDO)	Bucată 207	<p>Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L -70cm ac ½rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
70	Sutură absorbabilă PDO,tip V-LOC-90. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid, dioxanon și trimethylen -rezistența la tractiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangentială moale cu profil deabsorbție; - compozita - glicolidă, dioxanonă și carbonat de trimesilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicate pentru aproximarea tangajului moale în cazul utilizării unei suturi absorbabile VLOCM0625 *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale nefărămatate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente *Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.	Bucată 81	<p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

71	Nylon 4-0	Bucată	521
72	Polipropilen (monofilament)	Bucată	647

Nylon 4-0 . 2 ace, 45 cm, ac rotund, lungimea 8,5 mm, curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură

*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente

*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic.

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).

173
847,91

173
847,91

Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură

*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.

*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.

* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).

73	Polipropilen (monofilament)	Bucată 2249	<p>Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabili - semnate electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
74	Mătasa oftalmologică 4,0	Bucată 711	<p>Mătasa oftalmologică 4,0. Mătasa neagră împletită; lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte), spatuță, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8 135°, steril</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospectul/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

75	Nylon 9,0	Bucată	27	<p>Nylon 9,0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; 135°, diametru 0,20mm, curbura 3/8, steril *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	1 947,22
76	Polipropilen 10/0	Bucată	437	<p>Polipropilen 10/0. Polypropylene albastru monofilament lungimea suturii 30 cm, ace dublu armate: 2 ace, 1 ac drept 16mm, 1 ac spatulă 4,5 mm, diametru 0,14 mm, curbura 7/16 158° , sterile **Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în functie de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	36 966,39

77	Polipropilen 10/0	Bucată	51
78	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată	80

79	Polyglactin (PGA) 7,0	Bucată 135	<p>Polyglactin (PGA) 7,0 Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta urmatoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
80	Polyglactin (PGA) 8,0	Bucată 63	<p>Polyglactin (PGA) 8,0 PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>*Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

81	Matase	Bucătă	45	<p>Matase. USP 3/0 Lungime-75cm, ac 3/8 tăietor 29,7mm. . orespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratia de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
82	Matase	Bucătă	315	<p>Matase. USP 2/0L-75cm ac 3/8 tăietor 39,2mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratia de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

83	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	1191	<p>Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil. Mărimea: 5x7 cm **Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
84	Lenta pentru turnichete	Bucată	431	<p>Lenta pentru turnichete. Lungimea-75 cm; Latimea - 3mm *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

85	Petic dinPTFE (PTFE Felt)	Bucată	4	<p>Petic dinPTFE (PTFE Felt). Marimea- 15x15cm :Grosimea - 1-1.65mm; *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>
86	Poliglicolic acid rapid USP 0	Bucată	777	<p>USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicamente și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnate electronice.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>

	Polipropilen (monofilament) USP 1	Bucată	254	<p>USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	6 616,70
	Polipropilen (monofilament) USP 4/0	Bucată	1347	<p>USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente</p> <p>*Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic.</p> <p>*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - semnat electronic. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).</p>	50305,062
	Polipropilen (monofilament) USP 6/0	Bucată	803	<p>"USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm *Certificat CE sau declaratiile de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin stampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională)."</p>	16647,796

Valoarea estimativa: 4 271 995,18

1. Documente **OBLIGATORII** care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Nereprezentarea documentelor enuminate constituie temei de descalificare (*art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice*)

Mod de demonstrare a înăperei criteriului/cerintei:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerintei)	Mod de demonstrare a înăperei criteriului/cerintei:	Nivelul minim/ obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
3	Specificația de preț	Original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<ul style="list-style-type: none"> - 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>, valabilă 90 zile, - de: 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garantiei pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenați ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; 	DA
6	Declaratie privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
7	Certificat de atribuire a contului bancar	e liberat de banca definițoare de cont – confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA

Cerinte de calificare obligatorii

8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/afestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	e-liberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	prin care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație de la ofertant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	Declarație de la ofertant	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articoului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.	DA
13	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
14	Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAp (Mtender) ofertă pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
15	Notă	In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

2. Garanția pentru ofertă: în quantum de 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat
Centralul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23 TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru oferită în cunatum de 0,5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorului economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

3. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat
Centralul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23 TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

*publică nr. _____ din _____.
Sau Garanție Bancară* conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Autoritatea contractantă

Data

Gheorghe GORCEA G

