

CAIET DE SARCINI

Reagenți pentru analizatori de tip închis , pentru perioada sem II a. 2025

Nr. LOT	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U/M	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimate Fara TVA
LOT 1	Reagenți pentru analizatorul URISIS-1100, tip închis			Reagenții pentru toate loturile să dispună de certificate ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare e la producător; Reagenții să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producător. Termen de valabilitate minim 1 an	30500,00
1	Teste diagnostice 1 set- 100 stripuri	set	45	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100	
2	Teste pentru controlul calitatii /control-M-11, set-50 stripuri	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100	
LOT 2	Reagenți pentru analizatorul MICROS ES 60				16520
1.	ABX MINIPAC LMG	buc	6	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60	
2.	MINOTROL 16 WIN-PASC (2N)	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60	
3.	MINOTROL 16 WIN-PASC (2L)	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60	
4.	MINOTROL 16 WIN-PASC (2p)	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60	
LOT 3	Reagenti pentru analizatorul COBAS C 111,				146000
				• sa efectueze determinări fotometrice si de tip ISE; viteza de lucru de minim 170 teste/ora. • Meniul sa includă determinări turbidimetrice pentru testele de imunologie in faza omogena : HbA1c, D-Dimer, CRP si CRP înalt senzitiv. • Sa poată fi încărcate cel puțin 17 tipuri de teste simultan la bord. • incarcare si descarcare continua a probelor. • coordonarea intretinerii via software; • Sa contina pana la opt discuri pentru reactivi interschimbabile; • Sistem de refrigerare la bord • Fabricat in UE • Fotometru – 12 lungimi de unda. • Microcuvetele de unica folosinta • Seringa de dozare de inalta precizie • Reactivi in flacoane de 50-200 teste (in functie de parametru). • Discul pentru reactivi cu minim 27 de pozitii disponibile; • Canale auxiliare pentru extinderea meniului de teste • Procesarea STAT prioritizeaza probele urgente pentru urmatorul ciclu de pipetare. • Spectru larg de eprubete sau cupa cu proba de testat. • volum de proba mai mic de 5 µl. • Proba si calibratorul sa poata fi diluate la bord. • Analizorul sa beneficieze de cititor de coduri de bare extern pentru identificarea probelor, reactivului, calibratorului, controlului si testului • Interfata RS 232 bidirectionala, 2 porturi USB si imprimanta termica ". Termen de valabilitate minim 1 an.	

1.	ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000	set	9	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
2.	a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000	set	6	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
3.	AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000	set	9	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	

4.	BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000	set	9	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
5.	Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000	set	8	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
6.	CK-MB 100T c111 07442050190/38220000	set	18	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
7.	CK 200T cobas c111 07442017190/38220000	set	9	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
8.	Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000	set	9	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
9.	Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000	set	9	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
10.	HDL-C Gen.4, 200Tests cobas c111 07528604190/38220000	set	7	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
11.	LDL- c 100 teste c 111	set	14	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
12.	TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000	set	5	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
13.	UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000	set	9	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
14.	UA plus 400T cobas c111 04657608190//38220000	set	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
15.	Cleaner basich cobas c111 4*21ml04774248190/38220000	set	4	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
16.	Cobas Integra Cleaner 20754765322	set	8	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
17.	Micro cuvette Segment 04357108001	set	6	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
18.	PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml 05117216190	FL	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
19.	PreciControl ClinChem Multi1 4x5ml 05117003190	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
20.	Cfas 6x3ml 10759350190	flaco ane	4	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
21.	Cfas CK.MB 3x1ml 114473942 16 // 38220000	flaco ane	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
22.	Cfas Lipids 3x1ml 12172623122	flaco ane	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	
LOT 4	Reagenți pentru analizatorul imunologic Cobas E 411				47640
	TSH, set 200 teste	set	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	FT3, set 200 teste	set	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	FT4, set 200 teste	set	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	freePSA, set 100 teste	set	3	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	total PSA, set 100 teste	set	3	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	ProCell 6x380 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	CleanCell 6x380 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	SysWash 1x500 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	SysClean 5x100 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	PreciControl Universal 4x3.0 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	

	PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	FT3 CS 4x1.0 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	FT4 CS 4x1.0 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	PSA free CS 4x1.0 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	PSA total CS 4x1.0 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	TSH CS Gen.2 4x1.3 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	*Anti-TPO Gen 3 Elecsys Cobas E 100T 06368590190	set		Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	*Anti-TPO CS Elecsys 06472931190 4 x 1.5 ml	set		Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	*PreciControl Thyro AB gen.2 Elecsys, Cobas E 05042666191 4 x 2.0 ml	set		Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	*T3 Elecsys cobas e 200 V2 09007725190	set		Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	*T3 CS Elecsys Cobas E 11731548122 // 38220000	set		Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	*T4 Elecsys cobas e 200 V3 09007741190	set		Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
	*T4 CS Elecsys Cobas E 4x1.0 ml 12017717122 // 38220000	set		Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411	
LOT 5	ANALIZATOR AUTOMAT LA HEMOSTAZE CUATRON X PRO				6500
	TEClot PT-S 10x4 ml (set 800 teste)	Set	1	compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO	
	Fibrinogen 10x2 ml (Set 800 teste)	set	1	compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO	
	IBS Buffer 1x125 ml	set	1	compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO	
	TEControl N fl 1 ml	fl	5	compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO	
	TEControl A fl 1 ml	fl	5	compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO	
	Cuve pentru Coatron X	buc	1500	compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO	
	TEC Cal N fl 1 ml	fl	0	compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO	

LOT 6	Analizator de tip inchis Mindray C 3100				83150
1.	FIBRINOGEN CLAUSS A set: 4x2 mL	set	15	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100	
2.	FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL) set: 4x15 mL	set	5	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100	

3.	PROTHROMBIN TIME (PT) set: 4x5 mL + 4x5 mL	set	25	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100	
4.	COAGULATION CALIBRATOR set: 4x1mL	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100	
5.	COAGULATION CONTROL LEVEL I set: 4x1 ml	set	3	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100	
6.	COAGULATION CONTROL LEVEL II set: 4x1 mL	set	3	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100	
7.	Cleanser set: 1*2500 ml	set	6	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100	
	Probe Cleanser set 12*15 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100	
9.	Auto Cuvetes 1x5000 buc	set	8	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100	
Lot 7 Analizator de tip inchis Norma IRP52					74500
	Norma IRP52 (250 teste)	Pacuri	20	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52	
	Norma Cont 5+Kit K1	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52	

Lot 8 Reagenți pentru Analizatorul URIT 910 C					23540
8	Reagenti UR-ISE II R1: Standard solution A (400mL/bottle); R2: Standard solution B (100mL/bottle); R3: Cleaning solution (20mL/bottle).	buc	4	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	
9	QC Control High value: 10 pcs Middle value: 10 pcs Low value: 10 pcs	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	
10	Pepsin 0,6 gr *10	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	
11	Internal filling solution (5mL/bottle)	amb	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	
12	Reference solution (10mL/bottle)	amb	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	

Lot 9 Reagenți pentru Analizatorul Biochimic A 15					117540
1.	Protein total 500 ml	set	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
2.	Albumin 5x50ml	set	1,5	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
3.	UREA/BUN-UV 250ml	set	10	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	

4.	Cretenin 5*50	set	10	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
5.	URIC ACID 500ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
6.	Bilirubin Total 250ml	set	10	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
7.	Bilirubin Direct250ml	set	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
8.	Glucoza 500ml	set	5	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
9.	ALT/GPT 500ml	set	10	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
10.	AST/GOT 500ml	set	10	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
11.	HEMOGLOBIN A 1C-DIRECT(HbA1C-DIR)140ml	set	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
12.	HEMOGLOBIN A1C CONTROL(ELEVATED)	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
13.	HEMOGLOBIN A1C CONTROL(NORMAL)	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
14.	AMYLASE-DIRECT 100 ml	set	5	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
15.	ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)AM P 5x20ml	set	4	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
16.	CREATENIN KINASE(CK) 45ml	set	6	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
17.	CREATENIN KINASE(MB) 45ml	set	6	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
18.	CREATENIN KINASE(MB) - STANDARD 45ml	SET	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
19.	CHOLESTEROL 500 ml	set	2	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
20.	TRIGLICERIDE 500 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
21.	CHOLESTEROL HDL DIRECT 80ml	set	8	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
22.	CHOLESTEROL LDL DIRECT 80ml	set	8	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
23.	CALCIUM-ARSENATO 250ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
24.	IRON FERROZINE 250 ml	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
25.	WASHING SOLUTION 1L	set	0	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
26.	CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1L	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
27.	SAMPLE WELLS 1000 BUC/SET	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
28.	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
29.	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	set	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	

30.	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	SET	1	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
31.	REACTION ROTOR	set	5	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15	
LOT 10	REAGENȚI – BACTERIOLOGIE				320
	FeCl3	kg	1	FeCl3	
	Spirtieră de laborator; din sticlă termorezistentă	buc	2	Spirtieră de laborator; din sticlă termorezistentă	
LOT 11	Reagenți de tip deschis				2850
	Hemoglobin cu calibrator, 600 teste, AGAT	set	10	Hemoglobin cu calibrator, 600 teste	
	AGAT/38220000 Biocont GK Hemoglobin control în 3 nivele	set	3	AGAT/38220000 Biocont GK Hemoglobin ontrol în 3 nivele	
Suma estimativă pentru toate loturile (fără TVA)					549070,00

Șef Laboratorul spitalului raional

Tatiana ORIOL