

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind : Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină
Urgentă (repetat)**

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată,	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă
1	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	<p>Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox.</p> <p>Parametrul Specificația Încărcare orizontală. Construcția interioară din oțel inox. Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da. Alarmă acustică, vizuală. Durata sterilizării reglabilă da. Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe. Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da. Control electronic Microprocesor. Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da. Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare da. Autoclav dotat cu o ușă - da Suprafața exterioară să nu se încălzească. Imprimantă termică da. Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED. Monitorizarea în timp real: temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital). Ciclu de sterilizare: ciclu de presiune pozitivă ciclu de vacuum. Pre și post vacuum selectabil. Filtrarea aerului, filtru HEPA. Sistem de răcire a aburului pentru drenaj da. Sistem de uscare da. Facilități de setare timp temperatura Volum interior minim 100 l. Rafturi minim 2 buc. Precizie timp de sterilizare ± 1 min.</p>	Bucată	1	166 666,67

		<p>Gama de temperatură: 115 - 134 grade C. Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da. Rezervor minim 100 litri din care autoclavul preia apa necesară pentru sterilizare da. Înregistrator date da. Imprimantă termică obligatoriu. Tip date imprimate pe hârtie: data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz.</p>			
2	Distilator	<p>Descriere: Aparat electric ce produce apă distilată de înaltă calitate, chiar și în condițiile utilizării unei surse de apă de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient 24 l, ± 4 l. Capacitatea de distilare ≥ 12 l/h. Materialul carcasei oțel inox / metal vopsit. Materialul de contact și elemente de încălzire oțel inox. pH 5,0-7. Conductivitate 0,056-5,0 $\mu\text{s/cm}$. Modul de operare continuu / automat. Protecție în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu apă da. Presiune alimentare cu apă 4-6 bar (± 2 bar) Sursă de alimentare cu curent electric Monofazată sau trifazată (220 / 400 V), 50 / 60 Hz. Panou electric de pornire / oprire: încorporat sau separat. Putere de consum a elementelor de încălzire ≤ 10 kW. Clasa de protecție electrică minim clasa I. Accesorii Filtru prefiltrare: colbă + element de filtrare (5 sau 1 μm). Filtru: colbă + element de filtrare (decolorare / cărbune activ). Filtru: colbă + element de filtrare (dedurizare apă / fosfatare). Elemente de fixare pe perete a filtrelor, furtunuri, coturi, robinete, etc. Consumabile: Element de filtrare (cartușe), etc. - pentru minim 12 luni Garanție minim 12 luni. Manual de utilizare În limba română (format electronic). Manual de service / tehnic În limba engleză (format electronic). Se vor accepta</p>	Bucată	4	133 333,33

		echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.			
3	Dispozitiv de compresie pneumatică intermitentă	<p>Descriere: Sistem de terapie prin compresie în jurul membrelor posterioare prin intermediul unor manșete, astfel îmbunătățește circulația venoasă pentru a atenua edemul limfatic la nivelul membrelor inferioare și pentru a preveni tromboza venoasă profundă (TVP) și embolia pulmonară (EP).</p> <p>Parametrul Specificația:</p> <p>Caracteristici sistem (compresor) Compresie secvențială Interval de presiune ajustabil. Permite scăderea presiunii de lucru. Ciclul de umflare 6-15 minute. Ciclul de dezumflare sa fie bazat pe măsurarea detecției umplerii vasculare. Număr de canale 2. Afișaj: Ecran LCD. Cârlige pentru fixare de marginea patului. Alarmer audibile de presiune joasă/ridicată, baterie. Nivel de zgomot redus până la 60 dB. Autonomie baterie până la 4 ore. Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz. Accesorii Tipul manșetă /mâncă Reutilizabile Cantitatea manșetă / mâncă mărimea S, 2 buc. Cantitatea manșetă / mâncă mărimea M, 2 buc. Cantitatea manșetă / mâncă mărimea L, 2 buc. Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție Set de tuburi. Note: Garanție 2 ani. Training personal medical, ingineri. Manual de utilizare în limba de stat. Manual de Service. se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.</p>	Bucată	2	50 000,00
4	Aspirator chirurgical cu recipient de unica folosință	<p>Descriere: Aspiratoarele chirurgicale cu recipient de unică folosință pentru colectarea fluidelor biologice.</p> <p>Parametru Specificația:</p> <p>Limita maximă a presiunii de vacuum ≥ -60KPa Reglator aspirație. Vas colector recipient de unica folosință pentru colectarea fluidelor biologice.</p>	Bucată	9	100 000,00

		<p>Capacitatea: 1-2 L. Protecție la umplere pentru fiecare vas / recipient Suport din material acril sau analog. Filtru protecție sursa vacuum 1 buc. Conectare sursa vacuum (standard DIN 13620-2) - 1 buc. Tub conectare sursa de vacuum 1 buc. Tub conectare sonda de aspirație 1 buc. Accesorii: recipient de unica folosință pentru colectarea fluidelor - 10 buc universal rail clamp - 1 buc.</p>			
5	Pompă pentru nutriție enterală	<p>Descriere: Pompa de alimentare enterală permite pacienților cu hrănire atât pentru copii, cât și pentru adulți, capacitatea de a menține un stil de viață normal, ceea ce duce la o mai mare respectare a regimurilor de hrană prescrise. Parametru Specificația: Display Date afișate: Alarmer Rata Volum infuzat Capacitatea pompei: Diapazonul volumului infuzat 0.1 ml - 3000 ml. Rata fluxului 1-400 ml/hr. Incrementarea volum 1-3000 ml/hr, incrementare 1ml sau 50ml. Greutate <500g. Alimentarea, rețea electrică: 220 V, 50 Hz. Baterie încorporată. Durata de operare autonomă ≥ 24 h. Accesorii: Circuite ≥ 200 buc.</p>	Bucată	9	158 333,33
6	Dulap încălzitor pentru soluții	<p>Descriere: Dulap care permite încălzirea soluțiilor perfuzabile / infuzabile, cât și menținerea lor la o anumită temperatură. Parametru Specificație: Capacitate Volum cameră cel puțin 75 litri sau aproximativ 35-40 flacoane, 500 ml. Domeniul de temperatură programabil cel puțin în diapazonul de la 35 până la 50 grade Celsius. Afișaj LCD sau LED. Control Microprocesor. Sertare / rafturi da. Construcția interioară din oțel inox / aluminiu. Mobil 4 roti, 2 frâne. Alarmă vizuală și sonoră.</p>	Bucată	10	1 000 000,00

		Alarma în cazul uşii / sertarelor deschise sau a temperaturii prea mici. Alimentarea 220 V, 50 Hz.			
7	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare	<p>Descriere: Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăperea prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor.</p> <p>Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare 250 m³/oră, ±50 m³/oră. Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil. Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 1200 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan.</p>	Bucată	12	150 000,00
8	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie	<p>Descriere: Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăperea prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor.</p> <p>Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare 100 m³/oră, ±20 m³/oră. Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil. Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 1200 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan.</p>	Bucată	34	198 333,33

9	Sistem de radiografie cu fluoroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză	<p>Vizualizarea structurilor interne ale corpului și depistarea sau absența bolilor, anomaliilor, a obiectelor străine, a modificărilor în structura organelor, oaselor etc.</p> <p>Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu în direcția S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate.</p> <p>Tub deasupra mesei;</p> <p>Operarea de la distanță;</p> <p>Masa telecomandată;</p> <p>Panou de control în sala de comandă;</p> <p>Dispozitiv intercom - Comunicare pacient doctor;</p> <p>Turnul de imagine Radiografie în afara mesei;</p> <p>Grila detașabilă;</p> <p>(SID) max: ≥ 130 cm; (SID) ≤ 110 cm;</p> <p>Panou de control complet, inclusiv controlul mesei și al generatorului în sala de control;</p> <p>Panou de control pentru funcțiile de bază în sala de examinare;</p> <p>Panou de control complet, inclusiv monitoare ce dublează informația de pe monitoarele din sala de control: opțional;</p> <p>Detector, Mărime pixel: ≤ 140mm;</p> <p>Tip: Panou plat (flat panel);</p> <p>Mărimea maximă a matricei în regim captare radiografie: min. 3024x3024 pixel;</p> <p>Adâncime captare regim radiografie: min. 16 bit;</p> <p>Mărimea maximă a matricei în regim captare fluoroscopie: min. 1024x1024 pixel;</p> <p>Adâncime captare regim fluoroscopie: min. 16 bit;</p> <p>Mărime detector: 43x43 cm (17"x17");</p> <p>Caracteristicile imaginii Afișarea ultimei imagini;</p> <p>Colimare virtuală;</p> <p>Masa de examinare Greutatea maximă a pacientului: min. 250 kg; Dimensiuni: $\geq 225 \times 70$ cm;</p> <p>Mișcarea laterală: ≥ 25 cm;</p> <p>Deplasarea longitudinală a turnului de imagine: ≥ 160 cm;</p> <p>Înclinarea mesei: 90/-90°;</p> <p>Greutatea maximă a pacientului, inclusiv în poziție înclinată: min. 200 kg;</p> <p>Indicatori poziție;</p> <p>Asigurarea mișcării motorizată;</p> <p>Reglarea vitezei pentru direcțiile motorizate în trepte: min. 3 trepte;</p> <p>Generatorul Putere maximă la ieșire: min. 80 kW;</p> <p>Diapazon kV regim radiografie: diapazon min. 40-150kV;</p> <p>Gama radiografică: diapazon min. 0.5...800mAs;</p>	Bucată	1	3 333 334,00
---	--	--	--------	---	--------------

Diapazon kV regim Fluoroscopie: diapazon min. 50...120kV;
Curentul maximal de ieşire radiofluoroscopie: min. 20 mA;
Regim de lucru radiografie seriată: min.15 FPS, ± 1 FPS;
Regim de lucru fluoroscopie pulsativă: în diapazonul 3...30 FPS, minim în 3 trepte;
AEC (Automatic Exposure control): min. 4 câmpuri;
Tub X-RAY Capacitate de stocare termică a ansamblului: min.700 kHU;
Pata focală: min. 2;
Pata focală mică, dimensiune: max.0.7mm;
Pata focală mare, dimensiune: min.1.1mm;
Putere pata focală mică: max. 60 kW;
Putere pata focală mare: min. 80 kW;
kV max radiografie: min. 150 kV;
kV max radiofluoroscopie: min. 125 kV;
Colimator, Regim de lucru: min. automat și manual;
Tip sursa lumină: LED;
Tip colimare min. rectangular și iris/octagonal;
Asimetric din stânga și din dreapta;
Filtre încorporate: min. 3 tipuri;
Selectare filtre automat și manual;
Display și Stație de lucru (Captare/postprocesare)
Mărime display: min.19 inch;
Accesorii:
Set radioprotecție pacient (șorț, guleraș protecție glanda tiroidă): min. 1 set pentru maturi;
Set radioprotecție operator (șorț): min. 1 (min.0,35 mm Pb);
Imprimantă:
Tip procesare: Termal direct sau echivalent;
Interfață: DICOM;
Rezoluție spațială: min.12 pixel/mm;
Format film: 20x25...35x43 cm; Formate disponibil simultan: min. 2;
Cantitate monitoare în sala de control: min. 2;
Cantitate monitoare în sala de examinare: min. 2 (opțional);
Diagonala monitor medical Full HD: min. 19 inch sau echivalent;
Rezoluție monitor: min.1920x1080;
Cerințe pentru calculator:
Procesor Intel Core i7-7600U sau echivalent;
HDD: min. 1 TB;
SSD: min. 500 GB (opțional);
RAM min. 8 GB;
CD/DVD - da;

USB min. 4 porturi;
Compatibilitate sisteme PACS;
Accesorii: tastatură și mouse;
Radiofluoroscopia:
Memorie directă;
Memorie ciclu;
Memorie ultima imagine;
Radiografie:
Captare imagini singulare mărimi: min. 5;
Diapazon mărimi: min. 15x15 cm... 42x42 cm;
Imagini țintite: min. "patru în una";
Captare imagini în serie;
Captare imagini cu contrast: opțional;
Tomosinteză digitală:
Regim captare automată pentru reconstrucție tomosinteză digitală;
Rata de captare: min. 15 FPS;
Reconstrucție automată pe stația de captare;
Posibilitatea captării imaginii pentru orice unghi de înclinare a mesei;
Parametri reconstrucție:
Grosime strat diapazon: diapazon min. 0,5mm...10 mm;
Adâncimea de captare față de masa pacientului: diapazon minim 0...20 cm;
Programe presetate pentru diferite zone anatomice: min 5;
Posibilitate de ajustare individuală a programelor, min 3;
Soft reducere artefacte metal;
Soft postreconstrucție ce permite reconstrucție tomosinteză cu diferiți parametri fără a iradia repetat pacientul (inclusiv grosimea și adâncimea stratului);
Postprocesare, inclusiv instrumente de prelucrare imagine;
Reconstrucția de imagini oblice față de axa verticală sau orizontală;
Tehnologie radiografie scanare:
Captare tip scanare longitudinală cu fantă;
Regim de captare automată pentru reconstrucție radiografie scan;
Reconstrucție radiografie scan automată pe stația de captare;
Zona de scanare: min. 42x140 cm;
Viteză scanare: min. 10cm/s;
Rata de captare: min. 3 FPS;
DAP integrat cu afișarea rezultatelor în baza de date a pacientului;
Soft de prelucrare:
Post-procesare;
Control nivel: Zoom/Mărire - Rotire/Inversare;
Adnotări pe imagine: marker, text, linii, unghi, lipse;
DICOM 3.0:

		<p>DICOM Verification; DICOM Modality worklist; DICOM MPPS; DICOM Storage; DICOM Storage Commitment; DICOM Grayscale print; DICOM Query/Retrive; DICOM GSPS; Imort/Export imagini PACS; Export imagini CD/DVD; Export rezultate examinări pe HIS/RIS: ; Soft pentru tomosinteză; Soft radiografie scan; Sistem PACS: Procesor Intel Core i7-7600U sau echivalent; HDD: min. 1 TB; SSD: min. 500 GB (opțional); RAM: min. 8 GB; Monitor diagonala: min. 21 inch sau echivalent; Rezoluție monitor: min.1920x1080; Modul software PACS: Funcții manipulare imagine; Măsurători, adnotări, salvare; Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare, de înaltă rezoluție, bazat pe reguli DICOM de rulare; DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distanță; Licență: minim o licență; Licență de acces de pe web sau LAN: minim două. Generator/Instalație raze-X: funcționarea pe bază de curent alternativ: cu tensiunea 380V±10% Frecvența: 50Hz / 220 – 240 V 50/60 Hz; Unit radiologic digital: 220 - 240V; 50/60 Hz / 380 V±10%; 50 Hz Disponibilitatea pieselor de schimb urmează a fi asigurate pentru o perioadă cuprinsă între 7 - 10 ani, din data livrării produsului. Actualizări software/hardware la necesitate. Manualul de utilizare tradus în limba română.</p>			
10	<p>Injector automat al mediului de contrast cu 2 seringi</p>	<p>Descriere: Angiomas cu 2 seringi este un dispozitiv medical folosit pentru injectarea agentului de contrast în timpul procedurilor de imagistică medicală, cum ar fi angiografia sau tomografia computerizată (CT). Acesta constă din două seringi pentru injectare, un sistem de conectare și un dispozitiv de control al fluxului de contrast. Parametrul Specificația: Display LCD/Touch screen</p>	Bucată	1	208 333,00

<p>Date afișate :</p> <ul style="list-style-type: none">AlarmeRataVolum infuzat <p>Parametri injectorului:</p> <ul style="list-style-type: none">Capacitatea seringi acceptate minim 200 ml / seringă.Presiunea de injecție minimum 300 psi.Rata fluxului minim 0.1ml/s.Funcție de evacuarea a aerului.Cantitate seringi concomitent 2.Metoda de livrare a fluidului pe bază de piston.Controlul fluxului de contrast Touch screen, butoane sau manete de control.Consola de control cu conectare prin wi-fi sau cablu. <p>Alarme și indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none">Bula de aer daEroare de sistem daSet decuplat daRezervor gol daAlarmă ocluzie daAlarmă vizuală daAlarmă sonoră da <p>Alimentarea la rețea electrică: 220 V, 50 Hz.</p> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none">Suport - troleu mobil cu roți.Set cu seringi de unica folosință compatibile cu injectorul 50 buc.			
---	--	--	--

Valoarea estimativă: 5 498 333,67 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația	DA

		Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este	DA

		<p>stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”</p> <p>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau	DA

		de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. din .*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

- 19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**
- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).**
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**
- 22. Ofertele se prezintă: în lei.**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**
- 24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP MTender
- 26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile**
- 28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
- 29. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
- 31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
- 32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
- 33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
- Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:

36. Data publicării anunţului de intenţie: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._33.pdf
BAP nr. 60 din 30.07.2024
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._60.pdf

37. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare 23.10.2024

38. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plăţile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG