

**Caiet sarcini pentru cererea ofertelor de preț pentru**  
**Uscător de aer pentru stația de oxigen Inmatec IMT-PO 3000 și înlocuirea acestuia**

Denumirea bunului	Specificatia tehnică
Instalație pentru uscarea aerului comprimat	Uscătorcu aer comprimat de tip frigider compatibil cu stația generatoare de oxigen INMATEC IMT-PO 3000 Tipul uscătorului: Rece (Refrigerator) Presiune de lucru, bar: $\geq 7$ bari Productivitate: $375\text{m}^3/\text{h}$ ( $\pm 5\%$ ) Cu panou digital de vizualizare a temperaturii aerului de intrare + temperatura de rouă Punct de rouă: $+3^\circ\text{C}$ Tensiune de alimentare: 220-240 V / 50 Hz Dimensiune: $\leq 510 \times 570 \times 900$ mm Montarea se execută de către furnizor Termen de garanție: minim 12 luni Termen de livrare maxim 5-7 zile (motiv de urgență) Prețul va include livrarea, instalare și calibrarea acestuia

**Condiții:**

- ✓ Certificat de calitate pentru dispozitivul solicitat.
- ✓ Scrisoare confirmativă de la producătorul a stației generatoare de oxigen INMATEC IMT-PO 3000, precum că uscătorul de aer este compatibil cu stația generatoare de oxigen INMATEC IMT-PO 3000 nr. de serie 21 911 /2 141
- ✓ Lucrările de reparație și schimbul pieselor se vor efectua în colaborare **(Obligatoriu)** cu inginerul companiei care va deservi generatorul de oxigen INMATEC IMT-PO 3000 pe parcursul anului.

Inginer șef



Eugeniu Scurtu