

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Servicii</u>						
Lotul 1						
Achiziționare servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical)						

<p>servicii de întreținere (mentenanța)</p> <p>Generator de oxigen Model POC 8300-MED. Producător - Inmatec (Germania)</p>				<p>Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare.		
servicii de întreținere (mentenanța) Compresor de aer Model ASD60/12 bar. Producător - Kaeser (Germania)				KIT B (a doua la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Service Unit Eco-Drain 31F -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC		

				<p>-curatarea compresorului si radiatorului</p> <p>-</p> <p>Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens.</p> <p>-Resetarea orelor de mentenanta</p> <p>-Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).</p>		
<p>servicii de întreținere (mentenanța)</p> <p>Uscator de Aer Model ACT 55.</p> <p>Producător - Friulair (Italia)</p>				<p>1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurăți și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în</p>		

				parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare.		
servicii de întreținere (mentenanța) Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIM1. Producător - Ethafiltru (Italia)				Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121 Mentenanata/verificare/curatare purja automata (kit service purja). Producător - Ethafiltru (Italia)		
servicii de întreținere (mentenanța) Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical)				Verificare Scurgeri Verificare/curatare purja automata		

Purja automata Ethadrian TRIM1. Producător - Sicctech (Italia)						
servicii de întreținere (mentenanța) Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical). Producător -Sicctech (Italia)				Verificare Scurgeri Schimbarea fittingurilor defecte		
Modificare Grila admisie aer compressor Producător – Eyecon Medical				Conectare/Calibrare cu compresorul ASD 60		
servicii de întreținere (mentenanța) Panou electric Producător – Eyecon Medical				Verificare Panou electric Schimbarea firelor incalzite Schimbare sigurante		
Total lot 1						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____