



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. 8902-1748 din " 30 " 05 2019

SOGNO SRL

sogno a.md.net

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1551947937994 din 16.04.2019 privind achiziționarea "consumabile pentru chirurgia spinării (implante spinale) și neurochirurgicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2019", Vă comunică că conform **deciziei din 29.05.2019** oferta Dvs. pentru loturile de mai jos nu a fost acceptată din motivele ce urmează:

Lotul nr.1 *Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara*

Nu corespunde.

S-a solicitat Placa occipitala prasamblata cu 2 piulite de fixare tijelor - Minim 4 orificii pentru suruburi occipitale, s-a oferit cu 3 orificii.

S-a solicitat Tija longitudinală toraco-lombara 200mm (400mm) CoCr, s-a oferit Titanium.

S-a solicitat Tija longitudinală cervicală 160mm Ti - Diametrul 3.5-4.0mm, s-a oferit tija 6.0mm.

S-a solicitat Tija longitudinală cervicală 160mm CoCr - Diametrul 3.5-4.0mm, s-a oferit tija de 6.0mm din Titanium.

S-a solicitat Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare - diametru 7.5mm, 8.0mm lungimea 60-100mm, s-a oferit 6.0-7.0mm lungimi 35-55mm.

Lotul nr.3 *Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF*

S-a solicitat Cușca –Titan, s-a oferit material PEEK.

Lotul nr.9 *Implante spinale. Cilindru din plasa pentru protezare corpului vertebral.*

Nu corespunde.

S-a oferit lungimea max 80mm, S-a solicitat 100mm.

Lotul nr.11 *Implante spinale. Instrumentatie miniinvasiva pediculară toraco-lombara.*

S-a solicitat Surub miniinvasiv pedicular ponoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare, însă nu s-a oferit surub cimentat și nu include piulita de blocare.

Lotul nr.14 *Implante spinale. Proteza disc cervical.*

Nu corespunde, s-a solicitat acoperire suprafețelor plăcilor terminale cu material osteointegrativ (titan poros sau hidroxiapatita), în oferta propusă suprafața este fără material osteointegrativ. Lipsesc studii clinice și statistice din registre europene sau americane - legate în special de rata de supraviețuire a implantelor respective (oferite).

Lotul nr.16 Dren ventricular

S-a solicitat dren ventricular, S-a oferit dren ventriculo-peritoneal.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 65 alin. (6) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 ”*privind achizițiile publice*” oferta Dvs. pentru lotul mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice expuse în Documentația Standard.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

Centru pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci