

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Ecograf mobil
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Călărași

2. IDNO: 1003609150317

3. Adresa or. Călărași str. N. Testemițanu 59

4. Numărul de telefon/fax: 0244/2-24-48

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

srcalarasi@ms.md www.srcalaras.ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	33100000-1	Lotul 1 Ecograf mobil	buc	1	A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME: Echipament de ultrasonografie multidisciplinar, portabil conceput pentru examinari abdominale, de obstetrica, ginecologice, de urologie, musculoscheletale, vasculare, urologice, pediatrie, cardiace, transcraniene si de partilor moi CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE Sistem portabil cu urmatoarele caracateristici: Dimensiuni reduse pentru o usoara manipulare: sa nu depaseasca maxim 6x40x40cm Greutatea sistemului sa nu depaseasca 5,5 kg cu baterie	

					Consum maxim: 210VA - inclusiv cu periferice Panoul de comanda sa dispuna de tastatura alfanumerica ce prezinta film de protectie usor de spalat/sterilizat Sistemul prezinta difuzoare integrate pentru frecvente joase ce asigura o acustica fidela Sa dispuna de minim 8 potentiometrii fizici pentru reglarea TGC Sistemul sa dispuna de memorie SSD de minimum 250 GB DESCRIEREA CONSOLEI Monitor cu rezolutia de minim 1920x1080 pentru vizualizarea in conditii optime a imaginilor achizitionate Diagonala monitorului este minimum 15.5 inch Posibilitate de modificare a luminozitatii si contrastului monitorului INTERFATA CU UTILIZATORUL Pentru optimizarea fluxului de lucru, interfața software oferă posibilitatea de a edita profiluri individuale de utilizator pentru personalizarea preferințelor Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce permite comunicare DICOM Echipamentul dispune de platforma ce ofera utilizatorului accesarea rapida la suportul tehnic direct autorizat de producator,avand un timp de raspuns de maxim 10 minute in vederea remedierii problemelor care apar in domeniul de aplicatii. Aceasta platforma permite accesul de la distanta chiar si in cazul service-ului cu o estimare de 6 ore in vederea rezolvarii problemelor tehnice. MODURI DE OPERARE (Fundamentale si Derivate din cele fundamentale) Moduri de functionare fundamentale: Mod de tip M cu urmatoarele caracteristici: - cel putin 15 tipuri de harti selectabile - eliminarea de pe ecran a ecourilor de nivel scăzut	
--	--	--	--	--	---	--

					cauzate de zgomot reglabil in minimum 5 pasi - viteza de derulare reglabila in minimum 7 pasi - amplificarea se poate regla cu pasul de 1 dB - compresia imaginii poate fi realizată în minim 12 pași - prezintă minim 8 tipuri de colorație Mod B(2D) ce prezinta urmatoarele caracteristici: - filtru de evidentiere a marginilor tesuturilor: cel putin 6 nivele de reglare - filtru temporal ce are ca scop afisarea unei imagini uniforme: cel putin 6 nivele de reglare - focalizare selectiva: cel putin 7 zone - cel putin 15 tipuri de harti selectabile - adancimea maxima de scanare depaseste 30 cm - amplificare ajustabila in pasi de 1 dB - posibilitate de inversare a imaginii - unghiul de înclinare poate ajunge până la $\pm 15^\circ$, în funcție de traductorul utilizat - compunerea spațială poate fi realizată din minim 7 unghiuri, în funcție de traductorul utilizat Mod Doppler Color ce prezinta urmatoarele caracteristici: - filtru temporal ce are ca scop afisarea unei imagini uniforme: cel putin 6 nivele de reglare - filtru spatial cu cel putin 5 nivele de reglare - PRF color reglabil ce acopera in totalitate intervalul (0.12- 27) KHz - amplificare ajustabila in pasi de 0.5 dB - inclinarea casutei color cel putin pana la $\pm 20^\circ$ - pragul de culoare se poate ajusta cu cel putin 10 nivele de reglare - harti de culoare: cel putin 19 tipuri selectabile - filtru de perete reglabil in 4 pasi - linia de bază poate fi modificată din 10 în 10% - frecvența modificabilă în cel puțin 4 pași - posibilitate de inversare a codării color Mod Power Doppler ce	
--	--	--	--	--	---	--

					prezinta urmatoarele caracteristici: - cel putin 13 tipuri de harti selectabile - amplificare ajustabila in pasi de 0.5 dB - inversarea codarii color: On/Off - filtru temporal ce are ca scop afisarea unei imagini uniforme: cel putin 6 nivele de reglare - PRF reglabil ce acopera in totalitate intervalul (0.12 - 25) kHz -filtru de perete reglabil in 4 pasi -filtru spatial cu cel putin 5 nivele de reglare - unghiul de înclinare poate ajunge până la +/-20° - Mod Doppler cu unda pulsata ce prezinta urmatoarele caracteristici: - Doppler Spectral Pulsat cu HPRF - PRF reglabil in totalitate pe intervalul de (0.32 - 27.5) kHz - posibilitate de trasare automata a anvelopei spectrale in timp real dar si in freeze -filtru de perete reglabil de catre utilizator in cel putin 25 de pasi -linia de baza se poate ajusta cu cel putin 10 nivele - posibilitate de corectie de unghi cu pasul de un grad pana la +/-90 grade -masuratorile acopera in totalitate intervalul de viteze de (0.12 - 7010) cm/s -posibilitatea de lucru simultana - duplex mode -posibilitate de inversare a spectrului - pana la 7 harti de gri selectabile si minim 5 color - posibilitate de ajustare a unghiului pana la minim 19 grade - minimum 7 pasi de reglare pentru viteza de derulare - posibilitate de realizare automată a calculelor în timp real și în freeze - adâncimea maximă de scanare depășește 32 cm - Posibilitate de upgradare cu mod Doppler Continuu - sa dispuna de cel putin 7 harti de gri si 5 color -posibilitate de reglare a unghiului pana la +/- 90	
--	--	--	--	--	---	--

					grade in pasi de 1 - sa permita masuratori de viteza minim de la 0.25 pana la 6100 cm/s - sa dispuna de posibilitate de trasare automata a anvelopei spectrale in timp real si in freeze cu posibilitate de reglare a sensibilitatii - filtrul de perete poate fi reglat in minim 25 de pasi - sa permita inversarea spectrului Moduri de functionare derivate si/sau combinate din cele fundamentale: - mod M Color - poate dispune de upgradare cu mod tip M Anatomic cu posibilitatea plasarii cursorului in orice plan disponibil pentru bucle cine atat in timp real cat si pentru cele stocate - mod cu Armonici Codate cu urmatoarele caracteristici: - intensificarea marginilor poate fi reglata in minim 6 pasi - selectarea a minim 7 harti de gri - cel putin 8 harti color - amplificarea sa poata fi reglata in pasi de 1 dB Are capacitatea de a functiona cu 3 moduri de lucru active in acelasi timp (triplex) Zoom de pana la 60 de ori Adancimea minima de scanare: 0.5 cm Adancimea maxima de scanare: 33 cm TIPURI DE TRANSDUCERI COMPATIBILI CU ECOGRAFUL Transductori de tip: - convex acopera in intregime domeniul 2.1 - 9.8 MHz - micro-convex endocavitar 2D ce prezinta campul de vizualizare de peste 164° - liniar ce acopera in intregime domeniul 4.2 -13 MHz - tip "Hockey Stick" acopera in intregime domeniul de frecventa 6.8 - 18 MHz - sectorial arie fazata acopera in intregime domeniul 1.8 - 12 MHz - sa fie compatibil cu sonde de tip sectorial ce dispun de camp de vizualizare mare, pana la minimum 118 grade pentru achizitia completa a
--	--	--	--	--	---

					cordului si evitarea fragmentarii examinarii - traductor volumetric 4D OBTINEREA SI AFISAREA IMAGINII In functie de ecogenitatea structurii analizate si timp, echipamentul prezinta posibilitatea de modificare liniara a coeficientului de amplificare Echipament ce prezinta formator de unde digital Echipamentul dispune de minim 223.000 canale efective de procesare Gama dinamica a sistemului este de peste 265 db Rata de reimprospatare a sistemului in modul 2D este de minim 1.750 frame-uri (cadre/imagini) pe secunda Sistemul sa fie capabil sa proceseze frecvente de la 1.8 pana la 18 MHz Posibilitatea de modificare a pozitiei imaginii stanga/dreapta, si rotire minima 0, 90, 180, 270 grade Cu ajutorul unui singur buton, utilizatorul poate face urmatoarele optimizari in mod automat in functie de ecogenitatea structurii examinate cu urmatoarele moduri de lucru: - optimizarea automata continua a imaginii in modul B in ceea ce priveste uniformitatea, luminozitatea si contrastul - optimizarea automata in modul spectral PW cat si CW care regleaza linia de bază, ajusteaza scala si PRF-ul. Focalizare dinamica continua in receptie Focalizare selectiva in transmisie cu cel putin 7 zone Tehnică adaptiva de analiza comparativă a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si îmbunătățește calitatea imaginii, permițând o vizualizare mai precisă a detaliilor morfologice - permite vizualizare duală Aceasta tehnica de imbunatatire a imaginii este compatibila cu toti traductorii liniari, convecși si sectoriali. Poate fi folosita cu urmatoarele moduri de lucru: - modul 2D (mod B) - mod 3D/4D Tehnologie de interpolare a	
--	--	--	--	--	---	--

					cadrelor aflate sub cel puțin 8 unghiuri/planuri diferite de vizualizare pentru reducerea semnificativa a zgomotului de fond din imagine. Prezinta compatibilitate cu urmatoarele moduri de lucru/tehnici: - modul Color - modul Doppler Pulsat -tehnica adaptiva pentru inlaturarea artefactelor - modul de lucru cu armonici - tehnica de largire a campului vizual Tehnologia de interpolare a cadrelor poate fi folosita la examinarea pacientului cu traductor de tipul liniar, convex, intraoperator, endocavitar. Echipamentul prezintă posibilitatea lărgirii câmpului vizual la funcționarea tuturor traductorii liniari si sectoriali, în scopul afișării pe ecran a unor zone suplimentare de țesut Aceasta tehnica de largire a campului vizual este compatibila cu tehnologia de interpolare a cadrelor Dispune de posibilitate de upgradare cu metoda de investigare ce permite vizualizarea in ansamblu a unor zone largi de scanare de peste 55 cm lungime Aceasta tehnologie permite atat selectarea automata a celei mai bune pozitii din ecran cat si detectarea automata a directiei de scanare, precum si posibilitate de zoom si rotire Aceasta tehnologie sa fie compatibila cu traductori de tip convex, liniar, endocavitar, sectorial Posibilitate de upgrade cu modul de vizualizare a acului de biopsie pentru sondele de tip liniar si convex STOCAREA IMAGINII: Permite salvarea datelor in formatul brut, ceea ce inseamna ca imaginile sunt captate inaintea lanțului de procesare, permițând utilizatorilor să efectueze urmatoarele modificări chiar după terminarea examenului ca o re-scanare virtuala mai amănunțită: - posibilitate de modificare a gamei dinamice, gainului	
--	--	--	--	--	---	--

					pentru imaginile stocate - corectie de unghi, viteza de derulare, harti de culoare, si pozitia liniei de baza pentru imaginile Doppler Spectral Permite stocarea de date in memoria temporara de tip CINE (memoria imaginilor) si pe memoria de lunga durata Informatiile stocate in baza de date de pacienti au posibilitatea de fi exportate cel putin in urmatoarele formate: - tip JPEG - tip WMV, MPEG 4 - tip AVI CARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor) Dispune de spatiu de stocare al datelor in mod ciclic, in memoria imaginilor de peste 380 MB Secventele memoriei imaginilor se pot vizualiza in mod dual si in 4 imagini simultan Fiecare cadru din memoria imaginilor se identifica printr-un numar Lungimea buclei CINE permite a fi selectata de utilizator Pe baza fiecarui cadru din memoria imaginilor se pot realiza atat masuratori, calcule cat si adnotari COMPATIBILITATEA CU ALTE DISPOZITIVE DE STOCARE Permite atasarea unor dispozitive de stocare gen: USB DVD-R si CD-R TEHNOLOGII SI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE Echipamentul prezinta posibilitate de upgradare cu modul ce permite achizitionarea unui volum utilizand traductor de tip convex 2D - permite rotatie nelimitata - permite translatii planare nelimitate - distanta de scanare sa fie cuprinsa între 1.3 - 14.5 Posibilitate de upgrade cu modul de achizitie volum 3D ce permite manipularea si procesarea datelor achizitionate În cazul imaginii 3D	
--	--	--	--	--	---	--

					reconstruită, echipamentul permite utilizatorului procesarea acesteia pentru afișarea în următoarele moduri: maxim, minim sau radiologic - post-procesarea volumelor reconstruite este posibilă prin diverse instrumente software care pot înlătura reconstrucțiile afectate de artefacte și pe cele ale structurilor ce nu prezintă interes - prezintă posibilitatea de a selecta viteza de rotire a imaginii 3D Echipamentul permite afișarea simultană pe ecran a cel puțin 18 slice-uri tomoeecografice - distanța minimă dintre două slice-uri este reglabilă în plaja 1 - 40 mm Dispune de posibilitate de upgradare cu mod ce calculeaza grosimea intimei media bazandu-se pe detectarea automata a conturului dintr-o regiune de interes de-a lungul peretului vasului. Dispune de pachet de editare a rapoartelor ce poate include sabloane standard si/sau customizabile de catre utilizator Dispune de posibilitate de upgradare cu modul avansat de ecografie de stres cu protocoale farmacologice și de exerciții prezentand urmatoarele caracteristici: - dispune de peste 7 tipare de protocoale din fabrica - afisarea rezultatului este prezentata sub forma de "ochi-de-bou" (bulls-eye) sau segmental. - permite vizualizare duală -sistem inteligent pentru setarea automata a parametrilor de scanare conform examenului anterior (frecventa, amplificarea, gain) pentru scanarea in aceleasi conditii la momente diferite de timp - permite crearea de protocoale noi in functie de preferintele utilizatorului si se pot modifica cele standard existente Sistemul permite upgrade cu modul pentru analiza fractiei de ejectie in mod automat
--	--	--	--	--	---

					Posibilitate de upgradare cu modul pentru evaluarea elasticitatii tesuturilor - elastografie de tip strain cu modul complementar de semi-cuantificare a rezultatelor, disponibil pentru sondele liniare cu posibilitatea de modificare a regiunii de analiza si selectarea din minim 7 harti - permite reglarea nivelului de zgomot în minim 6 pași - densitatea de linie poate fi optimizată în minim 3 pași Posibilitate de upgrade cu modul de scanare specializat pentru procedurile de screening al sanului, cu protocoale ghidate, masuratori, corelate la sistemul de date și raportare în imagistica sânului BI-RADS Posibilitate de upgrade cu tehnică pentru comparare a imaginilor dintr-un studiu curent cu imagini provenite din studii anterioare pentru analiza evolutiei unei patologii Posibilitate de upgrade cu modul de analiza a velocitatilor tisulare si codare color in cazul studiului Doppler al miocardului cu posibilitate de analiza multipla a miscarii in functie de timp, afisate din puncte selectate din miocard - disponibil pe traductori sectoriali Posibilitate de upgrade cu modul de analiza tisulara ce lucreaza impreuna cu modul M pentru evaluarea velocitatii miscarii miocardului precum si a directiei Posibilitate de upgrade cu modul de masurare a urmatorilor parametri: circumferinta abdominala, diametriul biparietal, circumferinta craniului si lungimea femurului Posibilitate de upgrade ce ofera utilizatorului suport pas cu pas in vederea scanarii pentru achizitia corecta a structurilor anatomice cu imagini de referinta, ilustrații si animatii 3D pentru aplicatii de abdomen, obstetrica, ginecologie, cardiologie si vasculare	
--	--	--	--	--	--	--

					Sistemul să permită upgrade cu modul de contrast pentru sonde convexe Dispune de modul de asistare a scanării în vederea îmbunătățirii fluxului de lucru permițând crearea de protocoale standardizate Pentru un flux de lucru rapid, sistemul permite înregistrarea vocală a comentariilor în timpul examinării Mod ce cuprinde abstract din manualul de operare, imagini și videoclipuri care îl ajută pe utilizator să rezolve problemele precum: reglarea monitorului, manipularea trackball-ului, conectarea perifericelor, managementul traductorilor, utilizarea sistemului dar și alte întrebări cu răspunsuri utile. Tehnologie opțională de afisare a intensității fluxurilor sanguine, independentă de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, în vederea vizualizării cu exactitate a informației hemodinamice. Această tehnologie va dispune de rezoluție spațială similară cu cea a scalei modului 2D și permite afisarea informației pe întreaga suprafață de scanare. Metoda concepută pentru studiul și analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activității nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plagilor arteriale, turbulențelor arterei carotide și a eventualelor sinoase, diferențierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc. - disponibilă pe traductori liniari și convecși - opțiune de on/off a background-ului - sensibilitatea poate fi reglată în minim 15 pași - cel puțin 7 hărți de gri și 3 de culoare - amplificarea poate fi reglată în pași de 1 dB Posibilitate de upgrade cu modul de măsurare automată a volumului vezicii cu optimizare a imaginii și adnotări automate Posibilitate de upgrade pachet de masuratori specifice pentru tiroida ce include clasificare TI RADS CONECTIVITATE ȘI	
--	--	--	--	--	---	--

					TRANSFER DE DATE Ecograful permite conectarea la retea prin cablu cu conector de tipul RJ45 Permite conectare HDMI si S-Video Detine MPPS (ofera posibilitatea de efectuare a procedurii pas cu pas – masurare precisa a distantei, ariei si volumului) Posibilitate de upgrade cu baterie pentru scanarea in conditii normale de functionare cand sistemul nu este conectat la o sursa de alimentare Posibilitate de conexiune pentru transferul datelor minim 4 porturi USB B) CONFIGURATIE DE LIVRARE: B.1) Consola ecografica multidisciplinara indeplineste toate cerintele de la punctul A) B.2) Traductori: 1 bucata traductor de tip convex pentru aplicatii abdominale, vasculare, obstetrice-ginecologice si urologice, musculoscheletale si de pediatrie ce prezinta urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 2 - 4.7 MHz - camp vizual de minim 56° - permite lucrul cu 4 frecvente diferite in transmisie pentru modul B - permite lucrul cu 3 frecvente diferite in transmisie pentru modul Doppler Color/Doppler Pulsat/Power Doppler - prezinta posibilitatea de upgradare cu kit de biopsie 1 bucata traductor de tip liniar pentru aplicatii vasculare, parti moi si pediatrie, musculoscheletale ce prezinta urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 4.3 - 10 MHz - minim 190 elemente - sa dispuna de posibilitatea de inclinare a planului de scanare pana la +/- 19 grade - permite lucrul cu 3 frecvente diferite in transmisie pentru modul B - permite lucrul cu 2	
--	--	--	--	--	---	--

					frecvente diferite in transmisie pentru modul Doppler Color/Doppler Pulsat/Power Doppler - prezinta posibilitatea de upgradare cu kit de biopsie B.3) PERIFERICE SI ACCESORII Dispune de printer termic alb-negru Dispune de cărucior cu toate suporturile necesare pentru conectarea sistemului si a accesoriilor periferice. Să fie produs de către producatorul echipamentului ecografic. Dispune de posibilitatea de upgradare pentru extinderea memoriei cu pana la 1TB Prezinta posibilitatea de upgradare pentru conectarea echipamentului prin bluetooth Prezinta posibilitatea de upgradare prin atasarea unui adaptor pentru conectarea sistemului la retea wireless Prezinta posibilitatea de upgradare pentru atasarea Kitului ECG Prezintă posibilitate de conectare la cărucior ce dispune de minim 2 extensii de conectare a traductorilor Căruciorul dispune de opțiune de extindere a alimentării cu baterie C) GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE Garantie - 36 luni Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare C.1) SERVICE POSTGARANTIE Post-garanție: 8 ani Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 72 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare D) SERVICII CONEXE Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se realizează cu personal specializat, cad în sarcina furnizorului și nu implică costuri suplimentare pentru beneficiar, fiind incluse în oferta financiară Instalare și punere în funcțiune de către personal	
--	--	--	--	--	--	--

					autorizat si instruit de producator Instruire personal medical si tehnic la sediul beneficiarului în locația de instalare E) TERMEN DE LIVRARE 10 de zile de la primirea comenzii	
Valoarea estimativă totală						383 400,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____ - _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate:
• conform standardului Incoterms DDP în termen de 10 zile de la primirea comenzii;
• locul livrării: la adresa: str. N. Testemițanu, 59, or. Călărași,
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.	La depunerea ofertei se va prezenta: - DUAЕ - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declarația pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.	Obligativiu. Lipsa condamnării pe parcursul a ultimilor 5 ani
2	Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolabilitate ca urmare a		Obligativiu. Nu se află în proces de

	<u>hotărârii judecătorești.</u>		insolvabilitate
3	Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.	La depunerea ofertei se va prezenta: - DUAЕ - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declarația pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. - Certificat privind confirmarea lipsei restanțelor față de buget, sau declararea în DUAЕ prin indicarea link-ului pentru verificare electronică - eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.	Obligatoriu. Până la valoarea de 100,00 lei MD, nu vor fi considerate datorii sau restanțe la buget.
4	Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de exercitare a activității profesionale	<u>La depunerea ofertei se va prezenta:</u> - DUAЕ - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declarația pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate prevederile actelor normative din țara în care ofertantul este stabilit: - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; - Extras din Registrul de stat al <u>persoanelor juridice</u> - Document/autorizație de funcționare aferentă obiectului procedurii de atribuire a contractului.	Obligatoriu. înregistrarea activității antreprenoriale a operatorului economic. Prezentarea documentelor specificate.

5	Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea economică, financiară, tehnică și profesională.	<u>La depunerea ofertei se va prezenta:</u> DUAЕ - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declarația pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. - Certificat privind deținerea contului bancar. - Lista asociațiilor/subcontractanților implicați în executarea contractului (după caz); - Angajamentul terț susținător financiar (după caz); - Declarație terț susținător financiar (după caz); - Angajamentul privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de ofertanți (după caz); - Declarație terț susținător tehnic (după caz); Declarație terț susținător profesional (după caz)	Obligativ. Prezentarea documentelor specificate.
6	Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienței specifice fiind minimum de 3 ani în prestarea serviciilor similare	<u>La depunerea ofertei se va prezenta:</u> DUAЕ - document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 72/2020, constând în declarația pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. <u>La evaluarea ofertei se va prezenta (termen 1 (una) zi după deschiderea ofertelor):</u> - Declarația privind Copii ale contractelor similare.	Obligativ. Prezentarea documentelor specificate.
7	Declarație de la ofertant	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului	Obligativ.

		și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.	
8	Documente ce atestă calitatea bunurilor	*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.	Obligativ
9	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferi	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	Obligativ
10	Declarație de la ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
11	Declarație de la ofertant	originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 36 luni din data instalării/livrării.	Obligativ
12	Declarație de la ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, cel mult 48 ore la sediul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ

13	Declarație de la ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
14	Garanția pentru ofertă	de:1% din valoarea ofertei fără TVA., original, transfer sau garanție bancară conform Anexei 9 din Documentația standard. Notă: în cazul în care garanție pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP SR Călărași după deschiderea ofertelor în termen de 1 zi	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz 1%.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz 5%, cuantumul.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în trei runde cu aplicarea pasului minim specificat în SIA RSAP
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
nu se aplică
22. Ofertele se prezintă în valuta lei moldovenești, cu 2 (două) cifre după virgulă
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot, ținând cont de cerințele tehnice solicitate
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 15 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: <https://mtender.20v.md/tenders>
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: https://mtender.sov.md/tenders.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)
39. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: _____ .