

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea *Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 13)*
prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA
1	Registrator Holter ECG	bucată	10	<p>Set registratoare Holter ECG, pentru extinderea sistemului existent compatibile cu softul și cheile fizice aflate deja în dotare (Labtech Cardiospy ver. 5.04.05.06 Rev:22555 build 2021-06-23).</p> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - husa monitor – da; - husă set – da; - baterii-acumuloare mărime AAA – 2 buc; - încărcător acumuloare – da; - cablu 12 canale – da, 2 buc; - cablu NEHB – da; - cablu USB-HDMI – da; - sa prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea dispozitivului oferit cu sistemul aflat în dotarea instituției, inclusiv compatibil cu software-ul, cu cheile de acces și cablurile; 	333 333,33
2	Stress sistema diagnostica cu cicloergometru	bucată	1	<p>Stress sistema diagnostica cu cicloergometru Cod 260250</p> <p>Descriere Stress sistema diagnostica înregistrează ECG in 12 derivații simultan, in timpul efectuării unui efort fizic</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Registrator ECG pentru PC adult, pediatric</p> <p>Numărul de canale de procesare 12</p> <p>Configurația Portabil da</p> <p>Derivațiile Tip înregistrare automat</p> <p>Gama de frecvență De diagnostic 0.67-150 Hz</p> <p>Impedanța de intrare ≥ 2.5 M Ohm</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz >86 dB</p> <p>Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da</p> <p>Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook prin bluetooth, wireless</p> <p>Alimentarea- 220 V, 50 Hz</p> <p>Baterie internă- reîncărcabilă da</p> <p>Timp operare autonomă $\geq 2,5$ h</p> <p>Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare rețea baterie descărcată</p> <p>Acesorii standard Cablu pacient cu conectare la 10 electrozi 2 unități</p> <p>Gel de contact 1 litru</p> <p>PC (notebook) cu softul registratorului de ECG da</p> <p>imprimanta laser</p>	833 333,33

				<p>bicicleta de exercitii (cicloergometru) electro-mecanica consola principala cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC USB sau RS 232 diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea incarcaturii programabila de utilizator greutatea maximala a pacientului 150 kg frina electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de masurare al Tensiunii Arteriale aparte sau incorporat Diapazonul masurarilor 40- 300 mm col Hg masurarea pulsului 35 - 230 contractii/min Acuratetea masurarii ± 3 mm col Hg Calibrare externa optional</p>	
3	<p>Ultrasonograf portabil tip laptop sau analogic cu troleu</p>	bucată	1	<p>APLICAȚII CLINICE: Cardiac, General; PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE: ≥ 3 (inclusiv prin extindere numar porturi cu multiplicator) NIVELE DE GRI: ≥ 256; SUMARUL GAMEI DINAMICE MAXIME: ≥ 330dB; CANALE PROCESARE: $\geq 1,000,000$; ADÂNCIME DE SCANARE: ≥ 40 cm; DIAPAZON FRECVENȚĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1,5-22 Mhz (minim); TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: convexe, TEE inclusiv pediatrice si neonatale, sectoriale , CW pencil, intra-operaționale; POSTPROCESARE DA Moduri de imagistică: M-mod DA; M-mod și 2-D DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA; M-Mode color DA; Imagine prin Compunere Spatiala DA; DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TVI ; Afișare frecvență DA; Afișare viteză DA; Power Doppler DA; Duplex DA; Triplex DA; Masurari automatizate DA; Calcul automate DA; Power Doppler DA;</p>	583 333,33

Duplex DA;
Triplex DA
FUNȚIONALITĂȚI:
Ajustare frecvența DA;
Diapazon dinamic reglabil DA;
Focalizare de recepție dinamică
Ajustare mape de culori ≥ 10 ;
Selectare automată a sondei la aplicarea presetului DA;
Reglare GAIN DA;
TGC – cel puțin 8 segmente DA;
Funcție de optimizare automată a imaginii DA;
Funcție de îmbunătățire a imaginii prin compunere spațială DA;
Vizualizare duală în timp real a imaginii DA;
Reglarea semnalului acustic DA;
Măsurători în timp real și în freeze DA;
Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu măsurare automată DA;
Măsurarea automată a fracției de ejeție DA;
Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin DA;
Analiza cantitativă TDI DA;
Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) cu analiză (strain rate, Bull's Eye sau analogic) DA;
Regim de îmbunătățire a imaginii în regim cardiac DA;
Elastografie în timp real DA;
PAN/ZOOM imagine în timp real DA;
Zoom de înaltă definiție și zoom pe arii preselectate DA;
imagine înghețată DA
Spațiul de stocare ≥ 250 GB SSD;
Memorie CINE ≥ 150 sec DA;
Porturi extensie:USB 3.0 ≥ 4 DA
Video/Audio, HDMI DA;
Port ECG DA;
DICOM 3.0 DA;
Timp de conectare ≤ 30 sec
TRADUCTOARE:
Convex cu frecvențe de lucru 1.5 - 6 Mhz - 1 unitate;
Liniar cu frecvențe de lucru 3.0 – 13.0 MHz -număr de elemente ≥ 190 ;
Fazat cu frecvențe de lucru 1.0 – 5.0 MHz
Toate traductoarele solicitate au posibilitatea utilizării ghidului de biopsie DA;
MONITOR FULL HD ≥ 15.6 "
Rezoluție $\geq 1920 \times 1080$;
Ajustarea automată a luminozității ecranului DA;

				<p>Unghiul de deschidere a ecranului $\geq 170^\circ$ DA; BUTOANE CONSOLA Configurabile DA; Iluminarea butoanelor DA; Posibilitatea efectuării Upgrade DA; Baterie incorporata, cu durata de lucru $\geq 1.5h$; Indicator al nivelului bateriei rămase fără conectarea dispozitivului DA; Imprimanta termica alb/negru – 1buc; Troleu cu ajustarea înălțimii DA; Posibilitate instalare printer DA; Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare la momentul livrării în limba română/rusă.</p>	
4	Fibrobronhoscop	bucată	1	<p>Fibrobronhoscop Cod 290260 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul câmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3- 50mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤ 6 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente $\geq 2,7$ mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" Pensă de biopsie- 2 unit.</p>	166 666,67
5	Modul senzor de bule	bucată	1	<p>Sa contina 2 modul de bule da- Compatibile cu aparatul de circulatie extracorporeala Sorin Group Livanova "Stochert S 5 (anul 2018) Sa contina 2 sensori de bule da Sa contina 2 cabluri senzor bule da Sa aiba opțiune de inchidere a clemei electromagnetice la detectarea bulelor de aer, inclusiv declanșare alarma acustica si vizuala. da</p>	100 000,00
6	Saltea incalzire/racire	bucată	1	<p>Saltea cu gel pentru incalzire/racire a pacientului, pentru masa de operatii compatibil cu sistemul S5 Livanova aflat in dotare</p>	66 666,67

7	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) + software pentru statia centrala de monitorizare	bucată	<p>17</p> <p>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) + software pentru statia centrala de monitorizare</p> <p>Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici avansate.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip pacient Adult, pediatric da</p> <p>Display, tip Diagonala ≥ 15 inch</p> <p>LCD TFT sau LED, Touchscreen da</p> <p>Rezoluția $\geq 1366 \times 768$ pixeli</p> <p>Unghi de vizualizare ≥ 170</p> <p>Funcția de reglare automată a luminozității da</p> <p>"Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim</p> <p>Parametri afișați ECG</p> <p>Pulsul</p> <p>SpO2</p> <p>Fotopletismograma</p> <p>Presiunea sanguină neinvaziv</p> <p>Presiunea sanguină invaziv</p> <p>Capnografia</p> <p>Temperatura</p> <p>Analiza automată a undei ST Trendingul ST da</p> <p>Media în analiza segmentului ST da</p> <p>Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi" da</p> <p>I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da</p> <p>Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB</p> <p>Rata cardiacă 15 - 300 bpm</p> <p>Detectarea aritmiei ≥ 25 aritmii</p> <p>Detectarea pacemaker da</p> <p>Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm</p> <p>"Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" da</p> <p>Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%</p> <p>Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %</p> <p>Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm</p> <p>Monitorizarea pletismogramei da</p> <p>"Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc)</p> <p>Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg</p> <p>Regim de măsurare manual, automat, butonul Start</p>	1 500 000,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Regim automat 1-5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
"Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da
Metoda de măsurare oscilometrică
"Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg
Modul IBP Numărul de canale de măsurare IBP independente ≥ 2
Diapazonul -50 ... +320 mmHg
Acuratețea ± 1 mmHg
Sensivitatea de intrare 5 μ V/mmHg
Monitorizarea undelor IBP ≥ 2
Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da
Diapazonul 0 - 100 mmHg
Rata respiratorie 0 - 150 rpm
Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s
Monitorizarea unei CO2 da
Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C
Rezoluția 0.1 °C
Număr de senzori 1 unit.
Protocole de lucru preprogramate da
Protocole de lucru setate de utilizator da
Memorie internă da
Trendingul evenimentelor da
Arhivarea datelor da
Imprimantă Încorporată da
Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
Înscriere continuă da
Preprogramate da
Personalizate da
Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da
Baterie internă tip Li-Ion da
Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da
Alarma Vizuala, sonora da
Manjetă deconectată da
Manjetă defect da
Senzor SpO2 deconectat da
Senzor SpO2 defect da
Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da
Nivelul baterie scăzut da
Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită da

			<p>Lipsă sursă externă de alimentare da</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă da</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc. cu 5 electrozi 1 buc.</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc.</p> <p>Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc.</p> <p>Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc.</p> <p>Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set.</p> <p>Hîrtie termică 10 buc.</p> <p>Cablu de interconectare IBP reutilizabil 2 buc.</p> <p>Circuite pentru IBP adult, unică utilizare 10 set.</p> <p>Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set.</p> <p>Software pentru statia centrala de monitorizare cu licență inclusă fără termen de expirare da</p> <p>Instalarea software-lui pe PC-ul din dotarea instituției da</p> <p>Compatibilă cu monitoarele pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate) da</p> <p>Licenta adaugatoare pentru acces de pe smartphone (iOS si Android) la informațiile de monitorizare a pacienților de aproape oriunde da</p> <p>Posibilitățile software-lui stației centrale de monitorizare Vizualizare în timp real a datelor clinice ale pacienților da</p> <p>Redarea în timp real a alarmelor pacienților da</p> <p>Modificarea/ajustarea limetelor de alarme de la distanta da</p> <p>Stocarea și revizuirea istorică a datelor și alarmelor clinice ale pacienților da</p> <p>Internare și externarea pacientilor da</p> <p>Tipărirea datelor în timp real și istorice ale pacienților da</p> <p>Transferul datelor clinice și setărilor pacientului între mai multe stații centrale da</p> <p>Controlul de la distanță a monitoarelor pacientului pentru a porni/opri măsurarea NIBP</p> <p>Accesarea si vizualizarea datelor pacienților de pe smartphone da</p> <p>Conectarea monitoarelor și configurarea software-lui da</p> <p>Configurarea setărilor locale, precum și sincronizarea setărilor din rețea cu un dispozitiv de la distanță da</p>	
8	defibrilator extern, manual (caracteristici medii)	bucată	<p>2</p> <p>Defibrilator extern, manual (caracteristici medii)</p> <p>Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"</p> <p>Controlul padelelor Selectarea energiei da</p>	166 666,67

Încărcare energiei da
Descărcarea energiei da
Forma de undă la ieșire bifazic
Sincronizator da
Regim de operare Defibrilare manuală da
Defibrilare Automată (AED) da
Display Mărimea display ≥ 6 inch
TFT LCD color, LED da
Rezoluția 640 x 480 pix.
Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III
Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da
Afișarea ritmului cardiac da
Afișarea saturației (SpO2) da
Alarmer ale ritmului cardiac da
Frecvența de lucru 0.05-100 Hz
Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi da
Diapazon 30 - 300 BPM
Protecție în potriiva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J
Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT
Modul SpO2 Modul SpO2 da
Rata SpO2 1 - 100%
Precizia 70 - 100%, $\pm 2\%$
Rata pulsului 30-300 bpm
Mesaje de alarmă da
Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 12.5. 25, 50 mm/sec
Imprimantă termică încorporată da
Printare auto sau manuală
Adnotări ora da
data da
derivația da
ritmul cardiac da
modul de operare da
forma undei descărcate da
Funcția sumară da
Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da
Informația stocată ECG, șoc, voci din anturaj
Capacitatea de stocare ≥ 3 ore
Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp de lucru de la baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau min. 150 descărcări la energia maximă
Greutatea cu accesorii < 9 kg

			<p>Accesorii</p> <p>Padele Adult, reutilizabile 1 set.</p> <p>"Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set.</p> <p>Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set.</p> <p>Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc.</p> <p>Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc.</p> <p>Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc.</p> <p>Hîrtie termică 5 buc.</p> <p>Gel de contact 250 ml</p>	
9	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	bucată	<p>Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)</p> <p>Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip multifuncțional cu 6-8 poziții</p> <p>Tip pacient adult</p> <p>Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</p> <p>Funcționalități poziționare sedentară</p> <p>poziționare Trendelenburg</p> <p>poziționare anti-Trendelenburg</p> <p>Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da</p> <p>Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg</p> <p>Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm</p> <p>Rotile Diametru ≥ 12.5 cm</p> <p>Sistem de blocare la minim 2 rotile</p> <p>Parapete de protecție laterale da</p> <p>Extensia lungimii patului opțională</p> <p>Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm</p> <p>Cintar electronic pacient da</p> <p>Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Saltele lavabile ortopedică inclusă</p> <p>antidecubit + accesorii inclusă</p>	375 000,00

10	Frigider de laborator 60-70L	bucată	1	<p>Temperatura - +2 C până la +8 C; Acuratețe temperatură 0,1 C; Racire – convecție forțată; Capacitate 60-70 L; Agent de răcire – R600a; Clasa climatică – N, SN; Interfață PC - USB; Alarmer – alarmă pentru temperaturi ridicate și scăzute; Alarmă pentru eroarea termostatului; Alarmă pentru usa deschisă; Material – Exterior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Interior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Număr de rafturi – 2 Accesorii incluse – Lampa LED Port USB; Dispozitiv de înregistrare a temperaturii</p>	16 666,67
11	Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie)	bucată	1	<p>Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) Forme de curenți: galvanici, diadinamici, sinusoidali modulați Ecran LED Taimer încorporat Control automat al curentului pacientului Tensiunea rețelei electrice: 220V Frecvența: 50 Hz Puterea: max 40 VA Clasa de electrosecuritate: II</p>	20 833,33
12	Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge	bucată	1	<p>Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sînge Capacitate – 1-15 eprubete; Diametru – 12-0,1 mm; Diametrul discului – 220mm; Unghi – 38grade; Suportul pentru eprubete din cauciuc special.</p>	25 000,00
13	Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil	bucată	1	<p>Ultrasonograf intracardiac (ICE), Consola cu Ultrasunete, portabil APLICAȚII CLINICE General, cardiac, intracardiac, pentru sala de electrofiziologie PROBE PORTURI min.1 PROBE TIP, MHz Linear opțional Phased/Vector 2-7,5 Convex opțional ICE, intracardiac Eco 2 - 11 NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICĂ ≥ 250dB</p>	666 666,67

			<p>PREPROCESARE, Canale digitale ≥ 120000</p> <p>POSTPROCESARE da</p> <p>Moduri M-mod și 2-D, Doppler, Doppler color da (2D M, B regim, TTE, auto EF, smart Eco, TVI/TI, TSI, MDI, LVO contrast, CardioLab/MacLab interfata, DTI, THI, , dinamic TCE,)</p> <p>ICE (Intracardiac ECHO) Tip intracardiac</p> <p>Prezență modulul interfață pentru sonde ICE da</p> <p>soft pentru vizualizare intracardiacă da</p> <p>Swift link pentru conectare cu transductorul intracardiac da</p> <p>compatibilitate cu sonda intracardiaca de ultrasunete da</p> <p>FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da</p> <p>Diapazon dinamic selectabil da</p> <p>Focalizare de transmisie ajustabilă da</p> <p>Focalizare de recepție dinamică da</p> <p>Măsurători pe reluarea video da</p> <p>PAN/ZOOM imagine în timp real da</p> <p>imagine înghețată da</p> <p>STOCARE IMAGINI Capacitate $\geq 250GB$</p> <p>Cine da</p> <p>Conexiune de tip DICOM 3.0 cu protecție datelor personale la împărțirea datelor da</p> <p>Securitatea datelor personale da</p> <p>PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da</p> <p>Vascular optional</p> <p>ICE, intracardiac Eco da</p> <p>diferiti algoritmi și programe specializate de calculare al FE VS, al configurației VM etc.</p> <p>Memorie internă pentru stocare, GB de tip SSD, min 250 GB</p> <p>Conectarea la monitor extern da</p> <p>Analizarea datelor posibilitate de conectare la sistemele Cloud</p> <p>MONITOR minim 15" ecran sensorial</p> <p>DIVIZARE MONITOR da</p> <p>ACCESORII Troleu pentru portare/ stație doc cu 4 porturi pentru probe și pachet de baterie da</p> <p>Imprimantă opțional</p> <p>Cablu ECG da</p> <p>Transductor ICE de diametru 8-10 F 2 buc.</p> <p>DESERVIRE minimum 24 de luni in perioada postgaranție</p> <p>Termen de exploatare așteptat minimum 7 ani</p> <p>traning si pregătirea specialistului obligatoriu</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Valoarea estimativă totală 4 854 174,667 lei.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 6 luni din data înregistrării contractului de către CAPCS

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor eunumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

		<p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta</p>	DA

		<p>ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;.</p> <p><i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</p>	DA
<p>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p>			
<u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	<p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al</p>	DA

		persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării	DA

		sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale:	Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1 <i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE</i> <i>Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale</i> https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile oferite în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente: a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;	DA

		<p>c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</p> <p>d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.</p> <p>Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar notificările ofertelor calificate.</p> <p>Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Pentru dispozitivele medicale înregistrate din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.</p>	
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentelor sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 2. Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat 3. Codul fiscal: 1016601000212 4. IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 5. cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" 	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Garanția de bună execuție Bancară va fi valabilă 7 luni din data înregistrării contractului de către CAPCS.

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

21. Ofertele se prezintă: în lei.

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

28. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în Mtender.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

35. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 19.05.2023

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.05.2023

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____

Conducătorul grupului de lucru: semnat electronic

Gheorghe GORCEAG