

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
publice (listă suplimentară nr.13)**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Beneficiar
1.	Antropometru / Pediometru	Descriere: Pediometru (taliometru) pentru copii destinat pentru măsurarea taliei bebelușilor. Parametrul Specificația Tip flexibil, mobil Fabricat din material PVC moale Gradații ușor vizibile în cm Interval măsurare: 100-1000 mm Precizie: 5 mm Rezistent la dezinfectanți Dimensiuni: aproximativ 1200 x 280 x 90 mm (±15 mm).	Bucată	30	18 750,00	AMT Rîșcani
2.	Tonometru ocular electronic	Caracteristici: Oferă o măsurare sigură și nedureroasă a presiunii intraoculare. Tip pacient adulți și copii. Măsurări pe pleoapă oculară. 2 moduri de măsurare: Goldmann IOP si Maklakow IOP. Nu este necesară anestezie. Tonometria se poate face în poziție așezat sau culcat. Ecran digital. Funcționează pe bază de baterii. Interval de măsurare a IOP Goldmann: 7-50 mmHg. Domeniul de măsurare al Maklakow IOP: 15-53 mmHg. Tip portabil.	Bucată	3	37 500,00	AMT Rîșcani
3.	Dermatoscop	Specificații tehnice Optica: Mărire de la 10x până la 15x Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată; Tehnologia de iluminare: LED; Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate), să se explice tehnologia și să fie demonstrat prin documente tehnice; Nivele de control a luminozității Da; Focalizare individual, interval de corecție -6 până la +6 dpt.; Alimentarea: Bateria reîncărcabilă; Indicator de încărcare; Accesorii: Cablu de încărcare; Baza de încărcare (în cazul în care modul de încărcare este prin baza de încărcare); Adaptor pentru telefon mobil - opțional; Riglă pentru măsurarea leziunilor - opțional; Placi de contact –minim 1 buc.,	Bucată	1	16 666,67	AMT Rîșcani
4.	Lampa Wood dermatologică	Descriere: Examenul cu lampa Wood este un test diagnostic util în anumite tipuri de afecțiuni dermatologice. Lampa Wood se utilizează pentru a identifica infecții ale pielii: pitiriazis versicolor, tinea capitis, eritasma. Modificări pigmentare: vitiligo, melasma. Testul consta în examinarea pielii sau părului cu ajutorul unei lămpi care emite raze UVA.	Bucată	1	2 500,00	AMT Rîșcani

		Lampa Wood emite lumină ultravioletă de tip A Lungime de undă cuprinsă între 320-450 nm Lupă de mărime : x3 Distanța de iluminare : 10-30 cm Alimentare: 220 V /50 Hz Putere: 16 W Accesorii: husă de protecție.				
5.	Lupă de mână	Lupă de mână: LED Putere de mărire: 2x, 3,5x Lentila: Ø ≥50mm Iluminare LED, 240~300 lux Alimentare: Baterii.	Bucată	1	250,00	AMT Rîșcani
6.	Trusă de lentile optice	Set lentile oftalmologice Lentile: Sticlă optică albă 22mm diametru sferă/ 22x18 mm cilindru Cadru/ramă: Titan sau material similar Montură/ramă de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: Obligatoriu Lentile sferice: 35 perechi concave și 35 convexe 0,12 0,25...3,75 cu pasul 0,25D 4,00...7,50 cu pasul 0,50D 8,00...16,00 cu pasul 1,00D 18,00, 20,00 Lentile cilindrice: 17 perechi concave și convexe 0,12 0,25...2,50 cu pasul 0,25D 3,00...5,00 cu pasul 0,50D 6,00 Prisme: Dioptria 0,50 – 2 perechi 1,00 – 2 perechi 2,00 – 2 perechi 3,00 – 1 pereche 4,00 - 1 pereche 5,00 - 1 pereche 6,00 - 1 pereche 8,00 - 1 pereche 10,00 - 1 pereche Lentile auxiliare: Ocluzor (BL) – 1 buc. Diafragmă cu fantă (SS) – 1 buc. Filtru roșu (RF) – 1 buc. Filtru verde (GF) – 1 buc. Cilindru Maddox (MR) – 2 buc. Diafragma cu punct (PH) – 1 buc. Placă mată (FL) – 1 buc. Placă plan-paralelă (PL) – 1 buc.	Set	3	36 000,00	AMT Rîșcani

		Cilindri încrucișați (CL) – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Verificare periodică/metrologică valabilă: Da Produs nou: Da Servietă de transport: Obligatoriu Manual de utilizare în limba română: Da				
7.	Cazan de dezinfectare	Specificație tehnică Fierbător pentru căptușeli în secția de fizioterapie; Dimensiuni totale: 810×400×700 mm ± 100 mm; Dimensiunile camerei: ≥ 670x280x180 mm; Tensiunea de intrare: 380V; Greutatea ≤ 50 kg; Timpul de fierbere, 1-60 min.	Bucată	8	400 000,00	AMT Rîșcani
8.	Tonometru oftalmic Maklakov	Tonometrul lui Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur și este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară. Setul include: două greutateți metalice un suport rigle de măsurare plasate într-o carcasă.	Bucată	5	25 000,00	AMT Rîșcani
9.	Ladă frigorifică 30-35 L	Descriere: Geanta e proiectata cu spațiu maxim pentru utilizare comod la transportare și carcasă rezistentă la impact. Materialul din care e constituită - PP (polipropilena) sau echivalentul Izolarea e efectuată din polistiren expandat Geanta frigorifică permite să mențineți temperatura rece Are proprietăți excelente de termoizolare și e absolut netoxică. Geanta frigorifică volumul de 30-35 L. 2 elemente frigorifice, a câte 400 ml., pentru a garanta o rată de răcire maximă, până la 14 h.	Bucată	3	2 500,00	AMT Rîșcani
10.	Ladă frigorifică 15-20 L	Descriere: Geanta e proiectata cu spațiu maxim pentru utilizare comod la transportare și carcasă rezistentă la impact. Materialul din care e constituită - PP (polipropilena) sau echivalentul Izolarea e efectuată din polistiren expandat Geanta frigorifică permite să mențineți temperatura rece Are proprietăți excelente de termoizolare și e absolut netoxică. Geanta frigorifică volumul de 15-20 L. 2 elemente frigorifice, a câte 400 ml., pentru a garanta o rată de răcire maximă, până la 14 h.	Bucată	2	1 400,00	AMT Rîșcani
11.	Fotoliu pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor	Caracteristici: 3 secțiuni mobil (4 roțile) Reglaje pentru spătar, picioare și cotier Cadru realizat din oțel vopsit Blaturile secțiunilor din pal cu burete gros de 5-9 cm Specificații tehnice: Lungime totală: 165-170cm Lățime cu cotieră: 80-87cm	Bucată	4	100 000,00	AMT Rîșcani

		Înălțime spătar ridicat: 110-115cm Lungimea zonei de ședere: 50-60cm Lățimea zonei de ședere: 60-70cm Inclinarea spătarului: 0° -80° Husa de protecție.				
12.	Lampă frontal ORL	Durata de viață a LED-urilor: ≥ 50.000 h Luminozitate reglabilă Spot ușor reglabil la o distanță de: - 250 mm: 60 - 110 mm - 500 mm: 120 - 240 mm Intensitatea luminii: ≥ 7700 Lux Putere: 5 W (LED) Alimentare baterii reîncărcabile Timpul de încărcare a bateriei reîncărcabile: ≤ 6 h Timpul de lucru continuu: ≥ 24 h Sursă de alimentare pentru reîncărcarea bateriei.	Bucată	2	8 400,00	AMT Rîșcani
13.	Gonioscop	Descriere: Gonioscop - dispozitiv care permite examinarea unghiului irido-cornean și periferia retinei. Parametru Specificație Oglinzi ≥ 3 Unghiul de înclinare a lentilelor 60°/66°/76° Mărire $\geq 1,0x$ Mărire (spot) laser $\leq 0,94x$ Distanța de focusare, mm 15.	Bucată	1	12 500,00	AMT Rîșcani
14.	Lentila Volk	Descriere: Lentila Volk permite efectuarea oftalmoscopiei indirecte Parametru Specificație Dioptrii 90 D Mărire (spot) laser $\leq 0,94x$ Distanța de focusare, mm ≤ 40 mm.	Bucată	2	13 400,00	AMT Rîșcani
15.	Termometru pentru frigider	Descriere: este un termometru precis pentru măsurarea temperaturii din frigider sau lada frigorifică precum și orice încăpere. Specificații tehnice: Intervalul de temperatură : -30 până la +30 ° C. Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase. Dotat cu cârlig de fixare și poate fi agățat de polițele frigiderului sau de perete.	Bucată	60	3 000,00	AMT Rîșcani
16.	Oftalmoscop manual cu oglinda și lupa 13 și 20 dioptrii	Distanța focală a oglinzii concave, 170 mm Diametrul luminos al oglinzilor, $\geq 42,5$ mm Diametrul găurii din diafragmele oftalmoscoapelor, 3,0 - 4,0 mm Puterea optică a două lupe de 13 dioptrii și 20 de dioptrii (mărire 3,25x și 5x) Diametrul luminos al lupelor, ≥ 30 mm Dimensiuni totale: Oftalmoscop: $\leq 133 \times 55 \times 10$, lupă: $\leq 65 \times 41 \times 8$ set în husă: $\leq 180 \times 95 \times 35$. Oftalmoscop cu oglindă plată, buc. - 1	Bucată	1	4 200,00	AMT Rîșcani

		Oftalmoscop cu oglindă concavă, buc. - 1 Lupa 13 dioptrii, buc. - 1 Lupa 20 dioptrii, buc. - 1 Diafragmă cu fantă 5/40 mm, buc. - 1 husă, buc. – 1.				
17.	Cardiomonitor fetal, Doppler	Ecranul: TFT ≥ 2,0 inchi afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului; Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate: 2.0MHz - 3.0MHz; Detectarea și indicarea sondă; Luminozitate și volum reglabil; Baterii reîncărcabile, cablu de conectare la 220V.	Bucată	8	8 000,00	AMT Rîșcani
18.	Riglă schiascopică	Descriere: Medicul evaluează capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate. + 0 – 9 dioptrii adăugător +0,5 - +10 dioptrii - 0 - (-9) dioptrii adăugător -0,5 – (-10) dioptrii.	Bucată	1	500,00	AMT Rîșcani
19.	Optotip litere, iluminare cu neon/LED	Descriere: Optotip oftalmic cu litere, desene (imagini) și cerceulețe, iluminare cu neon / LED. Design ergonomic, realizat din aluminiu sau alte material echivalente. Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: 80-320 CD/mp. Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz.	Bucată	1	5 000,00	AMT Rîșcani
20.	TEST Worth binocular cu ochelari	Specificații tehnice Test Worth Lumină roșie și verde. Lentila 4 LED-uri Ochelari Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: da Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz.	Bucată	1	1 000,00	AMT Rîșcani
21.	Încălzitor de parafină	Descriere: Rezervor din aluminiu alimentar. La suprafața exterioară a rezervorului este dotat cu încălzitoare electrice plate bazate pe termo-rezistent. Carcasa exterioară este din oțel și este vopsită. Robinet de scurgere a parafinei. Întreținerea automată a temperaturii este asigurată de un senzor-relevu temperatură. Setarea modului dorit (temperatura amestecului de lucru) prin utilizarea butoanelor termostatului. Termoregulator care asigură reglarea lină a temperaturii de la 40 la min 70 °C. Pentru control vizual al temperaturii de încălzire pe partea frontală a panoului este un termometru digital. Rezervor de încălzire dotat cu capac Volum: ≥ 12 L	Bucată	1	30 000,00	AMT Rîșcani

22.	Reflector frontal	Distanța focală a oglinzii: 175 ± 15 mm Diametrul orificiului de observare: 14 ± 1 mm Diametru oglindă: 95 ± 10 mm Distanța focală: 175 ± 10 mm Dimensiuni de gabarit: $700 \pm 10 \times 95 \pm 5$ mm Masa: 120 ± 20g.	Bucată	1	700,00	AMT Rîșcani
23.	Tensiometru mecanic cu stetoscop	Descriere: Manometru metalic durabil; Para din latex prevăzută cu filtru de praf. Un stetoscop metalic este integrat în manjetă, ceea ce face ușor măsurarea pulsului în timp ce stetoscopul este situat cu precizie deasupra arterei. Specificații: Nylon manjetă 32-46 cm cu inel de blocare metalic. Dimensiunea cadranelor pe ecartament ≥ 45 mm Valoarea scalei instrumentului: 2 mmHg. Intervalul de măsurare a presiunii: 0 - 300 mmHg. Marja de eroare: ± 3 mmHg.	Bucată	45	18 750,00	SR Soroca
24.	Pulsoximetru	Descriere: Pulsoximetru de deget pentru măsurarea preciză și rapidă a saturației de oxigen (SpO2) și pulsului. Specificație: - Display LED în două culori - Rezoluția ecranului: minim 128 x 64 pix - Afișare SpO2, PR, bara Puls și Plethysmograma - 6 moduri de afișare - 4 moduri de reglare a luminozității display-ului - Operare cu un singur buton - Oprire automată - Indicator baterie descărcată - Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori - Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor Parametrii: Pulsul: 30 - 250 bpm acuratețe : $\pm 2\%$ SpO2: 0 - 100%, acuratețe : $\pm 2\%$ pentru intervalul 70%~100%	Bucată	11	3 850,00	IMSP Spitalul Raional Strășeni
25.	Pulsoximetru cu 3 senzori	Descriere: Pulsoximetru cu tehnologie fotoelectrică de inspecție a oxihemoglobinei integrată cu tehnologia de scanare și înregistrare a pulsului, care poate fi utilizată pentru măsurarea saturației de oxigen și a frecvenței pulsului uman prin intermediul degetului. Specificație: - Afișarea valorii SpO2 - Afișarea valorii frecvenței pulsului și a graficului cu bare - Afișarea formei de undă a pulsului - Afișarea valorii PI (funcție de selectare) - Comutare bilingvă română și engleză - Cu meniu de funcții - Funcție de ceas - Funcție de revizuire - Funcție de alarmă de protecție cu cod de blocare - Funcție de alarmă (deget scos sau în afara limitei) - Indicarea nivelului de încărcare a bateriei, funcție de avertizare pentru consum ultra-scăzut	Bucată	2	6 500,00	IMSP Spitalul Raional Strășeni

		-Luminozitate reglabilă a ecranului -Volum sonor reglabil -Restaurare setări din fabrică -Funcție de stocare pentru valorile SpO2 și PR, iar datele stocate pot fi încărcate pe PC -Datele în timp real pot fi încărcate pe PC -Se poate conecta o sondă SpO2 externă Parametrii: Pulsul: 30 - 250 bpm, acuratețe : ±2% SpO2: 0 - 100%, acuratețe : ±2% pentru intervalul 70%~100%				
26.	Termometru cu infraroșu	Descriere: Termometru multifuncțional cu infraroșu de frunte la distanță Specificație: -Setare a 32 măsurări în memorie -Indicator laser încorporat -Ecranul retroiluminat cu schimbarea culorii pentru a indica nivelul temperaturii corpului -Setare a valorii alarmei -Distanța efectivă: 5 ~ 15cm -Alimentare cu 2 baterii AA -Funcție de oprire automată -Putere: ≤10mW (funcționare) °C & °F comutabile -Avertisment baterie scăzută -Setarea abaterii: ± 3,0 °C Parametrii: Interval de temperatură corporală: 32,0 °C - 43 °C Interval de temperatură al obiectului: 0 °C - 100 °C	Bucată	2	1 133,33	IMSP Spitalul Raional Strășeni
27.	Termometru digital	Descriere: Termometru medical digital Specificație: - Rezistență la apă - Vârf rigid - Reținere a ultimei măsurări - Cu semnal sonor la sfârșitul măsurării - Inchidere automată - Dotare cu un ecran LCD ușor de citit Parametrii: Interval de temperatură corporală: 32,0 °C - 43 °C Interval de temperatură al obiectului: 0 °C - 100 °C	Bucată	2	133,33	IMSP Spitalul Raional Strășeni
28.	Tonometru mecanic	Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Functionare mecanică; - Manometru metalic; - Manseta extra large, 33 – 46 cm; - Stetoscop atasat; - Supapa metalică; - Dimensiuni marcate si inel metalic pentru fixare.	Bucată	10	3 916,67	IMSP Spitalul Raional Strășeni

		Parametrii: Plaja de masurare: 0 - 300 mmHg				
29.	Tonometru automat	Descriere: Tonometru / tensiometru electronic de braț cu adaptor inclus. Specificație: - Afisaj LCD - Posibilitatea de memorare a până la 60 de valori; - Afișarea ultimelor 6 valori inregistrate; - Afișarea mediei ultimelor 3 măsurători; - Oprire automată după 3 minute de neutilizare; - Indicator baterie descărcată; - Umflare automată; - Alimentare cu baterii AA sau cu incarcator de 6 V. Parametrii: Plaja de masurare: 0 - 300 mmHg	Bucată	1	775,00	IMSP Spitalul Raional Strășeni
30.	Tonometru pediatric	Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pediatric cu 3 mansete pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Functionare mecanică - Manometru metalic - 3 mansete din bumbac (7-12, 11-19, 18-26 cm) - Dimensiuni marcate si inel metalic pentru fixare. - Supapă metalică - Stetoscop atasat Parametrii: Plaja de masurare: 0 - 300 mmHg	Bucată	1	400,00	IMSP Spitalul Raional Strășeni
31.	Glucometru	Descriere: Glucometru pentru monitorizarea glicemiei Specificație: -Timpul de măsurare : 7 sec -Volumul picăturii de sânge necesar: 0,7 mcl -Tipul analizatorului : electro-chimic -Memorie: 450 măsurări -Metoda de masurare: sânge capilar -Unități de masurare: mmol/l si mg/ml -Functii de memorie cu indicarea datei si orei măsurării -Pornire- oprire automată -Sursa de alimentare : 1 X AAA baterii alcaline -Rezerva bateriilor: peste 1000 măsurări -Preîntimpinarea despre existența corpilor cetonici -Ecran LCD -Indicator baterie descărcată Parametrii: Diapazonul de măsurări : 0.6 - 33.3 mmol/l	Bucată	1	250,00	IMSP Spitalul Raional Strășeni
32.	Container p/u materiale biologice	Descriere: Container pentru transportarea materialului biologic Specificație: Temperatura tolerată: min -20°C max +50°C Parametrii: Volum: 15 l Dimensiuni: 38 cm x 26 cm x 31cm	Bucată	1	680,00	IMSP Spitalul Raional Strășeni

33.	Casolete, volum 3 l	Descriere: Casolete pentru sterilizare Specificație: Diametru 190 cm, h - 140 cm, volum 3 l	Bucată	2	1 625,00	IMSP Spitalul Raional Strășeni
34.	Casolete, volum 6l	Descriere: Casolete pentru sterilizare Specificație: Diametru 250 cm, h - 160 cm, volum 6l	Bucată	2	2 250,00	IMSP Spitalul Raional Strășeni
35.	Suport pompe de infuzie cu reglare hidraulică	Supot din oțel inoxidabil (AISI 304) – da Stand cu reglare hidraulică în înălțime Înălțimea reglabilă: Min. 147cm – max. 247cm Pedală pentru reglarea înălțimii – da Mâner de prindere pentru transportare ușoară – da Cârlige din oțel inoxidabil (AISI 304) cu dispozitiv de siguranță – 4 buc. Roți pivotante – 5 buc. (dintre care, minim -2 cu frână) Bare de protecție gri vipla Încărcare – ≥ 28 kg.	bucată	4	122 000,00	SCTO
36.	Suport pentru pompe de infuzie cu roți	Supot din oțel cromat – da Bază oțel inoxidabil cu cinci spițe cu roți, dintre care, minim -2 cu frână Înălțimea reglabilă: Min. 160cm – max. 250cm Mâner de prindere pentru transportare ușoară – da Cârlige din oțel inoxidabil, cu dispozitiv de siguranță Încărcare – ≥ 30 kg.	bucată	8	54 000,00	SCTO
37.	Centuri imobilizare gleznă	Descriere: Centuri imobilizare gleznă pentru a limita miscarile piciorului pacientului și oferirea siguranței, evitandu-se producerea traumatizmelor de orice natura. Specificație: Acoperire cu un material special pentru protejarea gleznei și prevenirea ranirii acesteia. Ușor de prins de glezna pacientului datorită clemei și cârligului. Centură ajustabilă pentru a fi legată de pat. Parametrii: Lungimea centurii: 135 cm Marime universala – manseta reglabilă: 0-40 cm	set	5	3 333,33	IMSP Spitalul Raional Strășeni
38.	Centuri imobilizare mâini	Descriere: Centuri imobilizare mâini pentru a limita miscarile mâinii pacientului și oferirea siguranței, evitandu-se producerea traumatizmelor de orice natura. Specificație: Acoperire cu un material special pentru protejarea gleznei și prevenirea ranirii acesteia. Ușor de prins de glezna pacientului datorită clemei și cârligului. Centură ajustabilă pentru a fi legată de pat. Parametrii: Lungimea centurii: 145 cm Marime universala – manseta reglabilă: 0-30 cm	set	5	3 750,00	IMSP Spitalul Raional Strășeni

39.	Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult)	Descriere: Șorț (semișorț) de protecție radiologică plumbat împotriva radiației X, cu centură Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international Se imbraca cu fixare pe brâu Echivalent de Pb: 0,50 mm Sistem de prindere cu “arici” Greutate redusa (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile Mărimea șorțului: Înălțimea - min. 35cm. Lateral - max. 50 cm. Produse testate siavizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu	Bucată	3	13 000,00	SCTO
40.	Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare	Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare Constructiv: ramă din țevă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm; Mărimile mesei: (lungimea x lățimea x înălțimea): 2100-2600 x 810(+/- 10 mm) x 860 mm(+/- 10 mm); Capacitatea de încărcare: minim 180 kg În complectarea mesei obligatoriu se includ accesoriile: Susținător cap (din inox) 1 buc. Susținător spate (din inox) 1 buc. Măsuță pentru instrumente și organe (din inox) Drenaj 2 buc. Picioare reglabile pe înălțime 4 buc. Prize electrice 2 buc. Grille detașabile (optional) 1 buc. System de spălare sub grilă (optional) 1 buc. Elemente tehnica sanitară Chiuveță simplă 1buc. Amestecător simplu 1buc. Sifon cu pistol de apă 1buc. Amestecător cu furtun 1buc.	Bucată	1	220 000,00	SCTO
41.	Congelator de laborator medical pentru plasma	Descriere: Congelatorul este conceput pentru stocarea specializată a plasmei sanguine Parametrul Specificație: Configurație: Vertical Capacitatea internă a camerei: 500 – 600 litri Număr sertare, tip box: Minim 4 buc. Ușa externă: Minim 1 buc. Construcție interioară: Inox sau material antibacterial prevăzut pentru prelucrare cu soluții antiseptice Roti da Construcție exterioară: Cu acoperire anticorozivă Temperatura reglabilă: -18 oC....- 25 oC (+/- 1 oC) Rezoluție: 1°C Afisaj temperatură: digital Display: LED	Bucată	1	71 000,00	SCTO

		Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB: Da, cu soft inclus , este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarma: Acustică, vizuală, ușa deschisă, lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei: Limita maximă a temperaturii, limita minima a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor: Minim 48 ore Răcire ventilate sau statică Alimentare: 220V, 50 Hz Nivelul de zgomot: ≤ 60 dB				
42.	Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene	Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene Principiul de lucru: distrugere de microorganisme; Locul distrugerii microorganismelor: în interiorul dispozitivului; Tehnologia de bază: generare câmp plasmatic sau tehnologie analogică care asigura distrugerea microorganismelor fără a dăuna pacienților și lucrătorilor medicali în timpul lucrului; Nota! Pentru tehnologia UVC dispozitivul trebuie să ofere o zonă maximă de expunere la razele ultraviolete din aerul care trece, trebuie să fie proiectat pentru a direcționa fluxul de aer prin corpul dispozitivului, cu orificii de intrare și ieșiri situate la capetele opuse (longitudinal) ale corpului. Ventilatoarele și alte orificii care se află pe suprafețele superioare sau laterale ale carcasei nu sunt permise. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Puterea totală a lămpilor UV ≥ 200 W Consum de energie maximal: ≤ 500W/h Volum de aer prelucrat: minim 250 m3 /oră Construcție: carcasă metal, acoperit cu un strat anticoroziv sau carcasă inox Nivelul de zgomot: ≤56 dB Utilizarea dispozitivului în prezența personalului medical Prezența de produse secundare: fără emisie a produse secundare alimentarea : 230 VAC, 50 HZ	Bucată	5	154 000,00	SCTO
43.	Recirculator Bactericid pentru 20m2	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 20m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 120 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 45 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 90 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) .	Bucată	6	36 000,00	SCTO

44.	Recirculator Bactericid pentru 40m2	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 40m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 170 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 45 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 90 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare).	Bucată	6	42 000,00	SCTO
45.	Sistem multifuncțional (de craniotomie) cu burghiu canulat și fereastră oscilant	Descriere: Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos Parametru Specificație: Material de execuție: Oțel Viteză de operare: 0-40000 osc/ min Viteză de rotație: 0-16000 r/ min Regim de foraj cranial: 900 r/ min Regim de frezare cranială: 40000 r/min Piesa de mână-1 unit. Burghiu pentru craniotomie (cu funcție de auto stop)-1 unit. Burghiu pentru os-1 unit. Freza-1 unit. Burghiu canulat-2 unit. Fierăstrău oscilant-1 unit Chee pentru fixare burghie-1 unit. Container pentru sterilizare-1 unit. Încărcător-1 unit. Baterii-2 unit. Autoclavabil 134 °C Alimentare încărcător 220V 50Hz	set	1	150 000,00	SCTO
46.	Pat fluidizant	Descriere: Pat fluidizant destinat pacienților în stare medie și gravă și oferă suport într-o stare de imponderabilitate, având la bază principii fizice de fluidizare a particulelor microscopice (microsfere medicale ceramice într-o coajă de silicon). Componente principale Consola de control: În regimul de fluidizare continuă, microsferele ceramice sunt în mișcare constantă, asigurând suport cu o	Bucată	1	900 000,00	SCTO

		presiune de contact minimă pe corpul pacientului. În regimul de fluidizare pulsantă (obligatoriu), mișcarea microsferelor ceramice are loc periodic (cu o durată de fluidizare de 5-10 secunde la fiecare 10-15 minute), oferind suport pacientului într-o poziție fixă. Aerul cald și uscat, la o temperatură prestabilă, va trece prin cearceaful filtrant, creând condiții confortabile pentru pacientul aflat în pat. Sistem mobil cu roți și sistem de blocare Da Fluxul de aer al sistemului: 1,3-1,7 m3 pe minut. Consumul de putere: min. 1,3kW Scala de reglare a vitezei fluxului de microsfele în regim static: între 5 secunde și 30 de minute. Greutatea maximă a pacientului de până la 135 kg, înălțimea maximă a pacientului - 200 cm. Masa microsferelor încărcate: între 350 și 425 kg. Descarcare aerului se realizează prin valve speciale plasate în partea de jos a camerei de pat. Există un fund detașabil al camerei de pat cu un sistem de valve pentru servicii și întreținere rapide, precum și o profilaxie antibacteriană. Sistem de neutralizare a efectelor antistatice - Da Afișaj informativ pentru procesele de fluidizare, inclusiv monitorizarea greutății pacientului - două valori: greutatea inițială la începutul tratamentului și greutatea în momentul curent, nivelul de fluidizare, parametrii fluidizării periodice de la 1 la 60 de secunde. Butonul de oprire de urgență a procesului - Da Afișaj pentru reglarea temperaturii microsferelor – Da Afișaj temperatura momentană a microsferelor - Da Dimensiuni pat: Lungime – de la 2.000 mm până la 2.200 mm; Lățime: de la 850 mm până la 905 mm: Înălțime: de la 700 mm până la 880 mm. Materiale consumabile și piese: 1 Microsfere Specializate pentru fluidizarea în aparat 16-18 cutii de 25 kg fiecare 2 Filtru de aer Filtru încorporat pentru oprirea prafului în unitatea de presiune 1 buc. 3 Cearceaf special filtru pentru pacient Cearceaful superior pentru pacient 1 buc. 4 Cearceaf de polietilenă Cearceaful suplimentar peste cearceaful principal 1 buc. 5 Cearceafu principal Cearceaful dispus în cascadă de cearceafuri 1 buc. 6 Cearceaf hidrofug Cearceaful pe care doarme direct pacientul 2 buc. 7 Cearceaf absorbant de apă Cearceaful pe care doarme pacientul, alt tip 2 buc. Condițiile de service pentru echipamentul medical furnizat Service-ul tehnic planificat se efectuează o dată la trimestru. Lucrările de service tehnic trebuie să respecte cerințele documentației de exploatare și trebuie să includă: - Înlocuirea componentelor uzate; - Înlocuirea sau restaurarea anumitor părți ale echipamentului medical; - Reglarea și ajustarea produsului; lucrări specifice acestui tip de produs și altele asemenea; - Curățarea, ungerea și, la nevoie, revizia mecanismelor principale și a ansamblurilor; - Eliminarea prafului, murdăriei, urmelor de coroziune și oxidare de pe suprafețele externe și interne ale carcasei produsului și ale componentelor sale (cu demontarea parțială a blocurilor și ansamblurilor); Alte operațiuni specificate în documentația de exploatare.				
47.	Microscop digital electronic cu tabletă	Descriere: Microscop didital electronic cu tabletă este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în câmp iluminat, în câmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferență, cu contrast de fază și/sau lumina polarizată, planșeta montată permite	Bucată	1	59 000,00	SCTO

		înregistrare video sau fotografiere. Tip: Configurat pentru tehnica de vizualizare în câmp luminos, câmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil), cu camera digitală și tabletă touch screen Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat și pre-foculat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii: Ulei de imersie – o sticlă Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază, tabletă touch screen cu sistem de operare și Windows 8-10 , ram 4 GB, microfon și difuzor, conectare rețea bluetooth				
48.	Distilator cu mono distilare 12L	Descriere: Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar și în condițiile utilizării unei surse de apă de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient: Minim 20 Capacitatea de distilare: Minim 12 l/h Materialul carcasei: Oțel inoxidabil sau oțel vopsit electrostatic rezistent la corozie Materialul de contact și elemente de încălzire: oțel inox Condensatorul de distilare: oțel inox sau sticlă Conductivitate maxim 2.5 μS/cm Modul de operare continuu Oprire automată când rezervorul de apă e plin Protecție în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu apă Alimentare 380 V - 50 Hz Kit de montare și consumabile Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare, colbe din material transparent, țevi și furtunuri pentru conectare la sursa de apă și canalizare Filtru pentru filtrare mecanică, 1 μm, 5 μm, 10 μm Minim câte 3 de fiecare dimensiune Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezerve de granule	Bucată	2	96 666,66	IM și C

49.	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), orizontal 100-200L	Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configurație orizontal Capacitatea internă a camerei 100-200 litri Număr de diviziuni interne ≥ 3 buc. Ușa Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară oțel inoxidabil / oțel acoperit Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED / indicatoare alfanumerice Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB opțional Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Domeniu de temperatură, cel puțin în diapazonul $-60^{\circ}\text{C} \dots -86^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220-230 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	Bucată	1	83 333,33	IMU
50.	Centrifugă, microhematocrit	Descriere Centrifugele microhematocrit sunt destinate pentru a determina hematocritul sîngelui-raportul dintre volumul de celule roșii la volumul de sînge total, exprimat ca număr zecimal, o fracțiune sau un procent. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm ≤ 200 Maximală, rpm ≥ 6000 Forța de centrifugare relativă (RCF), g ≥ 4000 rcf Setări setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥ 10 cm Capacitatea de încărcare a rotorului minim 6 tuburi tipul tuburilor tuburi de minim 50mL și Tuburi de maxim 15mL Rotore disponibile cu diferite unghiuri da Timer Gama de timp 0 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Depășirea vitezei da	Bucată	1	41 666,66	IMU

		Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 70 dB da Accesorii Tuburi de minim 50mL compatibile cu rotorul centrifugii minim 50 tuburi Tuburi de maxim 15mL compatibile cu rotorul centrifugii minim 50 tuburi Adaptor pentru compatibilitate tuburi cu rotorul minim 6 adaptoare Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da				
51.	Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD extern	Descriere Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil destinat pentru examenul endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Dispozitiv cu chip CMOS sau CCD, cu afișarea imaginii pe un afișor extern mărime LCD extern $\geq 7"$ Troleu cu roțile și coș pentru suportul afișorului extern, inclusiv suport pentru videobronhoscop / videolaringoscop flexibil da Troleu să fie echipat cu minim 4 roțile dintre care cel puțin una cu frână da Cablu de interconexiune afișor LCD și dispozitiv da Manetă pentru deviere Sus/Jos "sus minim 150° jos minim 120°" câmp de vizualizare minim 90° adâncimea de vizualizare minim diapazonul 4-45mm lungimea de lucru minim 60cm diametru canal instrumental / de aspirație $\varnothing \geq 2.7\text{mm}$ diametrul exterior distal $\varnothing$ maxim 5.9mm Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore încărcător pentru bateria internă da afișorul extern să fie dotat cu butoane pentru setarea parametrilor da Iluminare LED a câmpului de examinare da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea da Posibilitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de stocare SD / microSD, etc. da Sa fie prevăzut pentru intubatii / bronhoscopie / lavaj bronsic / injectarea medicamentelor / etc. da Trusă de transport sau pentru stocare da	Bucată	1	160 000,00	IMU
52.	Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD	Descriere Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil destinat pentru examenul endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Dispozitiv cu chip CMOS sau CCD, cu afișarea imaginii direct pe afișorul LCD atașat pe dispozitiv mărime LCD $\geq 3,5"$ Posibilitate de a fi conectat la un afișor extern da Manetă pentru deviere Sus/Jos "sus minim 150° jos minim 120°" câmp de vizualizare minim 90° adâncimea de vizualizare minim diapazonul 4-45mm	Bucată	3	360 000,00	IMU

		lungimea de lucru minim 60cm diametru canal instrumental / de aspirație $\varnothing \geq 2.7\text{mm}$ diametrul exterior distal $\varnothing$ maxim 5.9mm Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore încărcător pentru bateria internă da afișorul atașat la dispozitiv să fie rotativ, în stânga cât și în dreapta, sus și jos da Iluminare LED a câmpului de examinare da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea da Posibilitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de stocare SD / microSD, etc. da Sa fie prevăzut pentru intubatii / bronhoscopie / lavaj bronsic / injectarea medicamentelor / etc. da Trusă de transport sau pentru stocare da				
53.	Perimetru oftalmologic	Perimetru oftalmologic Parametrii tehnici: Bol de examinare: Raza 300 mm, sferic, tip închis, ventilat Câmpul de vizualizare testat: Superior 50° ,Inferior 50° Tehnica perimetriei: Static Dimensiunea stimulului: Goldman III Culori de stimulare: Albastru, verde sau Albastru, alb, rosu Intensitatea maximă a stimulului: 1000 asb Controlul fixării: Urmărirea privirii, Monitorizare clipire, Monitorizarea punctului mort Control pe bărbie: Electric sus-jos Soft specializat pentru analiza și prelucrarea măsurărilor Test albastru pe galben Iluminare de fundal: 314±5 asb fundal galben pentru stimuli albaștri Câmpuri de testare Radiale Strategii de testare: Screening (Cuantificare defect, 3 zone, 2 zone), Prag (prag, prag rapid, prag avansat, dinamic), Special (BSV, Flicker), Testul monocular Esterman, Testul binocular Esterman sau echivalentele Analiză: Analiza unui singur câmp, Analiza comparativă a rezultatelor, Analiza progresiei defectelor, Pachetul statistic Conectivitate: DICOM, Networking Interfața USB Alimentare 220 V Calculator Monobloc/ integrat pentru instalarea softului specializat Tastieră, mouse Ecran tactil Rezoluția ecranului: minim 1920x1080 FHD Masa oftalmologica medicala cu actionare electrica, cu doua locuri Blat 55±5cm x 90±5cm 4 Roți Minim 2 cu blocare	Bucată	1	130 000,00	AMT Botanica
54.	Inhalator, nebulizator cu pompă uscată	Inhalator, nebulizator cu pompă uscată Tip compresor: Cu pompă uscată fără lubrifiere și/sau întreținere; Presiune maximă: 250 kPa; Presiune de lucru: 110 kPa; Debit liber: 14 l/min; Debit de lucru: 4,8 l/min; Rata de nebulizare cu 4 ml soluție NaCl 0,9%: 0,35ml/min;	Bucată	2	5 000,00	Policlinica de Stat

		Diametrul aerodinamic mediu de masă (MMAD), conform EN 13544-1: 2,44 mm; Fracție respirabilă (< 5mm): >80%; Operațiune Ton: 20 min; Operațiune Toff: 40 min; Accesorii incluse: Mască pentru adulți cu bandă elastică, Duză, Piesa nasului non-invazivă, Conducta de aer, Filtru de aer (min. 2 bucăți), cablu de alimentare detașabil. Rețea de curent electric alternativ, cu tensiunea: 220 - 240 V, frecvența 50/60 Hz.				
55.	Inhalator nebulizator cu ultrasunet	Inhalator nebulizator cu ultrasunet Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice $\leq 5\mu\text{m}$ Viteza de pulverizare $\geq 2\text{ml/min}$ Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor $\geq 35^\circ\text{C}$ Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament $\geq 8\text{ ml}$ Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot $\leq 55\text{ dB}$ Alimentarea 230V, 50/60Hz	Bucată	4	16 000,00	AMT Riscani
56.	Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale	Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie cu ultrasunet 2 canale Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice $\leq 5\mu\text{m}$ Viteza de pulverizare $\geq 2\text{ml/min}$ Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor $\geq 35^\circ\text{C}$ Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament $\geq 20\text{ ml}$ Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot $\leq 55\text{ dB}$ Alimentarea 230V, 50/60Hz	Bucată	2	20 000,00	AMT Riscani
57.	Cărucior cu roțile (pliabil) pentru transport pacienți	Descriere: Cărucior cu roțile (pliabil) pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport Suprafață piele artificială / nailon / PVC, căptușite, rezistent și ușor de curățat. Caracteristici: Cadru din oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid Roți din față: cauciuc, Ø minim 19 cm Roți din spate: cauciuc, Ø minim 60 cm Ușor detașabile prin apăsarea unui singur buton, opțional	Bucată	2	11 600,00	CRDM

		Echipate cu spițe elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit, opțional Echipat cu roti anti răsturnare, opțional Frâne pentru fiecare roată Frâne pentru utilizator, opțional Suport cotiere 1 pereche, căptușite, detașabile Cărucior cu roțile trebuie să permită urcarea laterală a pacientului în scaun. Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient: Lățime ≥ 55 cm Adâncime (lățime șezut) ≥ 45 cm Sarcină maximă: ≥ 150 Kg.				
--	--	--	--	--	--	--

Valoarea estimativă fără TVA: 3 519 879,98 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obliga-tivitate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

		Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat-atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor	DA

nr. 115 din 15.09.2021. **Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.**

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	DA

		persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
20	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
21	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	DA

	corupție, fraudă și/sau spălare de bani	persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
22	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 28.05.2025
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 28.05.2025
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG