

ANEXA nr. 22 – Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]							
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____							
Obiectul achiziției: _____							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1 Set reagenti proteină și control pentru proteină						
1.1.	PROTEIN (Urine/LCR, pirolgalol rosu) set 250 ml				Ambalaj standard p/u SA-20, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul SA-20, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.		
1.2.	CONTROL p/u Protein în urina set 20 ml				Ambalaj standard p/u SA-20, set 1 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de		

					laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul SA-20, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.		
2.	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergin la analizatorul Caretium XS A-30, cu 2 nivele per set (normal si patologic)				Set – compus din două flacoane: nivel 1 (9ml) și nivel 2 (9ml). Perioada de valabilitate nu mai puțin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.		
3.	Eprubetă pediatrică K3EDTA cu capac și tub, vol-100 mcl				Eprubete din plastic cu anticoagulant (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din sînge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum sînge 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

ANEXA nr. 23 – Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul de achiziție: _____

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	33100000-1	Lotul 1 Set reagenti proteină și control pentru proteină							31.12.2026	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	-
1.1.	33100000-1	PROTEIN (Urine/LCR, pirolgalol rosu) set 250 ml	20	Set					31.12.2026	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	-
1.2.	33100000-1	CONTROL p/u Protein în urina set 20 ml	20	Set					31.12.2026	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	-
2.	33100000-1	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XS A-30, cu 2 nivele per set (normal si patologic)	60	Set					31.12.2026	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	-
3.	33100000-1	Eprubetă pediatrică K3EDTA cu capac și tub, vol-100 mcl	5000	Buc.					31.12.2026	<u>MD09TRPCCW518430A00125AA</u>	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____