

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSB beneficiare
pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)
prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
2. IDNO: **1016601000212**
3. Adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
4. Numărul de telefon/fax: **022-222 445/ 022 – 222- 364**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **autoritate centrală de achiziție**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația tehnică	Cantitate	Unitatea de măsură	Valoarea estimată
251	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (suplimentar)	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	145	Bucată	18270,0000
252	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (suplimentar)	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	190	Bucată	13933,3333
253	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (suplimentar)	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	170	Bucată	7827,0833

254	LOT ANULAT Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (suplimentar)	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	0	Bucată	0
255	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (suplimentar)	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din spumă poliuretanică, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 8cm x 8cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	6000	Bucată	25000,0000
256	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (suplimentar)	Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a răni. 10x10cm	40	Bucată	5000,0000
257	Pantaloni scurți pentru colonoscopie (suplimentar)	Pantaloni scurți de o singura folosință, pentru colonoscopie, cu fisură-gaură la spate, mărime universală	3500	Bucată	87500,0000
258	Pară de cauciuc 30 ml (suplimentar)	Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc	100	Bucată	3333,3333
259	Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311)	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 100mm	1446	Bucată	4525,9800
260	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm (suplimentar)	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 55mm	10	Bucată	31,3333
261	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (suplimentar)	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00.Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 50mm	10	Bucată	31,3333
262	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (suplimentar)	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000.Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 35mm	10	Bucată	31,3333
263	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm (suplimentar)	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 65mm	15	Bucată	47,0000
264	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar)	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 70mm	15	Bucată	47,0000
265	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (suplimentar)	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 80mm	15	Bucată	47,0000
266	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm (1314)	1. mărime: 15 x 8cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricatat, monofilament 4. diametrul firului 0, 15. porozitate 1, 3x1,0mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 3 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasă să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale. Ambalat individual	1079	Bucată	48938,0450

267	Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconată (bifațetată) (1319)	<p>Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă /IPOM). - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație</p> <ul style="list-style-type: none"> - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent <ul style="list-style-type: none"> » macroporos (porozitate: 2, 76mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0, 12mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: ♦ film transparent - neaderent <ul style="list-style-type: none"> ♦ grosime: 0,05mm ♦ conceput pt. contactul cu viscerale - grosimea totală a plasei: 0, 6mm <p>- gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic</p> <p>- transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei)</p> <p>- în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent</p> <p>- sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat)</p> <p>- Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării</p> <p>- valabilitatea plasei - pe viață</p> <p>-dimensiuni- 20x20cm. Ambalat individual</p>	7	Bucată	140000,0000
268	Plasturi sterile autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (suplimentar)	Plasturi sterile autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (±1cm). Plăsture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele.	1000	Bucată	5833,3333
269	Ploscă urinară cu capac gradată (suplimentar)	Ploscă urinară unisex. Material plastic, are capacitate maximă de 800 ml-1000 ml, formă anatomică și scală gradată. De asemenea este dotată cu capac pentru o maximă igienă și siguranță. Material rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x P) 10 x 15 x 31 cm (±1cm)..	20	Bucată	666,6667
270	Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320)	Ploscă din inox, măsuri minime 355x290x50mm, cu mâner și capac	35	Bucată	12600,0000
271	Ploscă urinară pentru femei (1322)	Ploscă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; cu mâner și capac	894	Bucată	44700,0000
272	Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (1324)	Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.	1	Bucată	100,0000
273	Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (1325)	Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.	11	Bucată	1760,0000

274	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331)	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (± 20 mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	20	Bucată	240,0000
275	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (suplimentar)	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină). Auto aderent – ușor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalată de latex sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritație locale. Transparent – permite monitorizarea completa a pielii. Permite cateterizarea urinară prin orificiul de cuplare la pungă colectoare – când e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41. Disponibil în varianta cu teaca mai scurta și cu teaca mai lungă Permite adaptarea oricărui tip de pungă colectoare de urină. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	90	Bucată	5250,0000
276	Protector de pat 90x120cm (suplimentar)	Protecție pentru pat împotriva pierderilor accidentale de urină, cu capacitate de absorbție suplimentară și o suprafață delicată, confecționată din celuloză moale, confortabilă pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm (± 10 cm).	10000	Bucată	27895,8333
277	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar)	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 11-17cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	5	Bucată	4765,7000
278	Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (suplimentar)	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 17-25cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	5	Bucată	3600,0000
279	Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm (suplimentar)	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 20-25 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	20	Bucată	5841,5000
280	Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar)	Protector de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizia 5-9 cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	50	Bucată	56014,5417
281	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan cu capac din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	80	Bucată	89623,2667
282	Pungă pentru răcire instant (suplimentar)	Pungă cu gheață artificială, în ambalaj de polietilenă, Dimensiune pungă: 14 x 18 cm (± 1 cm)	400	Bucată	6666,6667
283	Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (suplimentar)	Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilenă 50x50 cm (± 2 cm), cu adeziv pe bază de acrilat, cu	50	Bucată	4166,6667

		suport de hârtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.			
284	Pungă Termo-Gel 20x30 cm (suplimentar)	Compresă-pungă Termo-Gel, 20x30 cm reutilizabilă pentru terapia caldă și rece, din material confortabil cu husă specială (material de acoperire plăcut la atingere, confortabil și rezistent la spălarea delicată) dotată cu două benzi elastice extensibile și robuste.	30	Bucată	7500,0000
285	Pungi evacuatoare urostomie (1334)	Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15cm (±1cm), flanșa adeziva din hidrocoloid, liner material neșesut, gura de taiere 55mm (±2mm). Compus din 3 straturi de înaltă rezistență. Antialergic	3290	Bucată	63058,3400
286	Pungi pentru colectarea sângelui dublu (1335)	<p>Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrolid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sângelui – volum de 450 ml (±10ml) asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml (±10ml);</p> <p>Containerele vor fi asigurate cu:</p> <p>a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine;</p> <p>b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie;</p> <p>c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia;</p> <p>d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie.</p> <p>Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml;</p> <p>Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor;</p> <p>Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator:</p> <p>a) pentru eprubetă vacuum;</p> <p>b) dotată cu holder și ac;</p> <p>c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare;</p> <p>d) asigurate cu Cleme;</p> <p>e) amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sângelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ;</p> <p>Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă.</p> <p>f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent.</p> <p>Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie,</p>	200	Bucată	2500,0000

		inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Ambalat individual.			
287	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Capacitate 1L, dimensiuni 8*8*15cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	50000	Bucată	416666,6667
288	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1,5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H: 14-16cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.	1000	Bucată	7500,0000
289	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.	670	Bucată	9768,6000
290	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri (1348)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.	1080	Bucată	18900,0000
291	Retractor chirurgical din silicon radioopac (suplimentar)	Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafața netedă, fără țesut aderent, diferite culori, dimensiune - 2,5mm. Albastru; Roșu; Galben; Alb	100	Bucată	1715,0000

292	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351)	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351)	1300	Bucată	2600,0000
293	Rulou de peliculă tehnică (suplimentar)	Rulou de peliculă tehnică -Descriere Densitate - 90 microni, Lățimea - 3 m, Lungimea - 300 m	300	Metru	3500,0000
294	Saci colector pentru cateter toracic, FR16-18 (1354)	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16-18. Ambalat individual	1687	Bucată	101220,0000
295	Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (1355)	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR20. Ambalat individual	75	Bucată	4500,0000
296	Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358)	1.volum: 120 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 700x1100mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferite. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	56830	Bucată	206861,2000
297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferite. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	125108	Bucată	455393,1200
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferite. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	231055	Bucată	841040,2000
299	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	79918	Bucată	107889,3000
300	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	1.Volumul - 50 - 80 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un	94595	Bucată	319731,1000

		dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.			
301	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362)	1.Volumul - 120 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	10600	Bucată	56498,0000
302	Sac pentru perfuzie (1352)	Volum - 2000ml, steril, conector - female luer. Ambalat individual.	50	Bucată	600,0000
303	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (suplimentar)	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL, diametru 0,5 mm x 10m	50	Bucată	4500,0000
304	Scutece-copii 11-18 kg (1372)	Scutece pentru copii, N5/11-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	39620	Bucată	98059,5000
305	Seringă cu piston de blocare 10ml (1382)	Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 10 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat. (echivalent cu VacLok® Vacuum Pressure Syringes by Merit Medical)	200	Bucată	66666,0000
306	Seringă cu piston de blocare 20ml (1383)	Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 20 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat. echivalent cu VacLok® Vacuum Pressure Syringes by Merit Medical)	15	Bucată	4999,9500
307	Seringă cu piston de blocare 30ml (1384)	Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 30 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat. echivalent cu VacLok® Vacuum Pressure Syringes by Merit Medical)	5	Bucată	1666,6500
308	Seringă cu piston de blocare 60ml (1385)	Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 60 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat. echivalent cu VacLok® Vacuum Pressure Syringes by Merit Medical)	426	Bucată	141998,5800
309	Seringi cu mâner de sabie 1ml (1397)	Seringi de 1ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă.	300	Bucată	31389,0000

		Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual. (echivalent Seringă Medallion®)			
310	Seringi cu mâner de sabie 3ml (1398)	Seringi de 3 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual. (echivalent Seringă Medallion®)	700	Bucată	73241,0000
311	Seringi cu mâner de sabie 5ml (1399)	Seringi de 5 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual. (echivalent Seringă Medallion®)	500	Bucată	52315,0000
312	Seringă de irigare a vezicii urinare (suplimentar)	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector, inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	2	Bucată	20000,0000
313	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml (suplimentar)	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml, unică folosință, sterilă, f/ac, cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradăție clară -0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic, fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani	1000	Bucată	7200,0000
314	Șervețel material neșesut 40x40cm nesteril (suplimentar)	Șervețel material neșesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Nesteril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	3000	Bucată	1750,0000
315	Șervețel material neșesut 40x40cm steril (suplimentar)	Șervețel material neșesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	8000	Bucată	33333,3333
316	Șervețel steril material neșesut 70x50cm pentru masa de instrumente (suplimentar)	Șervețele material neșesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.	600	Bucată	3900,0000
317	Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402)	Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.	715360	Bucată	56942,6560
318	Șervețele igienice pentru gastroscopie (suplimentar)	Șervețele de o singura folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare în timpul endoscopiei	400	Bucată	10000,0000
319	Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (suplimentar)	Șervețele nesterile, 50cmx40cm (±2cm)densitatea 50/60 g/m. p.. Din material neșesut dublu absorbant, conținutul viscoză 70%, de unică folosință. Ambalaj a câte 10 buc.	2500	Bucată	5729,1667

320	Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (suplimentar)	Șervețele sterile, 50cmx50cm (±2cm) densitatea 90/100 g/m. p. Din material neșesut dublu absorbant, conținutul viscoză, de unică folosință.	200	Bucată	2400,0000
321	Șervețele sterile de tifon 10x10 cm (suplimentar)	Șervețele sterile de tifon 10*10 cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	1000	Bucată	3333,3333
322	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (suplimentar)	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi. 5 bucăți în set.	1000	Bucată	3333,3333
323	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi (suplimentar)	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	1000	Bucată	5000,0000
324	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (suplimentar)	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	2000	Bucată	3333,3333
325	Șervețele/material absorbant steril 7,5 cm x 7,5 cm (suplimentar)	Șervețele/comprese sterile 7,5cm x 7,5 cm (±0,5cm), 4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/viscoză, densitatea 50/60 g/m. p. 2.Material tifon/viscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic.	1000	Bucată	2083,3333
326	Set canule pentru irigații (1405)	Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual	5448	Bucată	92616,0000
327	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410)	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	228	Bucată	83158,2100
328	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412)	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	93	Bucată	10881,0000
329	Set cateter subclavicular 6F (suplimentar)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	50	Bucată	8333,5000
330	Set cateter subclavicular 7F (suplimentar)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	50	Bucată	8333,5000
331	Set cateter subclavicular 8F (suplimentar)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3. Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	30	Bucată	5000,0000
332	Set cateter venos central cu 4 lumene (1415)	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	562	Bucată	140500,0000
333	Set cateterizarea spațiului spinal (1416)	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90mm (±10mm); cateter G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90cm (±10cm),	800	Bucată	106200,0000

		<p>diametrul intern 0,3mm, diametrul extern 0,7mm, cu ghid pentru cateter.</p>			
334	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar)</p>	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (± 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrate ovală; Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm (± 10 cm) de H₂O/cm² • Fixatoare pentru tuburi cu bandă velcro- 2 buc; • pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separarea a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(± 5cm); • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (± 5 cm) H₂O/cm² • Câmp de sterilizare 90x90 cm (± 5 cm) – din SMS – 1 buc • Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona ranforsată cu SMS. 160x280 cm (± 10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu ranforsare SMS. 80x150 cm (± 5 cm) – 1buc • Șervetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (± 5cm) - 2 buc • pungă pentru suturi din celuloză - 1 buc 	800	Bucată	132000,0000
335	<p>Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (1438)</p>	<p>1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat.</p> <p>1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă.</p> <p>1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dublu stratificat</p> <p>1 buc câmp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat.</p> <p>1 buc: Câmp angiografie minim 240x350cm (+/-5cm); integru, impermeabil 100%; Super absorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp;</p> <p>4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70cm(+/-5cm);</p> <p>1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă</p> <p>1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă</p> <p>1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic</p> <p>2 buc: Șervetele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm</p> <p>2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mâneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi;</p> <p>Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche;</p>	340	Bucată	336222,6000

		<p>1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent</p> <p>1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ;</p> <p>1 buc: Bol transparent rotund 250 ml</p> <p>1 buc: Pinceta plastic</p> <p>1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc;</p> <p>1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“</p> <p>Pachet accesorii</p> <p>1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator</p> <p>1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinete acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000mm, - system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000mm, <p>1 buc: Bisturiu cu miner din masă plastică Nr. 11</p> <p>1 buc: Ghid angiografic din Nitinol minim 175cm, J3, 0,035“</p> <p>30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material neșesut fără scame</p> <p>1 buc: Ac puncție 18G x 70mm</p> <p>1 buc: Ac seringă G22, 30mm</p> <p>2 buc: Ac seringă G21, 40mm</p> <p>SERINGI LUER LOCK</p> <p>1 buc: Seringă 20 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Seringă 10 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Seringă 5 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Seringă 3 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Tăviță dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/-3cm)</p>			
336	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (suplimentar)	<p>Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic. Ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm (± 3mm) pentru puncție;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm (± 3cm), pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm (± 10mm), radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO;</p>	20	Bucată	19166,6667
337	Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice) (suplimentar)	<p>Dispozitiv pentru aspirarea mucusului a căilor aeriene superioare a nou-născutului sau pentru aspirarea secrețiilor traheale/bronșice (ale nou-născutului și copiilor, care vor fi analizate în laborator). Setul include: Irecipiett steril(capacitate 25ml-50ml), cu gradații la fiecare 2-5ml. 1tub de aspirație traheală. 1tub din PVC pentru conectarea aspiratorului de mucus la sursa de aspirație.</p>	100	Bucată	1083,3333

338	Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449)	Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow.	30	Bucată	250,0000
339	Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451)	Set format din tuburi duble pentru irigare/aspirare lungime 300 cm, pentru endourologie(1 irigare: 1 aspirație) Tubul irigare-Capăt proximal cu canulă pentru introducerea în flacon irigare, conectare simultană la 2 surse de soluție irigare, capăt distal din silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la port Luer Lock a canalului de irigare a instrumentului. Tubul 2 de aspirație cu cap distal și proximal silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la porturile utilajului de aspirație și canal aspirație instrument. Ambalat individual. Steril.	1490	Bucată	819500,0000
340	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (suplimentar)	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	200	Bucată	35000,0000
341	Set de perfuzie cu filtru (1452)	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 2 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±30cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	11900	Bucată	886550,0000
342	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459)	Pentru adulți –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirați. Completare: 1) Sac de rezervă 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180cm (±10cm)	1759	Bucată	100482,8800
343	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460)	Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	255	Bucată	151712,2500
344	Set de tuburi pentru ventilatoare	Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”,	662	Bucată	296873,9000

	(contururi), pediatrie (1461)	Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual			
345	Set drenare nasobiliară (suplimentar)	Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr.	10	Bucată	11250,0000
346	Set gastrostomă 10FR (1465)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 10FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	5	Bucată	1875,0000
347	Set gastrostomă 12FR (1466)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 12FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	5	Bucată	1875,0000
348	Set gastrostomă 14FR (1467)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 14FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	21	Bucată	7875,0000
349	Set gastrostomă 16FR (1468)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 16FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	6	Bucată	2250,0000
350	Set gastrostomă 20FR (1470)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	3	Bucată	1125,0000
351	Set gastrostomă 22FR (1471)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 22FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	3	Bucată	1125,0000
352	Set gastrostomă 24FR (1472)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	26	Bucată	9750,0000
353	Set ginecologic S(1473)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	300	Bucată	2454,0000
354	Set ginecologic M(1474)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	300	Bucată	2454,0000
355	Set ginecologic L(1475)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	300	Bucată	2454,0000
356	Set introducer 6FR (1483)	6FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	215	Bucată	123410,0000

357	Set introducer 7FR (1484)	7FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	42	Bucată	24108,0000
358	Set introducer 8FR (1485)	8FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	3	Bucată	1722,0000
359	Set introducer 9FR (1486)	9FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	50	Bucată	28700,0000
360	Set jetabil personal (suplimentar)	Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm (±2cm) 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc.: Kocher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm (±1cm) cu 5 cavități	1000	Bucată	116666,6667
361	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490)	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm	10	Bucată	2000,0000
362	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	2150	Bucată	626510,0000
363	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	1575	Bucată	318937,5000
364	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	275	Bucată	56760,0000
365	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr (1498)	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 89-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8Fr (lungime- 20-30cm),	660	Bucată	124827,2700

		<p>-Fabricat din PUR (poliuretan);</p> <p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</p> <p>-Radioopac, detectabil la raze X;</p> <p>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>- fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (întegrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual</p>			
366	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar)	<p>Steril, Componenta setului: Ac de puncție – compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului.</p> <p>-Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid.</p> <p>-Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge).</p> <p>-Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile</p> <p>-Dilatator.</p> <p>-Bisturiu</p> <p>-Seringă (latex free, luer lock).</p> <p>-Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.</p> <p>-Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.</p>	300	Bucată	75000,0000
367	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499)	<p>Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G 7-9cm, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1mm).</p>	30	Bucată	4383,3000
368	Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr)	<p>Monolumen G-11 (9Fr) G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metalic 60cm, Seringă 10ml; Dilatator-12cm, Rentghencontrast Cu ghid metalic tip ”J”</p> <p>*Certificat CE sau declarației de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit</p>	20	Bucată	2835,0000

		– valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.			
369	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 14-18G l=20cm (1504)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-20G, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoiere și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8-8,5F (2,8mm).	490	Bucată	205726,5000
370	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505)	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metallic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 8-10cm), <ul style="list-style-type: none"> - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (întegrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual 	259	Bucată	78101,4500
371	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506)	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metallic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 13-15cm), <ul style="list-style-type: none"> - Fabricat din PUR (poliuretan); 	308	Bucată	147987,2250

		<p>-Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual</p>			
372	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar)	<p>Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metallic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulari, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/Min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/Min 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - 10-12Fr; 6. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.</p>	1300	Bucată	390000,0000
373	Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509)	Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (PICC lines) pentru nou-născuți cu GEMN diametrul 1,9FR cu un lumen, impregnate cu vancomicină. Material : silicon sau poliuretan)	60	Bucată	50000,0000
374	Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale)	Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)	100	Bucată	375,0000

	neonatale) (suplimentar)				
375	Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519)	<p>Set pentru insuflarea oxigenului în nas. 1. Canula Nazală. Material: Silicon sau PVC medical. Lungime: 1,8-2,1 metri (pentru a oferi mobilitate). Diametru Tub: 1,2-2 mm. Dimensiuni Prindere Nazală: 4-6 mm fiecare prindere. Forma: Tuburi cu două deschideri flexibile care se introduc în nări; design ergonomic pentru confort și ajustare.</p> <p>2. Tub de Conectare Material: PVC flexibil sau material similar medical. Lungime: 1-2 metri. Diametru: 3-5 mm. Specificare: Tubul trebuie să fie rezistent la presiune și să nu se îndoie sau să se deformeze ușor.</p> <p>3. Regulator de Flux Tip: Regulator de flux sau controler de debit. Capacitate: Reglează fluxul de oxigen între 0,1 și 15 litri pe minut (L/min), în funcție de necesitățile pacientului. Precizie: Regulatorul ar trebui să permită ajustări precise și să aibă indicatoare clare pentru citirea fluxului de oxigen.</p>	19635	Bucată	73434,9000
376	Set steril jetabil subclaviar (suplimentar)	Câmp absorbant cu aparat adeziv 45x75 (±5cm) (cu orificiu), Câmp absorbant 75 x 90 (±5cm) (cu orificiu), Bisturiu N 11, Bol – 2 bucăți, volum 60 ml, Pensa 2 bucăți, Forceps tip Kocher 13 cm 1 bucata, Tampon absorbant 10x10cm (±1cm)10 bucăți, Tampon absorbant 7.5x7.5cm (±0,5cm)10 bucăți	500	Bucată	208333,3333
377	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5 (suplimentar)	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	20	Bucată	14333,3333
378	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (suplimentar)	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100	Bucată	13333,3333
379	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 (suplimentar)	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	20	Bucată	14333,3333

380	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 (suplimentar)	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	70	Bucată	9333,3333
381	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 (suplimentar)	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100	Bucată	71666,6667
382	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (suplimentar)	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100	Bucată	13333,3333
383	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (suplimentar)	Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 90mm cu deschidere distală suplimentară și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm, Cateter epidural SOFT 20G x 90cm cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal închis, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu căpăcel de protecție. - Mini filtru 0.2μm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100	Bucată	10350,0000
384	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (suplimentar)	Completarea setului: Ac TOUHY mărimea 17G/80mm, mărimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterian plat 0.2 μm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100	Bucată	10350,0000
385	Sisteme pentru irigoscopie B-3 (suplimentar)	Sisteme pentru irigoscopie B-3	50	Bucată	6250,0000
386	Sondă Blakemore Nr. 10 (suplimentar)	Sondă Blakemore Nr. 10, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	2	Bucată	495,0000

387	Sondă Blakemore Nr. 12 (suplimentar)	Sondă Blakemore Nr. 12, lungimea 120 cm(\pm 10cm), cu vizibilitate X-Ray	2	Bucată	495,0000
388	Sondă Blakemore Nr. 14 (suplimentar)	Sondă Blakemore Nr. 14, lungimea 120 cm(\pm 10cm), cu vizibilitate X-Ray	2	Bucată	495,0000
389	Sondă Blakemore Nr. 16 (suplimentar)	Sondă Blakemore Nr. 16, lungimea 120 cm(\pm 10cm), cu vizibilitate X-Ray	2	Bucată	495,0000
390	Sondă Blakemore Nr. 18 (1587)	Sondă Blakemore Nr. 18, lungimea 120 cm(\pm 10cm), cu vizibilitate X-Ray	277	Bucată	68557,5000
391	Sondă Blakemore Nr. 19 (1588)	Sondă Blakemore Nr. 19, lungimea 120 cm(\pm 10cm), cu vizibilitate X-Ray	163	Bucată	40342,5000
392	Sondă Blakemore Nr. 20 (1589)	Sondă Blakemore Nr. 20, lungimea 120 cm(\pm 10cm), cu vizibilitate X-Ray	584	Bucată	144540,0000
393	Sondă Blakemore Nr. 21 (1590)	Sondă Blakemore Nr. 21, lungimea 120 cm(\pm 10cm), cu vizibilitate X-Ray	140	Bucată	34650,0000
394	Sondă Blakemore Nr. 22 (1591)	Sondă Blakemore Nr. 22, lungimea 120 cm(\pm 10cm), cu vizibilitate X-Ray	112	Bucată	28710,0000
395	Sondă Blakemore Nr. 23 (1592)	Sondă Blakemore Nr. 23, lungimea 120 cm(\pm 10cm), cu vizibilitate X-Ray	83	Bucată	20542,5000
396	Sondă gastrică CH30 (suplimentar)	Mărimea: CH 30. Vizibilitate la raze X. Atraumatic. Cu orificii mari laterale. Tub simplu. Material: PVC medical. Marcaje de măsurare a adâncimii (cm). Steril, non-toxic, nepirogen. Ambalate individual.	500	Bucată	4166,6667
397	Sondă gastrică cu pâlnie CH 12 (1593)	Sondă gastrică cu pâlnie CH-12, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (\pm 0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (\pm 0, 5mm), L=70-110cm	131	Bucată	6550,0000
398	Sondă gastrică cu pâlnie CH 14 (1594)	Sondă gastrică cu pâlnie CH-14, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (\pm 0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (\pm 0, 5mm), L=70-110cm	227	Bucată	16350,0000
399	Sondă gastrică cu pâlnie CH 16 (1595)	Sondă gastrică cu pâlnie CH-16, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (\pm 0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (\pm 0, 5mm), L=70-110cm	1212	Bucată	60600,0000
400	Sondă gastrică cu pâlnie CH 18 (1596)	Sondă gastrică cu pâlnie CH-18, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (\pm 0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (\pm 0, 5mm), L=70-110cm	2267	Bucată	123350,0000
401	Sondă intestinală (1599)	Sondă intestinală 8FR, 100cm (\pm 5cm), radioopac	51	Bucată	1020,0000
402	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G, L=300cm (\pm 20cm)	171	Bucată	7915,5900
403	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G, L=300cm (\pm 20cm)	171	Bucată	7915,5900
404	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G, L=300cm (\pm 20cm)	394	Bucată	18238,2600
405	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G, L=300cm (\pm 20cm)	510	Bucată	23607,9000
406	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G, L=300cm (\pm 20cm)	460	Bucată	21293,4000

407	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G, L=300cm (±20cm)	131	Bucată	6063,9900
408	Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616)	1.dimensiuni: CH26, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	767	Bucată	3835,0000
409	Sonda urinară Foley CH 6 (suplimentar)	Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea30-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual	20	Bucată	833,3333
410	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (suplimentar)	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/. Lungimea mai mare de 250cm, cu ghid metalic-0,35, pentru canalul endoscopentului de 3,7-4,2mm	1	Bucată	958,3333
411	Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar)	Tub flexibil din polimer, în interiorul căruia este plasat un piston, echipat cu un mâner. Pistonul este montat într-un tub cu posibilitatea axială mișcări. Lungimea sculei este de 300 mm, Diametrul tubului este de 3,0 mm. Găurile sunt făcute la capătul distal, rotunjit atraumatic al tubului. Pistonul este fabricat din polimer. Volum 10mkl. De unică folosință, ambalaj individual. Steril.	50	Bucată	10833,3333
412	Șorț protector nesteril din polietilenă (1625)	De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide și a.), lungimea 140cm (±10cm), lățime 80cm (±5cm), densitatea 40 g/m ² , din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame	77185	Bucată	96793,7708
413	Speculă ginecologică tip Cusco M(1628)	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	200	Bucată	636,0000
414	Speculă rectală de unică folosință (suplimentar)	Speculă rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (± 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material plastic	800	Bucată	10000,0000
415	Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR) (suplimentar)	Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR). Steril, de unică folosință. Conexiunea puternică între tubul de silicon și sonda metalică. (1)Mărimea la sonda metalică-80mm lungimea și diametru de 0.8mm. (2) Mărimea la sonda metalică- 53mm lungimea și diametru de 0.4 mm. Vârf rotunjit atraumatic. Opțiune PVP pentru un drenaj superior al lacrimilor. Indicată pentru adulți.	20	Bucată	33333,3333
416	Stent biliar 10FR (1636)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 10FR	140	Bucată	170100,0000
417	Stent biliar 7FR (1633)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 7FR	5	Bucată	6112,5000
418	Stent biliar 8,5FR (1635)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8,5FR	155	Bucată	189487,5000
419	Stent biliar 8FR (1634)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8FR	5	Bucată	2400,0000
420	Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (suplimentar)	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 1-3 luni	1	Bucată	19416,6667

421	Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (suplimentar)	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 3-6 luni	1	Bucată	19416,6667
422	Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (suplimentar)	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea mai mult de 6 luni	1	Bucată	19416,6667
423	Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (suplimentar)	Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm pusher)	25	Bucată	63541,6667
424	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar)	Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	100	Bucată	254166,6667
425	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (suplimentar)	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 20 zile	1	Bucată	9166,6667
426	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (suplimentar)	Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 11 săptămâni	1	Bucată	9166,6667
427	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile (suplimentar)	Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 12 zile	1	Bucată	9166,6667
428	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (suplimentar)	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 săptămâni, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm	1	Bucată	26150,0000
429	Stent ureteral mono J 10FR (1646)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 10FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	20	Bucată	16000,0000
430	Stent ureteral mono J 4FR (1641)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 4FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	110	Bucată	88000,0000
431	Stent ureteral mono J 6FR (1642)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 6FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	138	Bucată	110400,0000
432	Stent ureteral mono J 7FR (1643)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 7FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	135	Bucată	108000,0000
433	Stent ureteral mono J 8FR (1644)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 8FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	30	Bucată	24000,0000
434	Stent ureteral mono J 9FR (1645)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 9FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	20	Bucată	16000,0000
435	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3FR, pentru copii (1651)	Cateter ureteral dublu J, 3FR, material- 100% silicon, lungime 20cm, vârf deschis fir ghidare Fix 0.021"-0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 70cm	15	Bucată	8750,0000
436	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4FR, pentru copii (1653)	Cateter ureteral dublu J, 4FR, material- 100% silicon, lungime 20cm, vârf deschis fir ghidare Fix 0.021"-0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 4, 8FR/Ch 70cm	30	Bucată	17500,0000
437	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661)	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15FR, gradat la fiecare 10cm. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 15 l/min. fără latex. Reutilizabil	176	Bucată	33000,0000

438	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662)	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 35-40cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 5 l/min. fără latex. Reutilizabil	39	Bucată	7800,0000
439	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663)	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 10 l/min. fără latex. Reutilizabil	13	Bucată	2437,5000
440	Stilet de intubație 16F (1667)	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 16 F	223	Bucată	3234,1100
441	Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669)	12FR, fără latex. Confeționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubriferat. Steril. Ambalat individual.	105	Bucată	8323,8800
442	Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671)	16FR, fără latex. Confeționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubriferat. Steril. Ambalat individual.	68	Bucată	5664,4000
443	Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (suplimentar)	Tampoane sterile fără alcool, pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți	200	Bucată	4166,6667
444	Tampon absorbabil 10cm x 10cm (suplimentar)	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+-1cm), din bumbac	10000	Bucată	7683,3333
445	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (suplimentar)	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+-0,5cm), din bumbac	10000	Bucată	15000,0000
446	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (suplimentar)	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	400	Bucată	5000,0000
447	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (suplimentar)	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	1500	Bucată	26250,0000
448	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar)	Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	20000	Bucată	15500,0000

		<p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale Proprietăți: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) saturat (îmbibat) în soluție dezinfectantă cu conținut de iod 10%, concentrația iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a) material neșesut - viscoză; b) capacitate sporită de reținere a lichidelor; c) densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică,</p>			
449	Tampon steril fără alcool 60x30mm (suplimentar)	Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set	150	Bucată	1960,0000
450	Termofor combinat (1677)	Termofor combinat cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml	485	Bucată	31929,1505
451	Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680)	Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm (±20mm), sac de colecție cu supapă anti reflux 2000ml (±50ml), Seringă 50 ml, Clapan lui Heimlich. Adaptor cu robinet tridirecțional	273	Bucată	133087,5000
452	Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlich și sistem de colectare (suplimentar)	Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic, cateter toracic 8F/50cm, ac pentru puncție, robinet cu 2 cai, adaptor pentru aspirație, Seringă 50-60ml, pungă de colectare 2000ml, valvă Heimlich	10	Bucată	9166,6667
453	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686)	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	3120	Bucată	25243,9300
454	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687)	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	1975	Bucată	15979,7300
455	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688)	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	650	Bucată	5259,1500
456	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689)	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7	20	Bucată	940,0000
457	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690)	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8	70	Bucată	3290,0000

458	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691)	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (± 1 mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9	90	Bucată	4230,0000
459	Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694)	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 35FR.	2	Bucată	1159,0000
460	Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695)	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 36FR.	17	Bucată	9851,5000
461	Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697)	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 38FR.	5	Bucată	2897,5000
462	Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699)	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 40FR.	5	Bucată	2897,5000
463	Tub endotraheal armat N 4.0 (suplimentar)	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastice cu manșetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	15	Bucată	517,5000
464	Tub endotraheal armat N 4.5 (suplimentar)	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastice cu manșetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	15	Bucată	517,5000
465	Tub endotraheal armat N 5.0 (suplimentar)	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastice cu manșetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	15	Bucată	517,5000
466	Tub endotraheal armat N 5.5 (suplimentar)	Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastice cu manșetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul	15	Bucată	517,5000

		produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
467	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721)	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon. Steril, ambalat individual	10	Bucată	540,0000
468	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727)	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon. Steril, ambalat individual	1470	Bucată	79380,0000
469	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729)	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon. Steril, ambalat individual	1080	Bucată	58320,0000
470	Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732)	10ch, biocompatibil, tromboresistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	15	Bucată	892,5000
471	Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734)	14ch, biocompatibil, tromboresistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	30	Bucată	1785,0000
472	Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736)	18ch, biocompatibil, tromboresistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	215	Bucată	16615,2000
473	Tub pentru evacuarea gazelor (1737)	Tub pentru evacuarea gazelor la nou-născuți. Lungime 5-10cm. Diametrul 2-4mm.	608	Bucată	2796,8000
474	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef. (suplimentar)	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef.. Dimensiunile pentru aplicații maturi, canalul auditiv extern mic și canalul urechii întortocheate. Tuburile mini-tef sunt confecționate din fluor plastic alb și prezintă o flanta interioară cu diametru mai mare. Diametrul intern a fetii externe 0.89 mm, diametrul tot al circumferinței fetii externe 2.0 mm. Diametrul circumferinței fetii interne 1.6 mm. Lungimea brațului 1.0 mm. Lungimea totală a tubului 1.5 mm. Steril, de unică folosință.	100	Bucată	10000,0000
475	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775)	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (± 1 mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H ₂ O. Ambalat individual.	9	Bucată	112,5000
476	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776)	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (± 1 mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H ₂ O. Ambalat individual.	17	Bucată	281,3500
477	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777)	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm	31	Bucată	513,0500

		(±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.			
478	Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783)	Din plastic, lungimea 270-280mm, diametru 2mm, spațiu pentru piston 220mm (±20mm), cu marcajul adâncimii introducerii 20-120mm cu valoarea diviziunii 10mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unică folosință. Ambalată individual.	55	Bucată	4702,5000
479	Vizieră cu radioprotecție (1787)	Vizieră de radioprotecție care constă dintr-un ecran acrilic transparent plumbat care poate fi poziționat la diferite unghiuri ale feței pentru a minimiza răspândirea radiației și o bandă reglabilă dublă la frunte. Greutate 340-360 g, înălțime ecran 12-15cm, protecție 0.10mm echivalent Pb. Se furnizează cu husă ușor lavabilă.	9	Bucată	324000,0000
Total					12850290,72

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2025 conform Condițiilor de livrare:

Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:

- 1) În baza **tranșelor se vor livra 60%**, în tranșe egale, datate expres la semnarea contractului, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la semnarea contractului.
- 2) În baza **bonurilor de comandă se vor livra 40%**, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.

Note:

1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;
2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;
6. Furnizorul va lua în considerare divizarea suturii per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;
*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro
7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de **10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante** în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (*întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini*).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.

Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.

Corespunderea **Mostrele de produs** se apreciază potrivit formulei „**corespunde/nu corespunde**”, iar fiind selectată metoda de „*testare clinică*”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin scrisorile beneficiarilor finali**, ce vor fi considerate drept probe.

Corespunderea **Mostrelor de produs** se apreciază potrivit formulei „**corespunde/nu corespunde**”, iar fiind selectată metoda de „*testare de laborator*” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin raportul de testare**, ce va fi considerat drept probă.

Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi

		comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii	DA

		persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	<p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p>Notă: Neprezentarea Eșantioanelor (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p>	DA
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA

14	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.	DA
----	---	---	----

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2026 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. ___ din ___.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după

deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2026.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: NU SE APLICĂ

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul I 2025.

37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis spre publicare în BAP la 01.08.2024

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 31.12.2024

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Ana BÎNZARI