

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Deservire și întreținere dispozitive medicale – 2023**

prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1675064420798/21072509** conform SIARSAP
M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html>

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809, Moisenko Cristina- Serviciu achiziții publice, 068-026-999 Constantin Pîntea – persoana responsabilă.**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrăr. solicitate	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (p/u fiecare lot în parte) lei MD
1	50421000-2	Dispozitiv rentgenologic Duo Diagnostic	buc	2	-Curațarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator); - Curațarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - Testarea și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului; - Verificarea și reglarea/calibrarea părților mecanice de mișcare și culisare; -Verificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare; - Verificarea și reglarea/calibrarea panoului de comandă și control; - Verificarea și reglarea/calibrarea dozelor de expunere și a regimurilor de lucru; - Verificarea conexiunilor electrice; - Verificarea funcționării motoarelor; - Verificarea ventilatoarelor, etc; - Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor; - Verificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor; - Centrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiații ionizante, după caz; - Ajustarea senzorilor Bodyguard; - Ajustarea generatorului de radiație ionizantă; - Calibrarea collimatorului; - Verificarea și calibrarea mișcării mesei ; - Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului);	129 600,00

					-O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreținerii tubului de radiații ionizante, re-adaptarea tubului (la necesitate) ; -Deservirea printerului "Horizon G2, Codonics" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. -Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. Serviciile vor fi prestate trimestrial	
2	50421000-2	Computer tomograf Somatom Emotion 16	Buc	1	– Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea calității imaginii – Instructajul personalului medical –Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. –Deservirea angiomatului "Vistron CT, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Serviciile vor fi prestate trimestrial	178 152,00
3	50421000-2	Cromatograf CROM-5	Buc	1	– Controlul ermeticității- cuplărilor magistralilor de gaze si înlaturarea defectelor – Regenerare și schimbarea absorbentilor la filter în rețeaua de gaze – Testarea purității injectorului si curățirea lui – Testarea purității și curățirea detectorului DTP – Controlul și reglarea sistemului de indicație a parametrilor – Testarea și reglarea corespunderii debitului de gaz purtator – Testarea functionarii și înlaturarea defectelor înregistratorului Serviciile vor fi prestate trimestrial	29 490,00
4	50421000-2	Analizator hematologic Sysmex KX – 21N	Buc	2	– Curățați camera de TD și linia de proba diluată. (Execute închidere.) – Verificați nivelul Camera capcană, și aruncați în cazul în care consideră. – Curățați supapa rotorului (SRV) țava eșantion. • Întreținerea lunară (sau la fiecare 2500 Probele) – Curățați camera de deșeuri (clătire secvență). – Curățați traductorul (clătire secvență). • Fiecare întreținere de 3 luni (sau la fiecare 7500 de probe) – Curățați supapa rotorului eșantion (SRV). • Întreținere de necesități – Auto Clătiți – Curățați Cupa clătire. – WBC / RBC Clean traductor deschidere. – Înlocuiți rezervorul de deseuri Serviciile vor fi prestate trimestrial	10 800,00
5	50421000-2	Microscop neurochirurgical	buc	1	Fiecare 12 luni:	59 400,00

		"OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss"			—Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânăre și sistem de cuplare XY; —Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; —Test funcțional al standului coloană; —Inspecție vizuală și funcțională a roților; —Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; —Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; —Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; —Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery; Fiecare 2 ani: —Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune." Serviciile vor fi prestate anual.	
6	50421000-2	Microscop microchirurgical OPMI VARIO 700, Carl Zeiss	buc	1	Fiecare 12 luni: —Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânăre și sistem de cuplare XY; —Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; —Test funcțional al standului coloană; —Inspecție vizuală și funcțională a roților; —Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; —Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; —Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; —Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery; Fiecare 2 ani: —Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune. Serviciile vor fi prestate anual.	48 153,60
7	50421000-2	Analizator biochimic "CS-T240, Dirui"	buc	1	—Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Calibrarea dispozitivului; —Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; —Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; —Efetuaarea inspecțiilor și verificărilor generale; —Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Serviciile vor fi prestate trimestrial	8 640,00
8	50421000-2	Analizator biochimic "BS-200, Mindray"	buc	1	—Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru;	8 640,00

					—Calibrarea dispozitivului; —Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; —Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; —Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; —Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Serviciile vor fi prestate trimestrial	
9	50421000-2	Analizator hematologic "XN-1000i, Sysmex"	buc	1	—Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Calibrarea dispozitivului; —Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; —Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; —Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; —Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Serviciile vor fi prestate trimestrial	8 640,00
10	50421000-2	Coagulometru "CA-560, Sysmex"	buc	1	-Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; -Curațarea părților de lucru; -Calibrarea dispozitivului; -Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; -Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; -Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; -Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Serviciile vor fi prestate trimestrial	8 640,00
11	50421000-2	Analizator ionometric "HumaLyte Plus 5, HUMAN"	buc	1	-Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; -Curațarea părților de lucru; -Calibrarea dispozitivului; -Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; -Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; -Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; -Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; -Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Serviciile vor fi prestate trimestrial	7 560,00
12	50421000-2	Analizator ABL800 Flex	buc	1	Mentenanța preventivă: •testarea pCO2,pO2, electrolit si electrod •înlocuire șaiabă de intrare • verificare nivelul în calomel si electrod Mentenanța trimestrială: • umplere din nou calomelul si electrodul • înlocuire ventilatorul cu tot cu filtru Mententanța simestrială :	6 400,00

					• înlocuire tuburi de la pompă Cînd este necesar : • înlocuire Soluție (1) și (5) • înlocuire container recipient • curățare cameră de măsură • înlocuire electrod (dupa manual) • înlocuire printer cu hirtie • înlocuire cilindru CO2 • îndeplinire decontaminării • curățarea acoperirii frontale Serviciile vor fi prestate trimestrial		
13	50421000-2	Analizator VITEK 2COMPACT "Biomerieux"	buc	1	– Verificare si calibrarea pompei de vacuum; – Curățarea sistemului optic; – Curățarea garniturii sistemului de vacuum; – Curățarea sistemului mecanic caroseria; – Curățarea sistemului pentru casete; – Instalarea kiturilor A,R; – Schimbul Saline A/R; – Schimbul Pipette Tips A/R; – Calibrarea dispozitivului; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Înlăturarea tuturor defectiunilor tehnice cît și cele de program; Serviciile vor fi prestate trimestrial	24 012,00	
Lotul nr. 14							
Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550, Compresor BOTTARINI KS-124, Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150							145 000,00
14	50421000-2	14.1. Compresor BOTTARINI KS-124	buc	1	–Schimbare ulei tip AEON 3000 la urmatoarele temperaturi ale compresurului (> 93 °C la 1000 h; 88-92 °C la 2000 h; 70-88 °C la 3000 h (ulei inclus) x4 ori/an. –Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x4 ori/an. –Schimbare filtru aer (filtru inclus) x4 ori/an. –Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x2 ori/an. –Schimbare valvă de admisie aer de la blocul ENDURO 25 (la necesitate) –Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate. –Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000 h (piese p/u reparație incluse). –Curatarea mecanica a radiatoarelor de ulei, x2 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.	75 000,00	
	50421000-2	14.2. Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550	buc	1	–Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x2 ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer. x2 ori/an; –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x2 ori/an; –Curatarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x2 ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x2 ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC x2 ori/an; – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului	20 000,00	

				<i>tehnic</i> – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.		
50421000-2	14.3. Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150	buc	1	–Demontare, verificare și curățare filtru aer tip M., Schimbare noi x2 ori/an. –Demontare, verificare și curățare filtru aer tip S., Schimbare noi x2 ori/an. –Demontare, verificare și curățare filtru aer tip A., Schimbare noi x2 ori/an. –Demontare, verificare și curățare filtru aer pre_uscător., Schimbare noi x1 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.	50 000,00	
Lotul nr. 15 Generator oxigen "IMT POC 8500 Med, INMATEC", Compresor "ZT 55, Atlas Copco", Uscător aer "FD 180 VSD, Atlas Copco"					175 000,00	
50421000-2	15.1. Compresor "ZT 55, Atlas Copco"	buc	1	Lucrări de mentenanță cu instalarea consumabilelor și pieselor de schimb: 2230011301 KIT A-MAINTENANCE (CKZA) 2230004100 KIT SERVICE (CKZA) 2230004101 KIT SERVICE (CKZA) 2230011309 KIT B-MAINTENANCE (CKZA) 2908850101 ROTO-Z 20L (CLZA) - 2 buc. LP Element Exchange KIT ZT55-90 HP Element Exchange KIT ZT55-90 Cooler Service KIT – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.	112 000,00	
15	50421000-2	15.2. Generator oxigen "IMT POC 8500 Med, INMATEC"	buc	1	–Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curățarea și lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curățarea și lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x1 ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC nou x1 ori/an; – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.	20 000,00
	50421000-2	15.3. Uscător aer "FD 180 VSD, Atlas Copco"	buc	1	Lucrări de mentenanță cu instalarea consumabilelor și pieselor de schimb: 2200902017 KIT WEAR DRAIN (CKQA) 1630058905 FILTER AIR (CWGA) 2901300407 FILTER KIT UD 140+ (CLQA) 2901300106 FILTER KIT PD/PDP 130+ (CLQA) – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului	43 000,00

					tehnice – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Serviciile vor fi prestate anual.	
16	50421000-2	Sterilizator cu aburi Matachana 1008-E2	buc	4	– Reînnoirea sistemului software la cea mai actuală versiune – Verificarea sistemului de purificare a apei – Testarea pompei de vacuum și a celei de aer – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă – Curățarea rezervorului de apă – Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare) – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program Serviciile vor fi prestate trimestrial	57 024,00
17	50421000-2	Mașină de spălare și dezinfectie Matachana MAT LD521XLS	buc	3	– Verificarea sistemului de asigurare cu detergenți, curățarea garniturilor – Verificarea sistemului de purificare a apei – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă – Curățarea rezervorului de apă – Verificarea funcționalității printerului – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic Serviciile vor fi prestate trimestrial	28 512,00
18	50421000-2	Sterilizator cu plasmă "RENO-S130D, Renosem"	buc	1	– Reînnoirea sistemului software la cea mai actuală versiune – Verificarea modului de aspirare peroxid – Testarea pompei de vacuum și a celei de aer – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor – Curățarea garniturilor de ermeticitate a camerei – Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare) – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program Serviciile vor fi prestate trimestrial	62 013,60

19	50421000-2	Angiograf SHIMADZU Trinias C12	buc	1	- Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice - Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului - Verificarea și curățirea filtrelor de aer - Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului) - Evaluarea și calibrarea calității imaginii - Instrucțiunile personalului medical - mentenanța, reparația și calibrarea Angiografului - "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie) - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program Serviciile vor fi prestate trimestrial	186 300,00	
20	50421000-2	Dispozitiv radiologic SHIMADZU FlexaVision F3	buc	1	- Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) - Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului) - Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale) - Verificarea, curățarea și ungerea componenetelor mecanice a mesei de scopie și grafie - Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. - Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. - Instruirea personalului medical - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program Serviciile vor fi prestate trimestrial	67 500,00	
Lotul nr. 21 CT TOSHIBA Aquilion PRIME TSX-303A/AC							194 944,00
21	50421000-2	21.1. Lucrări de întreținere periodică	buc	1	- Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice - Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) - Verificarea și curățirea filtrelor de aer - Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare)	190 944,00	

					– Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instrucțajul personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program – Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program Serviciile vor fi prestate trimestrial	
	50421000-2	21.2. Lucrări de reparație (cu piese incluse din partea operatorului economic)	buc	2	– Schimbarea unității de înscriere discuri optice DVD-RW (la necesitate) Serviciile vor fi prestate anual.	4 000,00
22	50421000-2	RMN Hitachi ECHELON OVAL	buc	1	Punte (Gantry): Verificarea funcționalității tuturor indicatoarelor; Testarea funcționalității butonului STOP; Curățarea ventilatoarelor filtrelor și a carcasei de praf (inclusiv dispozitivul pe interior); Testarea funcționalității a indicatorului laser; Masă pacient: Testarea mișcării mesei în plan longitudinal, transversal, vertical; Verificarea rulmenților și schimbarea lor după necesitate; Consola Operatorului: Verificarea funcționalității butonului EMERGENCY; Curățarea de praf a ventilatoarelor, plăților electrice și a carcasei; Testarea funcționalității printerului laser prin implementarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Bloc IPDU: Curățare de praf a întregului bloc; Testarea tensiunilor de alimentare a modului DC; Bloc RFCU: Curățare de praf a întregului bloc; Verificarea conexiunii cablajelor electrice; Bloc GCPA (bobina de gradient): Verificare la scurgeri de apă; Testarea momentului de rotație pentru cablajele fixate a bobinei de gradient; Bloc ERDU și compresoarele: Copierea jurnalului istorie, cu verificarea funcționalității ERDU; Schimbul Cold Head; Curățare de praf pe interior; Bloc EXCU: Verificare la scurgeri de apă;	734 400,00

				Schimbul apei; Ajustări: Testare după fantom FOV; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot cu T/R Body bobină; DryPix 4000 plus Curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Serviciile vor fi prestate trimestrial	
Total					2 178 820,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora :
nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru mai multe loturi;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

12. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **Incoterms DDP 2020**

- pentru lucrări: la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore după efectuarea comenzii;

- pentru servicii: conform graficului stabilit în manualul de exploatare a echipamentului medical.

*** Serviciile vor fi prestate trimestrial și la solicitarea inginerului local- pentru loturile (1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,1,22)**

*** Serviciile vor fi prestate anual și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local –pentru loturile (5,6,14,15,21,2)**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării până la 31 decembrie 2023**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP

4	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.	1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau 2) transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)_____ <i>din</i> _____ Confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	DUAЕ	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020 - confirmat prin semnătura electronică a participantului	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Certificat de școlarizare a personalului angajat (eliberat de către producătorul utilajului supus deservirii tehnice) – tradus în limba de stat (pentru loturile nr. 1 2, 4, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22)	copie - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Adeverință de înregistrare eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice (la lotul 1,2,19,20,21)	copie - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
9	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);	Conform anexei nr. 13 din DS Se prezintă la solicitare.	(la solicitare)

10	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	1) Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau 2) transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL , codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1) 3) Rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate (confirmată prin scrisoarea operatorului economic). Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
11	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020).	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligativ
12	<u>Notă</u>	1. Ofertantul va indica în oferta propusă prețul trimestrial, conform modelului din documentația standard. 2. Suma pentru Oferta financiară se va indica pentru 3 trimestre 3. Pentru lotul nr. 14, 15 și 21 să fie indicate prețurile pe fiecare serviciu în parte – detaliat.	Obligativ
13	Metoda și condițiile de plată:	- Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **este Obligativ**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **este Obligativ**, cuantumul **5%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

2. Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 85 din 28.10.2022

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

39. Alte informații relevante:-----

Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a Contractului.

În prețul de deservire vor fi incluse:

- lucrările de complicație joasă – mentenanța periodică, mentenanța corectivă, mentenanța preventivă și reparații curente a dispozitivelor medicale;
- lucrări de complicație înaltă – reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor integrale și pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu;
- piesele de schimb cu prețul până la 1000 (una mie) lei MD vor fi achitate de executor, iar piesele cu prețul mai mare de 1000 (una mie) lei MD vor fi achitate de beneficiar;
- montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea;
- lucrările de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale;
- piese de schimb pentru lucrări de complicație joasă, asamblarea lor și verificarea parametrilor conform manualului tehnic.

Deservirea dispozitivelor medicale constă în:

- **Mentenanța preventivă**, din care fac parte lucrările ce pot preveni defectarea dispozitivului (curățirea dispozitivului de praf în interior, verificarea funcționalității tuturor modulelor, butoanelor, conectorilor, fișelor de 220V, accesoriilor și repararea lor dacă e necesar, instalarea clamelor) și efectuarea lucrărilor specificate în anexe. Aceste lucrări se vor efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer din departamentul tehnologiei medicale.
- **Mentenanța corectivă**, din cadrul ei fac parte lucrările de reparație a modulelor și a componentelor defectate. Efectuarea acestor lucrări se va efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer, dar dacă este necesar repararea complexă, atunci se va face în locul specificat de către prestatorul de servicii cu înștiințarea beneficiarului și a Bioinginerului, semnând de către ambele părți un act de predare – primire a dispozitivului medical sau a unei componente.

După finalizarea oricărei lucrări dispozitivele medicale vor fi testate, apoi date în exploatare.

Condiții speciale:

- a) Materialele și piesele de schimb pentru efectuarea lucrărilor de reparație de o complicație înaltă se vor achiziționa adăugător conform legislației în vigoare, din suma rezervată pentru acestea;
- b) Lucrările de reparație a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur;
- c) În cazul determinării unui defect de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentantul serviciului tehnic medicală a Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului;
- d) După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport, specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbare de piese care s-a efectuat;
- e) Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată ce sunt schimbate;
- f) În caz de defectare Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 24 ore;
- g) La finalul deservirii dispozitivelor medicale inginerul este obligat să introducă în fișa de mentenanță toate lucrările efectuate și să prezinte un act de deservire a dispozitivului medical în care să includă toate lucrările efectuate.

În acest act să fie incluse semnăturile beneficiarilor: Directorul general, Coordonatorul Departamentului Tehnologiei Medicale, Șeful Departamentului Tehnologiilor Medicale, Bioinginerul responsabil, Șeful secției. La prezentarea facturii fiscale obligatoriu să se prezinte acest act.

Actul de îndeplinire a lucrărilor de deservire trebuie să fie elaborat pentru fiecare dispozitiv medical;

- h) Stațiunile tehnice, care vor depăși mai mult de 10 zile calendaristice, din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de deservire, reparație, montare, ajustare, vor fi excluse din achitățile contractuale. În caz de necesitatea efectuării lucrărilor de complicație înaltă, termenul dat poate fi prelungit cu acordul ambelor părți;

i) Inginerii care deserve sc dispozitivele medicale trebuie s dispun s i s prezinte diplom s de studii n domeniul bioingineriei (copie) sau certificat n domeniul tehnologiilor medicale, certificat de studiu pentru dispozitivele medicale deserve.

Prestatorul se oblig s:

s presteze Serviciile n condi iile prev zute de prezentul Contract;

s deserve sc s i s repare dispozitivele medicale n prezen a colaboratorilor serviciului tehnic medical s a Institu iei;

s ndepline sc formulele-model (fi sa de mentenan a, fi sa dispozitivului, jurnal de gard s, fi sa de deserve), dup s fiecare interven ie la dispozitiv;

s asigure beneficiarul cu manuale tehnice s i manuale de utilizator n limba de stat;

s instrui sc personalul medical s i tehnic;

s efectueze mentenan a preventiv s, corectiv s, periodic s i repara ii de nivel nalt a dispozitivelor medicale;

s testeze dispozitivul medical dup s fiecare interven ie conform manualului tehnic

Conduc s torul grupului de lucru:

Mihail Ciocanu

