

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

**privind achiziționarea:** Servicii de mentenanță a utilajului medical

**prin procedura de achiziție:** Cererea ofertelor de prețuri (servicii)

**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** Da

**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:**

[https://www.mai.gov.md/sites/default/files/SM/Transparenta/Achizitii/Plan%20achizitii%202020\(1\).pdf](https://www.mai.gov.md/sites/default/files/SM/Transparenta/Achizitii/Plan%20achizitii%202020(1).pdf)

- 1. Denumirea autorității contractante:** Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
- 2. IDNO:** 1006601000783
- 3. Adresa:** or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022 25-41-05; 022 25-41-65; Fax:022 72-80-47
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:**  
serviciu.medical@mai.gov.md
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Serviciu public cu statut de direcție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistență medicală primară, specializată de ambulator, spitalicească și servicii medicale de înaltă performanță pentru angajații și personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne precum și altor categorii de personal în conformitate cu legislația în vigoare.
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|--|--------------------|------------|--|--|
| 1.      | 50421000-2 | <b>Lot 1.</b><br>Mentenanța anuală pentru Analizator automat KIMAsed auto 16 | Bucată             | 1          | Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Curățarea sistemului mecanic caroseria; Curățarea sistemului pentru casete; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a grupului optic; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | 4 000  |

|    |            |  |        |   |  |       |
|----|------------|--|--------|---|--|-------|
| 2. | 50421000-2 | <b>Lot 2</b><br>Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic Medica Easylite Na/K | Bucată | 1 | Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspekțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.   | 7200  |
| 3. | 50421000-2 | <b>Lot 3</b><br>Mentenanța anuală pentru Analizator hematologic PCE-210            | Bucată | 2 | Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspekțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.   | 22000 |
| 4. | 50421000-2 | <b>Lot 4</b><br>Mentenanța anuală pentru Analizator hematologic Mindray BC-5150    | Bucată | 2 | Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspekțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.   | 20000 |
| 5. | 50421000-2 | <b>Lot 5</b><br>Mentenanța anuală pentru Analizator imunologic Tecan Sunrise       | Bucată | 1 | Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspekțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.   | 10000 |
| 6. | 50421000-2 | <b>Lot 6</b><br>Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic BIOBASE BK-400       | Bucată | 1 | Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Verificare și calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | 20000 |

|     |            |   |        |   |   |       |
|-----|------------|---|--------|---|---|-------|
| 7.  | 50421000-2 | <b>Lot 7</b><br>Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic semi-automat CLINDIAG SA-20       | Bucată | 1 | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată. Verificare și calibrarea pompei de aspirație; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.  | 18000 |
| 8.  | 50421000-2 | <b>Lot 8</b><br>Mentenanța anuală pentru Aparat radiografie dentară 5D2                         | Bucată | 2 | Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.  | 6000  |
| 9.  | 50421000-2 | <b>Lot 9</b><br>Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic digital Sonia Vision-Shmimadzu | Bucată | 1 | Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânele, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; Testarea funcționalității printerului și a cititorului de pelicule, cu implementarea mentenanțelor preventive conform manualului tehnic; Instruirea personalului medical; Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | 8000  |
| 10. | 50421000-2 | <b>Lot 10</b><br>Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic SHIMADZU RADSpeed Fit         | Bucată | 1 | Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.  | 78000 |

|     |            |  |        |   |  |       |
|-----|------------|--|--------|---|--|-------|
| 11. | 50421000-2 | <p align="center"><b>Lot 11</b></p> <p align="center">Mentenanța anuală pentru Mașină de anestezie ATESE 2000</p>    | Bucată | 1 | <p>Controlul funcționării circuitelor electrice;<br/>Controlul funcționării a sistemelor mecanice;<br/>Controlul funcționării sistemelor pneumatice;<br/>Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare;<br/>Controlul funcționării sistemului de apreciere a FiO<sub>2</sub>; Calibrarea senzorului de oxigen;<br/>Controlul funcționării regimurilor de ventilare;<br/>Controlul funcționării sistemului termic al umidificatorului; Controlul de ermetizare generală a circuitului respirator; Controlul funcționării regimurilor de semnalizare;<br/>Controlul vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; Depistarea defectelor al</p> <p>pieselor/elementelor/detaaliilor/blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior de 2 ori pe an; Verificarea scurgerilor de curent; Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG, SpO<sub>2</sub>, NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; Verificarea dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre: volumul I,E. Total, Concentrația de O<sub>2</sub>, presiune, etc.; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.</p> | 6000  |
| 12. | 50421000-2 | <p align="center"><b>Lot 12</b></p> <p align="center">Mentenanța anuală pentru Mașină de anestezie Maquet Flow-i</p> | Bucată | 1 | <p>Controlul funcționării circuitelor electrice;<br/>Controlul funcționării a sistemelor mecanice;<br/>Controlul funcționării sistemelor pneumatice;<br/>Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare;<br/>Controlul funcționării sistemului de apreciere a FiO<sub>2</sub>; Calibrarea senzorului de oxigen;<br/>Controlul funcționării regimurilor de ventilare;<br/>Controlul funcționării sistemului termic al umidificatorului; Controlul de ermetizare generală a circuitului respirator; Controlul funcționării regimurilor de semnalizare;<br/>Controlul vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; Depistarea defectelor al</p> <p>pieselor/elementelor/detaaliilor/blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior de 2 ori pe an; Verificarea scurgerilor de curent; Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG, SpO<sub>2</sub>, NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; Verificarea dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre: volumul I,E. Total, Concentrația de O<sub>2</sub>, presiune, etc.; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea</p>  | 20000 |

|     |            |  |        |   |   |       |
|-----|------------|--|--------|---|---|-------|
|     |            |  |        |   | personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.  |       |
| 13. | 50421000-2 | <b>Lot 13</b><br>Mentenanța anuală pentru Sterilizator cu aburi ГПД-400-2        | Bucată | 1 | Verificarea sistemii de dozare a apei; Testarea pompei de vacuum și de aer; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare); Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice; Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.   | 6000  |
| 14. | 50421000-2 | <b>Lot 14</b><br>Mentenanța anuală pentru Sterilizator cu aburi BK-75            | Bucată | 2 | Verificarea sistemii de dozare a apei; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (puncte de conexiune și fixare); Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.   | 4000  |
| 15. | 50421000-2 | <b>Lot 15</b><br>Mentenanța anuală pentru Spălător de microplăci Tecan Hydroflex | Bucată | 1 | Verificarea sistemii de dozare; Testarea pompei de vacuum; Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice; Controlul funcționării circuitelor electrice; Curățarea grupului optic, Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor/bloc urilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | 10000 |

|                                   |            |   |        |   |   |                |
|-----------------------------------|------------|---|--------|---|---|----------------|
| 16.                               | 50421000-2 | <b>Lot 16</b><br>Mentenanța anuală pentru Spălător de microplăci Mindray MW-12A | Bucătă | 1 | Verificarea sistemii de dozare; Testarea pompei de vacuum; Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice; Controlul funcționării circuitelor electrice; Curățarea grupului optic, Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor/bloc urilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | 8000           |
| 17.                               | 50421000-2 | <b>Lot 17</b><br>Mentenanța anuală pentru Analizator VSH Mindray XC-40B         | Bucătă | 1 | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.  | 4000           |
| <b>Valoarea estimativă totală</b> |            |   |        |   |   | <b>251 200</b> |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
  - 2) **Pentru mai multe loturi;**
  - 3) Pentru toate loturile;
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_
11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Nu se admite.
12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate:** la solicitare pe parcursul anului 2022, la sediul SM al MAI, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 25/b.
13. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2022.
14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu se aplică.
15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** Nu se aplică.
16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime)**

**al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:  | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|--|-------------------------------|
| 1.      | DUAE   | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European. Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | Obligativ                     |
| 2.      | Cerere de participare  | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmată prin semnătura electronică.  | Obligativ                     |
| 3.      | Specificații tehnice   | Conform Anexei nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică.  | Obligativ                     |
| 4.      | Specificații de preț   | Conform Anexei nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică.  | Obligativ                     |
| 5.      | Garanția pentru ofertă -2 % (MD25TRPCAA518410A00578AAA)  | Garanția bancară conform Anexei nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau în formă de transfer pe contul insituției. Confirmată prin semnătura electronică. | Obligativ                     |
| 6.      | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii  | Copie confirmată prin semnătura electronică.   | Obligativ                     |
| 7.      | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor   | Copie, certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin semnătura electronică.  | Obligativ                     |
| 8.      | Certificat de atribuire a contului bancar  | Copie certificat eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică.  | Obligativ                     |
| 9.      | Certificate ce atestă calificarea specialiștilor în domeniul serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale | Copie, certificate de pregătire profesională, confirmată prin semnătură electronică  | Obligativ                     |

|     |  |   |           |
|-----|--|---|-----------|
| 10. | Certificate valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse   | Copie, certificate valabile de la producător ce permit executarea lucrărilor propuse, confirmat prin semnătura electronică  | Obligativ |
| 11. | Declarație pe propria răspundere privind timpul de intervenție max 24 ore, timp intervenție telefonică max 1 oră, pe parcursul anului 2022 | Original, confirmată prin semnătură electronică   | Obligativ |
| 12  | Garanția de bună execuție în valoare de 5% (MD25TRPCAA518410A00578AAA)   | Garanția bancară conform Anexei nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau în formă de transfer pe contul insituției. Confirmată prin semnătura electronică.La adjudecarea contractului operatorii economici câștigători. | Obligativ |

**17. Garanția pentru ofertă, după caz se aplică, cuantumul 2 % .**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz se aplică, cuantumul – 5%.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Licitație electronică.

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Nu se aplică.

**22. Ofertele se prezintă în valuta:** Lei moldovenești.

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** Cel mai mic preț.

**24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         |                                  |           |
|         |                                  |           |

**25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* \_\_\_\_\_
- pe: *[data]* \_\_\_\_\_

**26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**27. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 de zile.

**28. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP \_\_\_\_\_  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*



29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |                              |
| Sistemul de comenzi electronice                                  |                              |
| Facturarea electronică   |                              |
| Plățile electronice  |                              |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU \_\_\_\_\_ (se specifică da sau nu)
39. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: Vitalie MORARU \_\_\_\_\_ .