

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Insitutul de Medicină
Urgentă**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură /cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
1	Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla	Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla Descriere: Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul investigațiilor în imagistica prin rezonanță magnetică. Specificația: Toate componentele mașinii de anestezie și a sistemului de ventilare, și toate accesoriile trebuie să fie compatibile cu RMN 1.5T. Display color Prize de gaz O₂, Aer Debitmetre gaz O₂, Aer Vaporizatoare instalate 2 unități – Izofluran, Sevofluran Mașina trebuie să fie compatibilă cu RMN 1,5 T, cu posibilitatea de a fi utilizată în zona mesei pacientului - da Liniile câmpului magnetic ≥ 400 Gauss Gauss alarmă – cu indicator vizual și/sau sonor Alarmer vizuale și sonore – da Ventilator automat: Tip pacient adult Moduri de ventilație - minim 5 moduri prestabilite și manual/spontan Flowmetru auxiliar O₂ / funcție de administrare a oxigenului în mod continuu către pacient Parametrii minim monitorizați: volumul Tidal, Volum minutar (MV), raportul I:E, PEEP, frecvența respirației, limita de presiune cmH₂O Sistem de autodiagnostic - testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Sistem de evacuare a gazelor anestezice activ – da Alți parametri Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 2 buc Baterie internă reîncărcabilă autonomie de lucru ≥ 1h Sertar pentru depozitare ≥ 1 buc Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de aer comprimat - 1 buc. Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de oxigen - 1 buc. Furtun pentru sistemul de evacuare gaze inclusiv conector AGSS – 1 buc Circuit de ventilare adult, reutilizabil 3 set. Plămân de test, reutilizabil 1 buc. Senzor de flux , reutilizabil 1 buc.	1 bucată	1 200 000

		Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 50 buc. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea RMN 1.5T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-feromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil RMN-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.		
2	Monitor de pacient compatibil cu RMN 1.5Tesla	Monitor de pacient compatibil cu RMN 1.5Tesla Descriere: Monitor de pacient specific pentru monitorizarea funcțiilor vitale în timpul examinărilor cu Imagistică prin Rezonanța Magnetică. Atenție! Toate componentele monitorului cât și accesorii, consumabilele trebuie să fie compatibile cu RMN 1.5T. Tip pacient - adult. Parametrii monitorizați cu posibilitate de afișare pe ecran: ECG cu detecția aritmiei; SpO2; NIBP; Gaze anestezice (SEV,ISO); CO2; Frecvența respiratorie; O2; Temperatura (1 canal); Se acceptă posibilitatea parametrilor monitorizați să fie mășurați prin tehnologie wireless. Monitorizare agent (isofluran, sevofluran), auto identificarea gazelor anestezice, determinarea și afișarea valorii MAC. Display color tactil: $\geq 12''$ Alarmer vizuale și sonore Liniile câmpului magnetic ≥ 200 Gauss; Gauss alarmă – cu indicator vizual și/sau sonor Baterie reîncărcabilă cu autonomie minim 3 ore Suport mobil pe roți compatibil cu RMN 1.5 Tesla pentru fixare monitor sau suport specializat compatibil cu RMN 1.5Tesla pentru fixare monitor la mașina de anestezie din lotul nr.1 Suportul sau monitorul va fi echipat cu coș / raft / sertar sau cârlige pentru amplasarea în ordine a firelor de achiziție a semnalelor fiziologice. Accesorii: Cablu ECG cu minim 3 electrozi - 2 buc.(sau 1 buc în cazul unui modul/senzor de măsurare ECG wireless) Electrozi ECG adult, unică utilizare - 200 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește - 2 buc. !Pentru senzorii SpO2 se acceptă un modul/senzor wireless cu adapter deget adult 2 bucăți Senzor Temperatură, reutilizabil -1 buc. Manjete NIBP, adult mediu, adult, adult mare, reutilizabile (1set/3buc) - 2 set. Consumabile pentru modulul de gaze – minim 20 seturi. Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea RMN 1.5T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-feromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil RMN-compatibil)	1 bucată	1 000 000

		Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.		
3	Pompe de infuzie/perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla	Denumire Sistem de perfuzie compatibil cu RMN 1.5Tesla Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN - este un set de dispozitive de infuzie (non-feromagnetice) sau sistem format dintr-o cutie de protecție în set cu dispozitive de infuzie (feromagnetice) față de câmpul magnetic format de sistemul RMN Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN este un sistem format din o cutie de protecție a pompelor de infuzie de câmpul magnetic format de sistemul RMN și câteva pompe de infuzie Parametru Descriere Cutie pentru protecție RMN– opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Densitatea câmpului magnetic Minim 200 Gauss Indicator pentru densitatea câmpului magnetic , codificat prin culori opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Spațiu /suport / troleu pentru stocarea pompelor Minim 2 pompe Lacăt pentru fixarea pompelor Da Fereastră pentru vizualizarea pompelor, în partea frontală – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Ușă de acces, în partea frontală opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Troleu amplasat pe roti Da, cu frână Poliță pentru amplasarea consumabilelor opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Acumulator integrat opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Timp de lucru de pe baterie Minim 10 ore – opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Alarmă a statutului de încărcare a bateriei opțional în cazul dispozitivelor de infuzie (non-feromagnetice) Pompa de infuzie cu seringă cu două canale independente (1 buc) sau pompa de infuzie cu seringă cu un canal (2 buc) Pompă de infuzie cu seringă 2 buc. Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Caracteristici generale Tipul Compatibil cu RMN, cu sau fără cutia pentru protecție RMN Tipul– cel puțin Cu un canal Display LCD Posibilitatea de ajustare a luminozității Da Posibilitate de amplasare în cutia RMN da Date afișate pe ecran Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da	1 bucată	600 000

		Timpul până la final de infuzie da Mărimea seringii da Producătorul seringii da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data, ora da Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da Alarmer da Parametri de infuzie Rata fluxului cel puțin în diapazonul 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare a fluxului : maxim 0.1 mL/h Dozarea bolusului cel puțin în diapazonul 1 - 999 ml/h Rata KVO 0.1 - 3 ml/h, Acuratețea pompei ≤2% Compatibil cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 5 producători Seringi acceptate 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 Detectare automată a seringii da Intervalul presiunilor de ocluzie 75 - 900 mmHg Numărul nivelelor min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22 Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Dozarea micro-perfuzie da Mod de infuzie TIVA - da Alarmer și indicatori Ocluzie da Eroare de sistem da Seringă goală da Perfuzia pe sfârșite da Baterie descărcată da Volum reglabil da Memorare evenimente Butoane apăsate da Coduri de eroare da Alarmer da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da		
--	--	---	--	--

		Setări da Bolus solicitat da Alimentare electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie reîncărcabilă Da, reîncărcare Timp de lucru cu baterie Minim 10 h la 5 mL/h Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de service Da, în limba engleză																								
4	Rezonanța Magnetică 1.5T	<table><tr><th colspan="2">Rezonanța Magnetică 1.5T</th></tr><tr><th>Cerința tehnică</th><th>Parametrii de performanță</th></tr><tr><td colspan="2">Rezonanța Magnetică cu puterea câmpului magnetic (inducție) nu mai puțin de 1.5 Tesla, care oferă un nivel ridicat de cercetare a întregului corp a pacientului, cercetarea sistemului nervos central și periferic, cavitățile toracice și abdominale, sistemul cardiovascular, spațiul epigastric și pelvis, membre.</td></tr><tr><td>Anul fabricării</td><td>minim 2024, sistem nou, (nu se acceptă sistem utilizat sau recondiționat)</td></tr><tr><th colspan="2">Magnet</th></tr><tr><td>Tip de magnet</td><td>Supraconductor, protejat activ</td></tr><tr><td>Intensitatea câmpului magnetic (inducție)</td><td>minim 1.5 Tesla</td></tr><tr><td>Diametrul interior al tunelului în izocentrul magnetului</td><td>minim 70 cm</td></tr><tr><td>Lungimea tunelului pacientului (Patient Bore):</td><td>≤ 155 cm</td></tr><tr><td>Sistem de compensare automat activă (Auto active shimming system)</td><td>da</td></tr><tr><td>Metodă de compensare: pasivă și activă (Shimming method: passive and active)</td><td>da</td></tr></table>	Rezonanța Magnetică 1.5T		Cerința tehnică	Parametrii de performanță	Rezonanța Magnetică cu puterea câmpului magnetic (inducție) nu mai puțin de 1.5 Tesla, care oferă un nivel ridicat de cercetare a întregului corp a pacientului, cercetarea sistemului nervos central și periferic, cavitățile toracice și abdominale, sistemul cardiovascular, spațiul epigastric și pelvis, membre.		Anul fabricării	minim 2024, sistem nou, (nu se acceptă sistem utilizat sau recondiționat)	Magnet		Tip de magnet	Supraconductor, protejat activ	Intensitatea câmpului magnetic (inducție)	minim 1.5 Tesla	Diametrul interior al tunelului în izocentrul magnetului	minim 70 cm	Lungimea tunelului pacientului (Patient Bore):	≤ 155 cm	Sistem de compensare automat activă (Auto active shimming system)	da	Metodă de compensare: pasivă și activă (Shimming method: passive and active)	da	1 bucată	25 000 000
Rezonanța Magnetică 1.5T																										
Cerința tehnică	Parametrii de performanță																									
Rezonanța Magnetică cu puterea câmpului magnetic (inducție) nu mai puțin de 1.5 Tesla, care oferă un nivel ridicat de cercetare a întregului corp a pacientului, cercetarea sistemului nervos central și periferic, cavitățile toracice și abdominale, sistemul cardiovascular, spațiul epigastric și pelvis, membre.																										
Anul fabricării	minim 2024, sistem nou, (nu se acceptă sistem utilizat sau recondiționat)																									
Magnet																										
Tip de magnet	Supraconductor, protejat activ																									
Intensitatea câmpului magnetic (inducție)	minim 1.5 Tesla																									
Diametrul interior al tunelului în izocentrul magnetului	minim 70 cm																									
Lungimea tunelului pacientului (Patient Bore):	≤ 155 cm																									
Sistem de compensare automat activă (Auto active shimming system)	da																									
Metodă de compensare: pasivă și activă (Shimming method: passive and active)	da																									

		FOV maxim în direcțiile X, Y și Z	≥ 500 mm		
		Omogenitatea tipică a câmpului magnetic în părți per milion (ppm) în metoda RMS de măsurare în 24 de zone într-un punct din fiecare plan:			
		la 50 cm DSV	≤ 5.5 ppm		
		Stabilitatea pe termen lung a câmpului magnetic	Nu mai mult de 0,1 ppm/h		
		Câmp marginal de linie de 0,5 mT din centrul magnetului	În direcția radială nu mai puțin de 2,5 m în direcția axială nu mai mult de 4,0 m		
		Sistem de răcire			
		Sistem criogenic cu heliu, fără fierbere sau fără heliu	da		
		Nivelul de încărcare cu Heliu a RMN-ului în momentul dării în exploatare: nivelul optimal recomandat de producător pentru modelul oferat (se va prezenta o declarație de la producător, inclusiv un extras din manualele tehnice sau de service)	da		
		Sistem de gradient			
		Amplitudine maximă a gradientului (fiecare axă)	≥ 33 mT/m		
		Rata maximă de rotire (fiecare axă)	≥ 125 T/m/s		
		Nivelul maxim de presiune a sunetului (SPL) la amplitudinea gradientului de vârf și rata de rotire	nu mai mult de 128 dB(A)		
		Sistem / tehnologie de reducere a zgomotului acustic în timpul scanării	da		
		Sistem de radiofrecvență			
		Lățimea de bandă maximă a fiecărui canal de recepție	≥ 1 MHz		
		Sistem de procesare a semnalului de radiofrecvență	Digital		
		Numarul de canale de receptie independente	≥ 128 de canale		
		Masa pacientului, sistem de confort si siguranta			
		Sarcina maximă pe masa pacientului	≥ 200 kg		
		Gama de mișcare longitudinală a mesei	≥ 135 cm		

		Iluminare reglabilă în canalul magnetic	da		
		Ventilație reglabilă în canalul magnetic	da		
		Sistem de comunicare bidirecțională cu pacientul	da		
		Buton de apel de urgență care poate fi activat de către pacient	da		
		Sistem de monitorizare a parametrilor fiziologici (ECG, puls, respirație)	da		
		Set pentru confort în timpul examinărilor (saltea, tetiere, genunchiere, curele pentru fixarea pacienților)	da		
		Sistem de monitorizare video a pacientului din camera de scanare, cu monitor în camera operatorului.	da		
		Bobine de radiofrecvență			
		Bobina de recepție - transmisie integrată pentru examinări al întregului corp	da		
		Bobina multicanal pentru cap, pentru adult	≥ 16 canale		
		Bobina multicanal pentru coloana vertebrala, pentru adult	≥ 32 canale		
		Bobina de corp cu mai multe canale, pentru adult	≥ 16 canale		

		Bobina multifunctionala flexibila, dimensiuni medii, pentru adult	≥ 16 canale		
		Bobina multifunctionala flexibila, dimensiuni mari, pentru adult	≥ 16 canale		
		Bobina pentru adult dedicată genunchiului și piciorului (1 buc.) sau Bobina pentru adult dedicată genunchiului (1 buc.) și piciorului (1 buc.)	≥ 8 canale		
		Bobina de umăr dedicată, pentru adult	≥ 6 canale		
		Consolă și sistem de reconstrucție			
		Sistemul informatic trebuie să asigure din punct de vedere tehnic performanța prelucrării datelor de înaltă calitate și rapidă, schimbul de rețea, arhivarea datelor și executarea paralelă a procedurilor de scanare și reconstrucție a imaginii	da		
		Numărul de imagini stocate (matrice minim 256x256) fără compresie pe hard disk	$\geq 1\ 500\ 000$ images		
		Capacitatea memoriei RAM a calculatorului consolei	≥ 32 GB		
		Capacitate memorie RAM a sistemului de reconstrucție	≥ 96 Gb		
		Viteza de reconstrucție minim 256×256 , FFT, FOV complet	$\geq 40\ 000$ imagini/s		
		Sistem de arhivare CD / DVD / USB	da		
		DICOM 3.0	da		
		Monitor LCD de format mare	≥ 24 inchi		
		Unitate de sincronizare ECG, puls și respirație	da		
		Procesarea imaginii, arhivare, conectare la rețea și imprimantă, înstrierarea imaginilor pe sticuri	da		
Pachete de programe clinice și parametri de achiziție					

		Pachet de programe clinice pentru cercetarea sistemului nervos central (cap, gat, coloana vertebrala)	da		
		Pachet de software pentru perfuzia DSC de contrast pentru creier, cu posibilitatea de a calcula hărți CBF, CBV, MTT	da		
		Pachet software pentru perfuzie cerebrală fără contrast, etichetare arterial spin 3D	da		
		Pachet de software pentru imagistica tensorului de difuzie (DTI) și reconstrucția tractografiei cu fibre în 3D (fiber tracking/tractography)	da		
		Pachet de software pentru investigarea spectroscopică și postprocesare cu un singur voxel	da		
		Pachet de software pentru investigarea spectroscopică și postprocesare cu doi voxeli	da		
		Pachet de software pentru achiziția și postprocesarea funcțională RMN BOLD	da		
		Pachet de programe clinice pentru cercetarea cavității abdominale și a pelvisului cu capacitatea de a corecta artefacte	da		
		Pachet de programe clinice pentru întregul complex al cercetării ortopedice	da		
		Pachet de programe clinice pentru întregul complex de cercetare angiografică cu sau fără utilizarea contrastului pentru cercetării ale vaselor sanguine	da		
		Pachet software cu algoritmi pentru reconstrucția imaginii cu o calitate îmbunătățită a imaginii	da		

		Pachet software și hardware cu algoritmi pentru reconstrucția imaginii cu tehnologia de învățare profundă pentru *o calitate îmbunătățită a imaginii 2D/3D, *accelerarea vitezei de investigație	da		
		Software pentru îmbinarea automată a seturilor de date obținute în timpul cercetării cu mai multe poziții într-o singură imagine cu un FOV complet	da		
		Tehnica de imagistică paralelă cu utilizarea metodei de detectare comprimată pentru o achiziție mai rapidă a imaginii, ar trebui să fie aplicabilă pentru majoritatea regiunilor corpului	da		
		Capacitate de procesare a imaginilor 3D	da		
		Sincronizarea scanării ECG, puls, respirație	da		
		Software / hardware sau secvențe de scanare speciale pentru a diminua zgomotul auditiv în timpul scanării	da		
		Pachet de protocoale clinice pentru 2D și 3D - colangiopancreatografie	da		
		Grosimea minimă a feliei în modul 2D	≤ 0,1 mm		
		Grosimea minimă a feliei în modul 3D	≤ 0,1 mm		
		Sistem software si hardware de conexiune la distanta la RMN	da		
		Stație de post-procesare			
Minim (1) o stație de post-procesare a investigațiilor, cu aplicații clinice sau acces la aplicațiile clinice de evaluare a investigațiilor, cu minim următorii parametri: * minimum 27 inch LCD, sau 2 monitoare de minim 19 inch LCD (IPS sau tehnologie similară); *CPU minim 6 nucleie și frecvența minim 2.5 GHz; *cel puțin 32 GB RAM;	minim 1 buc.				

		*cel puțin 900 GB SSD; *procesare de imagini RMN; *conexiune TCP/IP (ethernet); *înscriere investigație pe CD / DVD / USB;			
		O interfață multimodală de evaluare a imaginii	da		
		Export DICOM 3.0, interogare/preluare, imprimare, arhivare USB	da		
		Export imagini în format AVI, DICOM	da		
		Înscriere investigație cu vizualizator pe un CD /DVD / USB	da		
		Aplicație sau licență pentru imprimare investigațiilor la imprimanta DICOM	da		
		Disponibilitatea software-ului pentru vizualizarea datelor RMN	da		
		Disponibilitatea funcțiilor de zoom, panning, modificarea setărilor parametrilor ferestrei	da		
		Instrumente de evaluare disponibile:			
		Măsurarea distanței	da		
		Măsurarea unghiurilor	da		
		Selectarea regiunii/volumului de interes	da		
		Adăugare de anotații text	da		
		Soft pentru reconstrucția multiplanară (MPR)	da		
		Softi pentru reconstrucția tridimensională (redare 3D)	da		
		Soft pentru analiza perfuziei de contrast a creierului	da		
		Analiza imaginilor RMN ponderate prin difuzie	da		
		Opțiunea de a combina mai multe imagini RMN într-una singură	da		
		Accesorii sistem			
		(Injector de presiune dublu, neferos, detectarea automată a mărimii seringii, pentru contrast cu o singură / dublă fază, asigură livrarea cu soluție salină și permite livrarea temporizată a contrastului. Antreprenorul trebuie să furnizeze seringi compatibile (200 seturi) volum minim 50 ml cu conectori.)	da		
		(Imprimantă laser / temic, dimensiuni simultane ale filmului minim 2, dimensiunea filmului cea mai mare (14x17 inch), compatibil DICOM, rezoluție ≥ 300 dpi.)	da		
		(UPS: UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de rezervă pentru toate sistemele, inclusiv mașina RMN, cu tot cu unitatea de răcire (Chiller), computerele consolă și stațiile de lucru)	minim 80 kW		

	Cabină RF: Sistemul ar trebui să fie furnizat cu cabină RF pentru ecranarea încăperii, a ușii și pentru celelalte elemente trebuie să fie realizate corespunzător	fabricată din cupru sau aluminiu sau oțel galvanizat
	Furnizorul va efectua finisarea suprafețelor încăperii într-o culoare neutră, astfel încât, acestea să fie de posibil de curățat / dezinfectat. La fel furnizorul va echipa încăperea cu mobilier /rafturi pentru depozitarea bobinelor sau a accesoriilor	da
	Furnizorul va echipa încăperea cu prize de gaze medicale: Oxigen, Aer, Vacuum, ,AGSS (suspendate sau pe unul din pereții laterali) inclusiv teville până la ieșirea din încăpere, standard prize: DIN 13260-2	da
	Furnizorul va echipa încăperea cu prize 220 V, minim 5 buc.	da
	Sistem de răcire RMN și a spațiilor de lucru, sistem cu circuit primar (pe baza de soluție glucol sau echivalent) de răcire prin intermediul unui Chiller amplasat în exteriorul departamentului de RMN cu difuzoare de aer condiționat, inclusiv climatizare pentru zona pupitrului de comandă și a spațiului de investigare pacienți.	minim 35 kW
	Fantome pentru calitatea imaginii (Echipament etalon corespunzator pentru testarea calitatii imaginii)	da
	Căști pentru a reduce zgomotul în timpul investigației	da
	Detector de metale cu încărcător, portabil	da
	Instalare și training	
	Operatorul economic va efectua o vizită la sediul beneficiarului pentru a evalua condițiile tehnice ale încăperii destinate pentru RMN în scop de a aprecia posibilitatea instalării RMN-ului fără obstacole neprevăzute.	Proces verbal de examinare a încăperii
	Operatorul economic va prezenta un plan de implementare pentru instalare și instruire, care vor fi aprobate de utilizatorul final.	da
	Operatorul economic va instala dispozitivele la fața locului într-o locație desemnat de utilizatorul final.	da

		Operatorul economic va dezvolta un plan de instruire pentru utilizatorul final personal, care include administratori, tehnicieni, radiologi, ingineri biomedici și administratorii de sistem	da		
		Operatorul economic va oferi instruire în două etape, în total de cel puțin 7 zile, membrilor desemnați ai utilizatorului final în operarea și întreținerea dispozitivelor la locația utilizatorului final, imediat după instalare cel puțin 5 zile; după o perioadă de 30-60 de zile de utilizare - cel puțin 2 zile.	da		
		Pregătirea se va desfășura în limba română sau rusă, se anticipează să fie instruiți cel puțin 10 profesioniști, din radiologie, tehnicieni și ingineri biomedicali.	da		
		Instrucțiuni			
		Operatorul economic va furniza manualul utilizatorului (tipărit) în limba română, manualul / manualele trebuie să conțină instrucțiuni de operare tehnice cât și cele de soft, manualul / manualele se vor prezenta atât pe suport de hârtie cât și în format digital	da		
		Operatorul economic va furniza un manual tehnic privind condițiile necesare pentru montarea echipamentului, se va prezenta în format digital în limba engleză și/sau română	da		
		Operatorul economic va prezenta o listă recomandată de producător cu privire la piese de schimb / accesorii și consumabile ce necesită a fi înlocuite pe parcursul a 5 ani de exploatare, lista va include coduri de referință / număr de partidă, inclusiv costul de achiziție fără TVA pentru fiecare componentă în parte			
		Garanție			
		Operatorul economic va oferi 24 luni garanție pentru dispozitive începând de la data protocolului de acceptare semnat la fața locului.	da		

		Operatorul economic se va asigura că pentru defecțiuni neașteptate, o persoană calificată de producător va fi la fața locului în termen de opt (8) ore și patru (4) ore în cazul defecțiunilor de urgență (heliu lichid, capul rece, compresor) pentru a investiga și înlătura problema în toată perioada de garanție.	da		
		Operatorul economic va deține pe teritoriul Republicii Moldova un centru tehnic cu cel puțin un (1) inginer autorizat de producătorul RMN-ului privind identificarea și remedierea tuturor defecțiunilor tehnice.	da		

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, din momentul în care beneficiarul a predat printr-un proces verbal spațiul conform condițiilor tehnice necesare instalării dispozitivelor

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

		ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <u>Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului medical ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor	DA

		publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

22. Evaluarea va fi efectuată conform criteriului de evaluare și datelor din Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical.

23. Ofertele se prezintă: în lei.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

1. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 16.04.2025

2. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 16.04.2025

3. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

4. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:
GORCEAG

semnat electronic

Gheorghe