

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea achiziționarea centralizată a endoprotezelor conform
necesităților IMSP pentru anul 2019

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație publică**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
2. IDNO: **1016601000212**
3. Adresa: **Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3, mun.Chișinău, MOLDOVA, MD-2009**
4. Numărul de telefon/fax: **022 88 43 25, fax 022 88 42 44**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **office@capcs.md; dispozitive@capcs.md; www.capcs.md / dispozitive medicale / anunțuri licitații**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate este autoritate centrală care desfășoară achiziții în sistemul sănătății în interesul Instituțiilor Medico-Sanitare Publice beneficiare și își desfășoară activitatea conform Hotărârii Guvernului Nr. 1128 din 10.10.2016.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

N r d / o	C o d C P V	Denumire bunurilor/servi ciilor solicitate	Un itat ea de mă sur ă	C a n t i t a t e a	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valo area esti matî vă al lotul ul
1	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	buc	2 3 0	Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - confecționat din aliaj de Co Cr sau echivalentul său; - Diametre exterioare între 42 și 56 mm cu increment de 2 mm; - Suprafața exterioară lustruită; - Insertul de polietilenă: - Sa fie confecționat din polietilena cu greutate moleculară foarte înaltă UHMWPE. - Sa fie steril. - Fixarea insertului de polietilena sa se faca printr-un mecanism de blocare. - Sa accepte capete de 28 mm.	2,434 ,480. 00

					<ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc .	2 3 0	<p>Cap diferite dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confecționat din aliaj de CoCrMo sau echivalentul său ; - Sa fie disponibil în minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante de diametru exterior de 28mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc .	1 4 0	<p>Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confecționată din aliaj de titan, acoperită cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; Minim 7 tipodimensiuni; - Tija cu forma conică ; Variantele standard și lateralizate, pentru adoptare mai bună spre anatomia individuală. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc .	9 0	<p>Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul său; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezine varianta standard și lateralizată; În minim 6 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar.

					<ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc .	1 9 0	<p>Restrictor pentru canal femoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionat din polietilena supradensa; - Disponibil în mai multe tipuri de dimensiuni, pentru adaptare mai bună spre anatomia individualizată; - Să existe măsurătorul pentru măsurarea adâncimii și diametrului de canal femoral; - Să se implanteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc .	4	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc .	4	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc .	6 4	Lame pentru motor oscilant

2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc	9 2 8	<p>TIJA</p> <p>Confecționat din aliaj de titan Acoperit cu titan poros (titan plasma spray) partea metafizara a tijeii; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijeii; să prezinte lungimea minima de 120mm; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm Cel puțin 10 tipodimensiuni; Fara coleret;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc	9 2 8	<p>CUPA</p> <p>Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata de integrare pe principiile "in growth" (Ex: bile sinterizate , fibre metalice din titan sau metal cu structura poroasa 3D (titan sau tantal)). Suprafata cupei poroasa, rugoasa, structura 3D. Sa prezinte mecanisme de fixare ferma a insertului polimeric in cupa: degajari ecuatoriale, santuri in structura etc.; 2 suruburi incluse in cupa pentru fixare, diametrul 6.5 mm, variatia lungimilor de la 15-50 mm; Diametrul extern al cupelor sa varieze minim intre 44-68 mm;</p> <p>Sa prezinte desing de tip: cu multiple gauri si fara gauri; Fixare de tip Press-fit;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	20,33 9,867 .20
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc	9 2 8	<p>INSERT</p> <p>Trebuie sa fie confectionata din polietilena cu grad inalt de cross linkare (5-10 MRad); Trebuie sa accepte capurile protetice de dimensiuni: 28, 32 mm</p> <p>Sterilizare raze Gamma</p> <p>Sa prezinte variante standart si antiluxatie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin 	

					<p>semnătura participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc	9 2 8	<p>CAP</p> <p>confeționat din aliaj CoCr sau ceramica; Con 12/14 mm; Diametre externe variind fiind 28, 32 mm; Cel puțin 5 dimensiuni de lungime;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc	1 2	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc	1 6	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc	1 8 5	Lame pentru motor oscilant	
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc	5 7 5	<p>TIJA</p> <p>Confeționată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fara coleret; Să prezinte variante de offset standard si lateralizat; Con 12/14 mm Minim 10 tipodimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin 	11,35 0,320 .00

					<p>semnătura participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	buc .	5 7 5	<p>CUPA</p> <p>Confecționată din aliaj de titan, acoperită cu titan poros asociat cu HA;</p> <p>Diametre să varieze între 44-64mm</p> <p>Să prezinte variante cu multiple găuri și fără găuri;</p> <p>Să prezinte mecanism adițional de fixare a insertului polimeric (Ex.: prin degajări ecuatoriale, santuri suplimentare în cupa, etc);</p> <p>2 suruburi incluse la fiecare cupă livrată, diametrul 6.5 mm, variația lungimilor de la 15-50 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	buc .	5 7 5	<p>INSERT</p> <p>Confecționată din polietilena intens cross-linkată (variația între 5-10 MRad);</p> <p>Diametre pentru cupele cu variația de la 44-64mm</p> <p>Să prezinte variante standard și antiluxație;</p> <p>Diametrul interior al insertului să recepționeze capurile 28, 32 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	buc .	5 7 5	<p>CAP</p> <p>confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr) sau ceramica;</p> <p>Diametre externe să prezinte 28, 32 mm;</p> <p>Con 12/14 mm;</p> <p>Minim 5 dimensiuni de lungime;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin

					<p>semnătura participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc .	8	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc .	1 3	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc .	1 4 3	Lame pentru motor oscilant	
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc .	3 5	<p>TIJA</p> <p>Confecționată din aliaj de titan; Con 12/14mm; Suprafat sablata osteointegranta ; Fara coleret; Lungime minim de la 190mm</p> <p>Sa prezinte proiemnitate ascutite pe lungimea tijeii;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	1,326 ,440. 00
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc .	3 5	<p>CUPA</p> <p>Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; Acoperire prin titan poros, asociat cu HA; Fixare necimentată press-fit; Diametre 44-62 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin 	

					<p>semnătura participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc .	3 5	<p>Insert</p> <p>Confecționată din UHMWPE; Diametrul interior 22, 28mm ; Diametre 44-62 mm; Sa prezinte desing retentiv;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc .	3 5	<p>CAP</p> <p>Confecționat din aliaj de cobal crom (CoCr) Diametre 22,28 mm; Con interior 12/14mm; Minim 5 marimi de lungime;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc .	1	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
4	3 3 1 0 0 0 0	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil	buc .	3	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat)

	0-1	dubla mobilitate necimentata			În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
4	3310000-1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc .	17	Lame pentru motor oscilant	
5	3310000-1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc .	112	<p>TIJA</p> <p>confecționată din aliaj de titan, CoCr sau echivalent</p> <p>Lungime minim 180mm</p> <p>Prezenta centrorului sau cu autocentrare</p> <p>Con 12/14 mm</p> <p>Minim 4 dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
5	3310000-1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc .	112	<p>CUPA</p> <p>confecționată din aliaj de titan sau CoCr sau Otel inox</p> <p>La exterior santuri pentru fixare mai optima a cimentului</p> <p>Diametre 44-60mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	2,395,328.00
5	3310000-1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc .	112	<p>INSERT</p> <p>Diametrul interior 28,22 mm</p> <p>Confecționat din UHMWPE crosslinked</p> <p>Diametre 44-60mm</p> <p>retentiv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau 	

					altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
5	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc .	1 1 2	<p>CAP metalic Diam intern 12/14mm 4 dimensiuni de lungime Diametre 22,28 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
5	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc .	1 1 2	<p>Restrictor pentru canal femoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionat din polietilena supradensa; - Sa existe masuratorul pentru diametrului si lungimea canalului; - Sa se implanteze cu un instrument special. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
5	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc .	1	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
5	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc .	5	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
5	3 3 1 0	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie	buc .	4 0	Lame pentru motor oscilant

	0 0 0 0- 1	cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata				
6	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc .	4 5	<p>Tija femurală de revizie modular</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionata din aliaj de titan , acoperita cu material poros pentru o buna fixare secundara - Dimensiunile sa varieze de la 180 mm la 340 mm cu interval de la 5 la 10mm; - Sa aiba doua componente : proximala si distala, cu multiple posibilitati de combinare, oferind o modularitate crescuta prin combinarea oricarei componente proximale cu orice componenta distala. <p>Componenta proximala</p> <ul style="list-style-type: none"> -sa fie in doua variante- cilindrica si conica cu minim 5 dimensiuni: de la 60 la 100 mm - Sa prezinte gauri proximale pentru sutura de siguranta cu material nonmetalic. -Sa aiba suprafata rugoasa -Sa prezinte filet interior pentru fixarea impactorului; -Sa prezinte geometrie redusa a gatului pentru a creste gradul de libertate al miscarii -Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatatirea osteointegrării -Sa existe posibilitatea testării pozitionării ansamblului in situ. Componenta distala -sa fie fara coleret -Sa existe compatibilitate stanga/dreapta -Sa se poate combina cu orice componenta proximala -Sa ofere posibilitatea de reglare a anteversiei, $\pm 40^\circ$. - Componenta distala sa fie: curba si dreapta , cu amprente longitudinale, universale stanga/dreapta, pentru abord endofemural sau transfemural -Sa prezinte posibilitatea de cuplare a oricarui element distal cu orice element proximal indiferent de forma componentelor si de dimensiunea acestora (tija dreapta sau curba, componenta conica sau cilindrica) -Fixarea celor 2 componente sa se faca cu cheie dinamometrica -Pentru componenta distala curba sa se puna la dispozitie 2 suruburi cu $\phi = 4, 9\text{mm}$ si L intre 34mm si 52mm cu increment de 2mm -Sterilizare <p>Componenta distala curba</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa aiba lungimea ce cuprinde dimensiunile de la 150 – pina la 250 mm lungime si de la 15 si 23mm, cu ϕ de 26mm si 28mm la cererea pe comanda speciala (17 dimensiuni) -Sa prezinte curbura anatomica -Forma octogonala pe sectiune cu aripiore de fixare -Sa prezinte si posibilitatea de blocare distala statica sau dinamica cu suruburi pentru tijele mai mari de la $\phi = 18\text{mm}$ si L= 200mm -Sa existe posibilitatea de zavorare distala cu minim 2 suruburi cu ajutorul unui sistem de ochire modular pentru L 200 respectiv 260 <p>Componenta distala dreapta</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa aiba diferite lungime, variind de la 130 pina la 250 mm si sa prezinte diametre diferite, variatia fiind intre 15 si 25mm -Sa aiba aripiore de fixare, numarul variind de la 4-8, si sa fie tot mai turtita ventrodorsal functie de diametru <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 	2,872 ,920. 00

				<p>corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
6	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc .	4 5	<p>Cupa acetabulara de revizii</p> <p>Sa fie confectionata din tantal sau titan poros, cu structura 3 D.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Porozitatea materialului sa fie de minim 60% -Sa prezinte o elasticitate apropiata de cea tesutului osos; -Sa faciliteze integrarea tesutului osos si a tesuturilor moi - Dimensiunile porilor sa fie de pina la 550μm, toti porii deschisi; -Materialul sa fie foarte stabil si rezistent la coroziune -Sa poata sa fie gaurit -Sa permita cimentarea unei cupe (un insert) in interiorul acesteia,sau fixare necimentata. -Modalitate de implantare : necimentata -Sa prezinte gauri pentru fixare aditionala cu suruburi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
6	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc .	4 5	<p>Insert crosslinked pentru cupa de revizii</p> <ul style="list-style-type: none"> -Modalitatea de fixare sa fie : prin cimentare sau fixare prin blocare in interiorul cupei metalice sau amplasat pe cale necimentata; -Insertul sa fie disponibil in varianta oblica, gradele variind de la 10°-20 °; -Insertul sa fie confectionat din polietilena inalt cross-linkata (5-10 MRad); -Sa prezinte santuri ecuatoriale si polare pentru o buna cimentare in interiorul cupei, in cazul insertului cimentat sau mecanisme de fixare ferma - in cazul fixarii necimentate. -Oferta de baza sa includa insertul cu diametrul interior : 28mm si 32mm -Sa prezinte numar minim de dimensiuni (diametre exterioare) diferite: dimensiuni cuprinse intre 50mm-74mm cu increment de 2mm; -Instrumentarul sa fie complet cu toate probele pentru cupe si inserturi, asezat in cutii rezistente la sterilizari repetate - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele

					<p>corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
6	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc	4 5	<p>Cap confeționat din aliaj CoCr sau ceramica; Con 12/14 mm; Diametre externe variind fiind 28, 32 mm; Cel puțin 5 dimensiuni de lungime;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
6	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc	1 5 0	<p>Șuruburi de cupă</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confeționate din aliaj de Titan - Diametru de 6,5mm - Profil redus - mărimi disponibile 20-50 mm <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
6	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc	2	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
6	3 3 1 0	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara	buc	3	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până

	0 0 0 0- 1	necimentata si cupa de revizie			la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
6	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc .	1 5	Lame pentru motor oscilant	
7	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc .	5 7 0	<p>Componenta femurală</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionata din aliaj Cobalt - Crom (Co - Cr) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; -Sa prezinte o textură specială pentru bună fixare a cimentului, opțional fixarea femurală antirotatională augmentată prin doi pini - Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - Să prezinte congruență între raza condililor femurali și insertul tibial - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela- femur si reducerea stresului asupra patelei - Design care sa permita flexie cel puțin pana la 130° - Dimensiunile de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara. <ul style="list-style-type: none"> - Congruenta femuro-tibiala maxima - Suprafata articulara sa fie lustruita; - Suprafata de implantare sa fie rugoasa; - Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	11,78 3,664 .01
7	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc .	5 7 0	<p>Componenta tibiala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universala SAU stanga/ dreapta - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie scurte, in functie de necesitatile intraoperatorii -Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; -Modalitatea de implantare cimentata; 	

				<ul style="list-style-type: none"> -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tije de extensie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
7	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc .	1 5 0	<p style="text-align: center;">Augmente tibiale</p> <p style="text-align: center;">Sa fie confectionate din aliaj de titan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare Disponibile în minim 2 dimensiuni Fixarea de tibie șă se facă cu șurub sau implantabile cimentat <li style="text-align: center;">STERIL - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
7	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc .	1 1 0	<p style="text-align: center;">Tija de extensie</p> <p style="text-align: center;">Sa fie confectionate din aliaj de titan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa prezinte varianta standard -Sa se poata implanta pe piesa tibiala -Sa se poata implanta cimentat -Fixarea la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială -Sterilizate cu radiatii GAMMA in atmosfera de azot - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

7	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc .	5 7 0	<p>Insert tibial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, dimensiuni de tibia și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; <ul style="list-style-type: none"> - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara <ul style="list-style-type: none"> - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
7	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc .	5 0	<p>Componentă patelară</p> <p>Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale <ul style="list-style-type: none"> - Să prezinte 5 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
7	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc .	5	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>

7	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc .	8	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
7	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc .	1 7 2	Lame pentru motor oscilant	
8	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 8 Ciment ortopedic fără antibiotic	buc .	1 5	Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul sa contina 40 g Ambalat steril - Sa aiba 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer - Radioopac - Viscozitate medie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	9,000 .00
9	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 9 Ciment ortopedic cu antibiotic	buc .	6 9 5	Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. -Sa contina oxidul de zirconiu in pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. -Sa contina Gentamicina. -Sa prezinte un colorant, ce va permite difentierea cimentului acrilic de os, in cazuri de artroplastii de revizie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	583,8 00.00

1 0	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 10 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	buc .	7 5 0	<p>Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului</p> <p>Sistem de mixare în vaacum a cimentului acrilic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să prezinte cartridjul în care se mixează cimentul acrilic; - Să prezinte pompa vaacum ; - Să prezinte vârful lung pentru inserarea cimentului in canalul femural; - Să prezinte pistolul de livrare a cimentului pe suprafețele protetice și canale osoase. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	1,080 ,000. 00
1 1	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 11 Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	buc .	1 6 5	<p>Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)</p> <p>Să fie prezent în trusă sterilă preasamblată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să aibă la vârf un scut contra stropi; - Să fie de singura folosință ; - Sa prezinte modul pentru lavajul canalului femural si al acetabulului; - Sa prezinte tubulatura pentru pulsarea lichidului si tubulatura separata pentru aspirarea lui ; - Sa se oferteze impreuna cu o perie pentru lavajul canalului femural ; - Sa aiba 2 viteze de lucru ; - Sa fie tip pistol. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	131,3 40.00
1 2	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc .	2 0 0	<p>Componenta femurală</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionat din aliaj de CoCr; - Raza unica in plan sagital; - Disponibile variante cimentata si necimentata; - Mecanismul de stabilizare: deschis; - Anatomica: stanga / dreapta; - Dimensiuni disponibile: minim 8; - Santul patelar lateralizat; - Sa ofere posibilitatea unei flexii de minim 1300; - Geometria condililor asimetrica; - Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital; - Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la 	14,37 3,280 .00

					<p>momentul livrării</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 2	3 3 1 0 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc .	2 0 0	<p>Componenta tibiala primara cimentata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionata din aliaj de CoCr; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata; - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare; - Suprafata superioara lustruita; - Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 2	3 3 1 0 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc .	2 0 0	<p>Insertul tibial primar mobil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Grosimi disponibile: 4 pentru fiecare dimensiune; - Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat; - Congruenta cu geometria componentei femurale în plan coronal si sagital; - Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi; - Modul de fixare: prin pivot central cilindric; <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau

					altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	
1 2	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc .	1 0	<p>Componentă patelară</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Grosime: minim 7 mm - Tipul fixarii: cimentata cu pini; - Congruenta completa cu santul patelar femural; - Dimensiuni disponibile: minim 3 <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
1 2	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc .	2	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
1 2	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc .	4	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
1 2	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc .	1 0 0	Lame pentru motor oscilant	
1 3	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc .	2 5 0	<p>Componenta femurală</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionata din aliaj Cobalt (Co)- Crom (Cr) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; - Deschidere posterioara intercondiliana pentru a permite implantarea tijelor retrograde - Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - Sa prezinte congruenta intre raza condiliilor femurali si insertul tibial - Sant prepatelar accentuat - Design care sa permita flexie pana la 130° 	4,480 ,000. 01

					<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni extreme de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara. - Sa fie posibila combinarea unei piese femurale cu minim 3 dimensiuni de tibie <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni - Modalitate de implantare: cimentata, suprafata rugoasa <ul style="list-style-type: none"> - Suprafata articulara sa fie lustruita - Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 3	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc .	2 5 0	<p style="text-align: center;">Componenta tibiala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionata din aliaj de titan ; - Sa respecte forma anatomica a tibiei, fiind divizată în componentul pentru partea dreaptă și stîngă ; - Sa prezinte forma asimetrica a platoului pentru o acoperire mai buna a suprafetei tibiei ; - suprafata de contact a platoului tibial cu insertul de polietilena – polisata, pentru reducerea uzurii; - Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripi laterale - Cu posibilitatea de atasare a unei tije de extensie si de transformare in proteza de revizie, in functie de necesitatile intraoperatorii. - tija medializata pentru centrare mai buna in canalul medular si pentru a permite folosirea tijelor mai lungi fara adaptoare excentrice ; - Dimensiuni extreme de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu- se congruenta articulara. - Design care sa permita flexie pana la 130° - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni pentru fiecare parte (stanga/ dreapta) <ul style="list-style-type: none"> - Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern - Modalitate de implantare: cimentata, suprafata mata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 3	3 3 1 0	Lotul nr. 13 Endoproteză	buc .	2 5 0	<p style="text-align: center;">Insert tibial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) si crosslincata;

	0 0 0 0- 1	totală de genunchi platou anatomic			<ul style="list-style-type: none"> - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Dimensiuni extreme de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu- se congruenta articulara. Sa fie posibila combinarea unei piese femurale cu minim 3 dimensiuni de tibie - Minim 6 inaltimi diferite pentru fiecare din cele minim 8 dimensiuni de tibie ; - Grosimea minima a stratului de polietilena de 6 mm - Modalitatea de implantare: sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale; - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 3	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc .	2	<p>Componenta patelara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale <ul style="list-style-type: none"> - Minim 5 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte pinteni de cimentare <ul style="list-style-type: none"> - Sa ofere posibilitatea reviziei de patela - Proteza sa fie implantabila atat pe cale clasica cat si pe cale minim invaziva (MIS). - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 3	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc .	3	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și

					<p>necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
130000-1	331000-1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc .	6	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
130000-1	331000-1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc .	130	Lame pentru motor oscilant	
140000-1	331000-1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc .	20	<p>Componenta femurala cimentata</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata -Variante stanga/ dreapta -Sa prezinte fixarea femurală antirotațională augumentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a cimentului -Deschidere posterioara intercondiliana pentru permiterea implantarii tijelor centromedulare -Design care sa permita flexie de minim 130° -Varianta cu posterostabilizare -Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei -Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial -Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelei -Sa reproduca distantele antroposterioare native cu minim 20 de profile -Minim 12 dimensiuni pentru fiecare membru in parte -Suprafata articulara sa fie lustruita -Suprafata de implantare sa fie rugoasa <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	794,8 96.00
140000-1	331000-1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc .	20	<p>Componenta tibiala</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa fie confectionata din aliaj de titan -Sa respecte forma anatomica a tibiei, cu variatii stanga /dreapta -Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripoare laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale -Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii 	

					<ul style="list-style-type: none"> -Profilul platoului tibial sa fie asimetric -Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur -Sistem de prindere periferica a insertului de polietilena -Dimensiuni: minim 10 in total pentru fiecare membru in parte -Sa prezinte un dop filetat distal pentru fixarea tije de extensie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 4	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc .	2 0	<p style="text-align: center;">Insert tibial</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE cu optiunea de Polietilena cu vit. E -Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa -Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur -Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale (tip pana) -Dimensiuni multiple: mim 10 inaltimi de inserturi cu crestere de 1mm -Varianta cu posterostabilizare - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 4	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc .	1	<p style="text-align: center;">Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau</p>

					să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
14	3310000-1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc .	2	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
14	3310000-1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc .	10	Lame pentru motor oscilant	
15	3310000-1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	buc .	10	Tija humerală - din titan, cu unghi de 135 ° - sa poata fi utilizata atat pentru implantare cimentata, cit si necimentata - sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distal - diametre intre 8 si 14 mm si lungimi intre 120 si 170 mm - con Morse inversat care sa permita o buna expunere glenei - aripioara lateral prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice ; gaura medial cu acelasi scop - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	454,784.00
15	3310000-1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	buc .	10	Capul humeral - livrabil atat in varianta centrata (cu conul Morse in centru) cit si in varianta excentrica (cu conul Morse excentric) - din otel inox , cu suprafata polisata - cuplarea cu tija humerala cu con Morse - disponibile in diametre de 40-54 mm si 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 46-50 Cerinte obligatorii: -posibilitatea de a realizeze toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala anatomica cimentata si ne cimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului	

					<ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
15	3310000-1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	buc .	1	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
15	3310000-1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	buc .	2	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
15	3310000-1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	buc .	5	Lame pentru motor oscilant	
16	3310000-1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc .	15	<p>Tija humerala</p> <ul style="list-style-type: none"> - din titan, cu un unghi de 135° - sa poate fi utilizata atat pentru implantare cimentata, cat si necimentata - sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distala - diametre intre 8 si 14mm si lungimi intre 120 si 170mm - aripioara laterala prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice; gaura mediala cu acelasi scop <p>CERINTE OBLIGATORII :</p> <ul style="list-style-type: none"> - - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului 	682,176.00

					<ul style="list-style-type: none"> - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1600000-1	3310000-1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc .	15	<p>Sfera glenoidala</p> <ul style="list-style-type: none"> - din otel inox, cu suprafata polisata - disponibile in minim 2 <p>CERINTE OBLIGATORII :</p> <ul style="list-style-type: none"> - - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1600000-1	3310000-1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc .	15	<p>Cupa humerala</p> <ul style="list-style-type: none"> - din titan; - minim 2 marimi <p>CERINTE OBLIGATORII :</p> <ul style="list-style-type: none"> - - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1600000-1	3310000-1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc .	15	<p>Insert humeral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionat din polietilena UHMWPE; - Minimum 3 dimensiuni pentru fiecare diametru.

	0 0 0- 1				<p>CERINTE OBLIGATORII :</p> <ul style="list-style-type: none"> - - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 6	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc .	4 5	<p>Suruburi pentru baza glenoidala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minim 5 dimensiuni; - Diametrul 6.5 mm; - Confectionate din titan. <p>CERINTE OBLIGATORII :</p> <ul style="list-style-type: none"> - - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 6	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc .	1	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau</p>

					să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
160000-1	331000-1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc .	2	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
160000-1	331000-1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc .	10	Lame pentru motor oscilant	
170000-1	331000-1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc .	50	Tija femurala necimentata - Confecționată din material de titan - Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a tijeii, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijeii protetice; - Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri metadiafizare - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	1,196,800.00
170000-1	331000-1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc .	50	Cupa acetabulară necimentata -Confecționată din aliaj de titan. -Acoperita cu titan poros asociat cu HA, bile sinterizate depuse tridimensional sau fibre metalice de titan. - Cu gauri, fara gauri sau multiple gauri; - Se permite schimbarea pozitiei insertului deja fixat - Include 2 suruburi - Diametre 44-64 mm - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite -	

					<p>catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>
1 7	3 3 1 0 0 0 0 0 0- 1	<p>Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active</p>	buc .	5 0	<p>Insert din polietilena inalt cross – linkata</p> <p>-Confecționat din polietilenă inalt cross-linkata, variind între 7-10Mrad</p> <p>- Diametrul interior 28, 32, 36 mm</p> <p>- Sa prezinte mecanism aditional de fixare a insertului polimeric: degajari ecuatoriale antirotationale, santuri suplimentare la cupa etc;</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>
1 7	3 3 1 0 0 0 0 0 0- 1	<p>Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active</p>	buc .	5 0	<p>Cap femoral ceramic</p> <p>-Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu)</p> <p>;</p> <p>- Conul 12/14 mm ;</p> <p>- Diametre 28, 32, 36 mm ;</p> <p>- Minim 4 dimensiuni de lungime</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>
1 7	3 3 1 0 0 0 0 0 0- 1	<p>Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active</p>	buc .	4 0	<p>Șuruburi de cupă d-6,5 lungime de 15-50 mm</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>
1 7	3 3 1	<p>Lotul nr. 17 Proteza totala de</p>	buc .	1	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p>

	0 0 0 0 0- 1	sold necimentata pentru persoane tinere si active			<p>1. compatibil cu endoprotezele livrate</p> <p>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</p> <p>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</p> <p>4. va fi nou (neutilizat)</p> <p>5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</p> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
1 7	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc .	2	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <p>1. compatibil cu endoprotezele livrate</p> <p>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</p> <p>3. va fi nou (neutilizat)</p> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>	
1 7	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc .	2 0	Lame pentru motor oscilant	
1 8	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc .	3 0	<p>Tija femurala necimentata</p> <p>-Confecționată din aliaj de titan;</p> <p>-Acoperire cu titan poros asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata suprafata sau titan poros de tip plasma spray;</p> <p>- Sa prezinte suprafata rugoasa, santuri pe tija;</p> <p>- Minim 10 dimensiuni;</p> <p>- Varianta de offset standard si offset lateralizat;</p> <p>- Instrumentatia tijeii date necimentate sa fie comuna si cu varianta de tija cimentata, pentru luarea deciziei de fixare a tijeii introoperator;</p> <p>- Col eleptic, forma aplatizata</p> <p>- Con 12/14 mm</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	913,8 56.00
1 8	3 3 1 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc .	3 0	<p>Cupa acetabulara necimentata</p> <p>- Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau;</p> <p>- Polisata la interior;</p> <p>- Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA;</p> <p>- Diametre externe ce variaza intre 44-62 mm;</p> <p>- Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate.</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la</p>	

					<p>momentul livrării</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 8	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc .	4 0	<p>Insert polimeric</p> <ul style="list-style-type: none"> -Confecționat din polietilenă UHMWPE; -Diametre exterioare dedicate cupelor de dimensiuni ce variaza intre 44-62 mm ; - Diametre interioare 22.2, 28 mm; - Sa prezinte desing retentiv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 8	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc .	4 0	<p>Cap metalic</p> <ul style="list-style-type: none"> -Confecționat din aliaj de CoCr; -Con 12/14 mm; -Minim 4 dimensiuni de lungime; -Diametru extern 22.2, 28 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 8	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc .	1 0	<p>Tija femurala cimentata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral -- Sa fie polisata ;sau mata -Sa prezinte 2 variante si anume standard si cu offset lateralizat; - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni diferite; - Sa prezinte con 12/14; - Colul sa fie aplatizat pentru evitarea impingement-ului la nivel acetabular

					<ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
1 8	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc .	1 0	<p>Cupa acetabulara cimentata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; <ul style="list-style-type: none"> - Polisata la interior; - Suprafata externa polisata; - La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului; - Diametre externe sa fie prezente in minim 9 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare 	
1 9	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc .	2 0	<p>Componenta femurala cimentata suprastabilizata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr, cimentata -Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura <ul style="list-style-type: none"> -Sa permita implantarea tijelor de extensie -Sa prezinte varianta cu posterostabilizare -Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei -Sa prezinte sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si pentru reducerea stresului asupra patelei <ul style="list-style-type: none"> -Sa aiba design care sa permita flexie pana la 130° -Sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro-tibiale, asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 si chiar 8 dimensiuni de tibie, pastrandu- se congruenta articulara. <ul style="list-style-type: none"> -Sa prezinte variante stanga/ dreapta -Sa prezinte 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta <ul style="list-style-type: none"> -Modalitate de implantare sa fie cimentata -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular <ul style="list-style-type: none"> -Suprafata articulara sa fie lustruita -Sa prezinte fixarea femurală antirotatională augmentată prin doi pini și o textură rugoasa pentru o bună fixare a cimentului -Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, modalitatea de implantare cimentata 	1,790 ,816. 00

					<ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 9	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc .	2 0	<p style="text-align: center;">Insert tibial suprastabilizat</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta -Sa prezinte marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa -Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tibie <li style="padding-left: 20px;">-Sa permita o flexie de pana la 130° -Modalitatea de implantare sa fie insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibial -Sa prezinte varianta cu posterostabilizare -Dimensiuni multiple: minim 9 dimensiuni de inserturi, fiecare avand 7 inaltimi -Grosimea minima a stratului de polietilena sa fie de 6, 0mm -Sa se fixeze de componenta tibiala si de extensie prin intermediul unui surub. <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 9	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc .	4 0	<p style="text-align: center;">Tija de extensie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa fie confectionate din aliaj de titan -Sa fie incluse cate 2 buc/proteza -Sa prezinte 2 variante: dreapta si cu offset -Sa se poata implanta atat pe piesa femurala cat si pe cea tibiala -Sa fie disponibile in urmatoarele lungimi ce variaza de la 60 la 150 mm ; -Sa se prezinte in diametre cuprinse intre 10mm si 20 mm ; -Sa se poata implanta atat cimentat cat si pressfit -Fixarea la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui surub care fixeaza atat extensia cat si insertul -Atasarea la piesa femurala sa se faca prin intermediul

					<p>unui sistem periferic de prindere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 9	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc .	2 0	<p>Componenta tibiala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie confectionata din aliaj Titan - Sa fie universala stanga/ dreapta - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie ; -Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei -Sa prezinte modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara ; -Sa prezinte sistem de prindere periferica a insertului de polietilena -Dimensiuni: minim 7, universale stanga/ dreapta -Diferentele dintre dimensiunile succesive sa nu fie pe ambele axe antero-posteriore si medio- laterale, ci doar pe una dintre axe; -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal - fixarea tijei de extensie; -Sa aiba orificii la nivelul platoului, pentru fixare de augumente tibiale. <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 9	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc .	2	<p>Component patelar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 6 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte min 3 pinteni de cimentare. <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării

					<ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 9	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc .	4 0	<p>Elemente de augementare tibiala</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa fie confectionate din aliaj de titan -Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare -Sa fie disponibile in variante cu unghi dreptunghic, si anume jumătate de bloc -Disponibile minim 2 dimensiuni de inalțimi. -Implantabile cimentat si cu prindere pe componenta tibiala cu surub. <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 9	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc .	4 0	<p>Elemente de augmentare femurala</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa fie confectionate din aliaj de titan ; -Sa fie adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare ; -Sa prezinte 2 tipuri disponibile: distal si posterior ; - Sa fie disponibile in minim 2 grosimi ; -Implantabile cimentat si cu prindere pe componenta femurala cu surub. <ul style="list-style-type: none"> - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 9	3 3 1 0 0 0 0 0- 1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc .	1	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru

					<p>acestea.</p> <p>4. va fi nou (neutilizat)</p> <p>5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</p> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
19	3310000-1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc	2	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <p>1. compatibil cu endoprotezele livrate</p> <p>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</p> <p>3. va fi nou (neutilizat)</p> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
19	3310000-1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc	28	Lame pentru motor oscilant

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Incoterms 2013, Pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2019

12. Termenul de valabilitate a contractului: 01.05.2019 – 31.12.2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligatoriu
2.	Oferta	Formularul F 3.1 – semnat și ștampilat de către operatorul economici	Obligatoriu

3.	Specificații de preț	Formularul F 4.1 - semnat și ștampilat de către operatorul economici	Obligatori
4.	Specificații tehnice	Formularul F 4.2 - semnat și ștampilat de către operatorul economici	Obligatori
5.	Garanția pentru ofertă	Formularul F 3.2 – original	Obligatori
6.	Notă de cerințe obligatorii	<ul style="list-style-type: none"> • Firma cistigatoare este obligata sa asigure tot spectrul de marimi ale protezelor pina la epuizarea completa a stocului pentru a asigura selectarea exacta a marimii necesare si siguranta actului chirurgical. • Înlocuirea implantelor utilizate în maxim 72 ore. • Prezentarea studiilor clinice și statistice din registre europene sau americane - legate în special de rata de supravietuire a implantelor respective (oferite). • În cazul unor implante noi, ofertantul desemnat cistigător va fi obligat să asigure instruire cu personal calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop online, sau asistența în timpul intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumentarului specific). • Posibilitatea furnizării unor implante în minim de timp posibil în cazul apariției unor situații neprevăzute intraoperator • Produsele oferite la fiecare poziție din lot vor fi de la un singur producător (cu excepția motoarelor oscilante, alizoare și lamele pentru motoare). Nu vor fi acceptate produsele oferite de la diferiți producători în cadrul aceluiași lot. 	Obligatori
7.	Mostre	Mostrele a produselor oferite vor fi prezentate la adresa autorității contractante: CAPCS, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, bloc A, et. 2, în termen de 10 zile de la solicitare.	Obligatori

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz _____
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _____
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **solicitarea scrisă a beneficiarului**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **pe lot la cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea tuturor cerințelor.**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] **15:00**
- pe: [data] **18.04.2019**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:



L.Ș.