

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți și consumabile de laborator
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP AMT Centru**
2. IDNO: **1003600153267 TREZMD2X**
3. Adresa: : **mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 63**
4. Numărul de telefon/fax: **022-27-03-09; Savin Aliona; Galina Padure:022-27-74-37;**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **amtcentru.contracte@ms.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **__Nu se aplică**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante DA: **__**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: **<http://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/anul-2023/>**
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ ucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Reagenți și consumabile de laborator						
Lot.1	33696500-0	Determinarea microalbuminei (U-albumină) test-catridj, metoda cantitativă, (determinare la analizator semiautomat)	Set	30	Metoda de determinare imunologic, (≈24 teste în set)	54612
Lot.2	33696500-0	Determinarea Antigenului Helicobacter pylori în materii fecale	teste	500	1 bucată=1 test	15000
Lot.3	33696500-0	Determinarea sîngelui ocult test-catridj	teste	2000	Determinarea sîngelui ocult prin metoda imunologică	26400
Lot.4	33696500-0	Acetonă Analitică	kg	2	Ambalaj max 0,5 kg	315
Lot.5	33696500-0	Acid acetic, CH ₃ COOH	kg	2	Ambalaj max 0,5 kg	485
Lot.6	33696500-0	Acid sulfuric, H ₂ SO ₄	kg	2	Ambalaj max 0,5 kg	485
Lot.7	33696500-0	Albastru de metilen	kg	0,5	Puritatea analitică. Ambalaj până la 0,100kg	5448
Lot.8	33696500-0	Azur II	gr	200	Puritatea analitică. Ambalaj până la 100gr	39602
Lot.9	33696500-0	Citrat de natriu	kg	2	Ambalaj maxim 1 kg	1897

Lot.10	33696500-0	Eozin K	kg	0,2	Puritatea analitică.Ambalaj până la 0,100kg	727
Lot.11	33696500-0	Glucoză	kg	0,5	Ambalaj max 0,5 kg	121
Lot.12	33696500-0	Țoliclon Anti-D IgG	ml	150	Cerințe generale.Metoda de determinare Aglutinare.Ambalaj până la 5 ml (1 ml-min 10 doze)	1824
Lot.13	33696500-0	Ulei de imersie	ml	1000	Ambalaj până la 100 ml	232
Lot.14	33696500-0	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ml	20000	Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	15113
Lot.15	33696500-0	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	20000	Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	12076

Lot.16	33696500-0	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.))determinarea la analizator automat	ml	20000	<p>Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.05</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.05</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare;</p> <p>Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> <p>Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	3138
Lot.17	33696500-0	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.))determinarea la analizator automat	ml	4000	<p>Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.1</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.15</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare;</p> <p>Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> <p>Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	680
Lot.18	33696500-0	HBs Ag set confirmativ	teste	960	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+" și "-" calibratori.	69614

					Metoda de determinare ELISA, set de 24 sau 48 sau 96 teste	
Lot.19	33696500-0	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat	ml	8000	Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial mai mic de 1,0 mcmol/l Coeficientul de variație extraserial mai mic de 3,6 mcmol/l Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	25600
Lot.20	33696500-0	Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X TOP cu codul de bare originale de la producător, sistem închis , ambalaj 1ml	buc	40000	Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X TOP cu codul de bare originale de la producător, sistem închis , ambalaj 1ml	50000
		Valoarea estimativă fără TVA, lei				323 369

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot sau pentru toate loturile

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU SE ADMITE

12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului, conform necesităților și posibilităților reale ale Cumpărătorului pe parcursul anului 2023, cu prezentarea următoarelor documente:

1. *factura fiscală*

2. *certificat/declarație de conformitate pentru bunurile livrate*

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020((modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020) completat și semnat electronic	Obligativ
2	Oferta-specificații tehnice și de preț	Anexa nr. 22 și 23 din Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
3	Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD92ML000000022514094238; Contul bancar: MOLDMD2X; cu nota “Pentru setul documentelor de licitație” sau “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. ____ din _____”, autentificată prin semnătura electronica a participantului	Obligativ
<p>Notă: Documentele de calificare cuprinse între nr. de ordine 4 - 10 vor fi prezentate adițional în decurs de 72 ore din data deschiderii ofertelor la adresa de e-mail a Autorității Contractante amtcentru.contracte@ms.md. În cazul când documentele ofertelor nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.</p>			
4	Cerere de participare	Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
5	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică,(90 zile)	Obligativ
6	Certificat de înregistrare/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică	Obligativ

7	Actul care atestă dreptul de a livra bunurile solicitate	copie - Confirmată prin semnătura electronică;	Obligativ
8	Cerințe generale-confirmare în scris de la ofertant (pentru reactivii de laborator)	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) . La solicitare de prezentat: mostre, Declarație (certificat de conformitate)	
9	Mostre	la solicitare de prezentat mostre în decurs de 5 zile după solicitare	Obligativ
10	Garanția de buna execuție 5% din suma contractului cu TVA	Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9) confirmată prin semnătura și ștampila a băncii sau transfer bancar: Beneficiarul plății: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD92ML000000022514094238; Contul bancar: MOLDMD2X; cu nota ”Garanția de buna execuție”	Obligativ
11	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și AAP. ❖ (Conform modelului de pe situl AAP)	Obligativ

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz (prin bancă sau pe contul instituției), cuantumul 5% din valoarea contractului adjudecat.

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot, conform cerințelor solicitate.

22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

nu se aplică	
--------------	--

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender
pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile calendaristice

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Mtender

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 09 din 31.01.2023

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.05.2023

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

37. Alte informații relevante: NU sunt

Conducătorul grupului de lucru: R. Turcanu

Șef diagnostic de laborator Pădure Galina

