

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)  
prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.md](mailto:office@capcs.md);  
[www.capcs.md](http://www.capcs.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

| Nr. Lot | Denumire Lot   | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Valoarea estimativă | Beneficiar                          |
|---------|--|--------------------|------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| 1       | Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene | bucată             | 12         | <p>Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene</p> <p>Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăperea prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Suprafața efectivă de prelucrare 220 - 260 m<sup>3</sup>/oră</p> <p>Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme</p> <p>Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului</p> <p>Tehnologia de baza generare de câmp plazmatic</p> <p>Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții</p> <p>Prezența de produse secundare (miros, radiație, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului Fără de emisie a produselor secundare</p> <p>Utilizarea consumabilelor fără utilizarea consumabilelor</p> <p>Nivelul maximal de zgomot 40 - 45 dB</p> <p>Viteza ventilatorului reglabilă, cu 2 trepte</p> <p>Consum de energie maxim 20W/oră</p> <p>Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz</p> <p>Dovada eficacității asupra virușilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p> <p>Dovada eficacității asupra bacteriilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p> <p>Dovada eficacității asupra fungilor (micetelor) prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p> <p>Dovada eficacității asupra compușilor organici volatili prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p> <p>Calitate și siguranța, certificări ISO 9001,</p> <p>Metoda de montare / fixare pe perete vertical</p> | 660 000             | IMSP Institutul de Medicină Urgentă |

|   |   |        |   |   |        |                                     |
|---|---|--------|---|---|--------|-------------------------------------|
| 2 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L | bucată | 3 | <p>Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 100-200L</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea 100 - 200 l da</p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 3</math></p> <p>Ușa Număr 1</p> <p>Transparentă da</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Lumină interior da</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 48 dB</p> <p>Accesorii coșuri tip sertar, da</p> | 60 000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă |
| 3 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | bucată | 2 | <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p>   | 50 000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă |

|   |  |        |   |  |       |                                     |
|---|--|--------|---|--|-------|-------------------------------------|
|   |  |        |   | <p>Configurație mobil<br/> Capacitatea 200 - 300 l da<br/> Număr de rafturi <math>\geq 4</math><br/> Ușa Număr 1<br/> Transparentă da<br/> Mecanism blocare cu cheie<br/> Roți da<br/> Frîne da<br/> Lumină interior da<br/> Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare<br/> Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă<br/> Afișaj temperatură digital<br/> Alarmer acustică vizuală<br/> Răcire ventilată<br/> Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C<br/> Alimentare 220 V, 50 Hz<br/> Refrigerent fără CFC / HCFC<br/> Zgomot &lt; 48 dB<br/> Accesorii coșuri tip sertar, da</p> |       |                                     |
| 4 | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L | bucată | 2 | <p>Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L<br/> Cod 140600<br/> Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura<br/> Parametrul Specificația<br/> Configurație vertical<br/> Capacitatea internă a camerei 100-200 litri<br/> Număr de sertare, tip box <math>\geq 2</math> buc.<br/> Ușa Externă min. 1<br/> Mecanism blocare cu cheie<br/> Roți da<br/> Construcție interioară oțel inoxidabil<br/> Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p>                 | 92000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă |

|   |   |        |   |  |        |  |
|---|---|--------|---|--|--------|--|
|   |   |        |   | <p>Afișaj temperatură digital<br/>ecran grafic / LED</p> <p>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da,<br/>cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la<br/>calculator</p> <p>Alarmer acustică<br/>vizuală<br/>ușa deschisă<br/>lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii<br/>limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor da,<br/>min. 48 ore</p> <p>Răcire ventilată sau statică</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 60 db</p> |        |  |
| 5 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L | bucată | 2 | <p>Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L Cod 140730</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator,<br/>culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius.<br/>Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un<br/>interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei),<br/>minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a<br/>conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea 400-500 l</p> <p>Număr de rafturi ≥ 6</p> <p>Ușa Număr ≥ 1</p> <p>Descriere transparenta</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți da</p> <p>Frâne da</p>          | 130000 | IMSP Institutul de<br>Medicină Urgentă |

|   |                                 |        |   |  |         |                                     |
|---|---------------------------------|--------|---|--|---------|-------------------------------------|
|   |                                 |        |   | <p>Lumină interior da</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C</p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 50 dB</p>  |         |                                     |
| 6 | Sistem de perfuzie cu încălzire | bucată | 2 | <p>Sistem de perfuzie cu încălzire</p> <p>Descriere Sistem electric de încălzire a produselor sanguine / soluțiilor, utilizat pentru aplicații de transfuzie sau infuzie cu scop de a preveni hipotermia la pacienți</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Sistem de încălzire 2 plăci din aluminiu cu încălzire</p> <p>Principiul de control al temperaturii Sistem de control PID</p> <p>Senzori de temperatură minim 2</p> <p>Gama de temperatură la ieșire 30-37 °C, ± 1,5 °C</p> <p>Debitul minim 50 ml/min. (la picurare liberă)</p> <p>minim 150 ml/min. (utilizând o pompă 350 mmHg)</p> <p>Display LCD sau LED</p> <p>Timpul de preîncălzire 2-3 min.</p> <p>Alarmă depășire limită setată acustic, vizual</p> <p>Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz</p> <p>Mecanism de fixare stativ de perfuzie</p> | 120 000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă |

|   |  |        |    |  |         |                                     |
|---|--|--------|----|--|---------|-------------------------------------|
| 7 | Sistem administrare perfuzii sub presiune                      | bucată | 14 | Sistem administrare perfuzii sub presiune<br>Descriere Este folosit pentru pungile cu plasma sau soluțiile perfuzabile<br>Parametrul Specificația<br>Manometrul gradat da, 0-300 mmHg<br>Pară pentru creare presiune da<br>Majetă de tip sac da, pungi 500-1000 ml<br>Mâner de prindere pentru atârnaire da  | 11 200  | IMSP Institutul de Medicină Urgentă |
| 8 | Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) | bucată | 16 | Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza)<br>Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil, suport rail clamp<br>Alimentare 220V, 50Hz.<br>Dimensiunea câmpului luminos $\geq 120$ mm<br>Temperatura culorii 4000 - 5500 K<br>Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED<br>Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h<br>Braț flexibil da<br>Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux   | 160 000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă |
| 9 | Aspirator chirurgical (performanță avansată)                   | bucată | 6  | Aspirator chirurgical (performanță avansată)<br>Cod 130350<br>Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid $> 600$ mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.<br>Parametru Specificația<br>Limita maximă $\geq 670$ mmHg<br>Rata de flux, l/min. $\geq 60$ l/min<br>Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$<br>Reglator aspirație da<br>Nivelul de zgomot, dBA $\leq 50$ dBA<br>Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da<br>Selector mecanic de vas da<br>Numărul vaselor 2 buc. | 96 000  | IMSP Institutul de Medicină Urgentă |

|    |   |        |    |   |         |  |
|----|---|--------|----|---|---------|--|
|    |   |        |    | <p>Capacitatea, <math>L \geq 4 L</math><br/> Protecție la umplere pentru fiecare vas da<br/> Vas tip reutilizabil da<br/> Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirarea" da<br/> Suport cu roțile <math>\geq 4</math> roți<br/> Roți cu frâna da, <math>\geq 2</math> buc.<br/> Mâner pentru transportare da<br/> Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da<br/> "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da<br/> Filtru de unică utilizare 15 buc.<br/> Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p>   |         |  |
| 10 | Cărucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților | bucată | 25 | <p>Cărucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților -<br/> Descriere Cărucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți<br/> Tip pacient adult<br/> Mânere de transport da<br/> Suprafață piele artificială sau nailon<br/> Caracteristici Cadru contracție oțel vopsit sau inox<br/> Mecanism de pliere rigid da<br/> Role din față cauciuc dur <math>\varnothing</math>, minim 20 cm<br/> Roți spate rezistente la perforare <math>\varnothing</math>, minim 60 cm<br/> inel autopropulsat din oțel vopsit<br/> Frâne pentru fiecare roată<br/> Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU<br/> Suport picioare 1 pereche, detașabile<br/> Suprafață scaun pacient Lățime <math>\geq 55</math> cm<br/> Adâncime <math>\geq 45</math> cm<br/> Sarcină maximă: minim 200 Kg</p> | 175 000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă            |
| 11 | Butelii oxigen  | bucată | 6  | V=10 l. P=200 kpa. Reductor Bobrov  | 18 500  | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății |
| 12 | Lampă pentru operații                                       | bucată | 1  | Tensiunea de alimentare 220V<br>2 Sateliți  | 110 000 | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății |



|    |          |        |   |  |         |  |
|----|----------|--------|---|--|---------|--|
|    |          |        |   | <p>a. Satelit principal LED 140.000 LUX<br/> b. Satelit secundar LED 140.000 LUX<br/> Sistem de montaj pe tavan cu flanșe și brațe ce permit rotația satelitului principal 360 grade și rotația satelitului secundar 300 grade<br/> Specificații satelit principal și secundar:<br/> – Diametrul câmpului de lumina reglabil: min. 17-28 cm<br/> – Reglarea intensității luminoase: 5-100%<br/> – Intensitate luminoasă: - numărul de luxi de la 130.000 până la 170.000 mii la distanță = 1 metru<br/> – Temperatura culorii: 4500K, ±500K;<br/> – Indice de redare a culorii Ra=95<br/> – Distanța de lucru: 60-150cm</p>  |         |  |
| 13 | Autoclav | bucată | 1 | <p>Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum.<br/> <b>Ușă- 1</b><br/> Încărcare orizontală<br/> Construcția interioară din oțel inox<br/> Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.<br/> Securitate la supraîncălzire - da<br/> Alarmă acustică, vizuală<br/> Durata sterilizaării reglabilă - da<br/> Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe<br/> Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit -da<br/> Control electronic Microprocesor<br/> Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă - da<br/> Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare - da<br/> Suprafața exterioră să nu se încălzească<br/> Imprimantă termică - da<br/> Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED<br/> Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital)<br/> vacuum (prin manometru sau digital)</p> | 350 000 | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății |

|    |   |        |   |   |         |  |
|----|---|--------|---|---|---------|--|
|    |   |        |   | <p>Ciclu de sterilizare<br/> Ciclu de presiune pozitivă<br/> Ciclu de vacuum<br/> Pre și post vacuum selectabil<br/> Sistem de uscare - da<br/> Facilități de setare – timp temperatura<br/> eliberare automată a vaporilor, printară a rezultatelor<br/> răcire rapidă<br/> Volum interior 200 l, ± 20 l<br/> Rafturi minim 4-6 buc<br/> Precizie timp de sterilizare ± 1 min.<br/> Gama de temperatură: 115 - 134 grade C<br/> Precizie temperatură ± 2°C<br/> Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - da<br/> Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare - da<br/> Înregistrator date - da<br/> Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune<br/> Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz</p> |         |  |
| 14 | Distilator electric                                     | bucată | 2 | <p>Aparat electric ce produce apa distilata de înaltă calitate, chiar și în condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.<br/> Parametru Specificație<br/> Recipient ≥ 2l<br/> Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h<br/> Materialul carcasei oțel inox<br/> Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox pH 5,0-7<br/> Conductivitate 0,056-5,0 μs/cm</p>  | 15 000  | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății |
| 15 | Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasunete, portabil | bucată | 1 | <p>APLICAȚII CLINICE General, cardiac, intracardiac<br/> PROBE PORTURI 1<br/> PROBE TIP, MHz Linear să fie acoperit diapazonul 4-12 Mhz<br/> Phased/Vectorsă fie acoperit diapazonul 2,5-8 Mhz<br/> Convex să fie acoperit diapazonul 2-6 Mhz<br/> ICE, intracardiac Eco 2 - 11 MHz</p>   | 600 000 | IMSP Institutul de Cardiologie                 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p> NIVELE DE GRI <math>\geq 256</math><br/> GAMA DINAMICĂ <math>\geq 250\text{dB}</math><br/> PREPROCESARE, Canale digitale <math>\geq 120000</math><br/> POSTPROCESARE da<br/> Moduri M-mod și 2-D, Doppler, Doppler color da (2D<br/> M, B regim, TTE, auto EF, smart Eco, TVI/TI, TSI, MDI, LVO<br/> contrast, CardioLab/MacLab interfata, DTI, THI, , dinamic TCE,)<br/> ICE Tip intracardiac<br/> Prezență modulul interfață pentru sonde ICE da<br/> soft pentru vizualizare intracardiacă da<br/> Transductorul ICE de diametru 8-10 F 1 buc.<br/> compatibilitate cu sonda intracardiaca de ultrasunete da<br/> FUNȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da<br/> Diapazon dinamic selectabil da<br/> Focalizare de transmisie ajustabilă da<br/> Focalizare de recepție dinamică da<br/> Măsurători pe reluarea video da<br/> PAN/ZOOM imagine în timp real da<br/> imagine înghețată da<br/> STOCARE IMAGINI Capacitate <math>\geq 250\text{GB}</math><br/> Cine da<br/> Conexiune de tip DICOM 3.0 cu protecție datelor personale la<br/> împărțirea datelor da<br/> Securitatea datelor personale da<br/> PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da<br/> Vascular optional<br/> ICE, intracardiac Eco da<br/> diferite algoritme și programe specializate de<br/> calculare al FE VS, al configurației VM etc.<br/> Memorie internă pentru stocare, GB de tip SSD, min 250 GB<br/> Conectarea la monitor extern da<br/> Analizarea datelor posibilitate de conectare la sistemele<br/> Cloud<br/> MONITOR minim 15" ecran sensorial </p> |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | DIVIZARE MONITOR da<br>ACCESORII Troleu pentru portare/ stație doc cu 4 porturi pentru probe și pachet de baterie da<br>Imprimantă da<br>Cablu ECG da<br>Swift link-ul pentru conectarea cu transductorul intracardiac da<br>GARANȚIE minimum 12 luni<br>DESERVIRE minimum 24 de luni in perioada postgaranție<br>Termen de exploatare așteptat minimum 7 ani<br>TRANING SI PREGĂTIREA SPECIALISTULUI obligatoriu |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

**Valoarea estimativă totală fără TVA: 2 647 700 lei**

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
- 1) Pentru un singur lot.
  - 2) Pentru mai multe loturi.
  - 3) Pentru toate loturile.
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
11. **Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)**
12. **Termenul de valabilitate a contractului: 6 luni de la înregistrarea contractelor de către CAPCS.**
13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
14. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**
15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**
16. **Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:   | Obligați vitatea |
|---------|---|---|------------------|
| 1       | Cererea de participare                  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> | DA               |
| 2       | Specificația tehnică                    | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | DA               |
| 3       | Specificația de preț                    | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | DA               |
| 4       | DUAE                                    | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>.Notă: prezentarea oricărui alt formular de</i>  | DA               |

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
|   |  | <i>DUAЕ decăt cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>   |    |
| 5   | Garanția pentru ofertă   | <p>- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p>   | DA |
| 6   | Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)   | <p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p>   | DA |
| 7   | Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | <p>cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p><i>* Nprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i></p> <p><i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i></p> <p><b>Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate</b></p> | DA |
| <b><u>Cerințe de calificare obligatorii</u></b> |  |   |    |
| 8   | Certificat de atribuire a contului bancar  | <p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>   | DA |
| 9   | Dovada înregistrării persoanei juridice, în  | <p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor</p>   | DA |

|    |   |   |    |
|----|---|---|----|
|    | conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit  | operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   |    |
| 10 | Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor față de bugetul public național  | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | DA |
| 11 | Situația financiară   | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | DA |
| 12 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte), <b>manualul de utilizare</b> și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;<br><b><u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b> | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant   | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;   | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant   | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 15 | Declarație de la Ofertant   | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor  | DA |

|    |  |   |    |
|----|--|---|----|
|    |  | juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  |    |
| 16 | Declarație de la ofertant  | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 17 | Declarație de la Ofertant  | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 18 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor,  | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 20 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziției Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.     | DA |
| 21 | Notă   | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.  | DA |
| 22 | Notă   | În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.  | DA |
| 23 | Notă   | Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.  | DA |



|    |      |  |    |
|----|------|--|----|
| 24 | Notă | Garanția de bună execuție valabilă 7 luni de la înregistrarea contractului | DA |
|----|------|--|----|

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_.*

*sau*

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**19. Garanția de bună execuție valabilă 7 luni de la înregistrarea contractului**

**20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).**

**22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**23. Ofertele se prezintă: în lei.**

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare pe Mtender.
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
37. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 16.09.2022
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 16.09.2022
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică   | Se va utiliza                |
| Plățile electronice  | Se va utiliza                |
40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG