



INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

CAIET DE SARCINI privind achiziționarea unor piese de schimb

Obiectul: Achiziția bateriilor rîncarcabile/acumulatoare pentru aparataj și utilaj de laborator.

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69.

Telefon: (022)78-51-18 (cancelaria).

Subunitatea autorității contractate pentru care se face achiziția: Laboratorul chimic-radiometric al Direcției Generale Planificare Strategică și Rezerve de Mobilizare

Adresa: mun. Chișinău, str. Cuza Vodă 8/1.

Telefon: (022)56-96-21

Tipul procedurii de atribuire: Achiziție publică

Sursa de finanțare: alocații bugetare

Cod CPV : 32500000-8

1. Descriere generală. Informații

Caietul de sarcini are ca obiect stabilirea condițiilor tehnice și de calitate pentru bateriile reîncarcabile/acumulatoare destinate să înlocuiască piesele similare defecte pe aparataj și utilajul de laborator ale beneficiarului.

Calitatea acestora va fi asigurată conform cerințelor impuse de standardele naționale, europene și internaționale în vigoare.

3. Cerințe tehnice și de calitate.

3.1. Cerințe generale

- Produsele vor respecta prevederile legislației și actelor normative în vigoare la data livrării. Produsele care nu respectă actele normative și cele legislative vor fi considerate neconforme.

- În cazul în care produsele diferă ca denumire, cod de fabricație, producător, mostrele model, etc., de cele existente și descrise în caietul de sarcini sau în necesarul unității achizitoare, oferta tehnică va conține pentru aceste produse: catalogul produselor, specificații tehnice sau alte documente care să dovedească echivalența și interschimbabilitatea cu produsele solicitante (din punct de vedere constructiv, dimensional, tehnic, funcțional, etc.). Ofertantul va garanta interschimbabilitatea produselor oferite cu cele descrise în caietul de sarcin și din necesar și va prezenta un tabel de echivalență între produsele oferite și cele solicitate.

3.2. Caracteristici și cantitatea necesară.

Nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziții	Caracteristici tehnice (scurtă descriere)	Cantitatea necesară (buc)
1.	Acumulator pentru aparatul de cercetare a radiației „IdentiFINDER R 400”	acumulator powerPACK plus, NiMH capacitatea 2500 mAh, 4,8V	2
2.	Acumulator pentru aparatul de cercetare a contaminării cu neutroni „Neutron Search Detector KSAR1U.06”	acumulator NiMH p/u "Neutron Search Detector KSAR1U.06", 400 mAh, 7,2V	1
3.	Acumulator pentru aparatul de cercetare chimică „APD-2000”	Acumulator de calitate înaltă de tip "C", 1,2V, 2500mAh	12
4.	Acumulator pentru lanterna profesională AccuPro AP1500S	acumulator plumb-acidic 6V 4 Ah p/u lanterna AccuPro AP1500S	1

Produsele trebuie să corespundă fișelor tehnice ale producătorului.

4. Cerințe privind achiziția produsului și calculul costului/prețului

Achiziția produsului se va efectua prin agenți economici autorizați din Republica Moldova, ce au tangență directă cu producătorii străini.

Valoarea totală estimativă a achiziției nu va depăși suma totală calculată a valorii estimate pentru fiecare produs și va constitui o valoare nu mai mare de 7 mii lei, inclusiv TVA.

Valoarea estimativă pentru fiecare produs nu va depăși valoarea indicată în Planul de achiziții publice a IGSU pentru anul 2022 și va constitui o valoare nu mai mare de:


- Valoarea estimativă acumulator pentru aparatul de cercetare a radiației „IdentiFINDER” – 1,5 mii lei, inclusiv TVA;
- Valoarea estimativă acumulator pentru aparatul de cercetare a contaminării cu neutroni „Neutron Search Detector KSAR1U.06” – 2,5 mii lei, inclusiv TVA;
- Valoarea estimativă acumulator pentru aparatul de cercetare chimică „APD-2000” – 1mii lei, inclusiv TVA;
- Valoarea estimativă acumulator pentru lanterna profesională AccuPro AP1500S – 2 mii lei, inclusiv TVA.

5. Mostre model

5.1. Acumulator pentru aparatul de cercetare a radiației „IdentiFINDER”




5.2. Acumulatori pentru aparatul de cercetare a contaminării cu neutroni „Neutron Search Detector KSAR1U.06”



5.3. Acumulatori pentru aparatul de cercetare chimică „APD-2000”



5.4. Acumulatori pentru lanterna profesională AccuPro AP1500S



6. Cerințe privind marcarea, ambalarea, transportul, depozitarea și documente la livrare.

6.1. Marcarea.

Acumulatoarele/bateriile reîncarcabile vor fi marcați conform standardelor în vigoare. Marcarea să fie clară, ușor vizibil și rezistent la manipulări uzuale.

Marcarea va conține:

- Polaritatea bornelor;
- Tensiunea la borne;
- Capacitatea nominală;
- Denumirea producătorului;
- Data fabricației;
- Codul produsului pentru acumulatele dedicate;
- Tipul de acumulatele;
- Curentul maxim de încărcare și descărcare

6.2. Ambalarea și transportul.

Ambalarea și transportul se va face pe răspunderea și pe costurile furnizorului în așa fel încât să se asigure protecția produselor în timpul transportului și depozitării.

6.3. Depozitarea.

Depozitarea produselor se va face conform indicațiilor furnizorului sau condițiilor menționate în documentația tehnică a produselor.

6.4. Documente la livrare.

La livrarea produselor, furnizorul are obligația să predea beneficiarului următoarele documente:

- Declarație de conformitate cu fișa de catalog și standardele specifice tipului de produs;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate;
- Instrucțiuni de montare și exploatare (dacă este cazul).

7. Cerințe privind recepția.

Recepția se va face la beneficiar prin verificarea actelor de însoțire a mărfii.


Recepția se va putea face la necesitate și în alte locuri indicate. Dacă în timpul utilizării se vor constata deficiente de funcționare la produsele achiziționate, se va respinge lotul pe cheltuiala furnizorului și acesta va suporta eventualele daune solicitate de beneficiar. Nu se acceptă la recepție acumulatele care au fost fabricate cu mai mult de 12 luni înaintea acestora, conform datei de fabricație înscrispionate.

8. Garanție.

Ofertantul va garanta calitatea produselor, obligându-se să asigure pe cheltuiala sa înlocuirea fără costuri a celor defecte la livrare sau în termenul de garanție.

Acumulatorii vor avea un termen de garanție de minim 1an în condiții normale de utilizare.

**Șef al Laboratorului chimic-radiometric
al Direcției Generale Planificare Strategică
și Rezerve de Mobilizare a IGSU
locotenent colonel al s/i**



Vladimir Leahu

COORDONAT

**Șef al Direcției Generale Planificare Strategică
și Rezerve de Mobilizare a IGSU
colonel al s/i**



Vitalie RUDICO