

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice**  
**(lista suplimentară 16)**

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
2. IDNO: **1016601000212**
3. Adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
4. Numărul de telefon/fax: **022-222 445/ 022 – 222- 364**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md); [www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **autoritate centrală de achiziție**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

**Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA	Beneficiar
1	Sistem de video gastroscopie	<p><b>1) VIDEO GASTROSCOP HD – 1 BUC.</b></p> <p>a) Cu imagine HDTV sau HD  b) Camp de vedere (minim): 140°  c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei.  d) Adâncimea câmpului vizual (minim): 2-100 mm  e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°  f) Manerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda minim următoarele funcții setate:  - înghețarea imaginii endoscopice  - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite  - capturarea imaginii endoscopice în imprimanta video  - zoom electronic  - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor- opțional  - îmbunătățirea imaginii  - modificarea contrastului-opțional  - reducerea zgomotului imaginii endoscopice- opțional  - comutarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare  - iris-opțional  - AGC (Automatic Gain Control)-opțional  - creșterea și scăderea luminozității  - ștergerea sau afișarea datelor pe monitor  - cronometru  - balansul de alb  - aprinderea sau stingerea lămpii de la sursa de lumină  - înregistrarea sau întreruperea înregistrării pe dispozitivele de înregistrare video  - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apă- opțional  g) Canal instrumental min. 2,8 mm  h) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,2 mm  i) Cipul endoscopului să stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afișează pe ecran  j) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm  k) Cu conector la videoprosesor care nu necesită capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etansare.  l) Adaptoare/conectoare pentru conexiune la mașina de reprocesare a endoscoapelor.</p> <p><b>2. VIDEOPROCESOR CU SURSA DE LUMINA – 1 BUC.</b></p> <p>a) Unitate compactă videoprosesor cu sursa de lumină integrată sau separată  b) Posibilitate de configurare a limbii Române, astfel ca toate meniurile și configurările să fie afișate în limba Română  c) Procesor imagine de înaltă definiție (HDTV sau HD) cu rezoluție nu mai mică de 1920x1080pixeli (1080p)  d) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei sau tehnologie echivalentă care asigură funcția solicitată.  e) Digital minim DVI sau SD-I  f) Memorie externă, conectare USB  g) Posibilitatea de întărirea conturilor de structură  h) Iris automat  i) Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu minim 5 pași  j) Balans de alb obligatoriu  k) Sistem automat de control al luminozității/expunerii (AGC sau echivalent)  l) Contrastul să poată fi setat în minim 3 moduri (Normal, Înalt și Scăzut)  m) Posibilitatea de schimbare a mărării imaginii endoscopice  n) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran  o) Funcție care să permită selectarea automată a celei mai clare imagini statice (ex. pre-freeze)  p) Posibilitate de zoom electronic  q) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor  r) Posibilitatea de recunoaștere a datelor de identificare ale endoscopului  s) Afișarea datelor de pacient  t) Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienți (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentariu)  u) Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru minim 10 profile cu diferite setări.  v) Cu tastatură pentru introducerea datelor cu tastare multilingvă care poate ține și semnele diacritice  w) Lampă examinare cu LED sau XENON (250Watt)  x) Sursă de lumină echipată cu filtre necesare tehnologiei de banda îngustă de culoare pentru posibilitatea de cromendoscopie sau tehnologie echivalentă  y) Ajustare automată a luminozității în minim 5 pași  z) Pompă de aer inclusă cu minimum 3 trepte</p> <p><b>3. TESTER DE HERMETICITATE – 1 BUC.</b></p> <p><b>4. MONITOR – 1 BUC.</b></p> <p>a) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 24-inch  b) Rezoluție Full HD: 1920 X 1080px  c) Intrare semnal de la videoprosesor  d) Unghi de vedere minim - 178°/178°</p> <p><b>5. TROLIU ENDOSCOPIC – 1 BUC.</b></p> <p>a) Compatibil cu echipamentul oferit  b) Cu brățar cu 2 secțiuni mobile pe 3 axe(sus/jos, dreapta/stânga, în față/spate) pt. fixarea monitorului LCD</p>	buc	1	792 000,00	AMT Botanica

		<p>c) Cu suport pt. tastaura</p> <p>d) Cu suport pt. 2 endoscoape</p> <p>e) Prevazut cu roti blocabile</p> <p>f) Cu transformator de izolare la care se conecteaza toate dispozitivele de pe troliu, ce previne electrocutarea pacientilor sau a personalului medical in timpul procedurii.</p> <p><b>6. POMPA DE IRIGARE PENTRU CANALELE ENDOSCOPIULUI - 1 BUC.</b></p> <p>a) Posibilitate de irigare prin canalul auxiliar al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 300 ml / min</p> <p>b) Posibilitate de irigare prin canalul de biopsie al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 600 ml / min</p> <p>c) Incalzirea soluției pentru irigare până la temperatura de 37 grade celsius, ± 3 grade</p> <p>d) Cu buton pentru pornirea funcției de irigare</p> <p>e) Cu pedala pneumatică pentru a porni funcția de irigare</p> <p>a) Cu 10 conecitoare la canalul auxiliar si 10 seturi de tuburi, compatibile cu diferite tipuri de endoscoape.</p> <p>b) Container reutilizabil pentru apa - 1 buc.</p>				
2	Sistem videolaringoscopia / endoscopia ORL	<p><b>Sistem videolaringoscopia / endoscopia ORL</b></p> <p><b>1. General / configurație</b></p> <p>Componentă sistem:</p> <p><b>Stație video (procesor) + cameră + sursă lumină + monitor + set endoscoape ORL</b></p> <p>Alimentare 220-230 V AC, 50/60 Hz (Pentru toate componentele (sau prin alimentator dedicat))</p> <p>Montaj Pe cărucior mobil sau stație ORL (stand) inclus(ă). Trebuie să asigure poziționarea monitorului și organizarea accesoriilor. Cărucior/stand 1 buc.</p> <p><b>2. Stație video / procesor</b></p> <p>Rezoluție ieșire video Full HD ≥1920×1080</p> <p>Format video / frame rate ≥50 fps/50i sau ≥60 fps (echivalent)</p> <p>Ieșiri video HDMI (min. 1). Compatibil cu monitor și captură externă. Cabluri video (HDMI)- 1 buc inclus</p> <p>Funcții minime Freeze + zoom digital + reglaj luminozitate. Alte funcții pentru diagnostic ORL.</p> <p>Presetări ORL ≥3 moduri/presetări pentru ORL (ureche/nas/gât) sau echivalent</p> <p><b>3. Cameră endoscopică</b></p> <p>Senzor imagine 1/3" CMOS/MOS Full HD sau mai bun</p> <p>Rezoluție captură FHD 1920×1080</p> <p>Butoane pe cap cameră ≥1 buton funcțional (ex.: capture/freeze)</p> <p>Control focus Focus prin cuplor/endocuplor sau echivalent. Endocuplor universal 1 set inclus</p> <p>White balance Automat și/sau manual</p> <p><b>4. Sursă de lumină</b></p> <p>Tehnologie LED (sau echivalent fără consumabile frecvente)</p> <p>Port lumină Minim 1 port pentru fibră</p> <p>Temperatură culoare ≥5000 K</p> <p>Cablu fibră optică Lungime ≥1,8 m. Compatibil cu sursa și endoscoapele rigide. 1 buc inclusa</p> <p><b>5. Monitor 1 buc</b></p> <p>Diagonală ≥21,5 inch</p> <p>Rezoluție 1920×1080</p> <p>Interfață HDMI</p> <p>Cabluri alimentare inclus</p> <p><b>6. Înregistrare / stocare / software</b></p> <p>Captură imagine DA. Buton pe cap cameră sau pe panou.</p> <p>Înregistrare video DA (direct sau prin modul/converter). Soluție integrată sau converter HDMI→USB inclus (dacă este cazul).</p> <p>Stocare USB pentru salvare imagini/video. USB stick (min. 32 GB) inclus.</p> <p>Software Software pentru arhivare/înregistrare și export (sau echivalent).</p> <p>Licență/software inclus (dacă este cazul)</p> <p><b>7. Endoscoape ORL rigide - set minim</b></p> <p>Otoscop rigid- 1 buc Pentru otoscopie / canal auditiv. Ø 2,7 mm; L 70-80 mm; unghi 0°-30°; autoclavabil</p> <p>Laringoscop rigid- 1 buc Pentru laringoscopie indirectă rigidă. Ø 6,0 mm; L 150-180 mm; unghi 70°; autoclavabil</p> <p>Endoscop nazal adult 0°-1 buc Pentru rinoscopie anterioară. Ø 4,0 mm; L 160-180 mm; unghi 0°; autoclavabil</p> <p>Endoscop nazal adult 30°-1 buc Pentru evaluare detaliată cavitate nazală/sinusuri. Ø 4,0 mm; L 160-180 mm; unghi 30°; autoclavabil</p> <p>Endoscop pediatric-1 buc Obligativ pentru investigații pediatrice / anatomie îngustă. Ø 2,7 mm; L 70-120 mm; unghi 0°; autoclavabil</p> <p><b>8. Accesorii &amp; consumabile indispensabile</b></p> <p>Cutie/recipient sterilizare Trusă/casetă pentru transport și sterilizare endoscoape-1 buc</p> <p>Set curățare optică Kit curățare lentile + soluție anti-fog (compatibilă)-1 buc</p> <p>Cuple/adaptoare Set adaptoare/cuplor compatibil cu endoscoapele incluse-1 buc</p> <p>Huse de protecție cabluri/cameră Opțional</p> <p><b>9. Protecție electrică (UPS)</b> UPS line-interactive/online, ≥1000 VA, cu protecție supratensiune. Trebuie să acopere procesor + sursă lumină + monitor (minim 10 min la 50% sarcină).-1 set</p> <p><b>10. Livrare / instalare / garanție</b></p> <p>Garanție ≥24 luni</p> <p><b>Service în RM Asigurat în RM (direct sau reprezentant)</b></p> <p><b>11. Aspirator (obligatoriu)</b> Obligativ: funcție de aspirație secreții; reglaj putere; recipient colector; filtrare antibacteriană și alți accesorii de bază</p>	buc	2	450 000,00	AMT Ciocana
3	Video laringoscopul portabil	<p><b>Video laringoscopul portabil</b> este un dispozitiv medical care ajută la vizualizarea imaginii din cavitatea bucală la intubarea pacientului.</p> <p><b>Poate fi folosit în mod identic cu laringoscoapele convenționale.</b></p> <p>Vas colector: da.</p> <p><b>Video laringoscop cu lame reutilizabile.</b></p> <p>Material: din oțel medical cu posibilitate de autoclavare sau prelucrare chimică.</p> <p>Display/ Ecran pentru monitorizarea procedurii: Da. LCD, color.</p> <p>Posibilitate de afișare a imaginii direct pe ecranul mic atașat video</p>	buc	1	50 000,00	SR Sîngerei

	<p>laringoscopului.  Dimensiunea ecranului/ monitorului: <math>\geq 2,5"</math>, preferabil <math>\sim 3,5"</math>.  Posibilitate întoarcere ecranul: Da. Sus/jos de la <math>0^\circ</math> la <math>\geq 130^\circ</math>. Dreapta/stânga de la <math>0^\circ</math> la <math>\geq 270^\circ</math>.  Iluminare: Da;  Tip LED.  Alimentare: Baterie reîncărcabilă (Li-ion);  Posibilitate de lucru continuu <math>\geq 3</math> ore.  Adaptor/încărcător - da.  Memorie: Integrată sau cu memorie SD/ microSD cu posibilitatea de a înregistra video sau fotografii și transfer pe calculator</p>				
4	<p>Parametru Specificație  <b>1 Funcții modul video</b>  "Imagine live FULL-HD (16:9)  Imagine de comparație  Mod slave PC USB2.0  Adăugarea imaginii  - Luminozitate, claritate, contrast, gamma, expunere  - Conversia imaginii  - Mod de culoare selectabil (Utilizator 1/2/3/Implicit)  - Redare fișier imagine stocată  - Creare folder, ștergere folder și fișier  - Setarea oră de sistem"</p> <p><b>2 Rezoluția camerei minim 1920x1080</b>  <b>3 Ieșire video minim 1920x1080i, 60 de cadre, HDMI</b>  <b>4 Interfața PC "USB 2.0/Mod slave. Conectat direct la aplicația PC, inclus"</b>  <b>5 Pachet software licențiat da</b>  <b>6 Stocare internă Min 32Gb</b>  <b>7 Interfață de stocare internă, USB, Memory Stic</b>  <b>8 Fotografie Captură fișier jpg 1920x1080</b>  <b>9 Sursă de lumină Lampă LED minim 18W, temperatură de culoare 4000-5000 K, intensitate luminoasă reglabilă</b>  <b>10 Anoscop "Anoscop pentru hemoroizi interni sau externi, fisuri anale si fistula anale. F= 18,5 mm"</b>  <b>11 Lungime cablu video Min 2,0 m</b>  <b>12 Comutator de picior pentru Freeze &amp; Still Capture pentru Freeze &amp; Still Capture</b>  <b>13 Pompa de aer manuala da</b>  <b>14 Monitor de vizualizare Min 18 inch, Rezoluție minim FullHD</b>  <b>15 Caracteristici tehnice PC Minim: Scor CPU minim 10 000, + 8 Gb, RAM + SSD 240 Gb + Windows Pro licențiat</b>  <b>16 Soft necesar pentru PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare + ghidul utilizatorului in romana/rusă Obligatoriu</b>  <b>17 Troleu Da, min 4 roti, min 2 roti cu frana</b>  <b>18 UPS Da, minim 1000VA</b>  <b>19 Imprimanta Da, color</b>  <b>20 Consumabile tuburi sterile, transparente pentru anoscop Min. 100 buc</b></p>	buc	1	233 000,00	AMT Centru
5	<p>Descriere generală:  <b>Colposcop pentru diagnostic neinvaziv ce stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permițând o decizie terapeutică în timp util și urmărirea fazelor tratamentului.</b>  Caracteristici generale:  Sursă de lumină:  Tip LED (să nu fie integrată în capul colposcopului, instalată pe troleu.)  Gradul de iluminare: minim 30000 Lux.  Filtre de lutlina minim verde,  Intensitate luminoasă reglabilă.  Timp de viață lampă minim 50000h.  Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică  Axa de rotație minim 2.  Înălțimea brațului pe care este colposcopul reglabil.  Unghi de rotație a brațului minim 300 grade.  Posibilitatea de blocarea a mișcărilor de rotație.  Sistemul optic:  Unghiul de iluminare și vizualizare reglabil.  Focus micrometric.  Înălțimea față de podea <math>\leq 780</math> până la maxim <math>\geq 900</math> mm  Camera VIDEO, integrată în capul microscopului  Rezoluția: minimă HD, să se indice de către ofertant.  Port ieșire de comunicare HDMI/VGA/USB.  Distanța focală 250,300 mm.  Zoom valoarea minimă <math>\leq 3x</math> și valoarea maximă <math>\geq 27x</math> în minim 5 pași sau continuă (sa fie prezente obiectivele zoom indicate)  Suport Mobil:  Suport pe roți cu posibilitate de blocare.  Suport pentru monitor  Pedală pentru controlul salvării imaginii la necesitatea medicului.  Monitor:  Tip medical  Diagonala Minim 24 inch  Rezoluția Minim 1920x1080 pix.  Matrice:Tip LCD.  Porturi de intrare: HDMI/VCA/USB.  Alimentare electrică:  Sursă electrică 220-240 V  Baterie internă sau UPS - timp de lucru 30 de minute sau mai mult  Gestionare date:  Baza de date pacienți și investigații cu posibilitate de filtrare  Păstrarea datelor investigații în format brut pentru asigurarea postprocesării offline.  Export date către stație de procesare și medii de stocare.  Export în diferite formate: DICOM, JPEG, MPEG, AVI ș.a.  Export imagine statice, export fragmente video, export rapoarte, datele măsurărilor și a calculelor.  Posibilitatea de a conecta unitatea la orice calculator PC.</p>	buc	1	400 000,00	Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM

	<p>Unitatea de înscrisiere DVD și CD integrat  Dacă exportul de date presupune soft specializat pe stația de procesare (ex. DICOM server, DICOM viewer, etc) se va livra softul necesar cu licența de instalare pe cel puțin 1 stații de postprocesare.  Calculator:  Să permită conectarea la server de postprocesare și utilizarea în mod optim a aplicațiilor de postprocesare menționate în continuare:  Platform: Desktop PC  CPU compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare  RAM compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare  SSD Minim 500 GB  Graphic card compatibil cu cerințele optime de funcționare a aplicațiilor de postprocesare  Networking: Integrated network card with support for 10/100/1000Mbps  Porturi: Minim 2 porturi pentru monitor,  Minim 6x USB  Minim 2x RJ45 Ethernet port,  Minim 1 Universal audio jack  Operating System: minim MicroSoft Windows 10 Professional  Monitor medical stația de postprocesare:  Minim 24 inch LCD (IPS sau tehnologie similară)  Rezoluție minim 1980x1080 (FullHD)  Tastatură: conectare USB, litere minim EN și RU  Mouse: USB  UPS: UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 min de lucru</p> <p>Instalare/ Garanție/ Certificare:  Furnizorul va instala și testa echipamentul și toate componentele cu predarea echipamentului total funcțional  Instalarea minim 2 persoane.(Funcționarea de bază a sistemului. Rutina de întreținere)  Garanția minim 24 luni  Mentenanța pe toată perioada de garanție inclusiv cu schimbul kit-ului de mentenanță recomandat de producător.  Sarcini de întreținere/mentenanță preventivă, inclus în garanția de minim două ori pe an sau conform recomandărilor producătorului (se va prezenta de la producător/ manualul de utilizare/service în care se confirmă planul de mentenanță planificat recomandat, numărul de vizită și lucrările necesare de executat).  Termenul de achitare 60 zile din data instalării.</p>			
				1 925 000,00

**9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite**

**Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.**

**Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.**

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.**

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.**

**11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;**

**12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.**

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER).

Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligat Ivitarea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. <b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei <b>"Accesorii</b> <b>Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."</b>	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA

5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</b></p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</p>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE**

**Cerinte de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament <b>minim 24 de luni</b> - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezenta următoarele documente conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA
22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezenta următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; <b>La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe:</b> marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare element; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită, în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA

		<p>- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C;  - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină.  De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformității notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.</p>	
<b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  Codul fiscal: 1016601000212  IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</p> <p><b>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</b></p>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate  
Cod fiscal: 1016601000212  
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat  
Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.**

**Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Cod fiscal:

1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

***Garanția Bancară*** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut cost, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

**NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

**36. Data publicării anunțului de intenție: 06.04.2026**

**37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 06.04.2026**

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

*semnat electronic*

**Gheorghe GORCEAG**