



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 0(22) 222 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. 802-1198 din " 14 " 04 2021

TRIUMF-MOTIV SRL

triumf.motiv@mail.ru

triumf-motiv@mail.ru

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocdb-b3wdp1-MD-1611040117724 din 24.02.2021 privind " *Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Interventionala al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2021*", Vă comunică că conform **deciziei din 14.04.2021** oferta Dvs. nu a fost acceptată:

Lotul nr. 3 Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte - Au fost solicitate 4 mărimi distincte, conform modelului se propune modelul pentru lungimea 100 cm.

Nu s-au oferit toate formele solicitate, cum sunt vertebral, SIM1, Headhunter, cobra în lungime de 100 cm.

Lotul nr.4 Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi - Au fost solicitate 2 lungimi disponibile să s-a oferit doar lungimea 125cm.

Nu s-au oferit toate formele cerute: vertebral, SIM1, Headhunter, cobra în lungime de 125 +/- 2 cm.

Lotul nr. 12 Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale - S-a solicitat Lungimea 24cm și 29cm, s-a oferit 24cm și 27cm.

Lotul nr. 21 Conector Y duo- A fost propus conector Y mono (similar cu lotul 20), în realitate s-a solicitat conector Y DUO.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

Centru pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Ivan ANTOCI