

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților IMSP Centrul Republican de Reabilitare Pentru Copii

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
1.	Set dispozitive de reabilitare integrate într-o platformă operațională unică	"Constă din următoare dispozitive (cu posibilitatea adăugării ulterioare altor entități în platformă unică): 1) Dispozitiv pentru evaluarea și antrenarea balansării, posturii și distribuției a ponderei, asistat de stația computerizată a pacientului 2) Dispozitiv pentru antrenarea și reabilitarea în urma disfuncției a controlului și preciziei, coordonării motorii și mișcării mâinii, asistat de stația computerizată a pacientului 3) Dispozitiv pentru terapia tulburărilor cognitive, reeducarea motorică a membrelor superioare și coordonarea ochi-mână, cu stația computerizată integrată a pacientului 4) Dispozitiv pentru terapia disfuncțiilor neuromusculare prin reabilitarea funcțională a membrelor inferioare, lanț cinematic deschis, asistat de stația computerizată a pacientului Toate dispozitive sunt asistate de stația de control a pacientului și vor fi integrate în platformă operațională unică prin intermediul unei stații centralizate de control computerizat a terapeutului pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice de pe stații computerizate a pacienților Stația centralizată de control computerizat a terapeutului trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: 1) Software cu programe terapeutice interactive cu un nivel de dificultate modificabil. 2) Posibilitatea de a oferi pacientului feedback în timp real, așa-numitul ""BIOFEEDBACK"". Monitorizarea constantă a pacientului de către terapeut și posibilitatea de a schimba parametrii pe parcursul efectuării exercițiilor 3) Segmente predefinite de exerciții cu suport minimum de: Atenție divizată, mișcări funcționale, memorie, precizie a mișcărilor, rezolvarea problemelor. 4) Șabloane de formare: permite generarea de șabloane individuale de formare pentru terapeuți, generarea de șabloane pentru dispozitiv, salvarea șabloanelor proprii și a șabloanelor individualizate pentru o anumită persoană. Planuri de antrenament: Posibilitatea de a defini rapid planuri terapeutice individuale și/sau de grup, în care pentru fiecare zi de terapie/clase este posibilă definirea antrenamentului separat adaptat la ritmul, conținutul și nivelul de dificultate la nevoile pacientului. Posibilitatea de a defini numărul de exerciții într-o anumită zi, numărul zilelor de antrenament etc. Definirea unui antrenament: utilizarea șablonului predefinit, modificarea și salvarea acestuia, sau definirea propriul antrenament utilizând un creator intuitiv. Sesiune de antrenament: Abilitatea de a alocă exerciții specifice (jocuri) în cadrul unei sesiuni, de a controla numărul de repetări ale secvențelor de jocuri în cadrul unei sesiuni, de a modifica durata sesiunii etc. Atribuirea antrenamentelor: Posibilitatea de a atribui rapid ultimul antrenament efectuat, de a atribui un antrenament definit sub forma unui șablon (propriu sau al unității), de a atribui întregul plan de antrenament 5) Posibilități de ajustare a nivelului de dificultate al scenariilor de joc: - ajustarea diapazonului mișcărilor anatomice - viteza jocului - nivelul de complexitate (de exemplu, prin numărul elementelor implicate în joc, necesare de memorat) - Ambele: cât în timpul pregătirii protocolului, atât și în timp real când pacientul este în curs de antrenament 6) Arhivarea completă a rezultatelor obținute și posibilitatea de a le trimite pentru prelucrare ulterioară în formatul mediului Windows	bucată	1	1 413 969

7) Gestionarea bazei de date a pacienților: permite definirea și gestionarea pacienților, generarea parolelor de acces și atribuirea de antrenamente individuale în calendarele persoanelor care fac exerciții individuale, acces deplin la date complete de raportare, inclusiv performanța generală a pacientului

8) Limba interfeței softului: minim română și rusă

9) Posibilitatea de a genera rapoarte după teste și instruire sub formă de fișe întocmite și rapoarte cu grafice, inclusiv redarea unui exercițiu/testare

10) Calendar cu posibilitatea de a planifica tratamentele pacienților și de a deschide ultimul tratament efectuat

11) Posibilitatea de a integra în stația centralizată a terapeutului și alte dispozitive de reabilitare de la același producător

Configurația hardware a stației centralizate a terapeutului, constituită minim din:

1. Stand mobil, minim 4 roți
2. Monitor color touchscreen, diagonala min. 21"
3. Conexiune wireless și integrare cu stația computerizată a pacientului
4. Computer PC

- Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit
- procesor min. 2 GHz,
- Memorie RAM min. 8 GB
- Placă grafică integrată sau discretă
- Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi
- Conectori minim necesari: 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0)
- Tastatură și mouse: ambele fără fir

Parametrii fiecărei entități integrate în sistemul de reabilitare

Entitatea 1: Dispozitiv pentru evaluarea și antrenarea balansării, posturii și distribuției a ponderei, asistat de stația computerizată a pacientului

Permite evaluarea și antrenarea echilibrului și stabilității în condiții de podea stabilă pentru pacienții cu boli neurologice și ortopedice.

Comunicarea cu computerul și alimentarea platformei prin intermediul unui cablu USB (5 V DC)

Camera video cu conectarea USB (minimum)

Posibilitatea înregistrării și evaluării centrului de presiune

Disponibilitate: test stabilometric, test Romberg, testul dinamic, testul de distribuție a sarcinii, testul Unterberger.

Toate testele cu raportare automată a rezultatelor

Parametrii minimali înregistrați în timpul testului în legătură cu capacitatea de a menține echilibrul:

- Testul Romberg: deviația medie X/Y, viteza medie X/Y, lungimea traseului, suprafața, ochii deschiși/închisi, ochii închiși/deschiși + reprezentarea grafică a testului
- Teste de stabilitate - indicatori de stabilitate în 2 planuri, deviațiile X/Y a centrului de presiune, lungimea traseului centrului de presiune, suprafața marcată de centrul presiunii, viteza X/Y
- Testul Unterberger: numărul de pași, schimbarea unghiulară a rotației corpului pentru fiecare pas și pentru fiecare performanță
- Test dinamic: timpul de atingere a obiectivelor în cadranele individuale ale planului de sprijin, referența traiectoriei generate de pacient la valoarea minimă calculată de software.

- Test de încărcare a membrelor inferioare: procentajul de încărcare a membrului, procentajul duratei testului în care membrul a fost încărcat predominant.
 Reprezentarea grafică a rezultatului pe rapoartele de testare
 Observarea în timp real a rezultatelor testului pacientului
 Dimensiunile ale platformei: $\leq 55 \times 55 \text{ cm}$, înălțime $\leq 10 \text{ cm}$
 Greutatea suportată: $\geq 150 \text{ kg}$
 Min. 4 picioare de suport a platformei, ajustabile
 O platformă cu o barieră de siguranță din trei părți, care sporește confortul exercițiilor și testelor efectuate pe platformă, cu dimensiuni de cel puțin: $80 \text{ cm} \times 99 \text{ cm}$ (+/- 5%).
 Poziționarea picioarelor pacientului pe platformă este salvată în software, în fișierul pacientului.
 Include stația computerizată a pacientului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice
 Stația computerizată a pacientului, compusă minim din

1. Stand mobil, min. 4 roți
2. Monitor pentru pacient cu diagonala minim 40"
3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului
4. Computer PC

- Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit
 - procesor min. 2 GHz,
 - Memorie RAM min. 8 GB
 - Placă grafică integrată sau discretă
 - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi
 - Conectori minim necesari: 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0)
 - Tastatură și mouse: ambele fără fir

Entitatea 2: Dispozitiv pentru antrenarea și reabilitarea în urma disfuncției a controlului și preciziei, coordonării motorii și mișcării mâinii, asistat de stația computerizată a pacientului
 Asigură antrenarea activă a funcțiilor membrelor superioare (încheieturii și mâinii) în mediul realității virtuale
 Posibilități:

- evaluarea amplitudinii de mișcare
- exerciții dinamice

Asigură antrenarea:

- dorsiflexiei / flexiei palmară
- pronației / supinației

Dispozitiv de formă sferică, manevrabil cu mâna
 Se va oferi cu masa de lucru a pacientului și suport degrevare antebraț
 Date tehnice a dispozitivului:

- Diametru: 15 cm , înălțime 11 cm ($\pm 10\%$)
- Greutate $\leq 1,5 \text{ kg}$
- Înclinare minimă înainte - înapoi: $+20^\circ/-20^\circ$

	- Înclinare minimă stânga - dreapta: +20°/-20 Posibilitatea de conectare atașamentelor suplimentare pentru dirijarea dispozitivului Alimentare: minim 2 baterii reîncărcabile AAA Încărcător pentru baterii reîncărcabile, tip AAA Curea fixatoare pentru mână Partea de jos cu acoperire antiderapantă Kit pentru transmiterea wireless a datelor la stația computerizată a pacientului Accesorii standard ale dispozitivului: - Receptor radio - Cheie de licență - Încărcător de baterii - Atașament pentru antrenament în 1 axă - Curele pentru stabilizarea mâinii - Unealtă pentru tip de prindere suplimentară x 2pc Comunicarea fără fir a dispozitivului cu computer Reprezentarea grafică a rezultatului pe rapoartele de testare Include stația computerizată a pacientului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice Stația computerizată a pacientului, compusă minim din 1. Monitor pentru pacient cu diagonala minim 21" 2. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 3. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - procesor min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică integrată sau discretă - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0) - Tastatură și mouse: ambele fără fir Entitatea 3: Dispozitiv pentru terapia tulburărilor cognitive, reeducarea motorică a membrelor superioare și coordonarea ochi-mână, cu stația computerizată integrată a pacientului Masă interactivă multisenzor pentru antrenarea activă a funcției motorii a mâinii, a coordonării mișcărilor și a tulburărilor funcțiilor cognitive în mediul realității virtuale Ecran senzorial color pentru reabilitarea activă a membrelor superioare Moduri de testare: - gama de mișcări (precizie) - Go/No-Go (timp de reacție) - forță Schimbare ușoară și rapidă a diapazonului de lucru mișcărilor și puterii			
--	--	--	--	--

	Mobilitatea suportului: min. 6 roțile, cu frână Posibilitatea dirijării prin pultul de tip remote control Alimentarea: 230 V / 50 Hz Reglarea motorizată a înălțimii și înclinării panoului interactiv Ajustarea înălțimii și înclinării ecranului Rezistența panoului interactiv până la 35 kg Măsurarea presiunii în centrul ecranului: în starea orizontală a panoului: 0 – 300 N În starea verticală a panoului: 0 – 200 N Posibilitatea detectării simultane a câtorva puncte aplicate / obiecte Posibilitatea reglării volumului sunetului Posibilitatea conectării căștilor pentru a nu deranja pacienții din jur Grad protecție: min. IP 20 Tastatura cu touchpad Date tehnice: - dimensiuni: 170 cm x 90 cm ($\pm 10\%$) - greutate: < 250 kg Regularea înălțimii: între ≤ 70 cm și ≥ 125 cm Reglare înclinare: până la 85 de grade Posibilitatea de utilizare diferitor tipuri de unelte ce se apucă cu mâna (de tip cupă, rolă, ventuză, rotator) Comunicarea fără fir a dispozitivului cu computer Reprezentarea grafică a rezultatului pe rapoartele de testare Posibilitatea de a integra o cameră 3D pentru antrenament corporal total sau terapie mâinii Include stația computerizată a pacientului încorporată în dispozitiv, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice Entitatea 4: Dispozitiv pentru terapia disfuncțiilor neuromusculare prin reabilitarea funcțională a membrilor inferioare, lanț cinematic deschis, asistat de stația computerizată a pacientului Antrenament activ în baza rezistenței elastice aplicate în mediul realității virtuale Posibilități: - evaluarea amplitudinii de mișcare - măsurarea forței maxime - exerciții dinamice și exerciții izometrice Rezistență generată de elemente din cauciuc permite: - creșterea rezistenței proporțional cu amplitudinea mișcării - eliminarea inerției sarcinii Reglarea sarcinii cu un set ușor înlocuibil, format din două tipuri de elastomeri (cauciucuri) Cauciucuri cu rezistență înaltă la uzură: înlocuire posibilă după min. 10 000 cicluri Posibilitatea de adaptare a dispozitivului la corpul pacientului: - înclinarea și poziția scaunului			
--	---	--	--	--

		- reglarea unghiului spetezei până la poziția culcată - reglarea unghiului de pornire - reglarea lungimii manetei Stand pentru diverse tipuri de elastomeri Blocator mișcărilor genunchiurilor Mobilitatea dispozitivului: asigurată de min. 2 roțile pentru transportare Dimensiunile dispozitivului (LxIxî): 150 x 90 x 150 cm ($\pm 10\%$) Greutatea: 120 kg ($\pm 10\%$) Comunicarea fără fir a senzorului dispozitivului cu stația computerizată a pacientului Include stația computerizată a pacientului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice Stația computerizată a pacientului, compusă minim din 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru pacient cu diagonala minim 40" 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - procesor min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică integrată sau discretă - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0) - Tastatură și mouse: ambele fără fir"			
2.	Dispozitiv pentru terapia disfuncțiilor neuromusculare prin reabilitarea funcțională a membrelor superioare, inferioare și a trunchiului, lanț cinematic închis	Antrenament activ în baza rezistenței elastice Mișcarea rezistivă a suportului: amplituda max. 37 cm Ajustarea poziției (unghiului) suportului Rezistența reglabilă prin adăugarea / eliminarea benzilor elastic. Număr de benzi elastice utilizate simultan: de la 1 la 6. Sarcina inițială la fiecare bandă: 1 kg – permite inițierea terapiei la o sarcină minimă. Sarcina maximală: 30 kg Rezistență generată de elemente din cauciuc permite: - creșterea rezistenței proporțional cu amplitudinea mișcării - eliminarea inerției sarcinii Cauciucuri cu rezistență înaltă la uzură: înlocuire posibilă după min. 10 000 cicluri Posibilitatea efectuării terapiei în diferite poziții Utilizare cât pe podea, atât și cu fixarea prin curele la cușetă Dimensiunile dispozitivului (LxIxî): 100 x 30 x 40 cm ($\pm 10\%$) Greutatea: 12 kg ($\pm 10\%$)	bucată	1	29 167,00

3.	Dispozitiv motorizat controlat digital pentru terapia bolilor spinale, tratamentul scoliozei și bolii Scheuermann în poziția culcată prin tracțiune	Realizarea corecției scoliozei în trei planuri din poziție culcată a pacientului Stabilizarea biplanară a pelvisului (în plan sagita și transversal) Stabilizarea frontală a membrelor inferioare Modificarea automată a unghiului de înclinare Operarea prin display LCD touchscreen color Afișarea parametrilor selectați în timp real, ce permite analiza și biofeedback în timp real Posibilitate de setare digitală a înălțimii mesei de tratament, acționată motorizat Posibilitate de setare digitală a unghiului mesei de tratament, acționată motorizat Posibilitatea ajustării mesei pacientului în plan orizontal Posibilitatea ajustării înălțimii suportului genunchiurilor Posibilitatea ajustării poziției gleznei Posibilitatea ajustării fixatoarelor pelvisului în lățime și înălțime Ajustare automată a unghiului pernelor de fixare suportului pelvic la planul pacientului culcat Posibilitatea ajustării fixatoarelor umerilor în lățime, înălțime și de-a lungul mesei Controlul manual al forței de corecție și al unghiului de corecție aplicat Afișarea pe display LCD touchscreen a - forței de presiune aplicate în regiunea pelvică (în kg) - distanței de aplicare a presiunii de corecție (în cm) Posibilitatea setării timpului de tratament, unghiului de înclinare, înălțimii mesei Posibilitatea setării presiunii de opunere a pacientului Alarmarea sonoră ce notifică finisarea cronometrului procesului de tratare Posibilitatea de a efectua exerciții active în timpul tratamentului efectuat Calibrarea rapidă a senzorilor de forță aplicată Bază mobilă: 4 roți cu frână Scoliometer inclus Specificații tehnice: - Lungime: 220 cm (± 10%) - Lățime: 75 cm (± 10%) - Reglarea înclinării patului: 0° – 45° - Puterea unității: 300 W - Grad protecție: IP X4 - Capacitatea de încărcare a dispozitivului: 120kg - Sursă de alimentare: ~230V / 50Hz	bucată	1	431 860,50
4.	Dispozitiv robotizat pentru reabilitarea	Dispozitiv compact robotizat cu fixarea de blatul mesei, controlat prin ecran color touchscreen Asigură mișcarea continuă pasivă și activă a membrului superior Minim 6 atașamente interschimbabile pentru terapie funcțională (disc, minge, șurubelniță, cheie, mâner ușă, mixer)	bucată	1	791 700,00

	membrelor superioare	Măsurarea forței de strângere prin atașamentul de măsurare (cheie) Plan de mișcare modificabil, configurabil Electromiografie cu 4 canale, inclusiv biofeedback pe bază de EMG Exerciții activ-asistive - mișcare a membrului superior evocată de electromiografie Electrostimulare cu 4 canale, inclusiv electrostimulare funcțională – permite tratamentul chiar și a pacienților spastici Antrenarea diferitelor tipuri de strângere: cilindrică, clește, cârlig, palmară, pișcarea vârfului, sferică și laterală Exerciții funcționale Exerciții de flexie/extensie și abducție/adducție a încheieturii mâinii și de pronație/supinație a antebrațului Afișarea pe display touchscreen color: - Nume pacient - Denumirii exercițiului - Durata terapiei - Unghiului de rotire - Numărului de repetiție - Valorii EMG (în μV) - Curentului (mA) Posibilitatea efectuării tratamentului prin protocoale medicale presetate: - Mișcarea pasivă continuă - Mișcarea pasivă continuă cu forța aplicată - Mișcarea pasivă continuă + EMS - Mișcarea pasivă continuă + EMG - Mișcarea pasivă continuă + EMS + EMG - Mișcarea activă continuă isokinetică - Mișcarea pasivă continuă cu momentul de forță aplicat - Mișcarea pasivă continuă cu imitarea rotirii cheie în lăcată Posibilitatea efectuării tratamentului prin jocuri diverse preprogramate (cu prezentarea listei) Viteza unghiulară maximă: 120 °/s Momentul de forță nominal: ≥ 15 Nm Precizia măsurării momentului de forță: $\pm 0,05$ Nm Măsurarea forței: minim 0 – 100 N EMG: - până la 4 canale măsurate simultan - impedanța de intrare: 10 MΩ - frecvența de eșantionare per canal: 1000 secvențe/secundă EMS: - până la 4 canale, secvențial, reciproc sau asincron			
--	-------------------------	--	--	--	--

		- nr. repetiții: 5 – 100 - valori maxime: 50 V / 100 mA - timpul de creștere și scădere a impulsului: 0 – 4 s - timpul platoului impulsului: 1 – 20 s - frecvența impulsului: 5 – 100 Hz, până la 1000000 secvențe/secundă - lățimea impulsului: 50 – 500 μs - impedanța sarcinii aplicate: 500 – 2000 Ω Lungimea cablurilor EMG/EMS: min. 120 cm Precizia poziționării capului: ±2° Posibilitatea interschimbării atașamentelor și identificarea lor automata de către dispozitiv Rotația capului pe axa verticală: 0° la 90°, pas 15° Rotirea capului pe axa orizontală: -90° la 90°, pas 15° Intervalul de rotație a axei motoare: nelimitat Clampa de montarea pe blatul mesei: grosime până la 60 mm Greutatea dispozitivului: maxim 15 kg (± 2 kg) Dimensiuni (LxlxÎ): 35 x 30 x 50 cm (± 10%) Gradul de protecție: IP21 Alimentare electrică: 220 V, 50 Hz Butoane de oprire urgentă Interfețe de comunicare: USB, Wi-Fi, Bluetooth Indicator luminos a stării de pornire a dispozitivului Indicator luminos de indicare a poziției extensiei atașate Inclusă masa cu reglarea motorizată a înălțimii: - Lungime x lățime: minim 110 cm x 70 cm sau mai mult - Înălțime ajustabilă motorizat: minim 70 cm – 130 cm (± 10%) Inclus suport antebrăț: - fixabil de masa - înălțime ajustabilă			
--	--	--	--	--	--

Valoarea estimativă: 2 666 696,5 fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:	DA

		- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 36 de luni; originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	DA

		împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
20	certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
21	Notă	Notă: Grupul de lucru, la etapa evaluării ofertelor, în cazul constatării încălcării unuia din principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice reglementate de art. 7 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, își rezervă dreptul de a anula procedura de achiziție publică.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
21	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
22	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

22. Evaluarea va fi efectuată conform criteriului de evaluare și datelor din Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical.

23. Ofertele se prezintă: în lei.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

1. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 15.04.2025

2. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 15.04.2025

3. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

4. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG