

**Servicii de mentenanta preventiva /corectiva externa , Departamentul
Oncologie Radiologica, pentru anul 2026**

Nr.	Dispozitiv medical <i>(model, producător, anul producerii)</i>	Cantit.	Lucrări necesare solicitate	Periodicitate lucrărilor	
1	Accelerator liniar de particule Vital Beam, Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 2021	1 unit	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Toate lucrările de reparație, manopera de instalare a pieselor (din raportul de service) și softului sunt incluse. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv $\leq$ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Trimestrial	

2	Accelerator liniar de particule Clinac DHX, Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 2008	1 unit	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Toate lucrările de reparație, manopera de instalare a pieselor (din raportul de service) și softului sunt incluse. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv $\leq$ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Trimestrial	
---	--	---------------	---	-------------	--