

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea Reagenți și consumabile secția laborator 2021**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri**

(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemițanu”
2. **IDNO:** 1003607150139
3. **Adresa:** or.Drochia bul.Nicolae Testemițanu 2/3
4. **Numărul de telefon/fax:** /252/22448, 067630622, medic laborant-sef Donu L.069740185
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** sdrochia@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** **Instituție medico-sanitară publică –servicii medicale**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		LOTUL I Reactive pentru analizorul automat biochimic A-15 (tip închis)				
	33696500-0	AST/GOT set 250 ml	ml	5000	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
	33696500-0	ALT/GPT set 250 ml	ml	5000	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să	

					<p>fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>
	33696500-0	ALP-AMP set 100 ml	ml	500 ✓	<p>ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>
	33696500-0	α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml	ml	45000	<p>ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>
	33696500-0	BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml	ml	750 ✓	<p>ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.</p>
	33696500-0	BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml	ml	750 ✓	<p>ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu</p>

					analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
	33696500-0	CALCIUM-ARSENAZO set 500 ml	ml	500	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
	33696500-0	CHOLESTEROL set 500 ml	ml	1500	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
	33696500-0	CHOLINESTERASE (CHE) set 150 ml	ml	200	ambalaj standard p/u A 15, set 2 fl. x 60 ml + 2fl. x 15 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
	33696500-0	CREATINE KINASE-MB (CK-MB) set 45 ml	ml	450	ambalaj standard p/u A 15, set 3 fl. x 12 ml + 1 fl. x 10 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de	



					compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
	33696500-0	CREATININE set 500 ml	ml	5000	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
	33696500-0	GLUCOSE set 500 ml	ml	6000	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
	33696500-0	IRON-FERROZINE set 250 ml	ml	500	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	

	33696500-0	PROTEIN (TOTAL) set 500 ml	ml	2000	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
	33696500-0	TRIGLYCERIDES set 500 ml	ml	1000	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
	33696500-0	UREA/BUN-UV set 250 ml	ml	5500	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
	33696500-0	URIC ACID set 500 ml	ml	1500	ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse

					în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
33696500-0	ALBUMIN în ser set 50 ml	ml	500	✓	ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
33696500-0	Proteina C reactive(CPR)	ml	100	✓	ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
33696500-0	Calibrator Proteina C reactive ,1ml	ml	1	✓	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
33696500-0	Control CPR,ASLO,RF normal	set	2	✓	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu

					cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
	33696500-0	Control CPR,ASLO,RF patologic	set	2	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
	33696500-0	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml	ml	250	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
	33696500-0	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml	ml	250	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.
	33696500-0	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml	ml	250	ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj



					trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
		SUMA				114419,18
		<b>Lotul II Consumabili pentru analizatorul biochimic de tip închis A15</b>				
33140000-3	Soluție concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15	Set	2	fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set		
33140000-3	Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15	Set	1	fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set		
33140000-3	Soluție de spălare fl. 1000 ml p/u A 15	Set	1	fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set		
33140000-3	Rotor de reacție p/u analizator A 15 set 10 buc.	Set	55	specific p/u A 15 set 10 buc.		
33140000-3	Cuva pentru ser la analizator A 15 set 1000 buc.	Set	10	specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc.		
33140000-3	THICK PROBE (Ac petru dozare)	Set	1	material: oțel inoxidabil		
33140000-3	Lampa pentru analizator automat A15, buc	buc	1			
	Suma					89173,73
	<b>LOTUL III Seturi și reagenți pentru analizatorul de urină DIRUI H100</b>					
33696500-0	Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-100 (100teste/set)	set	100	Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebuie sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose). Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.		
33696500-0	Urine control (Negative)	buc	2	Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale		



					produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
	33696500-0	Urine control (Pozitive)	buc	2 ✓	Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
		Suma				12228,33
		<b>LOTUL IV REAGENȚI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZATORUL BENESPHERAH32</b>				
	33696500-0	Dilued pentru BenespheraH32	Canistră	6 ✓	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu BENESPHERA H32	
	33696500-0	Sol. de lizare pentru BenespheraH 32	flacon	12 ✓	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml,compatibil cu BENESPHERA H32	
	33696500-0	Sol.de spălare pentru BenespheraH32	flacon	12 ✓	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 900ml, compatibil cu BENESPHERA H32	
	33696500-0	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele	set	3 ✓	CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce defines variația așteptată în domeniu normal, scăzut, crescut cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum 2-3ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni	
		Suma				12008,25
		<b>LOTUL V REAGENȚI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZATORUL EMERALD 22</b>				
	33696500-0	EMRLD22 DIL AV CD, 9H6201,10l	canistră	15 ✓	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20l,compatibil cu EMERALD 22	
	33696500-0	EMRLD 22LYSE BIT CD,9H6101,500ml	flacon	26 ✓	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500ml,compatibil cu EMERALD 22	
	33696500-0	EZ Cleaner CD,9H6001,980ml	flacon	26 ✓	CE, detergent enzimatic proteolitic oncentrate pentru spălarea curentă, volumul 980ml, compatibil ccu EMERALD 22	
	33696500-0	CD 22+CAL, 1fl,9H7301	set	2 ✓	compatibil ccu EMERALD 22	
	33696500-0	CD 22+CTRL HALFP,9h7202	set	2 ✓	compatibil ccu EMERALD 22	
	33696500-0	Sol.concentrată de hipohlorid 0,5%,1l	flacon	6 ✓	compatibil ccu EMERALD 22	
		SUMA				111806,66
		<b>LOTUL VI REAGENȚI PENTRU CERCETĂRI ALE SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ PENTRU COAGULOMETRU HELENA C1</b>				
	33696500-0	Tromboplastin-Li,	set	15 ✓	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în	

		10ml/100teste			solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma, INR, set cu 1000 teste	
33696500-0		Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator	set	4	✓	CE, reagent thrombin liofilizat, uscat, soluție tampon imidazole concentrate, plasma calibrator liofilizat uscat, set 21ml pentru 100 teste
33696500-0		Control plasmă cu nivel normal	flacon	2	✓	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml
33696500-0		Control plasmă cu nivel crescut	flacon	2	✓	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.
33696500-0		Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen	flacon	2	✓	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml
		Suma				8154,00
		<b>LOTUL VII</b> Seturi și reagenți pentru investigații hemogramă				
33696500-0		Hemoglobin Drabkin(sol.concentrată)	set	10	✓	Reagent +calibrator (pentru 600de probe) certificat de calitate de la producător
33696500-0		Control pentru hemoglobină 3nivele	set	2	✓	3ml L,N,H certificat de calitate de la producător
		SUMA				1033,33
		<b>LOTUL VIII</b> Reagenți și seturi pentru investigații imunohematologice				
33696500-0		Țoliclon anti A	Buc.	5	✓	10 ml titru 1:32 aglutinare directă pe suprafață, certificat de înregistrarea RM, ISO certificat de calitate de la producător
33696500-0		Țoliclon anti B	Buc.	5	✓	10 ml titru 1:32 aglutinare directă pe suprafață, certificat de înregistrarea RM, ISO certificat de calitate de la producător
33696500-0		Țoliclon anti Dsuper IgM	Buc.	5	✓	10 ml titru 1:512 aglutinare pe microplășă timp de 10 sec.,certificat de înregistrarea RM, ISO certificat de calitate de la producător
		Suma				450,00
		<b>LOTUL IX</b> Reagenți și seturi pentru investigații imunologice				
33696500-0		HBs Ag	buc	400	✓	Teste rapide pentru determinarea calitativă HbsAg în ser certificat de calitate de la producător
33696500-0		Anti HCV	buc	300	✓	Teste rapide pentru determinarea calitativă Anti HCV în ser certificat

					de calitate de la producător	
33696500-0	Anti HBcore sumar	Set	1	✓	sensibilitatea 100%, specificitatea 100% cu sol. TMB, omologat în RM; ISO, CE, certificat de calitate de la producător	
33696500-0	Anti HDV	Set	1	✓	sensibilitatea 100%, specificitatea 100% cu sol. TMB, omologat în RM; ISO, CE, certificat de calitate de la producător	
33696500-0	AntiHBsAg	set	1	✓	sensibilitatea 100%, specificitatea 100% cu sol. TMB, omologat în RM; ISO, CE, certificat de calitate de la producător	
33696500-0	D-Dimer-IFA,96 teste	set	3	✓	sensibilitatea 100%, specificitatea 100% cu sol. TMB, omologat în RM; ISO, CE, certificat de calitate de la producător	
33696500-0	Procalcitonin,96 teste	set	5	✓	sensibilitatea 100%, specificitatea 100% cu sol. TMB, omologat în RM; ISO, CE, certificat de calitate de la producător	
33696500-0	PCR latex test	Flacoane	4	✓	5 ml, certificat ISO, limita minimă de detecție 0,6 mg/ul,cu control(+,-) certificat de calitate de la producător	
33696500-0	ASLO latex test	Flacoane	2	✓	5 ml, test, certificat ISO, limita minimă de detecție 300 ul/uml,cu control(+,-) certificat de calitate de la producător	
33696500-0	FR latex test	Flacoane	2	✓	5 ml,certificat ISO, limita minimă de detecție 8 ul/ml cu control(+,-) certificat de calitate de la producător	
	SUMA					25758,33
	<b>LOTUL X</b> <b>Reactivi chimici pentru</b> <b>analize de rutină în</b> <b>laborator</b>					
33696500-0	Acid glaciari (acetic)	l	1	✓	Incolor Certificat de calitate de la producător	
33696500-0	Soluție Romanovschi-Ghimza	litri	8	✓	Albastră Certificat de calitate de la producător	
33696500-0	Sol.Briliant crezyl bleu	ml	50	✓	Albastră Certificat de calitate de la producător	
33696500-0	Acid sulfasalilic	kg	2	✓	Praf alb Certificat de calitate de la producător	
33696500-0	Ulei de imersie 1000 ml	fl	10	✓	Incoloră Certificat de calitate de la producător	
	SUMA					2706,66
	<b>LOTUL XV</b> <b>eselă și articole de</b> <b>ustensilă</b>					
	Eprubete cu Citrat de Na3,8%	buc.	12000	✓	Eprubete cu Citrat de Na3,8% pentru coagulogramă volomul sînge 2,5 ml ,cu capac ,cu etichetă Certificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător	
	Cuve pentru coagulometru HelenaC1	Buc	8000	✓	Cuve formă conică,plasticCertificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător	



	Ștativ 40l	buc	8	✓	
	Ștativ 20l	buc	5	✓	
	Pipete Pancenco	buc	100	✓	
	Eprubete cu Citrat de Natriu 2,5ml	buc	12000		
	SUMA				6810,00
<b>Valoarea estimativă totală</b>					384548,50

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru fiecare lot in parte;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pină la finele anului 2021

### Cerințe către seturi și reagenți

Cu termen de valabilitate, garanție - nu mai mic de 12 luni

Să posede certificat ISO ;CE ;GMP

Agentul economic să dispună de autorizare de la producător sau certificate de desemnare în calitate de distribuitor Să fie adaptat la analizatorul hematologic Bene Sphera H32, Să fie adaptat la coagulometru HELENA C1,

Să dispună de certificate de înregistrare în RM, conform Ordinului Nr. 162 al MS RM din 16.06.2000

În seturile imunologice prin metoda ELIZA să fie în calitate de oxidant TMB, reagenții cu colorație diversă, specificitatea ~100%, sensibilitatea ~100%

Ambalajul conghiugatului să fie de 1 ml

Posibilitatea determinării titrului anticorpilor

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional Da 3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin	Obligativiu
5	Oferta	Formularul F3.1, confirmată prin semnătura electronica a participantului Obligativiu	Obligativiu
6	DUAE	confirmat prin semnătura electronica a participantului Obligativiu	Obligativiu
7	Formularul ofertei F 4.1	- original - conform formularul ofertei F 4.1. confirmată prin semnătura electronica a participantului	Obligativiu

8	Formularul ofertei F 4.2	- original - conform formularul ofertei F 4.2 . confirmată prin semnătura electronica a participantului	Obligatori
9	Certificat de atribuire a contului bancar	-copie- confirmată prin semnătura electronica a participantului	Obligatori
10	Licența de activitate conform legislației	-copie- confirmată prin semnătura electronica a participantului	Obligatori

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: \_\_\_\_\_
16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): \_\_\_\_\_
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot in parte , cu corespunderea cerintelor solicitate.
19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP  
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP
20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender*
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
22. Locul deschiderii ofertelor: or.Drochia Nicolae Testemitanu 2/3 achizitii.md/sr-drochia.com.md  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele întîrziate vor fi respinse.*
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" Mtender.*
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): \_\_\_\_\_
27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_\_\_\_\_
28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_
29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.03.2021
30. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	accepta
facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

31. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru: Babin Iurie

Șef serviciul juridic

Filip A.

