

**ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

privind achiziționarea

« Testări fizico-radiologice p/u dispozitivele cu radiație ionizantă - 2025»

prin procedura de

Achiziție cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1747908918738/21422661

conform SIA RSAP M-Tender

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809, Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice.**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achiziti@urgenta.md http://www.urgenta.md,**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu e cazul.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	C o d C P V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cant U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
1.1	73430000-5	1. 1. X-ray digital (DuoDiagnost, PHILIPS)	1/buc	RD05-4: În fizică, LA07-1: Pentru radiologie de diagnosticare Testari fizico-radiologice de performanță a generatoarelor cu Raze X, inclusiv: Tensiunea tubului(kV) - Acuratețea tensiunii tubului) Timpul de expunere(t) - Acuratețea timpului de expunere Puterea de ieșire (Y) tubului de Raze-X, inclusiv: - Reproducerea și linearitatea mAs - Constanța puterii de ieșire în mGy/mAs pentru o serie de valori mA și/sau mAs; Grosimea de semiatenuare (HVL)/Filtrarea totală - HVL sau Filtrarea totală (în diapazonul kV stabilit); Dozimetrie, inclusiv - Calibrarea indicatorului de doză incorporat (Acuratețea DAP/KAP-metru, dacă este dotat); - Calculul și estimarea incertitudinii totale DAP/KAP-metru incorporat; - și/sau Calculul și evaluarea/estimarea (sisteme fără DAP/KAP) valorilor tipice a dozelor de expunere a pacienților	3 600,00
1.2		1.2. X-ray digital (FLEXAVISION F3 + CH-200M, SHIMADZU)	1/buc		7 200,00
1.3		1.3. X-ray digital (Helios DRF, Assing Medical)	1/buc		3 600,00
1.4		1.4. X-ray digital (G4, Shimadzu)	1/buc		3 600,00
1.5		1.5. Angiograf (Trinias C12, SHIMADZU)	1/buc		7 200,00
1.6		1.6. Angiograf biplanar (Artis Zee, SIEMENS)	1/buc		14 400,00
1.7		1.7. Computer Tomograf (Aquilion PRIME TSX-303A/AC, TOSHIBA)	1/buc		7 200,00
1.8		1.8. Ortopantomograf (ProMax 3D Mid, Planmeca)	1/buc		7 200,00
1.9		1.9. C-arm (ZEN-7000, Genoray)	1/buc		3 600,00
1.10		1.10. C -arm (OPESCOPE ACTENO, Shimadzu)	1/buc		3 600,00
1.11		1.11. C-arm (Siremobil ISO-C, SIEMENS)	1/buc		3 600,00

1.12	1.12. X-ray mobil (MOBILE ART EVOLUTION, Shimadzu)	5/buc	(în cazul radiografiei pentru stabilirea Nivelului de referință pentru diagnostic(DRL) este recomandat: Kae-Kerma aeriană la suprafață de intrare sau Pka-Produsul Kerma aeriană-suprafață) - radiația de scurgere(unde este practicabil) -Doza absorbită suprafața de intrare pe procedura (nivelele de referință elaborate de Beneficiar (mGy) sau APR * Pentru CT: CTDI pentru fiecare tip de scanare si FOV (Body&Head) Acuratetea DAP Linearitatea ROI Standarde de referință RP 162. Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy. Radiation Protection No162. European Commission. European Union, 2012 IAEA Technical Reports Series No. 457. Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice. IAEA, Vienna, 2007 IAEA Human Health Series No. 24. Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients. IAEA, Vienna, 2013 IAEA Human Health Series 4. Implementation of the International Code of Practice on Dosimetry in Diagnostic Radiology. IAEA, 2011 ICRU Report 74. Patient Dosimetry for X Rays Used in Medical Imaging. Oxford University Press. 2005 ICRP Publication 135. Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging. Ann. ICRP 46(1). 2017 Graficul prestare la solicitare pe parcursul anului 2025	18 000,00
1.13	1.13. X-ray mobil (XFM, Italaray)	3/buc		10 800,00
1.14	1.14. X-ray mobil (Simply DR, IBIS)	1/buc		3 600,00
Valoarea estimativă totală fără TVA				97 200,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **La comandă, conform graficului de prestare.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
2	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
3	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional. Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
4	Autorizație radiologică (eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice)	copie Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
5	Termenul de livrare/prestare/executare:	La comandă, conform graficului de prestare.	Obligativ
6	DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE	(Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică)	Obligativ
7	Metoda și condițiile de plată:	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică **nu se aplică**)
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică**.
15. Ofertele se prezintă în valută: **lei MDL**.
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitații.**
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender**
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile.**
21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP M-Tender.** Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba română.**

23. Alte informații relevante: -----

Conducătorul grupului de lucru:



Diana Manea.