

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Servicii de deservire și întreținere a dispozitivelor medicale – 2026**
prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1769424966543/21555995**
conform SIARSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html>

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809, Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice, 068-026-999**
Constantin Pîntea – persoana responsabilă.
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md;**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (*dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună*): **IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr	CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrăr. solicitate	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimate (p/u fiecare lot în parte) lei MD
1	50421000-2	Angiograf monoplanar Trinias C12, Shimadzu (2014)	buc	1	Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice. Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice. Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului. Verificarea și curățirea filtrelor de aer. Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate. Testarea, calibrarea și curățirea modului fiziologic, inclusiv mentenanța preventivă și corectivă pentru stația de achiziție a semnalului. Mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la necesitate, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	312 984,00
2	50421000-2	Angiograf biplanar Artis Zee Biplane, Siemens (2024)	buc	1	Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice, verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice, verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului, inclusiv a brațelor C. Verificarea și curățirea filtrelor de aer. Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate. Testarea, calibrarea și curățirea modului fiziologic, inclusiv mentenanța preventivă și corectivă pentru stația de achiziție a semnalului; mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 3.	234 738,00

Lotul nr. 3 Computer Tomograf (80 slice) și (320)slice						652 800,00
3	50421000-2	3.1. Computer Tomograf (80 slice) Aquilion PRIME, Toshiba (2014)	buc	1	3.1. Computer Tomograf (80 slice) Aquilion PRIME, Toshiba (2014). Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice. Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice. Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry). Verificarea și curățirea filtrelor de aer. Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului, verificarea și reînnoire software la necesitate, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Numărul de vizite per an – 4.	326 400,00
3	50421000-2	3.2. Computer Tomograf (320 slice) Aquilion ONE, Canon (2023)	buc	1	3.2. Computer Tomograf (320 slice) Aquilion ONE, Canon (2023. Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice. Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice. Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry). Verificarea și curățirea filtrelor de aer. Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare).Evaluarea și calibrarea calității imaginii.Instruirea personalului medical la necesitate. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Deservirea imprimantei laser " HighCap Xp, COLENTA" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; Deservirea angiomatului "ImaStar CDP, Antmed", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	326 400,00
4	50421000-2	4. X-ray staționar Duo Diagnost, Philips (2007)	buc	1	Curățarea părților componente ale echipamentului (alte decât cele ce sunt executate de către operator); Curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; Testarea și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului; Verificarea și reglarea/calibrarea părților mecanice de mișcare și culisare; Verificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare; Verificarea și reglarea/calibrarea panoului de comandă și control; Verificarea și reglarea/calibrarea dozelor de expunere și a regimurilor de lucru; Verificarea conexiunilor electrice; Verificarea funcționării motoarelor; Verificarea ventilatoarelor, etc; Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor; Verificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor;Centrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiații ionizante, după caz; Ajustarea senzorilor Bodyguard; Ajustarea generatorului de radiație ionizantă; Calibrarea collimatorului; Verificarea și calibrarea miscarii mesei ; Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului); O importanță deosebită va fi acordată verificării și întreținerii tubului de radiații ionizante, re-adaptarea tubului (la necesitate) ; Deservirea printerului "Horizon G2, Codonics" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Deservirea stației și a cititorului "PCR Eleva S, Philips" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. Numărul de vizite per an – 4.	124 416,00
5	50421000-2	5. X-ray staționar Flexavision F3 & CH200M, Shimadzu (2014)	buc		Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației). Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pământ , schimbarea uleiului în conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului). Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frinelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale). Verificarea, curățarea Cod și ungerea componenetelor mecanice a mesei de scopie și grafie. Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. Instruirea personalului medical la necesitate. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la necesitate, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	127 200,00

6	50421000-2	6. X-ray staționar Helios DRF, Assing S.p.A. (2023)	buc	1	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pământ, schimbarea uleiului în conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frinelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei pacientului; Deservirea imprimantei laser " HighCap Xp, COLENTA" curățarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului; verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	127 200,00
7	50421000-2	7. Electrocuagulator. CENTURION Vision System Active Sentry, Alcon Management S. A. (2022)	buc	1	Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și fixarea roților). Verificare parametri tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare întrerupători). Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului; Verificare conectori și cabluri; Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up; Măsurarea rezistențelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare și curățare filtre; Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă și pistoane de acționare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); Verificare și curățare ventilatoare de răcire; Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii și vacuumului); Verificare recunoaștere casetă; Testare la priming a casetei; Verificare rezistență a instrumentelor de măsură; Verificare coagulare la cele trei praguri; Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; Verificare vitrectomie la 4000 cpm. Verificare și calibrare ecran; Descărcare fișiere de loguri și erori; Verificare pedală (funcționare continuă și ușoară); Verificare sonde (hand piece, autosert); Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). Numărul de vizite per an – 2.	81 600,00
Lotul nr.8 Microscopie Chirurgicale						148 800,00
8	50421000-2	8.1. Microscopie Chirurgicale OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss (2017)	buc	1	8.1. Microscopie Chirurgicale OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss (2017). Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mănere și sistem de cuplare XY; Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; Test funcțional al standului coloană; Inspecție vizuală și funcțională a rotilor; Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery; Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului. Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune (în caz de necesitate). Numărul de vizite per an – 1.	74 400,00
8	50421000-2	8.2. Microscopie chirurgicale OPMI LUMERA 700, Carl Zeiss (2021)	buc	1	8.2. Microscopie chirurgicale OPMI LUMERA 700, Carl Zeiss (2021). Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mănere și sistem de cuplare XY; Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; Test funcțional al standului coloană; Inspecție vizuală și funcțională a rotilor; Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery; Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului. Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune (în caz de necesitate). Numărul de vizite per an – 1.	74 400,00
9	50421000-2	9. Analizoare hematologice KX – 21N, Sysmex (2013)	buc	1	Curățare cameră de TD și linia de proba diluată. Verificare nivel camera capcană, golire în cazul în care necesită. Curățare supapa rotorului (SRV) țava eșantion. Întreținere la fiecare 2500 probe. Curățare camera de deșeu (clătire în secvențe). Curățare traductor (clătire în secvență). Întreținere la fiecare 7500 de probe: Curățare supapa rotorului eșantion (SRV). Întreținere de necesitate. Auto Clătire. Curățare Cupa clătire. WBC / RBC Clean traductor deschidere. Înlocuire rezervor de deșeu. Reînnoirea sistemului software la (la necesitate). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Numărul de vizite per an – 4.	10 800,00
10	50421000-2	10. Analizoare de gaze sangvine Cromatograf CROM-5 (1986)	buc	1	Controlul ermeticității- cuplărilor magistralilor de gaze și înlăturarea defectelor. Regenerare și schimbarea absorbentilor la filter în rețeaua de gaze. Testarea purității injectorului și curățarea lui. Testarea purității și curățarea detectorului DTP. Controlul și reglarea sistemului de indicație a parametrilor. Testarea și reglarea corespunderii debitului de gaz purtător. Testarea funcționării și înlăturarea defectelor înregistratorului. Numărul de vizite per an – 4.	32 674,00

Lotul.nr .11 Analizator bacteriologic						60 000,00
11	50421000-2	11.1. Analizator bacteriologic BACT- ALERT 3D, Biomerieux SA (2023)	buc	1	11.1. Analizator bacteriologic BACT- ALERT 3D, Biomerieux SA (2023). Intervenții nelimitate în caz de defecțiuni accidentale (deplasare, manoperă); curățare filtre, lubrifiere părți mecanice (la necesitate); calibrare dispozitiv; testare performanță; instruire utilizatori (la necesitate); Actualizare și reinstalare software la necesitate; Test de performanță a acumulatorilor interni de la UPS; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice. Numărul de vizite per an – 2.	30 000,00
11	50421000-2	11.2. Analizator bacteriologic VITEK 2COMPACT, Biomerieux (2011)	buc	1	11.2. Analizator bacteriologic VITEK 2COMPACT, Biomerieux (2011). Verificare și calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Curățarea sistemului mecanic caroseria; Curățarea sistemului pentru casete; Calibrarea dispozitivului; Actualizare și reinstalare software la necesitate; Test de performanță a acumulatorilor interni de la UPS; Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 2.	30 000,00
12	50421000-2	12. Autoclave și sterilizatoare RENO- S130D, Renosem (2014)	buc	1	Verificarea modului de aspirare peroxid; Testarea pompei de vacuum și a celei de aer; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Verificarea și curățarea tuturor filtrelor; Curățarea garniturilor de ermeticitate a camerei; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare); Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice; Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Reînnoirea sistemului software la (la necesitate); Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Numărul de vizite per an – 4.	108 960,00
Lotul.nr.13 Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale)						204 000,00
13	50421000-2	13.1 Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale) Generator O2 nr.3 Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco; Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC (2021)			13.1 Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale) Generator O2 nr.3. Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco; Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC (2021). Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco: Schimbare ulei. Schimbare filtru ulei. Schimbare filtru aer. Curățarea radiatoarelor de răcire (demontare/montare și spălare). Schimbare kituri de mentenanță (la necesitate). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco: Demontare și montare filtre de linie noi. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC: Schimbare filtru (la necesitate); Schimbare microfiltru (la necesitate); Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. verificarea și ajustarea parametrilor de performanță, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Numărul de vizite per an – 4.	102000,00
13.	50421000-2	13.2 Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale) Generator O2 nr.2 Compresor: ZT 55, Atlas Copco; Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC (2020)			13.2 Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale). Generator O2 nr.2. Compresor: ZT 55, Atlas Copco; Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC (2020). Compresor: ZT 55, Atlas Copco: Schimbare ulei. Schimbare filtru ulei. Schimbare filtru aer. Curățarea radiatoarelor de răcire (demontare/montare și spălare). Schimbare kituri de mentenanță (la necesitate). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco: Demontare și montare filtre de linie noi. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC: Schimbare filtru (la necesitate); Schimbare microfiltru (la necesitate); Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. Verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	102000,00
Total						2 226 172,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) **Pentru mai multe loturi;**
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare solicitate **Incoterms DDP 2020**
- **pentru lucrări: la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore după efectuarea comenzii;**
- **pentru servicii: conform graficului stabilit în manualul de exploatare a echipamentului medical.**
- * Serviciile vor fi prestate trimestrial și la solicitarea inginerului local- pentru loturile (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13)**
- * Serviciile vor fi prestate anual și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local –pentru lotul (8)**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării până la 31 decembrie 2026**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu
4	<u>Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.</u>	1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau 2) transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1) _____ din _____" Confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
5	DUAE	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului	

6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatori
7	Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat (utilajului supus deservirii tehnice) – tradus în limba de stat (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	copie - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatori
8	Adeverință de înregistrare eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice (la lotul 1,2,3,4,5,6)	copie - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;;	Obligatori
9	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);	Conform anexei nr. 13 din DS Se prezintă la solicitare.	(la solicitare)
10	Cerință obligatorie	Timp de intervenție la apariția unei erori sau defecțiuni: * OE va asigura perioada de reacție jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice Documente minim obligatorii: * Pe lângă factura fiscală și actul de îndeplinire a lucrărilor OE va emite un raport detaliat cu constatări și recomandări, inclusiv costuri estimative și coduri de referință pentru piesele ce necesită a fi înlocuite ; * În cadrul procedurii de achiziție se va prezenta un extras (.pdf) din manualul de utilizare / service sau manualul de mentenanță al modelului de dispozitiv medical pentru care se depune oferta, în care se vor regăsi toate lucrările recomandate de producător ce necesită a fi efectuate pe parcursul unui an de exploatare.	Obligatori
11	Notă	* Piese de schimb pentru mentenanța preventivă nu sunt incluse în costul serviciilor de mentenanță preventivă. **Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. *** Mentenanța preventivă pentru dispozitivele medicale sunt activitățile de întreținere periodică și inspecție efectuate pentru a preveni defectarea sau deteriorarea echipamentelor medicale înainte ca acestea să prezinte probleme. Asigurarea funcționării corecte și sigure a dispozitivelor medicale, protejând atât pacienții, cât și personalul medical, precum și de a respecta reglementările și standardele de siguranță. Mentenanța preventivă a dispozitivelor medicale include: - Inspecții vizuale și funcționale - Verificarea, calibrarea, testarea - Lucrări de întreținere și mentenanță conform recomandării producătorului dispozitivului prin înlocuirea consumabilelor prevăzute	Obligatori

		- Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și raportarea prin intermediul unui act de defect - Lucrări de mentenanță corectivă în cazul de defecțiune	
12	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	1) Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau 2) transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL , codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1) Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
13	<i>Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020).</i>	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligativ
14	<u>Notă</u>	1. Ofertantul va indica în oferta propusă prețul trimestrial, conform modelului din documentația standard. 2. Suma pentru Oferta financiară se va indica pentru 4 trimestre (pentru loturile 1,3,3.1,4,5,6,9,10,12,13.1,13.2); - Suma pentru Oferta financiară se va indica pentru 3 trimestre (p-u lotul nr.3) - Suma pentru Oferta financiară se va indica pentru 2 trimestre (p-u lotul nr. 7, 11.1, 11.2) - Suma pentru Oferta financiară se va indica pentru 3 trimestre (p-u lotul nr.8)	Obligativ
15	Metoda și condițiile de plată:	- Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **este Obligativ**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **este Obligativ**, cuantumul **5%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională MDL.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **În cazul ofertelor cu preț indentic, câștigătoare va fi desemnată oferta clasată pe primul loc și prima depusă în SIA RSAP M-Tender, cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **[ora exactă]** Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: **[data]** Informația o găsiți în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
2. **Ofertele întârziate vor fi respinse.**
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **BAP nr.7 din 23.01.2026** (https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_07_0.pdf)
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

39. Alte informații relevante:-----

Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a Contractului.

În prețul de deservire vor fi incluse:

- lucrările de complicație joasă – mentenanța periodică, mentenanța corectivă, mentenanța preventivă și reparații curente a dispozitivelor medicale;
- lucrări de complicație înaltă – reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor integrale și pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu;
- piesele de schimb cu prețul până la 1000 (una mie) lei MD vor fi achitate de executor, iar piesele cu prețul mai mare de 1000 (una mie) lei MD vor fi achitate de beneficiar;
- montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea;
- lucrările de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale;
- piese de schimb pentru lucrări de complicație joasă, asamblarea lor și verificarea parametrilor conform manualului tehnic.

Deservirea dispozitivelor medicale constă în:

- **Mentenanța preventivă**, din care fac parte lucrările ce pot preveni defectarea dispozitivului (curățirea dispozitivului de praf în interior, verificarea funcționalității tuturor modulelor, butoanelor, conectoarelor, fișelor de 220V, accesoriilor și repararea lor dacă e necesar, instalarea clamelor) și efectuarea lucrărilor specificate în anexe. Aceste lucrări se vor efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer din departamentul tehnologii medicale.

- Mentenanța corectivă, din cadrul ei fac parte lucrările de reparație a modulelor și a componentelor defectate. Efectuarea acestor lucrări se va efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer, dar dacă este necesar repararea complexă, atunci se va face în locul specificat de către prestatorul de servicii cu înștiințarea beneficiarului și a Bioinginerului, semnând de către ambele părți un act de predare – primire a dispozitivului medical sau a unei componente.

După finalizarea oricărei lucrări dispozitivele medicale vor fi testate, apoi date în exploatare.

Conditii speciale:

a) **Materialele și piesele de schimb pentru efectuarea lucrărilor de reparație de o complicație înaltă se vor achiziționa adăugător conform legislației în vigoare, din suma rezervată pentru acestea;**

b) **Lucrările de reparație a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur;**

c) **În cazul determinării unui defect de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentantul serviciului tehnic medicală a Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului;**

d) **După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport, specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbare de piese care s-a efectuat;**

e) **Piese defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată ce sunt schimbate;**

f) **În caz de defectare Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 24 ore;**

g) **La finalul deservirii dispozitivelor medicale inginerul este obligat să introducă în fișa de mentenanță toate lucrările efectuate și să prezinte un act de deservire a dispozitivului medical în care să includă toate lucrările efectuate.**

În acest act să fie incluse semnăturile beneficiarilor: Directorul general, Coordonatorul Departamentului Tehnologii Medicale, Șeful Departamentului Tehnologiilor Medicale, Bioinginerul responsabil, Șeful secției. La prezentarea facturii fiscale obligatoriu să se prezinte acest act.

Actul de îndeplinire a lucrărilor de deservire trebuie să fie elaborat pentru fiecare dispozitiv medical;

h) **Stațiunile tehnice, care vor depăși mai mult de 10 zile calendaristice, din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de deservire, reparație, montare, ajustare, vor fi excluse din achitățile contractuale. În caz de necesitatea efectuării lucrărilor de complicație înaltă, termenul dat poate fi prelungit cu acordul ambelor părți;**

i) **Inginerii care deserveșc dispozitivele medicale trebuie să dispună și să prezinte diplomă de studii în domeniul bioingineriei (copie) sau certificat în domeniul tehnologiilor medicale, certificat de studiu pentru dispozitivele medicale deservite.**

Prestatorul se obligă:

să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

să deservească și să repare dispozitivele medicale în prezența colaboratorilor serviciului tehnic medicală a Instituției;

să îndeplinească formularele-model (fișa de mentenanță, fișa dispozitivului, jurnal de gardă, fișa de deservire), după fiecare intervenție la dispozitiv;

să asigure beneficiarul cu manuale tehnice și manuale de utilizator în limba de stat;

să instruiască personalul medical și tehnic;

să efectueze mentenanța preventivă, corectivă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale;

să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic

Conducătorul grupului de lucru:


Diana Manea

L.Ș.