

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: Achiziționarea echipamentelor pentru analiza senzorială, fizico-chimică și microbiologică a alimentelor, pentru controlul și monitorizarea proceselor tehnologice
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: achiziție publică de valoare mică
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura a fost inclusă în planul pe achiziții publice pentru anul 2025 a autorității contractante (Da/Nu): Link-ul către planul pe achiziții publice publicat: www.cevvc.md

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
2. IDNO: 1016620005681
3. Adresa: Md – 2050, mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. Grățiești, 1
4. Numărul de telefon/fax: 0 22 327517
5. Adresa de e-mail sau de internet ale autorității contractante: cevvc2018@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, învățământ profesional tehnic secundar
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
Lot 1	38340000-0	Refractometru	Buc	1	<u>Pentru determinarea conținutului de zahăr (Brix).</u> Ecran: LCD ușor de citit Bibliotecă internă: cu peste 40 de scale de măsurare Domeniu de măsurare: 0 ... 95 °Brix Precizie: ±0,2 °Brix Rezoluție: 0,1 °Brix Temperatură minimă: 5 °C Temperatură maximă: 80 °C Interval de temperatură de funcționare: 5 ... 80 °C Sursă de alimentare: Baterii	5833,00
Lot 2	38340000-0	Conductometru	Buc	1	<u>Pentru măsurarea conductivității soluțiilor alimentare:</u> Conductivitate: 0,001 μS/cm ...	29166,00

					1000 mS/cm Rezoluție conductivitate: 0,001 μ S / 0,01 μ S / 0,1 μ S / 1 μ S / 0,01 mS / 0,1 mS / 1 mS Precizie conductivitate: $\pm 0,5$ % Interval TDS (Total Solid Dizolvat): 1 ... 1999 mg/l Rezoluție TDS: 1 mg/l Precizie TDS: $\pm 0,5$ % Salinitate: 0 ... 70 Rezoluție salinitate: 0,1 Temperatură: -25,0 ... 125,0 °C Rezoluție temperatură: 0,1 °C Precizie temperatură: $\pm 0,1$ °C Sursă de alimentare: Baterii / conexiune la rețea Alimentare: 100 ... 240 V, 50/60 Hz Baterii: 4 x 1,5 V tip AA Grad de protecție (IP): IP 43	
Lot 3	38340000-0	Analizor de umiditate	Buc	1	<u>Pentru determinarea conținutului de apă din alimente:</u> Sarcina maximă, g: cincizeci Înălțimea maximă a probei, mm: 20 Rezoluția cântăririi, g: 0,001 Sarcina minimă, g: 0,02 Discretitatea determinării umidității, %: 0,001 Precizia setării temperaturii: 1 °C Interval de temperatură de uscare: 50-160 °C Temperatura maximă de uscare: până la 250 °C (opțional) Timp de măsurare: 1 s 59 s Timp maxim de uscare care poate fi setat: 1 oră 50 min. Afișajul arată: Timp de uscare, greutate, temperatura de uscare Dimensiuni plăci de unică folosință: Ø 90 mm, h = 8 mm Temperatura de Operare: +10 +40 °C Lampa de incalzit: infraroșu Indicator: cristal lichid Numărul de celule de memorie: 22 Interfețe RS232, USBA, USB-B, Wi-Fi® (opțional)	25000,00
Lot 4	38340000-0	Psihrometru	Buc	2	<u>Pentru măsurarea temperaturii și umidității relative a aerului:</u> Temperatura min. de măsurare +15 °C Temperatura max. de măsurare +40	750,00

					°C Scara de măsurare 0.2 °C Lichid termometric Toluen Dimensiuni (mm) 120x50x290	
Lot 5	3834000-0	Nitratomer	Buc	I	<u>Aparat de măsurat nivelul pesticidelor în produse</u> Dimensiuni, min: 122 x 52 x 14 mm Compatibilitate SO Android, iOS Greutate 90 g Model Eco6	2500,00
Lot 6	38340000-0	Microscop digital	Buc	I	<u>Pentru controlul calitatii si clasificare:</u> Microscop electronic digital cu ecran 1000x, foto-video USB, factor marire 1000 x, cu posibilitatea transferarii datelor in calculator. Perfect pentru inspectii si analize microscopice in agricultura, laborator, analiza medicala, examinare: insecte, plante, cereale,etc. Specificatii tehnice: Senzor de imagine: senzor de imagine de înaltă calitate 5M Rezolutie: 12M, 8M, 5M, 3M, 1.3M, VGA Rezolutie de captura video: VGA, QVGA Dimensiunea ecranului LCD: afişaj de 3.5 inch Baterie: Li-ion 3.7V / 800mAh baterie; timp de lucru: 4 ore; timp de încărcare: 5 ore Viteza obturatorului: 1 sec până la 1/1000 sec Rata cadru: 30fps Control intermitent: 50HZ / 60HZ Sursa de lumină: 8 LED-uri Dimensiune: 230 * 110 * 150mm	6667,00
Lot 7	38340000-0	Balanță analitică și de precizie	Buc	I	<u>Pentru cântărirea exactă a ingredientelor:</u> Capacitate, min: 1000g Repetabilitate: 0,01g Functii: tara, adaugare, cintarire, etc. Dimensiuni tava, min:	4167,00

					170mmx170mm Dimensiuni, min: 188mm x 280mm x 80mm Greutate, min: 2,4kg Putere: 220V	
Lot 8	38340000-0	Senzori de temperatură și umiditate	Buc	2	<u>Pentru controlul condițiilor de producție:</u> Domeniu de măsură: 0 la +50 °C -20 la +50 °Ctd Acuratețe: ±0,5 °C (la +25 °C) Rezoluție: 0,1 °C Domeniu de măsură: 10 la 95 %rF Acuratețe: ±3 %rF (10 la 95 %rF) ±0.06 %rF/K (k=1) Stabilitate pe termen lung: ±1 %RH / year Rezoluție: 0,1 %rF Temperatura de operare: 0 la +50 °C Interval de măsurare: 18 s Carcasă: plastic (ABS) Tip baterie: 9 V tip 6F22 Durata de viață baterie: aprox. 1 an Tip afișaj: LCD Dimensiune afișaj: 2 linii Temperatura de depozitare: -40 la +70 °C	5000,00
Lot 9	38340000-0	Termocuplu și termometru infraroșu	Buc	1	<u>Pentru monitorizarea temperaturilor de procesare:</u> <u>Specificații tehnice:</u> Măsurare temperatură prin infraroșu: Temperatură minimă: -30 °C Temperatură maximă: 250 °C Interval de măsurare: -30 ... 250 °C Rezoluție: 0,1 °C Precizie: ±2,0 °C (pentru intervalul -20 ... -0,1 °C) Măsurare cu senzor de contact (penetrare): Temperatură minimă: -50 °C Temperatură maximă: 250 °C Interval de măsurare: -50 ... 250 °C Precizie: ±0,5 °C (pentru intervalul -30 ... 99,9 °C) Tip senzor: NTC Rezoluție: 0,1 °C	3333,00
Lot 10	38340000-0	Incubator microbiologic	Buc	1	<u>Pentru testarea siguranței microbiologice a alimentelor:</u> Interval de temperatură: +3 ... +40°C Capacitate cameră: 60-70 litri Capacitate utilă: 50-55 litri Protecție la supraîncălzire: Clasa 1.0	26666,00

					(conform DIN 12880) Alarma de uşă deschisă: Port LAN şi port USB Iluminare internă: LED Port de acces pentru a introduce un senzor extern: (Ø30 mm) pe partea stângă a unităţii Închidere uşă: Da Rafturi din sârmă de oţel inoxidabil: (INOX) Uşi externe complete: Da	
Lot 11	38530000-9	Lampă bactericidă pe perete	Buc	2	Lampă cu dimensiuni specificate: Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL	667,00
		Valoarea estimativă totală a achiziţiei, fără TVA				109749,00

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant _____

10. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare solicitaţi: 30 zile de la semnarea contractului, la sediul autorităţii contractante, mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Grătieşti, 1, cu acordul preventiv al părţilor, din contul operatorului economic.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

12. Scurta descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare şi de selecţie (Descrierea criteriului/cerinţei)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Propunerea tehnică (Specificaţii tehnice)	Conform Anexei nr. 22 din Documentaţia standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativiu
2	Propunerea financiară (Specificaţii de preţ)	Conform Anexei nr. 23 din Documentaţia standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativiu
3	Certificat de înregistrare a întreprinderii/extras din registrul de stat al persoanelor juridice	<i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligativiu
4	Formular informativ despre ofertant	<i>Conform modelului din anexa nr. 3 Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativiu
5	Certificat de atribuire a contului bancar	<i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligativiu
6	Declaraţie privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentaţia standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativiu
7	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentaţia standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a</i>	Obligativiu

		<i>ofertantului.</i>	
8	Declarație de eligibilitate	În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativ
9	Standarde de asigurare a calității	Certificate de proveniență a bunului. Certificate sau alte documente emise de organism abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standard relevante. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativ
<i>Note:</i> 1. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita suplimentar de la ofertanți orice alte documente considerate necesare pentru evaluarea ofertei și care nu contravine legislației în vigoare. 2. În cazul prezentării ofertelor/cererilor în format electronic, documentele de calificare urmează a fi semnate cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate, de către conducătorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta, anexând, totodată și documentul confirmativ (procura) ce ar atesta delegarea persoanei în cauză. 3. Operatorul economic prezintă termen de garanție la bunurile oferite numai puțin de 1 an de zile.			

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza licitația electronică): licitație electronică, pasul minim 1%

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă: în valuta MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg cu corespunderea cerințelor tehnice și de calificare solicitate.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1		
2		

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP, (achiziții.md)

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (achiziții.md)

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

23. Alte informații relevante:

- a) Plata se va efectua în decurs de 45 de zile din data acceptării de către Cumpărător a facturii fiscale (nu se acceptă plata în avans). Autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.
- b) Menținerea prețului pe toată durata de valabilitate a contractului;
- c) Asigurarea integrității și calității bunurilor, prezentate în propunerea tehnică, pe toată perioada de valabilitate a contractului și până la recepționarea de către Autoritatea Contractantă;
- d) A se vedea notele de la pct nr. 12 din prezentul anunț.

Conducătorul grupului de lucru: Cociorvă Svetlana

