

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Investigățiilor Biochimice și  
Hematologice cu Analizatoare conform necesităților IMSP CS Strășeni**

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  
autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la  
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

Nr lot	Denumirea Lotului	Denumirea poziției	Specificația Tehnică	Cantitatea minimă	Cantitatea maximă	Valoarea alocată (inclusiv dispozitive, reagenți, consumabile etc.)																				
1.1	Hemoleucograma completa cu Analizator hematologic automat donat	Hemoleucograma completa	Hemoleucograma completa pentru dispozitivul medical oferit în lot	10000	57500	669 050,39																				
1.2	Hemoleucograma completa cu Analizator hematologic automat donat	Analizator hematologic automat minim 5 diff donat	<p><b>Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi donat:</b>  Descriere: Analizator automat pentru efectuarea analizelor hematologice, nou, nerecondiționat.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>150540 Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe</b></td> </tr> <tr> <td><b>Cod</b></td> <td><b>150540</b></td> </tr> <tr> <td><b>Descriere</b></td> <td>Analizator hematologic automat (minim 5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componentei sanguine</td> </tr> <tr> <td><b>Parametru</b></td> <td><b>Specificația</b></td> </tr> <tr> <td><b>Metode de măsurare</b></td> <td>impedansmetrică, fotometrică optică sau mai performantă</td> </tr> <tr> <td><b>Complet automatizat</b></td> <td>dotat cu mecanism de încărcare automată a probelor (autoloader).</td> </tr> <tr> <td><b>Procedura de curățire</b></td> <td>automată</td> </tr> <tr> <td rowspan="5"><b>Parametri determinați și calculați:</b></td> <td>WBC (Celule albe)</td> </tr> <tr> <td>RBC (Celule roșii)</td> </tr> <tr> <td>HGB (Hemoglobina)</td> </tr> <tr> <td>HCT (Hematocrit)</td> </tr> <tr> <td>MCV (volumul mediu al globulelor roșii, eritrocitelor)</td> </tr> </table>	<b>150540 Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe</b>		<b>Cod</b>	<b>150540</b>	<b>Descriere</b>	Analizator hematologic automat (minim 5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componentei sanguine	<b>Parametru</b>	<b>Specificația</b>	<b>Metode de măsurare</b>	impedansmetrică, fotometrică optică sau mai performantă	<b>Complet automatizat</b>	dotat cu mecanism de încărcare automată a probelor (autoloader).	<b>Procedura de curățire</b>	automată	<b>Parametri determinați și calculați:</b>	WBC (Celule albe)	RBC (Celule roșii)	HGB (Hemoglobina)	HCT (Hematocrit)	MCV (volumul mediu al globulelor roșii, eritrocitelor)	1	1	
<b>150540 Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe</b>																										
<b>Cod</b>	<b>150540</b>																									
<b>Descriere</b>	Analizator hematologic automat (minim 5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componentei sanguine																									
<b>Parametru</b>	<b>Specificația</b>																									
<b>Metode de măsurare</b>	impedansmetrică, fotometrică optică sau mai performantă																									
<b>Complet automatizat</b>	dotat cu mecanism de încărcare automată a probelor (autoloader).																									
<b>Procedura de curățire</b>	automată																									
<b>Parametri determinați și calculați:</b>	WBC (Celule albe)																									
	RBC (Celule roșii)																									
	HGB (Hemoglobina)																									
	HCT (Hematocrit)																									
	MCV (volumul mediu al globulelor roșii, eritrocitelor)																									

MCH (cantitatea medie de hemoglobină dintr-un globul roșu)
MCHC (concentrația medie a hemoglobinei în globulele roșii)
PLT (Trombocite)
LYM # (Limfocite - valoare absoluta)
LYM% (Limfocite - valoare procent)
MON# (Monocite - valoare absoluta)
MON% (Monocite - valoare procent)
BAS# (Bazofile - valoare absoluta)
BAS% (Bazofile - valoare absoluta)
EOS# (Eozinofile - valoare absoluta)
EOS% (Eozinofile - valoare absoluta)
NEU# (Neutrofile - valoare absoluta)
NEU% (Neutrofile - valoare absoluta)
RDW (RDW CV + RDW SD) (variația dimensiunii globulelor roșii)
PDW (variabilitatea dimensiunii trombocitelor, plachetelor sanguine)
MPV (volumul mediu al trombocitelor)
PCT (procentul de volum sanguin ocupat de trombocite)
IG# (Neutrofile imature - valoare absolută)
IG% (Neutrofile imature - procent)
VARL (Limfocite atipice)
BLST (Blasti)
SEG (Neutrofile segmentate), opțional
BAND (Neutrofile nesegmentate), opțional
RET (Reticulocite - valoare absolută)
RET (Reticulocite - procent)
Posibilitate de analiza doar a parametrului reticulocite

<b>Capacitate (probe/oră)</b>	≥ 80
<b>Volumul probei:</b>	≤ 25 µL
<b>Diluarea</b>	automată
<b>Afişaj</b>	LED/LCD ecran
<b>Posibilitatea de conectare la imprimantă</b>	obligatoriu
<b>Introducerea datelor</b>	manual/automat
<b>Interfaţa PC</b>	obligatoriu
<b>Calibrarea</b>	automată
<b>Histograme:</b>	WBC- repartizarea leucocitelor după volum
	RBC - repartizarea eritrocitelor după volum
	PLT- repartizarea trombocitelor după volum
<b>Afişarea pe ecran:</b>	histograme
	rezultate
	grafice
	9 scattergrame diferite - color
	rezultate din arhivă
<b>Introducere/Monitorizare a datelor pacientului</b>	nume pacient
	ID pacient
	sex
	vîrsta
<b>Dotat cu sistem de monitorizare a reactivilor</b>	numărul lotului
	data expirării
	volumul rămas
<b>Afişarea rezultatelor pe imprimantă</b>	Parametri determinaţi şi calculaţi
	histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT
	date despre pacient
<b>Indicatori de avertizare</b>	obligatoriu
<b>Program de control al calităţii</b>	≥ 3 nivele
	Graficelor Levey-Janings
<b>Stocarea datelor, memorie internă</b>	≥ 1000 pacienţi
<b>Limba de comunicare</b>	rom/eng

Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului	obligatoriu
Interfața LIS	obligatoriu
Cititor de coduri de bare	obligatoriu
<b>Alimentarea</b>	<b>220 V, 50 Hz</b>
UPS (Sursă neîntreruptibilă de alimentare)	minim 30 min
Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului	≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului	≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
<b>Note</b>	
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare	
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.	
<b>Furnizorul va asigura:</b>	
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.	
Instruirea personalului.	
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.	
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.	
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.	
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.	
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.	
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.	

			<p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p> <p>Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:</p> <p>Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.</p> <p>Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).</p> <p>Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului.</p> <p>Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare a apei pe toată perioada contractului. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului oferit).</p> <p>Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului oferit).</p> <p>Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.</p> <p>Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.</p> <p>Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.</p>											
2.1	Hemoleucograma completa cu Analizator hematologic automat în comodat	Hemoleucograma completa	Hemoleucograma completa pentru dispozitivul medical oferit în lot	10000	34500	401 430,23								
2.2	Hemoleucograma completa cu Analizator hematologic automat în comodat	Analizator hematologic automat minim 5 diff în comodat	<p><b>Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi oferit în comodat:</b></p> <p>Descrierea: analizator automat pentru efectuarea investigațiilor hematologice, nou sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere.</p> <p>Analizator de ultimul model/generație cu ultimele versiuni software instalate.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>150540 Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe</b></td> </tr> <tr> <td><b>Cod</b></td> <td><b>150540</b></td> </tr> <tr> <td><b>Descriere</b></td> <td>Analizator hematologic automat (minim 5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componentei sanguine</td> </tr> <tr> <td><b>Parametru</b></td> <td><b>Specificația</b></td> </tr> </table>	<b>150540 Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe</b>		<b>Cod</b>	<b>150540</b>	<b>Descriere</b>	Analizator hematologic automat (minim 5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componentei sanguine	<b>Parametru</b>	<b>Specificația</b>	1	1	
<b>150540 Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe</b>														
<b>Cod</b>	<b>150540</b>													
<b>Descriere</b>	Analizator hematologic automat (minim 5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componentei sanguine													
<b>Parametru</b>	<b>Specificația</b>													

<b>Metode de măsurare</b>	impedansmetrică, fotometrică optică sau mai performantă
<b>Complet automatizat</b>	dotat cu mecanism de încărcare automată a probelor (autoloader).
<b>Procedura de curățire</b>	automată
<b>Parametri determinați și calculați:</b>	WBC (Celule albe)
	RBC (Celule roșii)
	HGB (Hemoglobina)
	HCT (Hematocrit)
	MCV (volumul mediu al globulelor roșii, eritrocitelor)
	MCH (cantitatea medie de hemoglobină dintr-un globul roșu)
	MCHC (concentrația medie a hemoglobinei în globulele roșii)
	PLT (Trombocite)
	LYM # (Limfocite - valoare absoluta)
	LYM% (Limfocite - valoare procent)
	MON# (Monocite - valoare absoluta)
	MON% (Monocite - valoare procent)
	BAS# (Bazofile - valoare absoluta)
	BAS% (Bazofile - valoare absoluta)
	EOS# (Eozinofile - valoare absoluta)
	EOS% (Eozinofile - valoare absoluta)
	NEU# (Neutrofile - valoare absoluta)
	NEU% (Neutrofile - valoare absoluta)
	RDW (RDW CV + RDW SD) (variația dimensiunii globulelor roșii)
PDW (variabilitatea dimensiunii trombocitelor, plachetelor sanguine)	
MPV (volumul mediu al trombocitelor)	
PCT (procentul de volum sanguin ocupat de trombocite)	

	IG# (Neutrofile imature - valoare absolută)
	IG% (Neutrofile imature - procent)
	VARL (Limfocite atipice)
	BLST (Blasti)
	SEG (Neutrofile segmentate), opțional
	BAND (Neutrofile nesegmentate), opțional
	RET (Reticulocite - valoare absolută)
	RET (Reticulocite - procent)
	Posibilitate de analiza doar a parametrului reticulocite
<b>Capacitate (probe/oră)</b>	$\geq 80$
<b>Volumul probei:</b>	$\leq 25 \mu\text{L}$
<b>Diluarea</b>	automată
<b>Afișaj</b>	LED/LCD ecran
<b>Posibilitatea de conectare la imprimantă</b>	obligatoriu
<b>Introducerea datelor</b>	manual/automat
<b>Interfața PC</b>	obligatoriu
<b>Calibrarea</b>	automată
<b>Histograme:</b>	WBC- repartizarea leucocitelor după volum
	RBC - repartizarea eritrocitelor după volum
	PLT- repartizarea trombocitelor după volum
<b>Afișarea pe ecran:</b>	histograme
	rezultate
	grafice
	9 scattergrame diferite - color
	rezultate din arhivă
<b>Introducere/Monitorizare a datelor pacientului</b>	nume pacient
	ID pacient
	sex
	vârsta

<b>Dotat cu sistem de monitorizare a reactivilor</b>	numărul lotului
	data expirării
	volumul rămas
Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Parametri determinați și calculați
	histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT
	date despre pacient
<b>Indicatori de avertizare</b>	<b>obligatoriu</b>
<b>Program de control al calității</b>	≥ 3 nivele
	Graficelor Levey-Janings
Stocarea datelor, memorie internă	≥ 1000 pacienți
Limba de comunicare	rom/eng
Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului	obligatoriu
Interfața LIS	obligatoriu
Cititor de coduri de bare	obligatoriu
<b>Alimentarea</b>	<b>220 V, 50 Hz</b>
UPS (Sursă neîntreruptibilă de alimentare)	minim 30 min
Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului	≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului	≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
<b>Note</b>	
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare	
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.	
<b>Furnizorul va asigura:</b>	
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul	

		<p>tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.</p> <p><b>Instruirea personalului.</b></p> <p><b>Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.</b></p> <p><b>Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.</b></p> <p><b>Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.</b></p> <p><b>Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.</b></p> <p><b>Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.</b></p> <p><b>Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.</b></p> <p><b>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</b></p> <p><b>Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:</b></p> <p><b>Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.</b></p> <p><b>Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).</b></p> <p><b>Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului.</b></p> <p><b>Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare a apei pe toată perioada contractului. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului oferat).</b></p> <p><b>Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului oferat).</b></p> <p><b>Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.</b></p> <p><b>Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.</b></p> <p><b>Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.</b></p>			
3	Investigații Biochimice cu analizator donat				2 721 599,81

3.1	Investigații Biochimice cu analizator donat	Proteina totala	Proteina totala pentru dispozitivul medical oferit în lot	3500	20125	
3.2	Investigații Biochimice cu analizator donat	Albumina	Albumina pentru dispozitivul medical oferit în lot	1800	10350	
3.3	Investigații Biochimice cu analizator donat	Urea	Urea pentru dispozitivul medical oferit în lot	17500	100625	
3.4	Investigații Biochimice cu analizator donat	Creatinina	Creatinina pentru dispozitivul medical oferit în lot	17500	100625	
3.5	Investigații Biochimice cu analizator donat	Acid uric	Acid uric pentru dispozitivul medical oferit în lot	8500	48875	
3.6	Investigații Biochimice cu analizator donat	Bilirubina totala	Bilirubina totala pentru dispozitivul medical oferit în lot	14000	80500	
3.7	Investigații Biochimice cu analizator donat	Bilirubina directa	Bilirubina directa pentru dispozitivul medical oferit în lot	14000	80500	
3.8	Investigații Biochimice cu analizator donat	Glucoza	Glucoza pentru dispozitivul medical oferit în lot	22000	126500	
3.9	Investigații Biochimice cu analizator donat	ALT	ALT pentru dispozitivul medical oferit în lot	16000	92000	
3.10	Investigații Biochimice cu analizator donat	AST	AST pentru dispozitivul medical oferit în lot	16000	92000	
3.11	Investigații Biochimice cu analizator donat	GGT	GGT pentru dispozitivul medical oferit în lot	5500	31625	
3.12	Investigații Biochimice cu analizator donat	Fosfotaza alcalina	Fosfotaza alcalina pentru dispozitivul medical oferit în lot	4000	23000	

3.13	Investigații Biochimice cu analizator donat	Lipaza	Lipaza pentru dispozitivul medical oferit în lot	500	2875	
3.14	Investigații Biochimice cu analizator donat	Amilaza	Amilaza pentru dispozitivul medical oferit în lot	10000	57500	
3.15	Investigații Biochimice cu analizator donat	Amilaza pancreatica	Amilaza pancreatica pentru dispozitivul medical oferit în lot	1000	5750	
3.16	Investigații Biochimice cu analizator donat	Colesterol	Colesterol pentru dispozitivul medical oferit în lot	18500	106375	
3.17	Investigații Biochimice cu analizator donat	Trigliceride	Trigliceride pentru dispozitivul medical oferit în lot	11000	63250	
3.18	Investigații Biochimice cu analizator donat	LDL	LDL pentru dispozitivul medical oferit în lot	13000	74750	
3.19	Investigații Biochimice cu analizator donat	HDL	HDL pentru dispozitivul medical oferit în lot	12000	69000	
3.20	Investigații Biochimice cu analizator donat	Fier	Fier pentru dispozitivul medical oferit în lot	5500	31625	
3.21	Investigații Biochimice cu analizator donat	Magneziu	Magneziu pentru dispozitivul medical oferit în lot	2000	11500	
3.22	Investigații Biochimice cu analizator donat	Clor	Clor pentru dispozitivul medical oferit în lot	500	2875	
3.23	Investigații Biochimice cu analizator donat	Natriu (Na)	Natriu pentru dispozitivul medical oferit în lot	500	2875	
3.24	Investigații Biochimice cu analizator donat	Potasiu (K)	Potasiu (K) pentru dispozitivul medical oferit în lot	500	2875	

3.25	Investigații Biochimice cu analizator donat	Fosfor	Fosfor pentru dispozitivul medical oferit în lot	500	2875	
3.26	Investigații Biochimice cu analizator donat	Hemoglobina glicolizata	hemoglobina glicolizata pentru dispozitivul medical oferit în lot	6500	37375	
3.27	Investigații Biochimice cu analizator donat	Calciu	Calciu pentru dispozitivul medical oferit în lot	6000	34500	
3.28	Investigații Biochimice cu analizator donat	Feritina	Feritina pentru dispozitivul medical oferit în lot	1000	5750	
3.29	Investigații Biochimice cu analizator donat	Analizator Biochimic Automat donat	<p><b>Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi donat:</b>  <b>Descriere:</b> Analizator automat pentru efectuarea analizelor biochimice și ion-selective, nou, nerecondiționat.</p> <p><b>Tip sistem:</b> Închis, complet automat, acces direct (random access)</p> <p>Productivitate: fotometrice minim 450 teste/oră și fotometrice + ISE 600 teste/oră  Metodă detecție: fotometrică  Fotometru: Spectrofotometru cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm  Tip probă: Ser, plasmă, urină;  Modul ISE: Integrat, cu electrozi K+, Na+, Cl-  Număr reactivi pe bord: minim 35;  Număr probe pe bord: minim 50;  Dotat cu modul integrat de răcire/păstrare reactivi la bord;  Reactivi: Lichizi, gata pentru utilizare;  Volum probă necesar: ≤ 50 μL;  Dotat cu sistem analiză a calității probelor și reactivilor (ex. bule, cheaguri, nivel)  Pre-diluție automată a probei  Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă</p> <p><b>Posibilitate efectuare probe STAT</b></p> <p>Conectivitate sistem informatic: unidirecțională;  Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatură, mouse;  Identificare probe și reactivi prin coduri de bare;  Stocare și revizualizare rezultate și date QC;  Posibilitate imprimare rezultate și date QC;</p> <p><b>Accesorii livrate:</b>  UPS pentru back-up 30 minute – 1 buc.;  Imprimantă – 1 buc.;  Cititor coduri de bare – 1 buc.;</p>	1	1	

Sistem de ionizare apă, pentru producerea apei de calitate necesară analizatorului – 1 buc.;

Note:

Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare

Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.

Furnizorul va asigura:

Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele spitalului.

Instruirea personalului.

Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).

Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).

Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.

Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.

Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de contractului

Perioada de valabilitate pentru reactivii livrați:

La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.

Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.

Operatorul Economic va include în oferta prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:

- Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.
- Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
- Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă contractului.
- Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.
- UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului.
- Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.
- Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări

			<p>pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.</p> <p>- Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului .Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.</p> <p>Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.</p>			
4	Investigații Biochimice cu analizator în comodat					<b>1 632 959,88</b>
4.1	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Proteina totala	Proteina totala pentru dispozitivul medical oferit în lot	3500	12075	
4.2	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Albumina	Albumina pentru dispozitivul medical oferit în lot	1800	6210	
4.3	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Urea	Urea pentru dispozitivul medical oferit în lot	17500	60375	
4.4	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Creatinina	Creatinina pentru dispozitivul medical oferit în lot	17500	60375	
4.5	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Acid uric	Acid uric pentru dispozitivul medical oferit în lot	8500	29325	
4.6	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Bilirubina totala	Bilirubina totala pentru dispozitivul medical oferit în lot	14000	48300	
4.7	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Bilirubina directa	Bilirubina directa pentru dispozitivul medical oferit în lot	14000	48300	

4.8	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Glucoza	Glucoza pentru dispozitivul medical oferit în lot	22000	75900	
4.9	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	ALT	ALT pentru dispozitivul medical oferit în lot	16000	55200	
4.10	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	AST	AST pentru dispozitivul medical oferit în lot	16000	55200	
4.11	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	GGT	GGT pentru dispozitivul medical oferit în lot	5500	18975	
4.12	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Fosfotaza alcalina	Fosfotaza alcalina pentru dispozitivul medical oferit în lot	4000	13800	
4.13	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Lipaza	Lipaza pentru dispozitivul medical oferit în lot	500	1725	
4.14	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Amilaza	Amilaza pentru dispozitivul medical oferit în lot	10000	34500	
4.15	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Amilaza pancreatica	Amilaza pancreatica pentru dispozitivul medical oferit în lot	1000	3450	
4.16	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Colesterol	Colesterol pentru dispozitivul medical oferit în lot	18500	63825	
4.17	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Trigliceride	Trigliceride pentru dispozitivul medical oferit în lot	11000	37950	

4.18	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	LDL	LDL pentru dispozitivul medical oferit în lot	13000	44850	
4.19	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	HDL	HDL pentru dispozitivul medical oferit în lot	12000	41400	
4.20	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Fier	Fier pentru dispozitivul medical oferit în lot	5500	18975	
4.21	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Magneziu	Magneziu pentru dispozitivul medical oferit în lot	2000	6900	
4.22	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Clor	Clor pentru dispozitivul medical oferit în lot	500	1725	
4.23	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Natriu	Natriu pentru dispozitivul medical oferit în lot			
4.24	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Potasiu (K)	Potasiu (K) pentru dispozitivul medical oferit în lot			
4.25	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Fosfor	Fosfor pentru dispozitivul medical oferit în lot	500	1725	
4.26	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Hemoglobina glicolizata	hemoglobina glicolizata pentru dispozitivul medical oferit în lot	6500	22425	
4.27	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Calciu	Calciu pentru dispozitivul medical oferit în lot	6000	20700	

4.28	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Feritina	Feritina pentru dispozitivul medical oferit în lot	1000	3450
4.29	Investigații Biochimice cu analizator în comodat	Analizator Biochimic Automat în comodat	<p><b>Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi oferit în comodat:</b></p> <p>Descrierea: analizator automat pentru efectuarea investigațiilor biochimice și ion-selective, nou sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere. Analizator de ultimul model/generație cu ultimele versiuni software instalate</p> <p><b>Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random access)</b></p> <p>Productivitate: fotometrice minim 450 teste/oră și fotometrice + ISE 600 teste/oră  Metodă detecție: fotometrică  Fotometru: Spectrofotometru cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm  Tip probă: Ser, plasmă, urină;  Modul ISE: Integrat, cu electrozi K+, Na+, Cl-  Număr reactivi pe bord: minim 35;  Număr probe pe bord: minim 50;  Dotat cu modul integrat de răcire/păstrare reactivi la bord;  Reactivi: Lichizi, gata pentru utilizare;  Volum probă necesar: ≤ 50 μL;  Dotat cu sistem analiză a calității probelor și reactivilor (ex. bule, cheaguri, nivel)  Pre-diluție automată a probei  Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă</p> <p><b>Posibilitate efectuare probe STAT</b></p> <p>Conectivitate sistem informatic: unidirecțională;  Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatură, mouse;  Identificare probe și reactivi prin coduri de bare;  Stocare și revizualizare rezultate și date QC;  Posibilitate imprimare rezultate și date QC;</p> <p><b>Accesorii livrate:</b></p> <p>UPS pentru back-up 30 minute – 1 buc.;  Imprimantă – 1 buc.;  Cititor coduri de bare – 1 buc.;  Sistem de ionizare apă, pentru producerea apei de calitate necesară analizatorului – 1 buc.;</p> <p>Note:  Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare</p>	1	1

Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.

Furnizorul va asigura:

Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele spitalului.

Instruirea personalului.

Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).

Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).

Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.

Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.

Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de contractului

Perioada de valabilitate pentru reactivii livrați:

La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.

Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.

Operatorul Economic va include în oferta prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:

- Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.
- Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
- Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă contractului.
- Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.
- UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului.
- Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.
- Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.
- Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.

		Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.			
--	--	--	--	--	--

5 425 040,31

**Notă: Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru realizarea investigațiilor/testelor indicate, inclusiv soluțiile de control al calității (QC) și de calibrare, pentru investigațiile obligatorii solicitate și incluse în calculul costului.**

Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului necesar pentru investigații, compatibile cu dispozitivul medical achiziționat în lot.  
Oricare costuri suplimentare lunare care ar permite efectuarea procedurilor cu utilizarea reagenților propuși, vor fi acoperite de către operatorul economic pe perioada consumării acestora.

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.**

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020:

✓ **Dispozitivele medicale care se vor oferi în adresa instituției – livrarea și instalarea în termen de până la 90 de zile de la înregistrarea de către CAPCS a ultimului contract subsecvent.**

\***Dispozitivul medical oferit cu titlu de donație va fi transmis în proprietatea instituției beneficiare la expirarea termenului de valabilitate a ultimului contract subsecvent.**

\***Dispozitivul medical oferit în comodat va rămâne la beneficiar până la epuizarea stocului de reactivi livrați, dar nu mai mult de 180 zile de la expirarea termenului de valabilitate a ultimului contract subsecvent.**

✓ **Livrarea reactivilor/consumabilelor necesare se va efectua în termen de 30 zile de la comanda în scris din partea beneficiarului.**

12. Termenul de valabilitate al acordului-cadru este:

**\*\*48 luni\*\* de la data înregistrării la CAPCS (cu posibilitatea prelungirii cu maximum 1 an), în cazul ofertei atribuite care include **\*\*analizator donat\*\***; sau**

**\*\*\*24 luni\*\* de la data înregistrării la CAPCS (cu posibilitatea prelungirii cu maximum 1 an), în cazul ofertei atribuite care include **\*\*analizator oferit în comodat\*\***.**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Nerezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din	DA

		<p>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</b></p> <p><b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care oferta de preț fără TVA va depăși valoarea estimativă cu 30% sau mai mult.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă pentru contractele subsecvente	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>- În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</b></p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <b>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b></p>	DA

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE**

**Cerințe de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare.</b> <b>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>	DA
12	Declarație de la Ofertant pentru dispozitivul ce urmează a fi oferit)	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar. - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
13	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi oferit)	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament pentru perioada epuizării stocului de reactivi(conform fiecărui lot în parte), conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la ofertant (pentru	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul	DA

	dispozitivul ce urmează a fi oferit)	companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
15	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi oferit pe perioada acordului cadru)	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi oferit pe perioada acordului cadru)	Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale, pe toată perioada de comodat a dispozitivului.	
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, inclusiv reactivii	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant pentru reactivi	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	
<b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<b>Garanția de bună execuție contractului subsecvent</b>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p><b>Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 31.01.2026 conform contractului subsecvent.</b></p>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

- a) operatorul economic retrace sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire se va utiliza acordul-cadru cu aplicarea licitației electronice, 3 runde, pasul minim de 0.001%.**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (acordului-cadru):**

Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru.

Frecvența și valoarea contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite: *Frecvența, durata și valoarea contractelor subsecvente, precum și cantitățile care vor face obiectul acestora se stabilesc în funcție de fondurile alocate cu această destinație și de necesitățile obiective ale beneficiarului final – de regulă anual.*

**Durata în luni: 48 luni de la înregistrarea acordului-cadru la CAPCS CAPCS (cu posibilitatea prelungirii de maxim 1 an) pentru ofertele atribuite cu analizatorul donat sau 24 luni de la înregistrarea acordului-cadru la CAPCS CAPCS (cu posibilitatea prelungirii de maxim 1 an) pentru ofertele atribuite cu analizatorul oferit în comodat.**

Acordul-cadru se reînnoiește: Nu.

**Număr minim de ofertanți estimat: 1**

**Acordul cadru va fi semnat cu un singur operator economic.**

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim preconizat indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:

- a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea Acordului-cadru;
- b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea Acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplinește/îndeplinesc criteriile de calificare și selecție solicitate și care a/au prezentat ofertă admisibilă.

Acordul-cadru se va încheia în lei, iar prețul unitar al produselor poate fi modificat numai în sensul îmbunătățirii acestora.

În scopul atribuirii contractelor subsecvente se va organiza o licitație electronică (*Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: SIA RSAP (MTeder)*), prin trei runde: Da.

Ca răspuns la INVITAȚIA DE PARTICIPARE LA REOFERTARE, nu vor fi luate în considerare pentru atribuirea contractelor subsecvente:

- ofertele transmise de operatorii economici care nu au semnat acordul-cadru;
- ofertele transmise de operatorul economic semnat al acordului-cadru cu prețul unitar mai mare decât cel din Anexa 1 – Lista cu tarifele unitare - la Acordul cadru.

Comunicăm că art. 76 alin. (3) al Legii nr. 131/2015, privind achizițiile publice, prevede că se interzice modificarea oricărui element al contractului, precum și a acordului-cadru încheiat. Astfel, acordul-cadru nu trebuie să suporte nici o modificare pe parcursul executării acestuia. Respectiv, nu pot fi modificate elementele acestuia, precum **valorile maxime estimate, cantitățile prevăzute în documentația de atribuire.**

Totodată, potrivit prevederilor pct. 45 al Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020, *elementele care pot face obiectul reofertării în cadrul acordului cadru, se vor referi la:*

- **preț care poate fi modificat numai în sensul îmbunătățirii acestuia (spre micșorare);**
- **caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță fără modificarea producătorului și țării de origine menționate în Acord.**

**Note:**

- *Pe durata executării contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a redistribui cantitățile între tipurile de investigații solicitate, în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului final, prin diminuarea unor poziții și majorarea altora, cu menținerea numărului minim total de investigații solicitat și cu respectarea valorii contractuale și a prețurilor unitare oferite.*

**22. Evaluarea va fi efectuată conform criteriului de evaluare și datelor din Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical.**

**23. Ofertele se prezintă: în lei.**

**24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: preț cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor,**

**Autoritatea contractantă va atribui:**

- unul dintre loturile nr. 1 sau nr. 2, și
- unul dintre loturile nr. 3 sau nr. 4.

**În vederea selectării, autoritatea contractantă va compara valoarea ofertelor pentru fiecare lot, calculată la cantitatea minimă solicitată per acord, și va selecta oferta cu prețul cel mai scăzut din fiecare pereche de loturi, celălalt fiind anulat.**

**NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

**37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 24.04.2026**

**38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 24.04.2026**

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG