

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

Obiectul achiziției: **Pieselor de schimb și accesoriilor
medicale necesare pentru anul 2021**

Cod CPV: **33100000-1**

Autoritatea Contractantă: **IMSP Spitalul Clinic Republican**
„Timofei Moșneaga”

Procedura achiziției: **Licitație deschisă**

CAPITOLUL I

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

1. Scopul procedurii de achiziție

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițalilor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

3. Sursa de finanțare

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

4. Participanții la licitație

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6. Limba de comunicare în cadrul licitației

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acțiuni:

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau

prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigației, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și

respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici

ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

15. Standarde de asigurare a calității.

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale

Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea 131/2015.

19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se

conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (**F4.1**) și Specificații de preț (**F4.2**). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în **FDA** punctul **3.1** că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (**F3.2**), după cum este specificat în **FDA** punctul **3.2**.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în **FDA** punctul **3.3**, în lei moldovenești, și va fi:

- a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau
- b) transfer pe contul autorității contractante; sau
- c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul **3.2**.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

- a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;
- b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;
- c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;
- d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

- a) ofertantul își reține sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau
- b) ofertantul câștigător refuză:
 - să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;
 - să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care

depune oferta.

22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (**F3.1**) și în Specificațiile de preț (**F4.2**) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice (**F4.1**) și Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în **FDA** punctul **3.4**.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul **3.7**.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul **3.8**, de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA** punctul **3.9** prevede altfel.

25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA “RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul

necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;

b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

34. Neconformități, erori și omiteri

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

35. Evaluarea ofertelor

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

36. Calificarea ofertantului

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

37. Descalificarea ofertantului

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a

demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1**. aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului (**F5.1**) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică și documentația de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: Informația o găsiți în SIA RSAP, Licitație deschisă</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>33100000-1</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>CNAM, anul 2021</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se utilizează</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba română</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire:	<i>SIA RSAP</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate:	<i>nu se aplică</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>vânzare-cumpărare</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>nu se aplică</i>

2. Lista bunurilor și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	33100000-1	Lot 1. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM	Lampa halogen JB12V24WF6/SSM	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
2	33100000-1	Lot 2. Valva B3 pentru "VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6" p/u XN-1000	Valva B3 pentru "VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6" p/u XN-1000	2	Buc.	Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
3	33100000-1	Lot 3. Valva "MANIFOLD MV NO.14 ASSY" p/u XN-1000	Valva "MANIFOLD MV NO.14 ASSY" p/u XN-1000	2	Buc.	Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
4	33100000-1	Lot 4. Unitate "HGB DETECTOR ASSY NO.6" p/u XN-1000	Unitate "HGB DETECTOR ASSY NO.6" p/u XN-1000	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
5	33100000-1	Lot 5. Curea "LONGITUDINAL FEED BELT" p/u UX-2000	Curea "LONGITUDINAL FEED BELT" p/u UX-2000	4	Buc.	Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

6	33100000-1	Lot 6. Unitate "LINEAR WAY" p/u UX-2000	Unitate "LINEAR WAY" p/u UX-2000	2	Buc.	Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
7	33100000-1	Lot 7. Unitate "STRIP TRAY" p/u UX-2000	Unitate "STRIP TRAY" p/u UX-2000	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
8	33100000-1	Lot 8. Pompa "TUBE PUMP" p/u UX-2000	Pompa "TUBE PUMP" p/u UX-2000	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
9	33100000-1	Lot 9. Pompa "AIR PUMP" p/u UX-2000	Pompa "AIR PUMP" p/u UX-2000	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
10	33100000-1	Lot 10. Inlet gasket, new design pentru ABL835	Inlet gasket, new design pentru ABL835	2	Buc.	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

333,3

11	33100000-1	Lot 11. Tub de pompă pentru pompa de deșeuri p/u ABL835	Tub de pompă pentru pompa de deșeuri p/u ABL835	2	Buc.	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
12	33100000-1	Lot 12. Tub de pompă pentru pompa de soluții p/u ABL835	Tub de pompă pentru pompa de soluții p/u ABL835	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
13	33100000-1	Lot 13. Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL835	Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL835	2	Buc.	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
14	33100000-1	Lot 14. Membrane box p/u electrod Ref, 4 Buc. p/u ABL835	Membrane box p/u electrod Ref, 4 buc. p/u ABL835	1	set	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
15	33100000-1	Lot 15. Membrane box p/u electrod pCO ₂ , 4 Buc. p/u ABL835	Membrane box p/u electrod pCO ₂ , 4 buc. p/u ABL835	1	set	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

16	33100000-1	Lot 16. Membrane box p/u electrod pO ₂ , 4 Buc. p/u ABL835	Membrane box p/u electrod pO ₂ , 4 buc. p/u ABL835	1	set	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
17	33100000-1	Lot 17. Membrane box p/u electrod K, 4 Buc. p/u ABL835	Membrane box p/u electrod K, 4 buc. p/u ABL835	1	set	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
18	33100000-1	Lot 18. Membrane box p/u electrod Na, 4 Buc. p/u ABL835	Membrane box p/u electrod Na, 4 buc. p/u ABL835	1	set	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
19	33100000-1	Lot 19. Lampă pentru Pentra C400	Lampă pentru Pentra C400	1	set	Ref: 1203601326. Compatibil cu analizatorul HORIBA Pentra C400 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
20	33100000-1	Lot 20. Set mentenanță 1 an pentru HORIBA Yumizen H500	Set mentenanță 1 an pentru HORIBA Yumizen H500	2	set	Compatibil cu analizatorul HORIBA Yumizen H500 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

21	33100000-1	Lot 21. Dispenser bile pentru Thrombotimer	Dispenser bile pentru Thrombotimer	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul Behnk Thrombotimer 4-channel. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
22	33100000-1	Lot 22. Modul afișare și control pentru ALP CLG-40	Modul afișare și control pentru ALP CLG-40	1	Buc.	Compatibil cu autoclavul ALP CLG-40. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
23	33100000-1	Lot 23. Lampă halogen p-u Cobas C311	Lampă halogen p-u Cobas C311	2	Buc.	Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
24	33100000-1	Lot 24. Set celule de reacție p-u Cobas C311	Set celule de reacție p-u Cobas C311	1	Set	Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
25	33100000-1	Lot 25. Set mentenanță 6 luni p-u Cobas C311	Set mentenanță 6 luni p-u Cobas C311	1	Set	Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

26	33100000-1	Lot 26. Set mentenanță 12 luni p-u Cobas C311	Set mentenanță 12 luni p-u Cobas C311	1	Set	Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
27	33100000-1	Lot 27. Rășină MBH 100 p-u Cobas C311	Rășină MBH 100 p-u Cobas C311	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
28	33100000-1	Lot 28. Set filtre și membrană p-u Cobas C311	Set filtre și membrană p-u Cobas C311	1	Set	Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
29	33100000-1	Lot 29. Cartuș Na p-u Cobas C311	Cartuș Na p-u Cobas C311	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
30	33100000-1	Lot 30. Cartuș K p-u Cobas C311	Cartuș K p-u Cobas C311	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

31	33100000-1	Lot 31. Electrode Referință p-u Cobas C311	Electrode Referință p-u Cobas C311	1	Buc.	Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
32	33100000-1	Lot 32. Microelectrod Ph p-u Cobas B121	Microelectrod Ph p-u Cobas B121	1	Buc.	Ref: 3111717180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
33	33100000-1	Lot 33. Microelectrod PO2 p-u Cobas B121	Microelectrod PO2 p-u Cobas B121	1	Buc.	Ref: 3111695180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
34	33100000-1	Lot 34. Microelectrod PCO2 p-u Cobas B121	Microelectrod PCO2 p-u Cobas B121	1	Buc.	Ref: 3111679180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
35	33100000-1	Lot 35. Microelectrod Ref p-u Cobas B121	Microelectrod Ref p-u Cobas B121	1	Buc.	Ref: 3111873180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

36	33100000-1	Lot 36. Camera de măsurare contact(Mcon) p-u Cobas B121	Camera de măsurare contact (Mcon) p-u Cobas B121	2	Buc.	Ref: 3144062001. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
37	33100000-1	Lot 37. Set mentenanță p-u Cobas B121	Set mentenanță p-u Cobas B121	1	Buc.	Ref: 3273121001. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
38	33100000-1	Lot 38. Electrode K+ p-u EasyLyte, ref. 2101	Electrod K+ p-u EasyLyte, ref. 2101	1	Buc.	Ref: 2101. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
39	33100000-1	Lot 39. Electrode Na+ p-u EasyLyte, ref. 2102	Electrod Na+ p-u EasyLyte, ref. 2102	1	Buc.	Ref: 2102. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
40	33100000-1	Lot 40. Electrode de referință p-u EasyLyte, ref. 2103	Electrod de referință p-u EasyLyte, ref. 2103	1	Buc.	Ref: 2103. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

41	33100000-1	Lot 41. Tub pompă peristaltică, p-u EasyLyte, ref. 2104	Tub pompă peristaltică, p-u EasyLyte, ref. 2104	1	Buc.	Ref: 2104. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
42	33100000-1	Lot 42. Valvă soluții p-u EasyLyte, ref. 2108	Valvă soluții p-u EasyLyte, ref. 2108	1	Buc.	Ref: 2108. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
43	33100000-1	Lot 43. Membrane assembly p-u EasyLyte, ref. 2258	Membrane assembly p-u EasyLyte, ref. 2258	1	Buc.	Ref: 2258. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
44	33100000-1	Lot 44. Internal filling solution p-u EasyLyte, ref. 2492	Internal filling solution p-u EasyLyte, ref. 2492	1	Buc.	Ref: 2492. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
45	33100000-1	Lot 45. Set mentenanță 1 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 05521521001	Set mentenanță 1 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 05521521001	1	Set	Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

46	33100000-1	Lot 46. Set mentenanță 2 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 07783175001	Set mentenanță 2 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 07783175001	1	Set	Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
47	33100000-1	Lot 47. Set mentenanță modular E/E601, p-u Cobas 6000, Ref. 03504620001	Set mentenanță modular E/E601, p-u Cobas 6000, Ref. 03504620001	1	Set	Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
48	33100000-1	Lot 48. Carbon filter p-u ClearVue, Ref. 990610	Carbon filter p-u ClearVue, Ref. 990610	1	Buc.	Ref. 990610. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
49	33100000-1	Lot 49. Dispense Head Cleaning Station p-u ClearVue, Ref. A79210027	Dispense Head Cleaning Station p-u ClearVue, Ref. A79210027	1	Buc.	Ref. A79210027. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
50	33100000-1	Lot 50. Suction Cup (set 3 Buc.ăți), p-u ClearVue, Ref. A79210081	Suction Cup (set 3 bucăți), p-u ClearVue, Ref. A79210081	1	Set	Ref. A79210081. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

51	33100000-1	Lot 51. Gripper Return Plate p-u ClearVue, Ref. A79210158	Gripper Return Plate p-u ClearVue, Ref. A79210158	1	Buc.	Ref. A79210158. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
52	33100000-1	Lot 52. Grabber Eccentric Kit p-u ClearVue, Ref. A79210178	Grabber Eccentric Kit p-u ClearVue, Ref. A79210178	1	Set	Ref. A79210178. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
53	33100000-1	Lot 53. Gemini Basket with Black Slide Retainer (set 5 Buc.ăți) p-u ClearVue, Ref. A79210064	Gemini Basket with Black Slide Retainer (set 5 bucăți) p-u ClearVue, Ref. A79210064	3	Set	Ref. A79210064. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
54	33100000-1	Lot 54. Reagent Pot p-u Gemini AS, Ref. A78010487	Reagent Pot p-u Gemini AS, Ref. A78010487	20	Buc.	Ref. A78010487. Compatibil cu Thermo Gemini AS. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
55	33100000-1	Lot 55. Reagent Pot Cover (Single Pot) p-u Gemini AS. Ref. A78010489	Reagent Pot Cover (Single Pot) p-u Gemini AS. Ref. A78010489	20	Buc.	Ref. A78010489. Compatibil cu Thermo Scientific Gemini AS. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

56	33100000-1	Lot 56. Reagent bath p-u STP-120	Reagent bath p-u STP-120	12	Buc.	Ref. STP-089. Compatibil cu Thermo Scientific STP-120. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
57	33100000-1	Lot 57. Paraffin bath p-u STP-120	Paraffin bath p-u STP-120	3	Buc.	Ref. STP-060. Compatibil cu Thermo Scientific STP-120. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
58	33100000-1	Lot 58. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202	Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202	2	Buc.	Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
59	33100000-1	Lot 59. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600	Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600	1	Buc.	Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
60	33100000-1	Lot 60. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G	Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G	2	Buc.	Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

61	33100000-1	Lot 61. Acumulator 7.2 V 2250 mAh p-u MAC 600, Ref. 2073265-001	Acumulator 7.2 V 2250 mAh p-u MAC 600, Ref. 2073265-001	1	Buc.	Ref. 2073265-001 Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
62	33100000-1	Lot 62. Acumulator 9.6 V 1400 mAh p-u CARDIMAX FX 7202	Acumulator 9.6 V 1400 mAh p-u CARDIMAX FX 7202	1	Buc.	Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
63	33100000-1	Lot 63. Modul LCD iC3 p-u Helmer IB120	Modul LCD iC3 p-u Helmer IB120	1	Buc.	Compatibil cu frigider pentru depozitarea sângelui Helmer IB 120. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
64	33100000-1	Lot 64. V Paper Filter p-u Canta V8-WN-NS	V Paper Filter p-u Canta V8-WN-NS	100	Buc.	Compatibil cu concentrator oxigen Canta V8-WN-NS. H: 64mm, Di:42mm, De:60mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
65	33100000-1	Lot 65. Set electrozi p-u Refton-01-FS	Set electrozi p-u Refton-01-FS	20	Set	Compatibil cu dispozitive de terapie fizică Azgar Refton-01-FS. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.

66	33100000-1	Lot 66. Set inhalare p-u Nebulair+	Set inhalare p-u Nebulair+	10	Set	Ref: ACO464P + ACO578P + ACO462P. Compatibil cu inhalator Flaem Nebulair+. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
67	33100000-1	Lot 67. Bandă de fixare pentru electrozi	Bandă de fixare pentru electrozi	20	Buc.	Bandă elastică pentru fixare electrozi terapie fizică. Pentru membrele superioare și inferioare. Din material lavabil, sterilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
68	33100000-1	Lot 68. Lampă halogen p-u MR-96A	Lampă halogen p-u MR-96A	1	Buc.	Compatibil cu cititorul de microplăci Mindray MR-96A. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
69	33100000-1	Lot 69. Sensor de oxigen (ref: OOM202)	Sensor de oxigen (ref: OOM202)	33	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
70	33100000-1	Lot 70. Hepa filtru (Ref: KB030100)	Hepa filtru (Ref: KB030100)	33	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
71	33100000-1	Lot 71. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 35 cm, Ø 22 mm	Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 35 cm, Ø 22 mm	40	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

72	33100000-1	Lot 72. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 60 cm, Ø 22 mm	Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 60 cm, Ø 22 mm	160	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
73	33100000-1	Lot 73. Senzor SpO2 (ref: TL-201T)	Senzor SpO2 (ref: TL-201T)	60	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
74	33100000-1	Lot 74. Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-900P)	Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-900P)	25	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
75	33100000-1	Lot 75. Manseta adult 35-45, cu conector tip 330091	Manseta adult 35-45, cu conector tip 330091	30	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
76	33100000-1	Lot 76. Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091	Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091	85	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

77	33100000-1	Lot 77. Baterii tip AA	Baterii tip AA	440	Buc.	Anul de producere 2021. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
78	33100000-1	Lot 78. Baterii tip AAA	Baterii tip AAA	50	Buc.	Anul de producere 2021. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
79	33100000-1	Lot 79. Baterii tip C	Baterii tip C	20	Buc.	Anul de producere 2021 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
80	33100000-1	Lot 80. Baterii tip 6F22	Baterii tip 6F22	50	Buc.	Anul de producere 2021. Capacitatea 1 Ah. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
81	33100000-1	Lot 81. Sensor de oxigen (Ref:MX01049)	Sensor de oxigen (Ref:MX01049)	56	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
82	33100000-1	Lot 82. Senzor SpO2 tip Nellcor	Senzor SpO2 tip Nellcor	145	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
83	33100000-1	Lot 83. Senzor SpO2 tip Nellcor (ref: DS-100A)	Senzor SpO2 tip Nellcor (ref: DS-100A)	15	Buc.	Compatibil cu Pulsoximetru portabil Nellcor OxiMax N-65. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

84	33100000-1	Lot 84. Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683)	Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683)	70	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
85	33100000-1	Lot 85. Furtun de interconectare monitor de pacient-manseta (ref:1275 275)	Furtun de interconectare monitor de pacient-manseta (ref:1275 275)	50	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
86	33100000-1	Lot 86. Manseta adult 35-45 cm, cu conector tip BP 12	Manseta adult 35-45 cm, cu conector tip BP 12	30	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
87	33100000-1	Lot 87. Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12	Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12	80	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

88	33100000-1	Lot 88. Kit de mentenanță 6 ani (Ref:MX08861)	Kit de mentenanță 6 ani (Ref:MX08861)	26	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Kit-ul va include: -Microfilter 1 Buc.; -Set of dust filters 1 set; -Diaphragm complete 2 Buc.; -Filter Gas Inlet 1 Buc.; -Lead-acid accumulator 12V/3.5 Ah 2 Buc.; - Sealing ring 1Buc.; -Washer 1 Buc.; - Real-time clock 1 Buc. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Instalarea kitului de către reprezentant. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
89	33100000-1	Lot 89. Cablu ECG 3 electrozi, lungimea 1.5 metri, conform standardului IEC1 (ref: MP03411)	Cablu ECG 3 electrozi, lungimea 1.5 metri, conform standardului IEC1 (ref: MP03411)	130	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
90	33100000-1	Lot 90. Cablu MultiMed 5 Pod, conform standardului IEC1 (ref: 5950196)	Cablu MultiMed 5 Pod, conform standardului IEC1 (ref: 5950196)	40	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
91	33100000-1	Lot 91. Set electrozi tip pare (in set 6 Buc.) compatibil cu conector tip Banana	Set electrozi tip pare (in set 6 buc.) compatibil cu conector tip Banana	3	Buc.	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
92	33100000-1	Lot 92. Set electrozi tip cleste (in set 4 Buc.: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana	Set electrozi tip cleste (in set 4 buc: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana	3	Buc.	Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

93	33100000-1	Lot 93. Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633300)	Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633 300)	33	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
94	33100000-1	Lot 94. FIO2 HATCH ASSEMBLY (ref:KY633000)	FIO2 HATCH ASSEMBLY (ref: KY633000)	2	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
95	33100000-1	Lot 95. Turbina (ref:KY641400)	Turbina (ref: KY641400)	1	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
96	33100000-1	Lot 96. O2 PROPORTION AL VALVE (ref: KY634901- 00)	O2 PROPORTI ONAL VALVE (ref: KY634901-00)	1	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
97	33100000-1	Lot 97. Adaptor etCO2, reutilizabil, adult (ref:4721796)	Adaptor etCO2, reutilizabil, adult (ref:4721796)	5	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

98	33100000-1	Lot 98. E/M Spare Cable 6X02XL A103/4 Frnt (ref: MS17217)	E/M Spare Cable 6X02XL A103/4 Frnt (ref: MS17217)	1	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL. Să fie în complet cu cablul flex interconector (Board Front Pnl GAMMA XL A200 - PCB Processor SC 6X02XL A104). Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
99	33100000-1	Lot 99. Modul NIBP (ref: 5950782)	Modul NIBP (ref: 5950782)	3	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
100	33100000-1	Lot 100. Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500)	Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500)	5	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
101	33100000-1	Lot 101. Senzor de flux/presiune (Flow sampling probe)	Senzor de flux/presiune (Flow sampling probe)	2	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv portativ p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
102	33100000-1	Lot 102. N-Module, 220-240V (ref: 3450 6683)	N-Module, 220-240V (ref: 3450 6683)	10	Buc.	Compatibil cu Pompa de perfuzie B Braun, Compact. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

103	33100000-1	Lot 103. Diafragma pentru valva de expir	Diafragma pentru valva de expir	2	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
104	33100000-1	Lot 104. Diafragma pentru valva de inspir	Diafragma pentru valva de inspir	2	Buc.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
105	33100000-1	Lot 105. Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179)	Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179)	2	Set	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
106	33100000-1	Lot 106. Acumulator Keeler All Pupil II 7.4V/ 1.7Ah Ref: 1919-P- 1013	Acumulator Keeler All Pupil II	4	Buc.	Compatibil cu oftalmoscop Keeler All Pupil II . Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
107	33100000-1	Lot 107. Lampă pentru oftalmoscop Keeler All Pupil II Ref: 1012-P- 7003	Lampă pentru oftalmoscop Keeler All Pupil II Ref: 1012-P-7004	10	Buc.	Compatibil cu oftalmoscop KEELER All Pupil II . Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

108	33100000-1	Lot 108. Cablu pentru pedala microscopului Lumera i, Ref: 304970-8760-000	Cablu pentru pedala microscopului Lumera i, 6 metri, Ref: 304970-8760-001	1	Buc.	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i , 6 metri, 4 pini. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
109	33100000-1	Lot 109. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	30	Buc.	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i . Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 50 ore de lucru din data instalării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
110	33100000-1	Lot 110. Cablu pentru pedala sistemului de vitrectomie CONSTELLATION Vision System	Cablu pentru pedala sistemului de vitrectomie CONSTELLATION Vision System	1	Buc.	Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System , 5 metri, 19 pini. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 50 ore de lucru din data instalării. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
111	33100000-1	Lot 111. Lampă pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor	Lampă pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor	1	Buc.	Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System . Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

112	33100000-1	Lot 112. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica	Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W	2	Buc.	Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123 . Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
113	33100000-1	Lot 113. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF	Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF	1	Buc.	Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500 , Ref: PE150AF. Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
114	33100000-1	Lot 114. Encoder pentru Siemens Acuson S1000, Ref: 62SY11082	Encoder pentru Siemens Acuson S1000, Ref: 62SY11083	5	Buc.	Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000 , Ref: 62SY11082. Numarul de pini: 6 (cu pasul de 2,54 mm), tensiunea: 5V, dimensiunile: 12,7mm x 13,72mm x 24,82mm. termenul de viata numarul minim de rotatii: 1 mil, numarul minim de apasari pe buton: 3 mil. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
115	33100000-1	Lot 115. Cablu de interconectare BTL-08 SPIRO PRO cu calculatorul (RS-232 to USB)	Cablu de interconectare BTL-08 SPIRO PRO cu calculatorul (RS-232 to USB)	1	Buc.	Cablu de interconectare spirometrul BTL-08 Spiro Pro cu calculatorul. Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro și BTL CardioPoint software. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

116	33100000-1	Lot 116. Tiratron pentru Modulith SLK	Tiratron pentru Modulith SLK	1	Buc.	Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Cu instalarea de către inginer autorizat Karl Storz. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
117	33100000-1	Lot 117. Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK	Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK	2	Buc.	Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
118	33100000-1	Lot 118. Inel de fixare pentru perna de cuplare la Modulith SLK	Inel de fixare pentru perna de cuplare la Modulith SLK	1	Buc.	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
119	33100000-1	Lot 119. Ambriaj la Modulith SLK	Ambriaj la Modulith SLK	2	Buc.	Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
120	33100000-1	Lot 120. Lampă LED de avertizare, Tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă, Ref: 3SB3 901-1QG	Lampă LED de avertizare, Tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă, Ref: 3SB3 901-1QG	5	Buc.	Lampă LED de tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă. Compatibil cu sistemul de simnalizare a angiografelor Artis Zee Biplane și Floor, SIEMENS . Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

121	33100000-1	Lot 121. Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533	Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 534	2	Buc.	Compatibil cu AXIOM Sensis XP și masa angiografului Artis Zee Biplane, SIEMENS . Lungimea 3,8 m, 16 pini, pentru 10 electrozi. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
122	33100000-1	Lot 122. Set de fixatoare sonde IBP pentru Infinity HemoMed, Ref: 5192112	Set de fixatoare sonde IBP pentru Infinity HemoMed, Ref: 5192113	1	Set	Set din 5 piese. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
123	33100000-1	Lot 123. Set de adaptor-bloc Hemp Pod 10 pini pentru Infinity HemoMed, Ref: 3375958	Set de adaptor-bloc Hemp Pod 10 pini pentru Infinity HemoMed, Ref: 3375959	1	Set	Set din 2 piese, AB și CD. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
124	33100000-1	Lot 124. Transmitator de presiune 4 bar (Ref:404366/024)	Transmitator de presiune 4 bar (Ref:404366/024)	2	Buc.	Pentru Sterilizator Selectomat PL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
125	33100000-1	Lot 125. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	1	Buc.	Pentru Sterilizator Selectomat PL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
126	33100000-1	Lot 126. Kit mentenanță 1 an	Kit mentenanță 1 an	1	Buc.	Pentru Sterilizator Selectomat PL, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.

127	33100000-1	Lot 127. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)	Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)	4	Buc.	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
128	33100000-1	Lot 128. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000	STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000	2	Buc.	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
129	33100000-1	Lot 129. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)	Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)	2	Buc.	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
130	33100000-1	Lot 130. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)	Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)	8	Buc.	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
131	33100000-1	Lot 131. Contactor 3RT1035-1B (RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC)	Contactator 3RT1035-1B (RESISTAN CES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC)	2	Buc.	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
132	33100000-1	Lot 132. Sensor de presiune absoluta (0- 4Bar)	Sensor de presiune absoluta (0-4Bar)	1	Buc.	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
133	33100000-1	Lot 133. Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection)	Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection)	2	Buc.	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
134	33100000-1	Lot 134. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314	STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECT OR MAT LD2314	2	Buc.	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.

135	33100000-1	Lot 135. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	4	Buc.	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
136	33100000-1	Lot 136. Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	2	Buc.	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
137	33100000-1	Lot 137. Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	2	Buc.	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
138	33100000-1	Lot 138. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)	Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)	2	Buc.	Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
139	33100000-1	Lot 139. Filter complete D34x70mm, 600μm (Art. Nr. 16335.00)	Filter complete D34x70mm, 600μm (Art. Nr.16335.00)	2	Buc.	Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
140	33100000-1	Lot 140. Drain valve complete, 230V, 50Hz	Drain valve complete, 230V, 50Hz	1	Buc.	Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
141	33100000-1	Lot 141. Sterile air filter	Sterile air filter	1	Buc.	Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova E3. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.

142	33100000-1	Lot 142. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri cu instalare	Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri cu instalare	1	Buc.	Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
143	33100000-1	Lot 143. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri cu instalare	Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri cu instalare	1	Buc.	Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
144	33100000-1	Lot 144. Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri cu instalare	Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri cu instalare	1	Buc.	Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
145	33100000-1	Lot 145. Garnitura capacului (cod 21001)	Garnitura capacului (cod 21001)	1	Buc.	Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
146	33100000-1	Lot 146. Recipient de evacuare (cod 24006)	Recipient de evacuare (cod 24006)	2	Buc.	Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
147	33100000-1	Lot 147. Ulei pentru pompe de vacuum	Ulei pentru pompe de vacuum	5	litri	Ulei pentru pompe de vacuum, ISO VG 100

148	33100000-1	Lot 148. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar	COMPLEMENT VALVE CIRCUIT FOR SUPPORT OF AIR CUT "NO"	5	Buc.	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: PXB-B392
149	33100000-1	Lot 149. Valva de control pneumatica, 24VDC	VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3	2	Buc.	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3
150	33100000-1	Lot 150. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz	21992.10 High capacity air turbine Self-Hold Thermal Protector Self-Hold Thermal Protector: SK7AM209 A5 (110°C) built-in.	3	Buc.	Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: 486.3.207-2
151	33100000-1	Lot 151. Pompa de aer, pentru uscare, Brushless, 5.7"/145mm, 240V, 50Hz	MOTOR OF DRYING MAT LD2314 LD521 LD521XLS	1	Buc.	Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
152	33100000-1	Lot 152. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service consumabile (2904500069)	Kit service consumabile (2904500069)	3	Set	Compatibil cu compresorul GA22MED. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654)

153	33100000-1	Lot 153. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800)	Kit service separator K (2901074800)	3	Set	Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654)
154	33100000-1	Lot 154. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901118900)	Kit service deservire preventivă (2901118900)	3	Set	Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654)
155	33100000-1	Lot 155. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) (1630114600)	Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) (1630114600)	3	Set	Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654)
156	33100000-1	Lot 156. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80 (2901197614)	kit service filtru QDT80 (2901197614)	2	Set	Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
157	33100000-1	Lot 157. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628)	kit service filtru 70-80-100 (2901197628)	2	Set	Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.

158	33100000-1	Lot 158. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633)	kit service filtru A CD 80-100 (2901197633)	2	Set	Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
159	33100000-1	Lot 159. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service (2901067300)	kit service (2901067300)	6	Set	Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
160	33100000-1	Lot 160. Filtru ulei compresor KS 124, (223489)	Filtru ulei compresor KS 124, (223489)	8	Buc.	Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
161	33100000-1	Lot 161. Ulei AEON 3000SP (35 l.), (250531A)	Ulei AEON 3000SP (35 l.), (250531A)	8	Buc.	Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
162	33100000-1	Lot 162. Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487)	Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487)	2	Buc.	Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
163	33100000-1	Lot 163. Cartuș filtru aer, compresor KS 124, (223491)	Cartuș filtru aer, compresor KS 124, (223491)	8	Buc.	Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.

164	33100000-1	Lot 164. Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177)	Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177)	1	Buc.	Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
165	33100000-1	Lot 165. Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197)	Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197)	1	Buc.	Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
166	33100000-1	Lot 166. Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187)	Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187)	1	Buc.	Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
167	33100000-1	Lot 167. Cartuș filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644)	Cartuș filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644)	1	Buc.	Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
168	33100000-1	Lot 168. Cartuș filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654)	Cartuș filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654)	1	Buc.	Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
169	33100000-1	Lot 169. Cartuș filtru aer IMT F 012	Cartuș filtru aer IMT F 012	1	Buc.	Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.

170	33100000-1	Lot 170. Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580)	Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580)	1	Buc.	Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
171	33100000-1	Lot 171. Valva termostatica compresor KS 124, (221461)	Valva termostatica compresor KS 124, (221461)	1	Buc.	Compatibil cu compresorul KS 124. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
172	33100000-1	Lot 172. Valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049)	Valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049)	1	Buc.	Compatibil cu compresorul KS 124. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
173	33100000-1	Lot 173. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 40.0 PTFE VA	Angle seat valve 2000 A 40.0 PTFE VA	5	Set	Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
174	33100000-1	Lot 174. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 25.0 PTFE VA	Angle seat valve 2000 A 25.0 PTFE VA	2	Set	Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
175	33100000-1	Lot 175. Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124	Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124	2	Buc.	Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.

176	33100000-1	Lot 176. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200)	Kit service deservire preventivă ZT 45FF (2901112200)	1	Set	Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
177	33100000-1	Lot 177. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100)	Kit service supapa de admisie (2901110100)	1	Set	Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
178	33100000-1	Lot 178. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320)	Kit service Purja EWD330M (2901063320)	3	Set	Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
179	33100000-1	Lot 179. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Ulei ROTO-Z (1x20 l) (2908850101)	Ulei ROTO-Z (1x20 l) (2908850101)	1	Buc.	Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
180	33100000-1	Lot 180. Presostat compresor ZT 45FF	Presostat compresor ZT 45FF	1	Buc.	Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
181	33100000-1	Lot 181. Cartus filtru aer de uz general DD 130+ (2901300006)	Cartus filtru aer de uz general DD 130+ (2901300006)	1	Buc.	Compatibil cu rezervor aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.

182	33100000-1	Lot 182. Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106)	Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106)	1	Buc.	Compatibil cu rezervor aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
183	33100000-1	Lot 183. Kit service, Generator OGP35, Plan C-16000 ore (2904500282)	Kit service Generator OGP35 (2904500282)	1	Set	Compatibil cu stația de oxigen (generator) OGP35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
184	33100000-1	Lot 184. Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102)	Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102)	1	Buc.	Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
185	33100000-1	Lot 185. Cartus filtru oxigen steril A3051MS	Cartus filtru oxigen steril A3051MS	1	Buc.	Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
186	33100000-1	Lot 186. Filtru aer H15	Cartuș filtru aer EH15	1	Buc.	Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
187	33100000-1	Lot 187. Filtru aer C15	Cartuș filtru aer EC15	1	Buc.	Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.

188	33100000-1	Lot 188. Filtru aer VBA-2B-BE	Cartuș filtru VBA-2B-BE	1	Buc.	Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
189	33100000-1	Lot 189. Filtru aer HF1-24	Cartuș filtru aer E1-24	1	Buc.	Compatibil cu compresorul DET 200/90. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
190	33100000-1	Lot 190. Filtru aer HF7-12	Cartuș filtru aer E7-12	1	Buc.	Compatibil cu compresorul DET 200/90. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
191	33100000-1	Lot 191. Filtru ulei (0531000002)	Filtru ulei (0531000002)	2	Buc.	Compatibil cu vacuum medical mVAC 500. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
192	33100000-1	Lot 192. Filtru aer, vac filter 1600 (2901204100)	Filtru aer, vac filter 1600 (2901204100)	2	Buc.	Compatibil cu vacuum medical mVAC 500. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
193	33100000-1	Lot 193. Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612)	Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612)	5	Buc.	Compatibil cu priza pentru gaze medicale VAC standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.

194	33100000-1	Lot 194. Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613)	Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613)	5	Buc.	Compatibil cu priza pentru gaze medicale AIR standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
195	33100000-1	Lot 195. Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611)	Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611)	10	Buc.	Compatibil cu priza pentru gaze medicale O2 standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
196	33100000-1	Lot 196. Reductor pentru butelii de oxigen	Reductor pentru butelii de oxigen	5	Buc.	Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4". Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.
197	33100000-1	Lot 197. Reductor pentru rețea de oxigen	Reductor pentru rețea de oxigen	5	Buc.	Pentru oxigen medical 90-99% puritate; Manometru pentru monitorizare presiune la intrare; Manometru pentru monitorizare presiune la ieșire; Presiune maximă ≥ 10 bar; Regulator de presiune; Regulare presiune pînă la 10 bar; Debit ≥ 24 m ³ /h; Intrare în reductor G1" mama; Ieșire din reductor G1" tata. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.

198	33100000-1	Lot 198. Senzor de oxigen / ref: OOM201	Senzor de oxigen / ref: OOM201	20	Buc.	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
199	33100000-1	Lot 199. Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053	Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053	64	Buc.	Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
200	33100000-1	Lot 200. Valva de ceramica REF: M23225	Valva de ceramica REF: M23225	20	Buc.	Compatibil cu Mașină de anestezie Drager Fabius Plus, diametru 32mm, grosime 0,3mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
201	33100000-1	Lot 201. Filtru bacterial (REF: MK00514)	Filtru bacterial (REF: MK00514)	20	Buc.	Compatibil cu aspiratorul din cadrul masinii de anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
202	33100000-1	Lot 202. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	6	Set	Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

203	33100000-1	Lot 203. Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update	Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update	3	Set	Pentru dispozitivul Maquet Flow ic 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Update la soft pina la cea mai noua versiune. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
204	33100000-1	Lot 204. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012)	Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012)	15	Buc.	Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow ic20. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
205	33100000-1	Lot 205. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta	Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta	2	Buc.	Cu cablu interconectare compatibil cu portul X8 al monitorului Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
206	33100000-1	Lot 206. Furtun interconector pentru manseta (REF: MP00953)	Furtun interconector pentru manseta (REF: MP00953)	20	Buc.	Cu conector la manseta tip "Mindray" REF: 6200-30-09688. Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

207	33100000-1	Lot 207. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K	Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K	1	Buc.	Cu cablu interconectare cu lungimea minim 30 cm cu suport de fixare pentru masina de anestezie Drager Fabius Plus. Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
208	33100000-1	Lot 208. Conector din plastic pentru manseta (REF: 330091)	Conector din plastic pentru manseta (REF: 330091)	20	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
209	33100000-1	Lot 209. Cablu ECG 3 electrozi (Ref:BR-903P)	Cablu ECG 3 electrozi (Ref:BR-903P)	5	Buc.	Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
210	33100000-1	Lot 210. Acumulator NI-MH, 9.6V, Typ.2900mAh- Min.2700mAh, (REF: SB-671P)	Acumulator NI-MH, 9.6V, Typ.2900mAh- Min.2700mAh, (REF: SB-671P)	12	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

211	33100000-1	Lot 211. Cablu de interconectare pentru senzor SpO2 tip Nellcor (REF: 0010-20-42594)	Cablu de interconectare pentru senzor SpO2 tip Nellcor (REF: 0010-20-42594)	15	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
212	33100000-1	Lot 212. Furtun interconector pentru manseta (REF: 509B-30-06259)	Furtun interconector pentru manseta (REF: 509B-30-06259)	10	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
213	33100000-1	Lot 213. Cablu ECG 3 electrozi (REF: 0010-30-42726)	Cablu ECG 3 electrozi (REF: 0010-30-42726)	5	Buc.	Cu standardul de culori europene (galben, verde, roșu). Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
214	33100000-1	Lot 214. Cablu interconector pentru ECG (REF: 0010-30-42719)	Cablu interconector pentru ECG (REF: 0010-30-42719)	5	Buc.	Cu standardul de culori europene (galben, verde, roșu). Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
215	33100000-1	Lot 215. Acumulator reincarcabil 12V, 2300mAh (REF: FB 1223)	Acumulator reincarcabil 12V, 2300mAh (REF: FB 1223)	6	Buc.	Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

216	33100000-1	Lot 216. Baterie CR 1220, 3 V	Baterie CR 1220, 3 V	6	Buc.	Anul de producere 2020. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
217	33100000-1	Lot 217. Bec pentru laringoscop (REF: 34325)	Becuri pentru laringoscop (REF: 34325)	30	Buc.	Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.
218	33100000-1	Lot 218. Lamela C-MAC Macintosh #0 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD	Lamela C-MAC Macintosh #0 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD	1	Buc.	Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
219	33100000-1	Lot 219. Lamela C-MAC Macintosh #2 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD	Lamela C-MAC Macintosh #2 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD	1	Buc.	Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
220	33100000-1	Lot 220. Lamela C-MAC D-BLADE Ped. compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD	Lamela C-MAC D-BLADE Ped. compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD	1	Buc.	Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
221	33100000-1	Lot 221. Furtun pentru gaz coprimat, oxigen, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	Furtun pentru gaz coprimat, oxigen, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	6	Buc.	Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

222	33100000-1	Lot 222. Furtun pentru gaz coprimat, aer, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	Furtun pentru gaz coprimat, aer, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	6	Buc.	Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
223	33100000-1	Lot 223. Furtun pentru evacuarea gazelor anestezice AGSS cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	Furtun pentru evacuarea gazelor anestezice cu conector AGSS pentru aparatul de anestezie Drager Fabius	6	Buc.	Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
224	33100000-1	Lot 224. Modul de acumulatori reîncarcabili 12VDC, 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300	Modul de acumulatori reîncarcabili 12VDC, 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300	2	set	Modul de acumulatori reîncarcabili 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
225	33100000-1	Lot 225. Cablu ECG 5 electrozi, pentru IABP Maquet CS300, REF:D012-00-1155-02	Cablu ECG 5 electrozi, pentru IABP Maquet CS300, REF:D012-00-1155-03	1	Buc.	Compatibil cu IABP Maquet CS300. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
226	33100000-1	Lot 226. Cablu pentru măsurarea tensiunii arteriale, pentru IABP Maquet CS300, REF: D012-00-1245	Cablu pentru măsurarea tensiunii arteriale, pentru IABP Maquet CS300, REF: D012-00-1246	1	Buc.	Compatibil cu IABP Maquet CS300. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

227	33100000-1	Lot 227. Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori	Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori	2	Set	Compatibil cu Maquet HL 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Acumulatori compatibili cu Maquet HL 20. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
228	33100000-1	Lot 228. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III	Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III	1	Set	Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
229	33100000-1	Lot 229. Troliu de transportare pentru dispozitivul de plasmofereza DigiPla 80	Troliu de transportare pentru DigiPla 80	2	Buc.	Confectionat din oțel inoxidabil. Patru roți, dintre care minim 2 cu frana. Dotat cu sertar pentru depozitarea accesoriilor. Dotat cu maner. Compatibil cu dispozitivul DigiPla 80. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
230	33100000-1	Lot 230. Cablu bipolar pentru frecventa inalta (REF: 847000 E)	Cablu bipolar pentru frecventa inalta (REF: 847000 E)	3	Buc.	Compatibil cu instrumentele aflate in dotarea spitalului. Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon 50, 205205 20. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

231	33100000-1	Lot 231. Cablu bipolar pentru frecventa inalta	Cablu bipolar pentru frecventa inalta	2	Buc.	Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon 50, 205205 20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
232	33100000-1	Lot 232. Cablu bipolar pentru frecventa inalta	Cablu bipolar pentru frecventa inalta	2	Buc.	Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon II 200, 205322 20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
233	33100000-1	Lot 233. Cablu bipolar pentru frecventa inalta	Cablu bipolar pentru frecventa inalta	2	Buc.	Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul ERBE VIO 300D. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
234	33100000-1	Lot 234. Ace bipolare pentru diatermocoagulator	Ace bipolare pentru diatermocoagulator	3	Buc.	Electrod bipolar tip ace pentru turbinoplastie inferioara cu radiofrecventa. Autoclavabil reutilizabil. Lungimea de lucru 14 cm, lungime ace 15mm curbat la miner dar nu la lungimea de lucru REF: 840310. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

235	33100000-1	Lot 235. Filtru bacterial hidrofobic (REF: 50.00.05)	Filtru bacterial hidrofobic (REF: 50.00.05)	100	Buc.	Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
236	33100000-1	Lot 236. O2-Sensor Jet, pentru Masina de Anestezie Twin stream	O2-Sensor Jet, pentru Masina de Anestezie Twin stream	2	Buc.	Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
237	33100000-1	Lot 237. UFO-Sensor, pentru Masina de Anestezie Twin stream (REF: UFO 130-2)	UFO-Sensor, pentru Masina de Anestezie Twin stream (REF: UFO 130-2)	2	Buc.	Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
238	33100000-1	Lot 238. Acumulatori Nichel -Metal Hybride, 12V, 2800 mAh. (REF: NKB-301V)	Acumulatori Nichel -Metal Hybride, 12V, 2800 mAh. (REF: NKB-301V)	6	Buc.	Acumulator compatibil cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
239	33100000-1	Lot 239. Set acumulatori pentru Smart-UPS 1000	Set acumulatori pentru Smart-UPS 1000	1	Set	Set din 2 acumulatori 12V 12Ah, conector de tip F2, lungimea maxima a acumulatorului: 152 mm, lățimea maxima a acumulatorului: 99 mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 95 mm. Compatibil cu APC Smart-UPS 1000 . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

240	33100000-1	Lot 240. Borcan medical pentru concentrator de oxigen	Borcan medical pentru concentrator de oxigen	100	Buc.	Indicator de nivel minim și maxim pentru apa. Valva de siguranță la suprapresiune. Valva se va activa în intervalul de presiune 0.4-0.5 bar. Conexiune tip Diss(9/16-18unf).
241	33100000-1	Lot 241. Baterie Li-MnO ₂ , 12V, 2.8 Ah, (REF: 4-07-0001)	Baterie Li-MnO ₂ , 12V, 2.8 Ah, (REF: 4-07-0001)	11	Buc.	Baterie compatibila cu defibrilatorul Schiller Fred Easy. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
242	33100000-1	Lot 242. Electrozi pentru defibrilatie (REF: 0-21-0020)	Electrozi pentru defibrilatie (REF: 0-21-0020)	55	Buc.	Electrozi pentru defibrilatie compatibili cu defibrilatorul Schiller Fred Easy. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
243	33100000-1	Lot 243. Bloc de alimentare pentru lampa chirurgicala Model: A012. ref: A012-001DAF	Bloc de alimentare pentru lampa chirurgicala Model: A012. ref: A012-001DAF	4	Buc.	Compatibil cu lampa chirurgicala Maquet Volista. Parametri: Vin: 100-240 VAC, 50-60 Hz, P-200W Vout-28VDC ± 3 %, I- 5,5 A. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
244	33100000-1	Lot 244. Panou de control pentru sala de operatii	Panou de control pentru sala de operatii	16	Buc.	Compatibil cu sistemul de control al salii de operatii din cadrul institutiei. Compatibil cu modulul de control ASSET, CPA-8. Cu dirijarea urmatoarelor parametri: lumina tavan, lumina UV, indicator de avertizare, lampa chirurgicala, telefon. ermen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

245	33100000-1	Lot 245. Furtun de presiune înaltă	Furtun de presiune înaltă	3	Buc.	<p>Pentru conectarea și încărcarea buteliilor de oxigen medical; Compatibil cu oxigenul medical; Conectorul de intrare și conectorul de ieșire G3/4"; Presiunea maximă ≥ 250Bar; Presiunea de lucru ≥ 150Bar; Împletitură metalică. Lungimea de la 800 mm până la 1500 mm. Termen de garanție 6 luni din momentul livrării. Valabile minim 6 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.</p>
246	33100000-1	Lot 246. Cablu flex	Cablu flex	100	Buc.	<p>6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 350 mm</p>
247	33100000-1	Lot 247. Cablu flex	Cablu flex	100	Buc.	<p>6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 240 mm</p>
248	33100000-1	Lot 248. Borcan umidificator	Borcan umidificator	100	Buc.	<p>Borcan umidificator, reutilizabil compatibil cu generatoarele de oxigen. Materialul utilizat - policarbonat. Conexiunile tip M10*1 / Diss(9/16-18unf) pentru dispozitiv și 3/16" la 1/4" pentru canulă . Toate conexiunile să fie din metal cromat. Valvă de siguranță la suprapresiune cu alarma audibilă care se activează la 6 psi. Autoclavabil la 134°C. Indicator minim și maxim pentru apă. Capacitatea recipientului ≤ 350 ml. Furtun conexiune concentrator/ borcan umidificator: conector intrare tip trompetă, conector pentru bol umidificator: filet tip "tată", confecționat din material plastic, să nu conțină latex.</p>
249	33100000-1	Lot 249. Acumulator 12 V, 12Ah/20HR (ref: LC-RA1212PG1)	Acumulator 12 V, 12Ah/20HR (ref: LC-RA1212PG1)	4	Buc.	<p>Acumulator compatibil cu Angiomat MEDTRON, Accutron HP. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2021. Model LC-RA1212PG1, 12 V, 12Ah/20HR.</p>

250	33100000-1	Lot 250. Lamp assembly (ref: 10310472)	Lamp assembly (ref: 10310472)	3	Buc.	Compatibil cu Analizatorul EAB, RAPIDPoint 500. Parametri: Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
251	33100000-1	Lot 251. Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor	Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor	1	Buc.	Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
252	33100000-1	Lot 252. Piese de mina pentru burghiu, ORL	Piese de mina pentru burghiu, ORL	3	Buc.	Piese de mina pentru burghiu, cod de ref: 252590, compatibilă cu motorul din cadrul dispozitivului Karl Storz Unidrive S III 407016 20. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
253	33100000-1	Lot 253. Vas pentru aspiratie	Vas pentru aspiratie	1	Buc.	Vas de aspiratie cu capac pentru dispozitivul Soering Sonoca 300. Material polysulfone, autoclavabil, volum 2l, cu atasament pentru dispozitiv incorporat pe borcan. REF Borcan: 077.0120, REF Capac: 077.0420 (Ø 6-10 mm). Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.

254	33100000-1	Lot 254. Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLAT ION Vision System, reutilizabil.	Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLAT ION Vision System, reutilizabil.	3	Buc.	Compatibil cu sistemul de vitreotomie Alcon CONSTELLATION Vision System , reutilizabil. Lungimea minim 3 metri, suprafața din silicon flexibil, cu izolarea interconectorilor electrici. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.
-----	------------	--	--	---	------	---

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>[nu vor fi acceptate]</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p><i>[forma garanției a/b/c]</i></p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29</i></p> <p><i>Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău</i></p> <p><i>Codul fiscal: 1003600150783</i></p> <p><i>Contul de decontare: IBAN –</i> MD32ML000000002251502448</p> <p><i>Codul bancar: MOLDM2X302:</i> <i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. din ”.</i></p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>1% din valoarea ofertei fără TVA.</i>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<i>DDP – Franco destinație vămuț, Incoterms 2013</i>
3.5.	Termenul de livrare:	<i>Pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării;</i>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<i>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. <i>Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>90 zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>nu se acceptă</i>

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	SIA RSAP
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	lei MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	BNM
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	Data deschiderii ofertelor
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Evaluarea va fi efectuată pe: loturi
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	Nu se aplică

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5%
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<p>[forma garanției de bună execuție a/b/c]</p> <p>a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau</p> <p>b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemișanu, 29</p> <p>Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemișanu”, Chișinău</p> <p>Codul fiscal: 1003600150783</p> <p>Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448</p> <p>Codul bancar: MOLDM2X302</p> <p>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”</p>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	Nu se aplică

6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	<i>5 zile</i>
------	--	---------------

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _____ Alexandru FERDOHLEB

CAPITOLUL III
FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

Formular	Denumirea
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ ___ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Anunț de participare Nr.: _____

Către: _____

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) _____ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri _____

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

_____ [introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

_____ [introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____

În calitate de: _____

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Data: “ ___ ” _____ 20__

Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]

_____ [Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]

Beneficiar: _____

_____ [numele și adresa autorității contractante]

Data: “ ___ ” _____ 20__

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. _____

_____ a fost informată că
_____ [denumirea băncii]

_____ (numit în continuare „Ofertant”)

_____ [numele ofertantului]
urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ ___ ” _____ 20__ (numită în
continuare „ofertă”) pentru livrarea _____

_____ [obiectul achiziției]
conform anunțului de participare nr. _____ din “ ___ ” _____
20__.

La cererea Ofertantului, noi, _____, prin prezenta,
_____ [denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:

_____ ([suma în cifre] _____ ([suma în cuvinte]))

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile
ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după
expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre
adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau
(ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform
condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire,
înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea
de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de
bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ ___ ” _____ 20__.

_____ [semnătura autorizată a băncii]

Garanție de bună execuție (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ___ ” _____ 20__

Procedura de achiziție publică Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile]* conform invitației la procedura de achiziție publică nr. din _____. 201_ *[numărul și data procedurii de achiziție publică]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*,¹ și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]

¹ Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

Formular	Denumirea
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele

Numărul procedurii de achiziție Conform SIARSAP din Conform SIARSAP
Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
33100000-1	Lot 1. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM				Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 2. Valva B3 pentru "VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6" p/u XN-1000				Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 3. Valva "MANIFOLD MV NO.14 ASSY" p/u XN-1000				Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 4. Unitate "HGB DETECTOR ASSY NO.6" p/u XN-1000				Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 5. Curea "LONGITUDINAL FEED BELT" p/u UX-2000				Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 6. Unitate "LINEAR WAY" p/u UX-2000				Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 7. Unitate "STRIP TRAY" p/u UX-2000				Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 8. Pompa "TUBE PUMP" p/u UX-2000				Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 9. Pompa "AIR PUMP" p/u UX-2000				Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 10. Inlet gasket, new design pentru ABL835				Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 11. Tub de pompă pentru pompa de deșeuri p/u ABL835				Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 12. Tub de pompă pentru pompa de soluții p/u ABL835				Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 13. Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL835				Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 14. Membrane box p/u electroad Ref, 4 Buc. p/u ABL835				Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 15. Membrane box p/u electroad pCO ₂ , 4 Buc. p/u ABL835				Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 16. Membrane box p/u electroad pO ₂ , 4 Buc. p/u ABL835				Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 17. Membrane box p/u electrod K, 4 Buc. p/u ABL835				Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 18. Membrane box p/u electrod Na, 4 Buc. p/u ABL835				Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 19. Lampă pentru Pentra C400				Ref: 1203601326. Compatibil cu analizatorul HORIBA Pentra C400 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 20. Set mentenanță 1 an pentru HORIBA Yumizen H500				Compatibil cu analizatorul HORIBA Yumizen H500 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 21. Dispensere pentru Thrombotimer				Compatibil cu analizatorul Behnk Thrombotimer 4-channel. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 22. Modul afișare și control pentru ALP CLG-40				Compatibil cu autoclavul ALP CLG-40. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 23. Lampă halogen p-u Cobas C311				Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 24. Set celule de reacție p-u Cobas C311				Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 25. Set mentenanță 6 luni p-u Cobas C311				Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 26. Set mentenanță 12 luni p-u Cobas C311				Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 27. Rășină MBH 100 p-u Cobas C311				Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 28. Set filtre și membrană p-u Cobas C311				Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 29. Cartuș Na p-u Cobas C311				Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 30. Cartuș K p-u Cobas C311				Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 31. Electrode Referință p-u Cobas C311				Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 32. Micro electrod Ph p-u Cobas B121				Ref: 3111717180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 33. Micro electrod PO2 p-u Cobas B121				Ref: 3111695180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 34. Micro electrod PCO2 p-u Cobas B121				Ref: 3111679180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 35. Micro electrod Ref p-u Cobas B121				Ref: 3111873180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 36. Cameră de măsurare contact(Mcon) p-u Cobas B121				Ref: 3144062001. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 37. Set mentenanță p-u Cobas B121				Ref: 3273121001. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 38. Electrode K ⁺ p-u EasyLyte, ref. 2101				Ref: 2101. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 39. Electrode Na ⁺ p-u EasyLyte, ref. 2102				Ref: 2102. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 40. Electrode de referință p-u EasyLyte, ref. 2103				Ref: 2103. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 41. Tub pompă peristaltică, p-u EasyLyte, ref. 2104				Ref: 2104. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 42. Valvă soluții p-u EasyLyte, ref. 2108				Ref: 2108. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 43. Membrane assembly p-u EasyLyte, ref. 2258				Ref: 2258. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 44. Internal filling solution p-u EasyLyte, ref. 2492				Ref: 2492. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 45. Set mentenanță 1 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 05521521001				Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 46. Set mentenanță 2 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 07783175001				Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 47. Set mentenanță modular E/E601, p-u Cobas 6000, Ref. 03504620001				Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 48. Carbon filter p-u ClearVue, Ref. 990610				Ref. 990610. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 49. Dispense Head Cleaning Station p-u ClearVue, Ref. A79210027				Ref. A79210027. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 50. Suction Cup (set 3 Buc.ăți), p-u ClearVue, Ref. A79210081				Ref. A79210081. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 51. Gripper Return Plate p-u ClearVue, Ref. A79210158				Ref. A79210158. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 52. Grabber Eccentric Kit p-u ClearVue, Ref. A79210178				Ref. A79210178. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 53. Gemini Basket with Black Slide Retainer (set 5 Buc.ăți) p-u ClearVue, Ref. A79210064				Ref. A79210064. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 54. Reagent Pot p-u Gemini AS, Ref. A78010487				Ref. A78010487. Compatibil cu Thermo Gemini AS. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 55. Reagent Pot Cover (Single Pot) p-u Gemini AS. Ref. A78010489				Ref. A78010489. Compatibil cu Thermo Scientific Gemini AS. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 56. Reagent bath p-u STP-120				Ref. STP-089. Compatibil cu Thermo Scientific STP-120. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 57. Paraffin bath p-u STP-120				Ref. STP-060. Compatibil cu Thermo Scientific STP-120. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 58. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202				Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 59. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600				Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 60. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G				Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 61. Acumulator 7.2 V 2250 mAh p-u MAC 600, Ref. 2073265-001				Ref. 2073265-001 Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 62. Acumulator 9.6 V 1400 mAh p-u CARDIMAX FX 7202				Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 63. Modul LCD iC3 p-u Helmer IB120				Compatibil cu frigider pentru depozitarea sângelui Helmer IB 120. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 64. V Paper Filter p-u Canta V8-WN-NS				Compatibil cu concentrator oxigen Canta V8-WN-NS. H: 64mm, Di:42mm, De:60mm. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 65. Set electrozi p-u Refton-01-FS				Compatibil cu dispozitive de terapie fizică Azgar Refton-01-FS. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 66. Set inhalare p-u Nebulair+				Ref: ACO464P + ACO578P + ACO462P. Compatibil cu inhalator Flaem Nebulair+. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 67. Bandă de fixare pentru electrozi				Bandă elastică pentru fixare electrozi terapie fizică. Pentru membrele superioare și inferioare. Din material lavabil, sterilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 68. Lampă halogen p-u MR-96A				Compatibil cu cititorul de microplăci Mindray MR-96A. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 69. Sensor de oxigen (ref: OOM202)				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 70. Hepa filtru (Ref: KB030100)				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 71. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 35 cm, Ø 22 mm				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 72. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 60 cm, Ø 22 mm				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 73. Senzor SpO2 (ref: TL-201T)				Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 74. Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-900P)				Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 75. Manseta adult 35-45, cu conector tip 330091				Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 76. Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091				Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 77. Baterii tip AA				Anul de producere 2021. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 78. Baterii tip AAA				Anul de producere 2021. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 79. Baterii tip C				Anul de producere 2021 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 80. Baterii tip 6F22				Anul de producere 2021. Capacitatea 1 Ah. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 81. Sensor de oxigen (Ref:MX01049)				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 82. Senzor SpO2 tip Nellcor				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 83. Senzor SpO2 tip Nellcor (ref: DS-100A)				Compatibil cu Pulsoximetru portabil Nellcor OxiMax N-65. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 84. Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683)				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 85. Furtun de interconectare monitor de pacient-manseta (ref:1275 275)				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 86. Manseta adult 35-45 cm, cu conector tip BP 12				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 87. Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 88. Kit de mentenanță 6 ani (Ref:MX08861)				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Kit-ul va include: - Microfilter 1 Buc.; -Set of dust filters 1 set; - Diaphragm complete 2 Buc.; -Filter Gas Inlet 1 Buc.; -Lead-acid accumulator 12V/3.5 Ah 2 Buc.; -Sealing ring 1Buc.; - Washer 1 Buc.; -Real-time clock 1 Buc. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Instalarea kitului de către reprezentant. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 89. Cablu ECG 3 electrozi, lungimea 1.5 metri, conform standardului IEC1 (ref: MP03411)				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 90. Cablu MultiMed 5 Pod, conform standardului IEC1 (ref: 5950196)				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 91. Set electrozi tip pare (în set 6 Buc.) compatibil cu conector tip Banana				Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 92. Set electrozi tip cleste (în set 4 Buc.: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana				Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 93. Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633300)				Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 94. FIO2 HATCH ASSEMBLY (ref:KY633000)				Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 95. Turbina (ref:KY641400)				Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 96. O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00)				Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 97. Adaptor etCO2, reutilizabil, adult (ref:4721796)				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 98. E/M Spare Cable 6X02XL A103/4 Frnt (ref: MS17217)				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL. Să fie în complect cu cablul flex interconector (Board Front Pnl GAMMA XL A200 - PCB Processor SC 6X02XL A104). Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 99. Modul NIBP (ref: 5950782)				Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 100. Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500)				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 101. Senzor de flux/presiune (Flow sampling probe)				Compatibil cu Dispozitiv portativ p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 102. N-Module, 220-240V (ref: 3450 6683)				Compatibil cu Pompa de perfuzie B Braun, Compact. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 103. Diafragma pentru valva de expir				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 104. Diafragma pentru valva de inspir				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 105. Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179)				Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 106. Acumulator Keeler All Pupil II 7.4V/ 1.7Ah Ref: 1919-P-1013				Compatibil cu oftalmoscop <i>Keeler All Pupil II</i> . Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 107. Lampă pentru oftalmoscop Keeler All Pupil II Ref: 1012-P-7003				Compatibil cu oftalmoscop <i>KEELER All Pupil II</i> . Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 108. Cablu pentru pedala microscopului Lumera i, Ref: 304970-8760-000			<p>Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i, 6 metri, 4 pini.</p> <p>Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p>		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 109. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W			<p>Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i.</p> <p>Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 50 ore de lucru din data instalării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p>		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 110. Cablu pentru pedala sistemului de vitreotomie CONSTELLATION Vision System				Compatibil cu sistem pentru vitreotomie ALCON CONSTELLATION Vision System , 5 metri, 19 pini. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 50 ore de lucru din data instalării. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 111. Lampă pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor				Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System . Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 112. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica				Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123 . Timpul de lucru $\geq 500h$. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 113. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF				Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500 , Ref: PE150AF. Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 114. Encoder pentru Siemens Acuson S1000, Ref: 62SY11082				Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000 , Ref: 62SY11082. Numărul de pini: 6 (cu pasul de 2,54 mm), tensiunea: 5V, dimensiunile: 12,7mm x 13,72mm x 24,82mm. Termenul de viață numărul minim de rotații: 1 mil, numărul minim de apăsări pe buton: 3 mil. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 115. Cablu de interconectare BTL-08 SPIRO PRO cu calculatorul (RS-232 to USB)				Cablu de interconectare spirometrul BTL-08 Spiro Pro cu calculatorul. Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro și BTL CardioPoint software. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 116. Tiratron pentru Modulith SLK				Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Cu instalarea de către inginer autorizat Karl Storz. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 117. Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK				Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 118. Inel de fixare pentru perna de cuplare la Modulith SLK				Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 119. Ambriaaj la Modulith SLK				Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 120. Lampă LED de avertizare, Tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă, Ref: 3SB3 901-1QG				Lampă LED de tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă. Compatibil cu sistemul de semnalizare a angiografelor Artis Zee Biplane și Floor, SIEMENS . Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 121. Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533				Compatibil cu AXIOM Sensis XP și masa angiografului Artis Zee Biplane, SIEMENS . Lungimea 3,8 m, 16 pini, pentru 10 electrozi. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 122. Set de fixatoare sonde IBP pentru Infinity HemoMed, Ref: 5192112				Set din 5 piese. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 123. Set de adaptor-bloc Hemp Pod 10 pini pentru Infinity HemoMed, Ref: 3375958				Set din 2 piese, AB și CD. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 124. Transmitator de presiune 4 bar (Ref:404366/024)				Pentru Sterilizator Selectomat PL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 125. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C				Pentru Sterilizator Selectomat PL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 126. Kit mentenanță 1 an				Pentru Sterilizator Selectomat PL, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 127. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)				Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 128. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000				Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 129. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)				Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 130. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)				Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 131. Contactor 3RT1035-1B (RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC)				Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 132. Sensor de presiune absoluta (0-4Bar)				Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 133. Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection)				Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 134. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314				Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 135. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314				Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 136. Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314				Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 137. Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314				Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 138. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)				Pentru Mașina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 139. Filter complete D34x70mm, 600μm (Art. Nr. 16335.00)				Pentru Mașina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 140. Drain valve complete, 230V, 50Hz				Pentru Mașina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 141. Sterile air filter				Pentru Mașina de dezinfectat BHT Innova E3. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 142. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri cu instalare				Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 143. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri cu instalare				Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 144. Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri cu instalare				Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 145. Garnitura capacului (cod 21001)				Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 146. Recipient de evacuare (cod 24006)				Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 147. Ulei pentru pompe de vacuum				Ulei pentru pompe de vacuum, ISO VG 100		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 148. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar				Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: P XB-B392		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 149. Valva de control pneumatica, 24VDC				Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 150. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz				Compatibil cu Mașina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: 486.3.207-2		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 151. Pompa de aer, pentru uscare, Brushless, 5.7"/145mm, 240V, 50Hz				Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 152. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service consumabile (2904500069)				Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654)		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 153. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800)				Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654)		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 154. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901118900)				Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654)		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 155. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) (1630114600)				Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654)		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 156. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80 (2901197614)				Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 157. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628)				Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 158. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633)				Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 159. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service (2901067300)				Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 160. Filtru ulei compresor KS 124, (223489)				Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 161. Ulei AEON 3000SP (35 l.), (250531A)				Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 162. Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487)				Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 163. Cartuș filtru aer, compresor KS 124, (223491)				Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 164. Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177)				Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 165. Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197)				Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 166. Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187)				Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 167. Cartuș filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644)				Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 168. Cartuș filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654)				Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 169. Cartuș filtru aer IMT F 012				Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 170. Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580)				Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 171. Valva termostatica compresor KS 124, (221461)				Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 172. Valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049)				Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 173. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 40.0 PTFE VA				Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 174. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 25.0 PTFE VA				Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 175. Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124				Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 176. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200)				Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 177. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100)				Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 178. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320)				Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 179. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Ulei ROTO-Z (1x20 l) (2908850101)				Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 180. Presostat compresor ZT 45FF				Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 181. Cartus filtru aer de uz general DD 130+ (2901300006)				Compatibil cu rezervor aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 182. Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106)				Compatibil cu rezervor aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 183. Kit service, Generator OGP35, Plan C-16000 ore (2904500282)				Compatibil cu stația de oxigen (generator) OGP35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 184. Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102)				Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 185. Cartus filtru oxigen steril A3051MS				Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 186. Filtru aer H15				Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 187. Filtru aer C15				Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 188. Filtru aer VBA-2B-BE				Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 189. Filtru aer HF1-24				Compatibil cu compresorul DET 200/90 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 190. Filtru aer HF7-12				Compatibil cu compresorul DET 200/90. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 191. Filtru ulei (0531000002)				Compatibil cu vacuum medical mVAC 500 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 192. Filtru aer, vac filter 1600 (2901204100)				Compatibil cu vacuum medical mVAC 500 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 193. Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612)				Compatibil cu priza pentru gaze medicale VAC standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 194. Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613)				Compatibil cu priza pentru gaze medicale AIR standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 195. Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611)				Compatibil cu priza pentru gaze medicale O2 standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 196. Reductor pentru butelii de oxigen				Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4". Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 197. Reductor pentru rețea de oxigen				<p>Pentru oxigen medical 90-99% puritate; Manometru pentru monitorizare presiune la intrare; Manometru pentru monitorizare presiune la ieșire; Presiune maximă ≥ 10 bar; Regulator de presiune; Regulare presiune pînă la 10 bar; Debit ≥ 24 m³/h; Intrare în reductor G1” mama; Ieșire din reductor G1” tata. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.</p>		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 198. Senzor de oxigen / ref: OOM201				<p>Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.</p>		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 199. Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053				<p>Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p>		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 200. Valva de ceramica REF: M23225				Compatibil cu Mașină de anestezie Drager Fabius Plus, diametru 32mm, grosime 0,3mm. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 201. Filtru bacterial (REF: MK00514)				Compatibil cu aspiratorul din cadrul masinii de anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 202. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon				Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 203. Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update				Pentru dispozitivul Maquet Flow ic 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Update la soft pina la cea mai noua versiune. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 204. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012)				Compatibil cu Mașina de Anestezie Maquet, Flow ic20. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 205. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta				Cu cablu interconectare compatibil cu portul X8 al monitorului Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 206. Furtun interconector pentru manseta (REF: MP00953)				Cu conector la manseta tip "Mindray" REF: 6200-30-09688. Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 207. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K				Cu cablu interconectare cu lungimea minim 30 cm cu suport de fixare pentru Mașina de anestezie Drager Fabius Plus. Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 208. Conector din plastic pentru manseta (REF: 330091)				Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 209. Cablu ECG 3 electrozi (Ref:BR-903P)				Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 210. Acumulator NI-MH, 9.6V, Typ.2900mAh- Min.2700mAh, (REF: SB-671P)				Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 211. Cablu de interconectare pentru senzor SpO2 tip Nellcor (REF: 0010-20-42594)				Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 212. Furtun interconector pentru manseta (REF: 509B-30-06259)				Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 213. Cablu ECG 3 electrozi (REF: 0010-30-42726)				Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 214. Cablu interconector pentru ECG (REF: 0010-30-42719)				Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 215. Acumulator reîncarcabil 12V, 2300mAh (REF: FB 1223)				Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 216. Baterie CR 1220, 3 V				Anul de producere 2020. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 217. Bec pentru laringoscop (REF: 34325)				Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 218. Lamela C-MAC Macintosh #0 compatibilă cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD				Compatibilă cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 219. Lamela C-MAC Macintosh #2 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD				Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 220. Lamela C-MAC D-BLADE Ped. compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD				Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 221. Furtun pentru gaz coprimat, oxigen, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius				Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 222. Furtun pentru gaz coprimat, aer, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius				Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 223. Furtun pentru evacuarea gazelor anestezice AGSS cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius				Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 224. Modul de acumulatori reîncarcabili 12VDC, 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300				Modul de acumulatori reîncarcabili 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 225. Cablu ECG 5 electrozi, pentru IABP Maquet CS300, REF:D012-00-1155-02				Compatibil cu IABP Maquet CS300. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 226. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale, pentru IABP Maquet CS300, REF: D012-00-1245				Compatibil cu IABP Maquet CS300. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 227. Kit de mentenanță+instalație pentru Maquet HL 20 + acumulatori				Compatibil cu Maquet HL 20. Instalarea kitului de către inginer certificat. Acumulatori compatibili cu Maquet HL 20. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 228. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III			<p>Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p>		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 229. Troliu de transportare pentru dispozitivul de plasmofereza DigiPla 80			<p>Confectionat din oțel inoxidabil. Patru roți, dintre care minim 2 cu frana. Dotat cu sertar pentru depozitarea accesoriilor. Dotat cu maner. Compatibil cu dispozitivul DigiPla 80. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p>		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 230. Cablu bipolar pentru frecventa inalta (REF: 847000 E)				Compatibil cu instrumentele aflate in dotarea spitalului. Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon 50, 205205 20. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 231. Cablu bipolar pentru frecventa inalta				Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon 50, 205205 20. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 232. Cablu bipolar pentru frecventa inalta				Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon II 200, 205322 20. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 233. Cablu bipolar pentru frecventa inalta				Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul ERBE VIO 300D. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 234. Ace bipolare pentru diatermocoagulator				Electrod bipolar tip ace pentru turbinoplastie inferioara cu radiofrecventa. Autoclavabil reutilizabil. Lungimea de lucru 14 cm, lungime ace 15mm curbat la miner dar nu la lungimea de lucru REF: 840310. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 235. Filtru bacterial hidrofobic (REF: 50.00.05)				Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 236. O2-Sensor Jet, pentru Mașina de Anestezie Twin stream				Compatibil cu Mașina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 237. UFO-Sensor, pentru Mașina de Anestezie Twin stream (REF: UFO 130-2)				Compatibil cu Mașina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 238. Acumulatori Nichel -Metal Hybride, 12V, 2800 mAh. (REF: NKB-301V)				Acumulator compatibil cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 239. Set acumulatori pentru Smart-UPS 1000				Set din 2 acumulatori 12V 12Ah, conector de tip F2, lungimea maximă a acumulatorului: 152 mm, lăţimea maximă a acumulatorului: 99 mm, înălţimea maximă a acumulatorului: 95 mm. Compatibil cu APC Smart-UPS 1000 . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilităţii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 240. Borcan medical pentru concentrator de oxigen				Indicator de nivel minim și maxim pentru apa. Valva de siguranță la suprapresiune. Valva se va activa în intervalul de presiune 0.4-0.5 bar. Conexiune tip Diss(9/16-18unf).		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 241. Baterie Li-MnO ₂ , 12V, 2.8 Ah, (REF: 4-07-0001)				Baterie compatibilă cu defibrilatorul Schiller Fred Easy. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 242. Electrozi pentru defibrilatie (REF: 0-21-0020)				Electrozi pentru defibrilatie compatibili cu defibrilatorul Schiller Fred Easy. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 243. Bloc de alimentare pentru lampa chirurgicala Model: A012. ref: A012-001DAF				Compatibil cu lampa chirurgicala Maquet Volista. Parametri: Vin: 100-240 VAC, 50-60 Hz, P-200W Vout-28VDC ± 3 %, I- 5,5 A. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 244. Panou de control pentru sala de operatii				Compatibil cu sistemul de control al salii de operatii din cadrul institutiei. Compatibil cu modulul de control ASSET, CPA-8. Cu dirijarea urmatoarelor parametri: lumina tavan, lumina UV, indicator de avertizare, lampa chirurgicala, telefon. ermen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 245. Furtun de presiune înaltă				<p>Pentru conectarea și încărcarea buteliilor de oxigen medical; Compatibil cu oxigenul medical; Conectorul de intrare și conectorul de ieșire G3/4"; Presiunea maximă ≥ 250Bar; Presiunea de lucru ≥ 150Bar; Împletitură metalică. Lungimea de la 800 mm până la 1500 mm. Termen de garanție 6 luni din momentul livrării. Valabile minim 6 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.</p>		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 246. Cablu flex				6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 350 mm		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 247. Cablu flex				6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 240 mm		Declarație de conformitate sau document echivalent

33100000-1	Lot 248. Borcan umidificator				Borcan umidificator, reutilizabil compatibil cu generatoarele de oxigen. Materialul utilizat - policarbonat. Conexiunile tip M10*1 / Diss(9/16-18unf) pentru dispozitiv și 3/16" la 1/4" pentru canulă . Toate conexiunile să fie din metal cromat. Valvă de siguranță la suprapresiune cu alarma audibilă care se activează la 6 psi. Autoclavabil la 134°C. Indicator minim și maxim pentru apă. Capacitatea recipientului ≤ 350 ml. Furtun conexiune concentrator/ borcan umidificator: conector intrare tip trompetă, conector pentru bol umidificator: filet tip ”tată”, confecționat din material plastic, să nu conțină latex.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 249. Acumulator 12 V, 12Ah/20HR (ref: LC-RA1212PG1)				Acumulator compatibil cu Angiomat MEDTRON, Accutron HP. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2021. Model LC-RA1212PG1, 12 V, 12Ah/20HR.		Declarație de conformitate sau document echivalent
33100000-1	Lot 250. Lamp assembly (ref: 10310472)				Compatibil cu Analizatorul EAB, RAPIDPoint 500. Parametri: Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	Lot 251. Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor				Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 252. Piese de mina pentru burghiu, ORL				Piese de mina pentru burghiuri, cod de ref: 252590, compatibila cu motorul din cadrul dispozitivului Karl Storz Unidrive S III 407016 20. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.
33100000-1	Lot 253. Vas pentru aspiratie				Vas de aspiratie cu capac pentru dispozitivul Soering Sonoca 300. Material polysulfone, autoclavabil, volum 2l, cu atasament pentru dispozitiv incorporat pe borcan. REF Borcan: 077.0120, REF Capac: 077.0420 (Ø 6-10 mm). Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.		Certificat de conformitate european.

33100000-1	<p>Lot 254. Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil.</p>				<p>Compatibil cu sistemul de vitreotomie <i>Alcon CONSTELLATION Vision System</i>, reutilizabil. Lungimea minim 3 metri, suprafața din silicon flexibil, cu izolarea interconectorilor electrici. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p>		<p>Certificat de conformitate european.</p>
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție Conform SIARSAP din Conform SIARSAP									
Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	Lot 1. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM	Buc.	1					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 2. Valva B3 pentru "VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6" p/u XN-1000	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 3. Valva "MANIFOLD MV NO.14 ASSY" p/u XN-1000	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 4. Unitate "HGB DETECTOR ASSY NO.6" p/u XN-1000	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 5. Cureaua "LONGITUDINAL FEED BELT" p/u UX-2000	Buc.	4						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 6. Unitate "LINEAR WAY" p/u UX-2000	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 7. Unitate "STRIP TRAY" p/u UX-2000	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 8. Pompa "TUBE PUMP" p/u UX-2000	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 9. Pompa "AIR PUMP" p/u UX-2000	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 10. Inlet gasket, new design pentru ABL835	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 11. Tub de pompă pentru pompa de deșeuri p/u ABL835	Buc.	2						Conform SIA RSAP

33100000-1	Lot 12. Tub de pompă pentru pompa de soluții p/u ABL835	Buc.	1					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 13. Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL835	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 14. Membrane box p/u electrod Ref, 4 Buc. p/u ABL835	set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 15. Membrane box p/u electrod pCO ₂ , 4 Buc. p/u ABL835	set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 16. Membrane box p/u electrod pO ₂ , 4 Buc. p/u ABL835	set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 17. Membrane box p/u electrod K, 4 Buc. p/u ABL835	set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 18. Membrane box p/u electrod Na, 4 Buc. p/u ABL835	set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 19. Lampă pentru Pentra C400	set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 20. Set mentenanță 1 an pentru HORIBA Yumizen H500	set	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 21. Dispenser bile pentru Thrombotimer	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 22. Modul afișare și control pentru ALP CLG-40	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 23. Lampă halogen p-u Cobas C311	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 24. Set celule de reacție p-u Cobas C311	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 25. Set mentenanță 6 luni p-u Cobas C311	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 26. Set mentenanță 12 luni p-u Cobas C311	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 27. Rășină MBH 100 p-u Cobas C311	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 28. Set filtre și membrană p-u Cobas C311	Set	1					Conform SIA RSAP	

33100000-1	Lot 29. Cartuș Na p-u Cobas C311	Buc.	1					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 30. Cartuș K p-u Cobas C311	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 31. Electrode Referință p-u Cobas C311	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 32. Micro electrod Ph p-u Cobas B121	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 33. Micro electrod PO2 p-u Cobas B121	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 34. Micro electrod PCO2 p-u Cobas B121	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 35. Micro electrod Ref p-u Cobas B121	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 36. Cameră de măsurare contact(Mcon) p-u Cobas B121	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 37. Set mentenanță p-u Cobas B121	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 38. Electrode K+ p-u EasyLyte, ref. 2101	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 39. Electrode Na+ p-u EasyLyte, ref. 2102	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 40. Electrode de referință p-u EasyLyte, ref. 2103	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 41. Tub pompă peristaltică, p-u EasyLyte, ref. 2104	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 42. Valvă soluții p-u EasyLyte, ref. 2108	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 43. Membrane assembly p-u EasyLyte, ref. 2258	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 44. Internal filling solution p-u EasyLyte, ref. 2492	Buc.	1					Conform SIA RSAP	
33100000-1	Lot 45. Set mentenanță 1 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 05521521001	Set	1					Conform SIA RSAP	

33100000-1	Lot 46. Set mentenanță 2 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 07783175001	Set	1					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 47. Set mentenanță modular E/E601, p-u Cobas 6000, Ref. 03504620001	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 48. Carbon filter p-u ClearVue, Ref. 990610	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 49. Dispense Head Cleaning Station p-u ClearVue, Ref. A79210027	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 50. Suction Cup (set 3 Buc.ăți), p-u ClearVue, Ref. A79210081	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 51. Gripper Return Plate p-u ClearVue, Ref. A79210158	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 52. Grabber Eccentric Kit p-u ClearVue, Ref. A79210178	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 53. Gemini Basket with Black Slide Retainer (set 5 Buc.ăți) p-u ClearVue, Ref. A79210064	Set	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 54. Reagent Pot p-u Gemini AS, Ref. A78010487	Buc.	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 55. Reagent Pot Cover (Single Pot) p-u Gemini AS. Ref. A78010489	Buc.	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 56. Reagent bath p-u STP-120	Buc.	12						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 57. Paraffin bath p-u STP-120	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 58. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 59. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 60. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 61. Acumulator 7.2 V 2250 mAh p-u MAC 600, Ref. 2073265-001	Buc.	1					Conform SIA RSAP	

33100000-1	Lot 62. Acumulator 9.6 V 1400 mAh p-u CARDIMAX FX 7202	Buc.	1					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 63. Modul LCD iC3 p-u Helmer IB120	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 64. V Paper Filter p-u Canta V8-WN-NS	Buc.	100						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 65. Set electrozi p-u Refton-01-FS	Set	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 66. Set inhalare p-u Nebulair+	Set	10						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 67. Bandă de fixare pentru electrozi	Buc.	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 68. Lampă halogen p-u MR-96A	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 69. Sensor de oxigen (ref: OOM202)	Buc.	33						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 70. Hepa filtru (Ref: KB030100)	Buc.	33						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 71. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 35 cm, Ø 22 mm	Buc.	40						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 72. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 60 cm, Ø 22 mm	Buc.	160						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 73. Senzor SpO2 (ref: TL-201T)	Buc.	60						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 74. Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-900P)	Buc.	25						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 75. Manseta adult 35-45, cu conector tip 330091	Buc.	30						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 76. Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091	Buc.	85						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 77. Baterii tip AA	Buc.	440					Conform SIA RSAP	

33100000-1	Lot 78. Baterii tip AAA	Buc.	50					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 79. Baterii tip C	Buc.	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 80. Baterii tip 6F22	Buc.	50						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 81. Sensor de oxigen (Ref:MX01049)	Buc.	56						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 82. Senzor SpO2 tip Nellcor	Buc.	145						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 83. Senzor SpO2 tip Nellcor (ref: DS-100A)	Buc.	15						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 84. Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683)	Buc.	70						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 85. Furtun de interconectare monitor de pacient-manseta (ref:1275 275)	Buc.	50						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 86. Manseta adult 35-45 cm, cu conector tip BP 12	Buc.	30						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 87. Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12	Buc.	80						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 88. Kit de mentenanță 6 ani (Ref:MX08861)	Buc.	26						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 89. Cablu ECG 3 electrozi, lungimea 1.5 metri, conform standardului IEC1 (ref: MP03411)	Buc.	130						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 90. Cablu MultiMed 5 Pod, conform standardului IEC1 (ref: 5950196)	Buc.	40						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 91. Set electrozi tip pare (in set 6 Buc.) compatibil cu conector tip Banana	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 92. Set electrozi tip cleste (in set 4 Buc.: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 93. Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633300)	Buc.	33					Conform SIA RSAP	

33100000-1	Lot 94. FIO2 HATCH ASSEMBLY (ref:KY633000)	Buc.	2					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 95. Turbina (ref:KY641400)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 96. O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 97. Adaptor etCO2, reutilizabil, adult (ref:4721796)	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 98. E/M Spare Cable 6X02XL A103/4 Frnt (ref: MS17217)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 99. Modul NIBP (ref: 5950782)	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 100. Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500)	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 101. Senzor de flux/presiune (Flow sampling probe)	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 102. N-Module, 220-240V (ref: 3450 6683)	Buc.	10						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 103. Diafragma pentru valva de expir	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 104. Diafragma pentru valva de inspir	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 105. Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179)	Set	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 106. Acumulator Keeler All Pupil II 7.4V/ 1.7Ah Ref: 1919-P-1013	Buc.	4						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 107. Lampă pentru oftalmoscop Keeler All Pupil II Ref: 1012-P-7003	Buc.	10						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 108. Cablu pentru pedala microscopului Lumera i, Ref: 304970-8760-000	Buc.	1					Conform SIA RSAP	
33100000-1	Lot 109. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	Buc.	30					Conform SIA RSAP	

33100000-1	Lot 110. Cablu pentru pedala sistemului de vitrectomie CONSTELLATION Vision System	Buc.	1					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 111. Lampă pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 112. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 113. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 114. Encoder pentru Siemens Acuson S1000,Ref: 62SY11082	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 115. Cablu de interconectare BTL-08 SPIRO PRO cu calculatorul (RS-232 to USB)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 116. Tiratron pentru Modulith SLK	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 117. Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 118. Inel de fixare pentru perna de cuplare la Modulith SLK	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 119. Ambriaj la Modulith SLK	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 120. Lampă LED de avertizare, Tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă, Ref: 3SB3 901-1QG	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 121. Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 122. Set de fixatoare sonde IBP pentru Infinity HemoMed,Ref: 5192112	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 123. Set de adaptor-bloc Hemp Pod 10 pini pentru Infinity HemoMed, Ref: 3375958	Set	1					Conform SIA RSAP	

33100000-1	Lot 124. Transmisor de presiune 4 bar (Ref:404366/024)	Buc.	2					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 125. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 126. Kit mentenanță 1 an	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 127. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)	Buc.	4						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 128. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 129. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 130. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)	Buc.	8						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 131. Contactor 3RT1035-1B (RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC)	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 132. Sensor de presiune absoluta (0-4Bar)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 133. Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection)	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 134. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 135. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Buc.	4						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 136. Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 137. Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 138. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00)	Buc.	2					Conform SIA RSAP	

33100000-1	Lot 139. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00)	Buc.	2					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 140. Drain valve complete, 230V, 50Hz	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 141. Sterile air filter	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 142. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri cu instalare	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 143. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri cu instalare	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 144. Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri cu instalare	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 145. Garnitura capacului (cod 21001)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 146. Recipient de evacuare (cod 24006)	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 147. Ulei pentru pompe de vacuum	litri	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 148. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 149. Valva de control pneumatica, 24VDC	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 150. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 151. Pompa de aer, pentru uscare, Brushless, 5.7"/145mm, 240V, 50Hz	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 152. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service consumabile (2904500069)	Set	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 153. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800)	Set	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 154. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă	Set	3					Conform SIA RSAP	

	(2901118900)							pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	
33100000-1	Lot 155. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) (1630114600)	Set	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 156. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80 (2901197614)	Set	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 157. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628)	Set	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 158. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633)	Set	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 159. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service (2901067300)	Set	6						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 160. Filtru ulei compresor KS 124, (223489)	Buc.	8						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 161. Ulei AEON 3000SP (35 l.), (250531A)	Buc.	8						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 162. Cartuş separator aer/ulei, KS124 (223487)	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 163. Cartuş filtru aer, compresor KS 124, (223491)	Buc.	8						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 164. Cartuş filtru aer AF 0706, tip P (223177)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 165. Cartuş filtru aer AF 0706, tip S (223197)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 166. Cartuş filtru aer AF 0706, tip A (223187)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 167. Cartuş filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 168. Cartuş filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 169. Cartuş filtru aer IMT F 012	Buc.	1					Conform	

								pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	SIA RSAP
33100000-1	Lot 170. Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 171. Valva termostatica compresor KS 124, (221461)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 172. Valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 173. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 40.0 PTFE VA	Set	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 174. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 25.0 PTFE VA	Set	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 175. Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 176. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200)	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 177. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100)	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 178. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320)	Set	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 179. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Ulei ROTO-Z (1x20 l) (2908850101)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 180. Presostat compresor ZT 45FF	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 181. Cartus filtru aer de uz general DD 130+(2901300006)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 182. Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106)	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 183. Kit service, Generator OGP35, Plan C-16000 ore (2904500282)	Set	1						Conform SIA RSAP

33100000-1	Lot 184. Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102)	Buc.	1					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 185. Cartus filtru oxigen steril A3051MS	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 186. Filtru aer H15	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 187. Filtru aer C15	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 188. Filtru aer VBA-2B-BE	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 189. Filtru aer HF1-24	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 190. Filtru aer HF7-12	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 191. Filtru ulei (0531000002)	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 192. Filtru aer, vac filter 1600 (2901204100)	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 193. Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612)	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 194. Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613)	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 195. Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611)	Buc.	10						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 196. Reductor pentru butelii de oxigen	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 197. Reductor pentru rețea de oxigen	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 198. Senzor de oxigen / ref: OOM201	Buc.	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 199. Acumulatori Lead-acid	Buc.	64						Conform

	12V/3.5AH/20HR REF: G191053							pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	SIA RSAP
33100000-1	Lot 200. Valva de ceramica REF: M23225	Buc.	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 201. Filtru bacterial (REF:MK00514)	Buc.	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 202. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	Set	6						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 203. Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update	Set	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 204. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012)	Buc.	15						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 205. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 206. Furtun interconector pentru manseta (REF: MP00953)	Buc.	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 207. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 208. Conector din plastic pentru manseta (REF: 330091)	Buc.	20						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 209. Cablu ECG 3 electrozi (Ref:BR-903P)	Buc.	5						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 210. Acumulator NI-MH, 9.6V, Typ.2900mAh-Min.2700mAh, (REF: SB-671P)	Buc.	12						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 211. Cablu de interconectare pentru senzor SpO2 tip Nellcor (REF: 0010-20-42594)	Buc.	15						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 212. Furtun interconector pentru manseta (REF: 509B-30-06259)	Buc.	10						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 213. Cablu ECG 3 electrozi (REF: 0010-30-42726)	Buc.	5						Conform SIA RSAP

33100000-1	Lot 214. Cablu interconector pentru ECG (REF: 0010-30-42719)	Buc.	5					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 215. Acumulator reincarcabil 12V, 2300mAh (REF: FB 1223)	Buc.	6					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 216. Baterie CR 1220, 3 V	Buc.	6					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 217. Bec pentru laringoscop (REF: 34325)	Buc.	30					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 218. Lamela C-MAC Macintosh #0 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD	Buc.	1					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 219. Lamela C-MAC Macintosh #2 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD	Buc.	1					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 220. Lamela C-MAC D-BLADE Ped. compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD	Buc.	1					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 221. Furtun pentru gaz coprimat, oxigen, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	Buc.	6					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 222. Furtun pentru gaz coprimat, aer, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	Buc.	6					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 223. Furtun pentru evacuarea gazelor anestezice AGSS cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	Buc.	6					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 224. Modul de acumulatori reîncarcabili 12VDC, 17.2 Ah , Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300	set	2					Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 225. Cablu ECG 5 electrozi, pentru IABP Maquet CS300, REF:D012-00-1155-02	Buc.	1					Conform SIA RSAP

33100000-1	Lot 226. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale, pentru IABP Maquet CS300, REF: D012-00-1245	Buc.	1					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 227. Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori	Set	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 228. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 229. Troliu de transportare pentru dispozitivul de plasmofereza DigiPla 80	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 230. Cablu bipolar pentru frecventa inalta (REF: 847000 E)	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 231. Cablu bipolar pentru frecventa inalta	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 232. Cablu bipolar pentru frecventa inalta	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 233. Cablu bipolar pentru frecventa inalta	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 234. Ace bipolare pentru diatermocoagulator	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 235. Filtru bacterial hidrofobic (REF: 50.00.05)	Buc.	100						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 236. O2-Sensor Jet, pentru Mașina de Anestezie Twin stream	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 237. UFO-Sensor, pentru Mașina de Anestezie Twin stream (REF: UFO 130-2)	Buc.	2						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 238. Acumulatori Nichel -Metal Hybride, 12V, 2800 mAh. (REF: NKB-301V)	Buc.	6						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 239. Set acumulatori pentru Smart-UPS 1000	Set	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 240. Borcan medical pentru concentrator de oxigen	Buc.	100						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 241. Baterie Li-MnO2, 12V, 2.8 Ah, (REF: 4-07-0001)	Buc.	11					Conform SIA RSAP	

33100000-1	Lot 242. Electrozi pentru defibrilatie (REF: 0-21-0020)	Buc.	55					pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării	Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 243. Bloc de alimentare pentru lampa chirurgicala Model: A012. ref: A012-001DAF	Buc.	4						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 244. Panou de control pentru sala de operatii	Buc.	16						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 245. Furtun de presiune înaltă	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 246. Cablu flex	Buc.	100						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 247. Cablu flex	Buc.	100						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 248. Borcan umidificator	Buc.	100						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 249. Acumulator 12 V, 12Ah/20HR (ref: LC-RA1212PG1)	Buc.	4						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 250. Lamp assembly (ref: 10310472)	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 251. Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 252. Piese de mina pentru burghiu, ORL	Buc.	3						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 253. Vas pentru aspiratie	Buc.	1						Conform SIA RSAP
33100000-1	Lot 254. Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil.	Buc.	3					Conform SIA RSAP	
	Total								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

CAPITOLUL V
FORMULARUL DE CONTRACT

Formular	Denumirea
F 5.1	Contract-model



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 06-1/_____

de achiziționare a Pieselor de schimb și accesoriilor medicale
necesare pentru anul 2021

Cod CPV: 33100000-1

2021

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____ reprezentată prin director, dl. _____ , care acționează în baza Statutului , denumit în continuare <i>Vânzător</i> pe de o parte,	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” , reprezentată prin director, dl. Andrei UNCUTA , care acționează în baza Regulamentului , denumit în continuare <i>cumpărător</i> , pe de alta parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **Pieselor de schimb și accesoriilor medicale necesare pentru anul 2021**, denumite în continuare Bunuri, Cod CPV:33100000-1, conform **Licitație Deschisă nr. conform SIA RSAP din conform SIA RSAP**, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. _____ din __.__.2021.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificație de preț;
 - c) Garanția de bună execuție.
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a

livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenul de garanție [*valabilitate, după caz*]a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător, în condiții Incoterms 2013, DDP – Franco destinație vămuit, la solicitare, **pe parcursul anului 2021, în termen de până la 30 de zile de la solicitare.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Originalele facturilor;*
- b) *Certificatele de conformitate CE / Declarație de conformitate / document echivalent conform specificației prezentului contract;*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: _____ (_____, 00 bani) MLD.

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, **în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide, cu prezentarea facturii.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație și documentele de

însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea

7.1. Neexecutarea obligației este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acestuia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.

7.3 În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

7.4 În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive

ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispozițiile art. 926-932, care se aplică în mod corespunzător.

7.5. Partea are obligația de a asigura ca creditorul să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

7.6. Impedimentul justificator nu exonerează partea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului cînd cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Părțile au dreptul la rezoluțiune în mod unilateral în următoarele cazuri:

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;

c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) În temeiul prevederilor legislației în vigoare.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau

întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este _____, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor nelivrate. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a datoriei.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și contabilitatea cumpărătorului.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind

valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

12.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, . .**2021**.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Adresa poștală:	Adresa poștală: MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29
Tel./Fax:	Telefon: cont: 022 403 484; fax: 022 729 033;
Cod IBAN:	Cod IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA
Banca:	MF - Trezoreria de Stat
Codul băncii:	Adresa: str. Constantin Tănase, 9
Cod fiscal:	Codul băncii: TREZMD2X
Cod TVA:	Cod fiscal: 1003600150783

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____ : _____	Andrei UNCUTA: _____
L.Ș.	L.Ș.

Contabil:
Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data: