

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea investigațiilor urinare pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

Nr lot	Denumirea lotului	Specificația Tehnică 30.12.2025	Unitatea de măsură	Cantitatea totală	Valoarea estimată fără TVA
1	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	8500	12 608,33
1	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat)	Bucată	2	-

		Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric de precizie Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC (în funcție de tipul benzii utilizate) Capacitate de lucru Până la 120 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran LCD mare, interfață cu butoane; porturi RS-232 și USB; opțiune cititor coduri de bare Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic înainte de fiecare serie de teste Imprimantă Termică integrată; Conectare LIS Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient			
2	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	125000	100,125.00
2	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat, cu alimentare continuă) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sistem optic LED și senzor fotometric multi-lungime de undă Parametri analizați 11–14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC), în funcție de tipul benzii de test Capacitate de lucru Până la 500 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran color LCD; interfață cu butoane și pictograme; porturi USB, RS-232 și LAN; cititor coduri de bare integrabil Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare fotometrică periodică automată Imprimantă Imprimantă termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS; conexiune LAN sau RS-232 Memorie rezultate 2000–3000 rezultate stocate intern cu identificare pacient	Bucată	2	-
3	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300,	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în	Investigații	7500	24 187,50

	Reflectance Photometer)	parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.			
3	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, fotometrie cu LED Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC, Ca, Cr. (în funcție de tipul benzii utilizate) Capacitate de lucru Aproximativ 60–120 teste/oră (introducere manuală a benzilor) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran LCD color, navigare cu butoane; porturi RS-232 și USB; afișare cod pacient și rezultate detaliate Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic Imprimantă Imprimantă termică integrată; opțiune de conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS Memorie rezultate 1000–2000 rezultate stocate intern	Bucată	1	-
4	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Cybow, Reader 720, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Investigații	16000	73 200,00
4	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC, Ca, Cr. (în funcție de tipul benzii) Capacitate de lucru Până la 720 teste/oră (automat, cu alimentare continuă a benzilor) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran LCD color, navigare prin butoane; porturi USB, RS-232, LAN Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Automată, la pornire și înainte de fiecare	Bucată	1	-

		serie de teste Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Suport (RS-232 / LAN) Memorie rezultate Stocare internă pentru cel puțin 2000 rezultate testate.			
5	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	119290	62 627,25
5	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv Analizator biochimic de urină (semi-automat) Tehnologie, metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED) Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC. Capacitate de lucru Aproximativ 60–120 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran LCD color, butoane tactile; porturi RS-232 și USB Reagenți utilizați Benzi de test (strip) Greutate ≤ 5,0 kg Caracteristici speciale Calibrare automată; imprimantă termică integrată; conectare LIS; memorie internă pentru 1000 rezultate.	Bucată	10	-
6	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-500, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	66212	149 528,77
6	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu sursă LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 11–14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii utilizate Capacitate de lucru Până la 500–600 teste/oră (flux automat de benzi și probe) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată	Bucată	6	-

		Interfață / Ecran Ecran color LCD; porturi USB, RS-232, LAN; opțiune de coduri de bare pentru identificarea probelor Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată Imprimantă Termică integrată, Conectare LIS Suport (RS-232 / LAN) Memorie rezultate Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate			
7	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	3000	9 875,00
7	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzori multi-spectrali) Parametri analizați Până la 13 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzii de test) Capacitate de lucru Până la 500–600 teste/oră (funcționare complet automată) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran tactil color; porturi USB, LAN, RS-232; suport cititor coduri de bare Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic la fiecare ciclu de testare Imprimantă Termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă Conectare LIS; conexiune LAN, RS-232, USB Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu identificare pacient	Bucată	1	-
8	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile	Investigații	34000	67 716,67

		care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.			
8	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și detecție fotometrică multi-lungime de undă Parametri analizați Până la 13 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzii testate) Capacitate de lucru Aproximativ 400–500 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran color tactil de 7"; porturi USB, LAN, RS-232; suport pentru cititor de coduri de bare și tastatură externă Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare internă automată a fotometrului Imprimantă Termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS; conectivitate LAN/USB; Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient	Bucată	4	-
9	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	28020	47 867,50
9	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 10 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU (în funcție de banda utilizată) Capacitate de lucru Până la 50–70 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran LCD; navigare cu butoane; port RS-232 pentru conectare la PC sau LIS Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic înainte de fiecare test Imprimantă Imprimantă termică integrată; posibilitate conectare la imprimantă externă Conectare LIS Conectivitate RS-232; compatibil cu protocoale LIS standard Memorie rezultate 1000 rezultate stocate	Bucată	2	-

10	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	8000	28 066,67
10	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizor urinar point-of-care (POC) semi-automat, pentru citirea stripurilor de urină și casetă hCG Metoda de analiză Citire automată a benzilor de test urinar (reflectometrie/scanare) Parametri analizați Parametri uzuali: albumină, bilirubină, creatinină, glucoză, cetone, leucocite, nitriți, pH, proteine, gravitate specifică, urobilinogen; Teste suplimentare: raport albumină-creatinină (ACR), raport proteină-creatinină (PCR) (după piață) Teste de sarcină: hCG (casetă) Capacitate de lucru ≥ 60 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran tactil (touchscreen); auto-timere pentru benzi Reagenți utilizați Benzi de test urinar (Strip) Greutate $\leq 5,0$ kg Calibrare Calibrare automată, sistem self-calibrating Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Interfață unidirecțională via RS-232 Memorie rezultate Stocare internă 950 teste.	Bucată	1	-
11	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	4000	5,800.00
11	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, nou, nu se acceptă recondiționat. Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Parametrul Specificația Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră	Bucată	1	-

Teste chimice:

- Bilirubin
- Sânge (hematii)
- Glucoză
- Corpi cetonici
- Leucocite
- Nitrați
- pH
- Proteine
- Greutatea specifică
- Urobilinogen
- Albumina
- Creatina
- culoare, claritate, Opțional

Rezultate calculate automat raport
albumina: creatinine, Opțional

Unități de măsură convenționale,
SI

Programare probe manuală, coduri
de bare sau descărcate de la LIS

Calibrare automata, Opțional

Diapazonul temperaturii de operare
(+15°C to +32°C +-2 grade)

Umiditatea de operare în diapazonul
de: 20-80 %

Timer inclus Opțional

Cititor de barcod da

Timpul de măsurare a tuturor parametrilor
constituie în sumă ≤ 70 secunde

Interfață LIS unidirecțională

Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări

Monitor LCD sau LED

Imprimantă încorporată

Alimentarea 220 V, 50 Hz

Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și
alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare ≥ 50
analize (pentru testare/insturire)

Note:

Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari
pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare

Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure
efectuarea procedurilor de control al calității și
calibrare, ori de câte ori este necesar.

Furnizorul va asigura:

Instruirea personalului.

"Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o
perioada contractului atât pentru analizator cât și
pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator,
UPS, sistem filtrare)."

"Seturile de mentenanță și piesele de schimb
gratuite pe o perioada contractului atât pentru
analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare
livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă)."

"Toate consumabilele necesare gratuite pe o
perioada contractului atât pentru analizator cât și
pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator,
UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost
incluse în oferta inițială."

Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24
ore de la solicitarea telefonică.

Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată
perioada contractului.

		Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului "Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului."			
12	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	3500	36,895.83
12	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizor semi-automat pentru citirea benzilor de test de urină Metoda de analiză Fotometru de reflexie (reflectance photometer) cu patru lungimi de undă: 505 nm, 530 nm, 620 nm, 660 nm dau tehnologie echivalentă. Parametri analizați Bilirubină, Urobilinogen, Cetone, Glucoză, Proteine (albumină), Creatinină, Sânge (hemoglobină), pH, Nitriți, Leucocite, Gravitate specifică. Capacitate de lucru ≥ 50 teste/oră în mod normal, până la 120 teste/oră în mod rapid Tip probă Urină proaspătă Interfață / Ecran Ecran tactil (touchscreen); porturi: RS-232, USB, Ethernet Reagenți utilizați Benzi de test pentru urină (Strip)	Bucată	1	-

		Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Măsurare automată după aplicarea benzii Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Memorie rezultate 3000 de rezultate			
13	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru 77 Electronika Kft., LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO, Automated Urine Chemistry Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare 77 Electronika Kft., LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO, Automated Urine Chemistry Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	9000	78,375.00
13	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Sistem combinat: analiză chimică + analiză sediment urinar automatizată Metoda de analiză Chimie: reflectometrică cu LED; Sediment: microscopie automatizată (bright-field + fază contrast) Parametri analizați Chimie: 10 parametri pe bandă (LEU (Leukocytes), NIT (Nitrite), URO (Urobilinogen), PRO (Protein), pH, BLD (Blood), SG (Specific Gravity), KET (Ketones), BIL (Bilirubin), GLU (Glucose) + 3 parametri fizici (ex. culoare, turbiditate, gravitate specifică) Sediment: eritrocite, leucocite, cilindri, cristale, bacterii, celule epiteliale Capacitate de lucru Chimie: până la 240 teste/oră Sistem combinat: până la 150 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, minim 2 ml Interfață / Ecran Ecran tactil color; cititor coduri de bare; porturi USB / RS-232 / LAN Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) ; cuvete speciale pentru sediment Greutate ≤ 60 kg (sistem complet) Calibrare Automatizată, fără necesitate de calibratori lichizi Imprimantă Termică integrată opțional; rezultate exportabile pe PC Conectare LIS bidirecțional Memorie rezultate 10000 rezultate, inclusiv imagini sediment Caracteristici speciale Sistem integrat complet pentru chimie + sediment	Bucată	1	-
14	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru 77 Electronika Kft., LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO, Automated Urine Chemistry Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare 77 Electronika Kft., LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO, Automated Urine Chemistry Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă	Investigații	12000	112,400.00

		contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.			
14	Analizator în comodat	Analizator de ultima generația, nou, nu se acceptă recondiționat. Descriere: Echipament medical de laborator destinat efectuării automate a analizelor de urină, prin metode fizico-chimice și/sau optice. Sistemul este compus din analizator propriu-zis și calculator (integrat sau extern), care permite controlul procesului de analiză, afișarea, stocarea și gestionarea rezultatelor. Parametrul Specificația Productivitate Analize microscopice ≥ 60 teste/ora Analize chimice ≥ 200 teste/ora Metoda măsurării fotometrie pentru chimie, microscopie pentru analiza sediment Tuburi la bord simultan ≥ 80 tuburi Cititor de coduri de bare obligatoriu Teste chimice Bilirubin Sânge (hematii) Glucoză Corpi cetonic Acid ascorbic, opțional Esterază leucocitară (leucocite) Nitrați pH Proteine Creatinină, opțional Albumină, opțional Greutatea specifică Urobilinogen Teste microscopice RBC (Red Blood Cells) WBC (White Blood Cells) WBCc (WBC Clumps) HYA (Hyaline Casts) SQEP (Squamous Epithelial Cells) NSE (Non-Squamous Epithelial Cells) UNCC, PAT (Unclassified Cast, Pathological Casts) BACT (Bacteria) SPRM (Sperm) MUC (Mucus) Calcium-oxalate monohydrate (CaOxm), opțional Calcium-oxalate dihydrate (CaOxd), opțional Uric acid (URI), opțional Triple phosphate (TRI), opțional CRY (Crystals) YEA (Yeast) Data management Calculator integrat sau exterior Interfață LIS bidirecțională Imprimantă obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Note:	Bucată	1	-

Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare

Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.

Furnizorul va asigura:

Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.

Instruirea personalului.

"Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare)."

"Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă)."

"Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială."

Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.

Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.

Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.

Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.

Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:

Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.

Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).

"Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului."

"Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului."

"UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului."

Calculator (PC), monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.

Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile

		necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. "Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului." "Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă de contractului."			
15	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comod Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	72700	55 130,83
15	Analizator în comod (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric de precizie Parametri analizați 11-14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC. (în funcție de tipul benzii utilizate) Capacitate de lucru Până la 120 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran LCD mare, interfață cu butoane; porturi RS-232 și USB; opțiune cititor coduri de bare Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic înainte de fiecare serie de teste Imprimantă Termică integrată; Conectare LIS Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient	Bucată	7	-
16	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comod Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	128000	97 066,67
16	Analizator în comod (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat , cu alimentare continuă) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sistem optic	Bucată	5	-

		LED și senzor fotometric multi-lungime de undă Parametri analizați 11–14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii de test Capacitate de lucru Până la 500 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran color LCD; interfață cu butoane și pictograme; porturi USB, RS-232 și LAN; cititor coduri de bare integrabil Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare fotometrică periodică automată Imprimantă Imprimantă termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS; conexiune LAN sau RS-232 Memorie rezultate 2000–3000 rezultate stocate intern cu identificare pacient			
17	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comodă Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	6620	5 020,17
17	Analizator în comodă (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină pe bază de citire a stripurilor (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică / fotometrie de reflexie (reflectance photometry) Parametri analizați 11 parametri: urobilinogen, glucoză, bilirubină, cetone, pH, proteine, nitriți, leucocite, densitate (gravitate specifică), sânge, acid ascorbic Capacitate de lucru ≥ 45 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran LCD; porturi USB și RS-232C pentru conectare la PC Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată internă Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Posibilitate de transfer date către PC sau sistem LIS Memorie rezultate Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate.	Bucată	1	-
18	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comodă Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au	Investigații	15000	11 375,00

	identificare pacient și control calitate)	fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.			
18	Analizator în comod (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate)	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu sursă LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 11–14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii utilizate Capacitate de lucru Până la 500–600 teste/oră (flux automat de benzi și probe) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran color LCD; porturi USB, RS-232, LAN; opțiune de coduri de bare pentru identificarea probelor Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată Imprimantă Termică integrată, Conectare LIS Suport (RS-232 / LAN) Memorie rezultate Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate	Bucată	2	-
19	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comod Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Investigații	14500	10 995,83
19	Analizator în comod (Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient)	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și detecție fotometrică multi-lungime de undă Parametri analizați Până la 13 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzii testate) Capacitate de lucru Aproximativ 400–500 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran color tactil de 7"; porturi USB, LAN, RS-232; suport pentru cititor de coduri de bare și tastatură externă Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare internă automată a fotometrului Imprimantă Termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS ; conectivitate LAN/USB;	Bucată	2	-

		Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient			
20	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 1000 rezultate stocate)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit in comodat Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Investigații	18600	14 105,00
20	Analizator în comodat (Memorie rezultate 1000 rezultate stocate)	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 10 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU (în funcție de banda utilizată) Capacitate de lucru Până la 50–70 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran LCD; navigare cu butoane; port RS-232 pentru conectare la PC sau LIS Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic înainte de fiecare test Imprimantă Imprimantă termică integrată; posibilitate conectare la imprimantă externă Conectare LIS Conectivitate RS-232; Memorie rezultate 1000 rezultate stocate	Bucată	2	-
21	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Stocare internă 950 teste)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit in comodat Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Investigații	3500	2 654,17
21	Analizator în comodat (Memorie rezultate -Stocare internă 950 teste)	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizor urinar (semi-automat) point-of-care (POC) automatizat pentru citirea stripurilor de urină și casetă hCG Metoda de analiză Citire automată a benzilor de test urinar (reflectometrie/scanare) Parametri analizați Parametri uzuali: albumină, bilirubină, creatinină, glucoză, cetone, leucocite, nitriți, pH, proteine, gravitate specifică, urobilinogen; Teste suplimentare: raport albumină-creatinină (ACR), raport proteină-creatinină (PCR) (după	Bucată	1	-

		piață) Teste de sarcină: hCG (casetă) Capacitate de lucru ≥ 60 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran Ecran tactil (touchscreen); auto- timere pentru benzi Reagenți utilizați Benzi de test urinar (Strip) Greutate $\leq 5,0$ kg Calibrare Calibrare automată, sistem self-calibrating Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Interfață unidirecțională via RS-232 Memorie rezultate Stocare internă 950 teste.			
--	--	--	--	--	--

Notă:

Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru investigațiile/testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control de calitate) și calibrare.

Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului necesar pentru investigații, compatibile cu dispozitivul medical oferit în lot.

Oricare costuri suplimentare lunare care ar permite efectuarea procedurilor cu utilizarea reagenților propuși, vor fi acoperite de către operatorul economic pe perioada consumării acestora.

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020:

I. Analizatorul: până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

Dispozitivul medical oferit în comodă și rămâne la beneficiar până la epuizarea stocului de reactivi livrați, dar nu mai mult de 180 zile de la **expirarea termenului de valabilitate a contractului pentru investigații.**

II. Investigațiile (consumabilele, reagenții necesari) :

Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:

- 1) La data livrării analizatorului, Furnizorul **va livra 10%** din cantitatea totală de bunuri. Cantitatea rămasă, reprezentând 50% din volumul total, va fi livrată în **două tranșe egale a câte 25%** fiecare. Livrarea tranșelor se va efectua cu respectarea unui termen minim de 60 de zile între acestea.
- 2) În baza **bonurilor de comandă se vor livra 40%**, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.

Note:

1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;
2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește **60%** din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea "conform bonului de comandă – livrare;

3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ **procentul** conform tranșei de livrare și **40%** conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2026;
6. Furnizorul va lua în considerare divizarea per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per test), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;
**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*
7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de	DA

		elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> Notă: Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul Specificației de Preț, în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			
<u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ</u>			
<u>Cerinte de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
13	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)	în care să certifice termenul de garanție pe perioada contractului de comodat- originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în	DA

		cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
16	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, inclusiv reagenții	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant pentru reagenți	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Vor fi contractate investigațiile și dispozitivele medicale (echipamentele medicale) oferite în comodat pe perioada contractului pentru anul 2026 conform loturilor.

22. Evaluarea va fi efectuată conform criteriului de evaluare și datelor din Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical.

23. Ofertele se prezintă: în lei.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul pretului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).

Ofertele celorlalti operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerintelor din documentatia de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

37. Data publicării anunțului de intenție:

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 30.12.2025

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG