

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitivelor Medicale
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitatie Publica
(tipul procedurii de achiziție)

Denumirea autorității contractante: *IMSP Centrul de Sanatate Zubrești*

1. IDNO: 101060000257

2. Adresa: *S Zubrești R Strășeni*

3. Numărul de telefon/fax: 023779241/ 023779012

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: *cs.zubresti@ms.md*

4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

5. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *IMSP Centrul de Sanatate Zubrești.*

6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	3310 0000 -1	Electrocardiograf cu 3 canale cu interpretare	buc	4	Tip pacient: adult, pediatric si neonatal Numărul de canale de procesare: 3 Configurația: Portabil Derivațiile: Tip înregistrare: auto și manual Sensivitatea: 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare: da Gama de frecvență: De filtrare: musculare, de frecvență înaltă, de frecvență joasă, de rețea 50 Hz Impedanța de intrare: ≥10 M Ohm cu frecvența de 10 Hz Frecvența de analiza ECG: ≥500 sps Rata de esantionare digitală: ≥2000 esan/sec/canal Posibilitatea de conectarea la calculator cu soft specializat de la producător: Optional (sa prezinte denumirea softului si broșura); Convertarea în format PDF: Optional (sa se indice capacitatea de upgradare pe aceasta pozitie in broșura); Indicator deconectare electrod acustic sau vizual: da Imprimantă: Termică, încorporată Mărimea hîrtiei: ≥ 80 mm Să se indice numele derivației printate: da Viteza de înscriere: 5, 12.5, 25 si 50 mm/s Derivațiile înscrise: minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan: 3 Display: grafic, color Diagonala: ≥ 4.0 inch Tip: TFT LCD

					Rezolutia: 480 x 272 Numărul de derivații afișate simultan: 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor EKG: prin fir (să se indice interfața te transmitere); Date pacient: Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea; Măsurări: PR, PQ, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Interfața de control: Limbile prezente obligatoriu: Romina, Rusa si engleza Identificarea aritmiei: da Interpretarea: da Timpul interpretării: minim 10 s Alimentarea- 220 V, 50 Hz Baterie internă- reîncărcabilă Timp operare autonomă: ≥5 h fara printare dar cu analiza si monitoring pe display / ≥ 1,3 h de printare continuu a ritmului cu viteză 25mm/s. Protecție defibrilator-da Indicatori vizuali: contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare rețea baterie descărcată Accesorii standard: Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) – 1 set; Hîrtie termică; Gel de contact; Geantă pentru transportare
2	3310 0000 -1	Tonometru ocular	unit	1	Limita erorii de măsurare admisă în intervalul: de la 5- 20 mmHg +/-2,0mmHg; de la 20-60 mmHg+/-10%; Timpul de măsurare 3-5 secunde; Alimentarea 3- V;
3	3310 0000 -1	Dulap de sterilizare	unit	2	Specificația: Ventilație forțată, controlată electronic. Construcție interioară -oțel inox. Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă. Regimuri de sterilizare programabile. Protecție la supraîncălzire analogical digitală. Alarma vizuală. Volumul 40 l. Camera sterilizatorului-Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Temperatura-50 - 200°C. Abaterea temperatură nu mai mare de 3°C. Setarea timpului 1 - 999 min. Abatere timp.≤ 1 min. Timp de încălzire pînă la 180°C.≤48 min Regim de sterilizare prestabilite: 180°C./60 min ; 160°C/150 min; 120°C/45 min Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75°C. Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C. Tipul de funcționare fără întrerupere 16 ore. Rafturi 2, din oțel inox. Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 200-240V, 50 Hz.
4	3310 0000 -1	Dulap de sterilizare	unit	2	Specificația: Ventilație forțată, controlată electronic. Construcție interioară -oțel inox. Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă. Regimuri de sterilizare programabile. Protecție la supraîncălzire analogical digitală. Alarma vizuală. Volumul 80 l. Camera sterilizatorului-Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Temperatura-50 - 200°C. Abaterea temperatură nu mai mare de 3°C. Setarea timpului 1 - 999 min. Abatere timp.≤ 1 min. Timp de încălzire pînă la 180°C.≤ 55 min Regim de sterilizare prestabilite: 180°C./60 min ; 160°C/150 min; 120°C/45 min Timpul de răcire 50 min, pînă la 75°C. Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C. Tipul de funcționare fără întrerupere 16

					ore. Rafturi 2, din oțel inox. Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 200-240V, 50 Hz
5	3310 0000 -1	Centrifuga	buc	1	Specificații tehnice: • Capacitate maximă Rotor unghiular 8 x 15 ml • RPM max 6,000 min-1 • RCF Max 3,461 • Dimensiuni (Î x L x A) 228 x 262 x 352 mm • Răcire Răcire cu aer
6	3310 0000 -1	Analizator hematologic,	buc	1	Specificația Sistem închis. Utilizarea a 3 reactivi: diluent, liza, cleaner Posibilitate de închidere programată și închidere manuală; • Cititor de cod de bare extern, în echipare standard Metode de analiză- 3 diff. CD Emerald are la baza tehnologie impedanță electronică pentru diferențierea RBC și PLT și WBC număr total și spectrofotometrie. Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM# MID# GRAN# LYM% MID% GRAN% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră)- Procesare 60 probe/oră Diluarea- automată Afișaj graphic. Da, monitor color cu touch screen Imprimantă- încorporată. port USB pentru imprimantă. Sistem ID pacient da, posibilitate date demografice datalog numeric identificare alfanumerică a pacientului PID identificare alfanumerică a probei SID data/oră nume pacient hemoleucograma 3-part diff sistem de flag și alertă Introducerea datelor manual Interfața PC da. Posibilitate de conectare la internet: (TCP/IP) și RS232. Afișarea histogramelor- da Stocarea datelor- da Calibrarea- automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC - repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afișarea pe ecran a tuturor datelor histogramă rezultate grafice rezultate din arhivă date de service • Afișarea rezultatelor pe imprimantă - Da • Raportul tipărit: Limitele de referință cu atenționări (flag) pentru valorile care depășesc limitele stabilite; • Trei sisteme de unități de măsură: USA (Standard) , Sistem de Unități Internaționale (SI), SI modificat- mod în mmol
7	3310 0000 -1	Analizator biochimic semiautomat	unit	1	Domeniul liniarității de măsurare: Minim 0,00-3,00 unități de densitate optică (A) Acuratețea fotometrului : +/- (1% din citire + 0,005 A) Stabilitate Variația zero nu este mai mare de 0,005 A (timp de 8 ore) Sursă de lumină: Tungsten lampă cu siguranțe Lungimi de undă standard Standard: 405, 450, 492, 630 nm Tip filtru - spectru vizibil: 405, 450, 492, 545, 600, 630 nm; - UV: 340, 405, 450, 492, 545, 630 nm (filtre la ordin de la 340 la 700 nm); Prelevarea de probe: Volumul probei - Flowcell Programabil 250yL-750gL. Flowcell Body Oțel inoxidabil de calitate chirurgicală. Windows. Pyrex. Volum iluminat 21 l. Volumul minim - tub (12 mm) 1 ml.

					Volumul minim - Cuvetă 400gL Memorie program 1 megabit. Memorie nevolatilă 1 megabit. Imprimanta internă 40/80 coloana termica. Afișaj LCD grafic 240x128. Tastatură 20 cheie, membrană cu buzunare. Carcasa ignifuga și oțel. Dimensiuni. 16 "(40 cm) x 14,5" (37 cm) x 5,5 "(14 cm) *. * 12 "- 30 cm înălțime cu ecranul în sus. Greutate (17 kg) 6.4 kg. Putere 100-240 VAC (auto-detectare) 50/60 intrare HZ, 90 W.
8	3310 0000 -1	Reflectometru	set	1	Caracteristici • Benzi de testare: • Capacitate: 50 teste/ h • Memorie instrument de 200 rezultatele testelor de pacienți, inclusiv nume sau ID-ul pacientului • Interfata Utilizator: ecran tactil, alfanumeric, protecție cu parolă • Computer: Interfata USB pentru conectarea la PC-ul alternativ, interfata RS232 pentru conectarea la PC si PS / 2, interfata pentru conectarea tastaturii si / sau cititor de coduri de bare • Cerinte de alimentare: 110-240 V AC,, automate de operare, alimentat cu baterie (opțional), cu 6 AA baterii • Dimensiuni (AxLxI): 20x16x7.5 cm • Greutate: 0.7 kg (fără baterii și alimentare) • Operare: Interval de temperatură: 5-40°C, gama de umiditate: 20-80% umiditate relativă, fără condensare, Calibrare: automata, auto-calibrare
9	3310 0000 -1	Microscop biologic	unit	1	Vizualizarea capului: Microscop biologic cu cap binocular seidentopf, interval de reglare a distanței interpupiliare 48-75mm, rotire 360 ° a tubului ocular cu înclinare la 30 ° Ocular: WF10X; Revolver- pentru 4 obiective, Click-stop; Obiective: Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 40x, 100x/Ulei, Treapta :miscare mecanica dubla: 140mmX132mm/75mmX45mm Focusare:Ajustare coaxial aspra si fina , Distanța de focusare 30mm , Interval de focusare 0 .002mm Condensator: Abbe Brightfield cu diafragma 1,25, cu diafragmă iris și filtru. Iluminație: Lampă cu halogen 6V / 20W sau LED 3W, luminozitatea reglabilă Accesorii standarte: Lampa 6V/20W-1 buc; filtru albastru -1 buc,ulei de imersie -1 buc; Accesorii optionale: cap trinocular; set contrast de faza (10x, 20x, 40x, 100x); Condensator de câmp închis (uscat sau ulei);
10	3310 0000 -1	Dispozitiv pentru electroterapie cu 2 canale	buc	1	Specificatii Tehnice: Intensitate curent : Galvanic: 40mA Dinamic: 60mA Interferential, Kotz: 100mA TENS: 140mA Tonolysis: 100mA Microcurenti: 1000uA Meniu programe : 69 de programe presetate 50 de programe definite de utilizator 69 sloturi pentru programe favorite 38 de secvente de tratament presetate 10 secvente de tratament definite de utilizator Tipuri de curenti : TENS: simetric, asimetric, alternativ, burst TENS pentru paralizia spastic

					Interferential dinamic, isoplanar, 1 canal (AMF) Stimulare Kotz/Russian Tonolysis Puls dreptunghiular, triunghiular Puls dreptunghiular, triunghiular Trabert Leduc Micro-curenti Diadinamic; MF, DF, CP, CP-ISO, LP Galvanic Curent maxim (CV) 140V Alimentare 230V, 50-60Hz Greutate 6kg Dimensiuni 34x28x11-16cm
11	3310 0000 -1	Aparat pentru magnetoterapie de frecventa joasa	buc	1	Combina de terapie ce imbină laserterapia, magnetoterapia si electroterapia. Posibilitate terapie cu electroforeza. Biostimulare cu laser. Camp magnetic de joasa frecventa. Sa functioneze cu diverse tipuri de sonde si aplicatori. Fizioterapie independenta pe 2 canale, pe unul sau doi pacienti. Electroterapia cuprinde TENS pentru tratament paralizie spastica, Stimulare Kotz/ Russian, curenti galvanici, microcurenti si altele. Calcularea automata a reobazei, cronaxiei si a coeficientului de acomodare. Afisare a diverselor afectiuni Mod program/manual Afisaj dimensiuni mari Operare in mod CC Izolatie galvanica intre canale Compacta si usoara Clasa laser 3B Electroterapie : curenti de joasa si medie frecventa Intensitatea curentului intereferential: 100mA Intensitatea curentului TENSE: 140mW Intensitatea curentului diadinamic: 60mW Intensitatea curentului galvanic: 40mW Frecventa laser terapie: 1-5000Hz Modul pulsat laser terapie: 25, 50, 75 % Timp tratament laser terapie: 0.5-100min Frecventa magnetoterapie: 2-120Hz Modul pulsat magnetoterapie: 1s/0.5-8s Timp tratament magnetoterapie: 1-30min Dimensiuni: 30x23x11cm Greutate: max. 6Kg Alimentare: 230V / 70W Accesorii: Aplicatori de cimp magnetic : 1 set Electrozi pentru electroterapie : 2 seturi.
12	3310 0000 -1	Bicicleta Ergonomica	buc	1	SPECIFICATII TEHNICE Profiluri de programe 12 Control Watt 10 - 350 Watt "Zona mea" programare HR Rezista la 32 de nivele Pozitia asezata reglabila Senzori Pulsegrip Profilul utilizatorului Memoria utilizatorului 4 Timp Viteza de 0.8 - 20 km / h Distanță rpm calorii Limită maximă de utilizator 150 kg Dimensiuni (LxWxH) 1500 x 660 x 1120 mm Roți de transport Sistemul de conducere Poly V-Belt iConsole +

13	3310 0000 -1	Aparat ultrasunet de frecventa inalta	buc	1	Aparat ultrasunet de frecventa inalta pentru UHE-terapie , destinat pentru efectele terapeutice topice ale cimpului electromagnetic al frecventei ultra-higt Descriere- pentru efectele terapeutice , neurologice,chirurgicale etc. Parametrii tehnici: Frecventa oscilatiilor 27,12 MHZ Tensiune 220 - 230 V Consum de energie- nu mai mult de 250VA Puterea 60W Set de electrozi d130; d80; d36 Ore de lucru la putere max. 6 ore Gabarite 230x200x110 Puterea de sarcina 10,15,20,30,40,50,60 *Manual de utilizare (care include si informatii pe service)
14	3310 0000 -1	Banda rulanda	buc	1	Motor de 2.8 CP, Profiluri de programe - 28 "Zona mea" programare HR Senzori Pulsegrip Profilul utilizatorului - 4 Timp Viteza de 0.8 - 20 km / h Distanță Limită maximă de utilizator 130 kg Dimensiuni pliate (LxWxH) 1164 x 900 x 1600 mm Absorbție progresivă a șocurilor Sistem de pliere Soft drop Puntea de rulare 530 x 1480 mm Curea ortopedică 3,3 mm Certificare CE / EN 957 Class SA Oprire de urgență Roți de transport Înclinați 18 nivele Sistemul de conducere Poly V-Belt Motor de 2.8 CP continuu - 4.5 CP de vârf Cablu de transmisie wireless cu transmisie opțională pentru curele de piept iConsole +
15	3310 0000 -1	Dispozitiv cu 2 canale pentru terapie cu ultrasunet	buc	1	Specificatii Tehnice: Electroterapie : Galvanic: 40mA Diadinamic: 60mA Interferential, Kotz: 100mA TENS: 140mA Tonolysis: 100mA Microcurenti: 1000uA Tipuri de curenti : TENS: simetric, asimetric, alternativ, burst 1 canal (AMF) Stimulare Kotz/Russian Tonolysis Puls dreptunghiular, triunghiular Puls dreptunghiular, triunghiular Trabert Leduc Micro-curenti Diadinamic; MF, DF, CP, CP- ISO, LP Galvanic Ultrasunete Mod de utilizare: continuu si pulsat

					Capacitate maxima a formelor in modul continuu/pulsat: 2 / 3W/cm2 Frecventa pulsurilor: 16 / 48 / 100Hz Ciclu de lucru: 5-75%, din 5 in 5% Sonde Frecventa operare 1 / 3.5MHz Putere maxima de iesire 12W Densitate maxima a puterii 3W/cm² Meniu intuitiv 204 de programe presetate utilizator 150 de programe definite de 204 sloturi pentru programe favorite 38 de secvente de tratament presetate 10 secvente de tratament definite de utilizator Alimentare 230V, 50-60Hz, max.75W, 90VA Greutate 6kg Dimensiuni 34x28x11-16cm
16	3310 0000 -1	Aparat pentru darsonvalizare	buc	1	Tensiunea amplitudinii la ieșirea aparatului, kV (8 ÷ 25) ± 20% Rata de repetare a impulsului, Hz 100 ± 10% Frecvența de umplere a impulsurilor, kHz 110 ± 25% Alimentare, V 220 Frecvența de rețea, Hz 50 Puterea consumată de rețea, VA nu mai mult de 50 Dimensiuni totale, mm, nu mai mult de 110 x 210 x 260 Masa dispozitivului cu electrozi, kg, nu mai mult de 2,5 Setul de livrare al dispozitivului include: Unitatea electronică – 1buc Electrozii înlocuiți: de bază (ciupercă, pieptene, punct) – cite 1bucata
17	3310 0000 -1	Set otooftalmoscop	buc	3	Specificatii tehnice: -1 diafragma-cerc mare -Lentile corectoare intre +20/-20 dioptrii -Bec cu vacuum 2.5V -Iluminare: aprox.7.000 lux -Iluminare buna si uniforma -Examinare foarte intinsa a fundului de ochi -Baterii: 2x1,5V,tip AA (nelivrate) -Maner pentru baterii -Etui
18	3310 0000 -1	Cantar mecanic pentru adulti cu antropometru	buc	4	Structura inox Cantar foarte robust si solid Capacitate cantar: 160 Kg Diviziune cantar: 1 kg Clasa de precizie: III Structura inox Cantar foarte robust si solid Platforma acoperita cu covor de cauciuc pentru uz intens.
19	3310 0000 -1	Cantar electronic pentru bebelusi	buc	4	Tip produs: Cantar digital Greutate maxima suportata : 10 - 20 kg
Valoarea estimativă totală 600 000 lei fara TVA					

7. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta : pentru toate loturile

8. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** 45 zile de la data semnării contractului
9. **Termenul de valabilitate a contractului:** 30.11.2019
10. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplica
11. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu se aplica
12. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAЕ	Original. Confirmat prin aplicarea stampilei si semnăturii participantului	DA
2	Formularul ofertei	Original, potrivit formularului (F3.1), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA
3	Garanția pentru ofertă 20 % din valoarea contractului fără TVA	Original, potrivit formularului garanției bancare (F3.2), original în formă de scrisoare de garanție bancară de la instituție bancară	DA
4	Specificații tehnice	Original, potrivit formularului (F4.1), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA
	Specificații de preț	Original, potrivit formularului (F4.2), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA
	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copie-emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA
	Certificat de efectuare regulată a plăților impozitelor, contribuțiilor	Copie-eliberată de Inspectoratul fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor IFS), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA
	Licența de activitate	Copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei participantului	DA
	Certificat de conformitate (CE, Iso)	Copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei participantului	DA
	Accesul la personalul de specialitate	Copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei participantului	DA
	Garanția pentru utilaj	min. 2 ani	DA

13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplica
14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire -licitația electronică
15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): eligibilitatea agentului economic
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pret avantajos si producatorul
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Pret avantajos	50
2	Tara si producatorul	50

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* conform SIA RSAP
 - pe: *[data]* conform SIA RSAP
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP cs.zubresti@ms.md s Zubresti r Strasenii IMSP SC Zubresti MD 3739
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: conform SIA RSAP
21. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP sau la adresa juridica in cazul depunerii ofertelor prin posta sau email.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*
24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *NU*
25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective -*nu este cazul*
27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -*nu este cazul*
28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț-*nu este cazul*
29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.05.2019
30. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	DA
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

- 31. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU**

Conducătorul grupului de lucru: Suruceanu Vasile