

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ  
SPITALUL RAIONAL FLOREȘTI



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕДИКО-  
САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ФЛОРЕШТЬ

5001, or. Florești, str. Ștefan cel Mare 77, Tel. 0(250) 2-24-48, Fax 0(250) 2-24-48  
E-mail: [srfloresti@ms.md](mailto:srfloresti@ms.md), IDNO 1003607150140

nr. 515 din 30 noiembrie 2022

Centrul pentru Achiziții  
Publice Centralizate în Sănătate  
Director  
dl Gheorghe GORCEAG

*Stimate Domn Director,*

Prin prezenta, la solicitarea Dvoastră cu nr. Rg02-4954 din 29 noiembrie 2022, Vă remitem răspunsurile la întrebările ce țin de clasificări privind specificațiile tehnice a mașinilor de anestezie:

1. Privind numărul de sertare se acceptă 2 cu păstrarea volumului;
2. CPAP este necesar de păstrat, deoarece își are funcția de a sprijini respirația pacienților care parțial respiră de sinestătător (sevrăj ventilator);
3. Privind volumul tidal - este necesar de menținut volumul solicitat de 5 – 1500 pentru acordarea anesteziei copiilor;
4. Funcțiile speciale oferă posibilitatea oferirii anesteziei cu un volum mic de gaze și oferă soluții sigure postanestezice în recrutarea plămânilor.

*Cu deosebit respect,*



Ludmila CAPCELEA

**aurelia.botica@capcs.gov.md**

---

**From:** office@capcs.gov.md  
**Sent:** 1 декабря 2022 г. 11:19  
**To:** aurelia.botica@capcs.gov.md  
**Subject:** FW: Sertare

---

**From:** SR Floresti [mailto:srfloresti@ms.md]  
**Sent:** Thursday, December 1, 2022 11:11 AM  
**To:** office <office@capcs.md>  
**Subject:** Sertare

Echipa medicală a instituției insistă pe 3 sertarea pentru comoditatea gestionării a consumabilelor.