

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitive medicale  
(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Centrul de Sănătate Țaul**
2. IDNO: **1013604001552**
3. Adresa: **s. Țaul, r. Dondușeni**
4. Numărul de telefon/fax: **0 251 61702**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **cs.taul@ms.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție medicală ce prestează servicii medicale**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: \_\_\_\_\_
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		Analizator biochimic	1	buc	Semiautomat, cu cuvă, sistem de tip închis, specificația deplină la p. 19. Garanția 24 luni	34000
2		Analizator hematologic	1	buc	Automat, cu 40 probe, sistem de tip închis, specificația deplină la p. 19. Garanția 24 luni	34000
3		Centrifugă de laborator	1	buc	specificația deplină la p. 19 Garanția 12 luni	18000
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>86000</b>

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
  - 1) Pentru un singur lot;
  - 2) Pentru mai multe loturi;
  - 3) Pentru toate loturile;
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**  
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **Livrarea în termen de 45 zile de la comandă, conform specificației tehnice indicate în p. 19 din Anunț.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **Până la 31.12.2022**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): \_\_\_\_\_

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): \_\_\_\_\_  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	Conform <b>Anexei nr. 7</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <b>Confirmat prin semnătura electronică</b>	Obligativiu
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform <b>Anexei nr. 8</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <b>Confirmat prin semnătura electronică</b>	Obligativiu
3	Specificații tehnice	Conform <b>Anexei nr. 22</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 <b>Confirmat prin semnătura electronică</b>	Obligativiu
4	Specificații de preț	Conform <b>Anexei nr. 23</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <b>Confirmat prin semnătura electronică</b>	Obligativiu
5	DUAE	Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender. <b>Confirmat prin semnătura electronică.</b>	Obligativiu
6	Dovada înregistrării juridice	Copie, emisă de Agenția Servicii Publice <b>Confirmat prin semnătura electronică</b>	Obligativiu
7	Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului	Copie, Eliberat de producător, <b>Confirmat prin semnătura electronică</b>	Obligativiu
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Original , eliberat de Inspectoratul Fiscal <b>Confirmat prin semnătura electronică</b>	Obligativiu
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani,	Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, original, <b>Confirmat prin semnătura electronică</b> În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, la semnarea contractului.	Obligativiu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: \_\_\_\_\_

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Operatorul economic va livra dispozitivele medicale care vor avea următoarele specificații tehnice:

Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip închis		
Descriere	Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de închis de reactivi	
Parametrul	Specificația	
Tip sistem	Sistem închis de reactivi	
Tip probă	Ser	da
	Plasmă	da
	Urina	da
Reagenți	Lichid	da
	Cu posibilitatea de a fi substituiți	da
Incubator	Temperatura termostatare	37°C
	Capacitatea	minim 20 tuburi
Cuva absorbanta	Cuvă	da
	Tip reutilizabilă	da
	Volum reactiv/investigatie	≤ 500 mcl
	Temperatura termostatare	37°C
Regimuri de măsurare:	Punct final	da
	Cinetic	da
	Multipoint cinetic	da
Sursa de lumină	Minim 6 lungimi de undă	
Data management	Display Touch Screen	da
	Memorie internă	da
	Imprimantă integrată	da
Calibrarea	Automată	da
Alimentarea	Rețea electrică 220 V, 50 Hz	da

Analizator hematologic, automat (3 diff), tip închis 40 probe	
Descriere	Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi
Parametrul	Specificația
Tip sistem	închis
Metode de analiză	3 diff
Procedura de curățire	automată
Parametri determinați și calculați:	WBC
	RBC
	HGB
	HCT
	MCV
	MCH
	MCHC
	PLT
	LYM
MID	

	GRA
	LYM%
	MID%
	GRA%
	RDW-SD
	RDW-CV
	PDW-SD
	PDW-CV
	MPV
	PCT
<b>Capacitate (probe/oră)</b>	≥ 40
<b>Diluarea</b>	automată
<b>Cantitate reagenti</b>	≤ 2 (Diluent, Soluti de lizare)
<b>Afişaj</b>	graphic
<b>Imprimantă</b>	încorporată
<b>Sistem ID pacient</b>	da
<b>Introducerea datelor</b>	manual
<b>Interfaţa PC</b>	da
<b>Afişarea histogramei</b>	da
<b>Stocarea datelor</b>	da
<b>Calibrarea-</b>	automată
<b>Histograme:</b>	WBC- repartizarea leucocitelor după volum
	RBC- repartizarea eritrocitelor după volum
	PLT- repartizarea trombocitelor după volum
<b>Afişarea pe ecran a tuturor datelor</b>	histograme
	rezultate
	grafice
	rezultate din arhivă
	date de service
<b>Afişarea rezultatelor pe imprimantă</b>	Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient
<b>Indicatori de avertizare</b>	da
<b>Control al calității</b>	în 3 nivele cu construirea graficelor Levey- Janings
<b>Limba de comunicare</b>	rom/rus
<b>Memorie internă</b>	> 1000 pacienți
<b>Accesorii</b>	Vas pentru deșeuri
	tuburi pentru reagenți
	tuburi pentru spălare
<b>Alimentare</b>	220 V, 50 Hz
<b>Certificat</b>	Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului

<b>Centrifugă de laborator (24 tuburi)</b>	
<b>Descriere</b>	Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.

Parametrul	Specificația	
Viteza de rotație	Minimală, rpm	reglabilă
	Maximală, rpm	≥ 3500
	Setări	setarea vitezei
Capacitatea	Tipul tuburilor	tuburi de 2 - 15 ml
	Numărul de tuburi	24 unitati
Timer	Gama de timp	0 - ≥60 min
	Incrementarea	≤1 min
Securitatea	Blocarea capacului în timpul lucrului	da
Indicatori	Indicadori vizual și acustic	da
	Debalansare	da
	Pornire/oprire	da
	Depășirea vitezei	da
	Capac deschis	da
Display	Digital	da
Nivelul de zgomot	≤ 60 dB	da
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare		da

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *cel mai mic preț cu îndeplinirea cerințelor obligatorii.*

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă] SIA RSAP*
- pe: *[data] SIA RSAP*

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

25. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat**

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: \_\_\_\_\_

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): \_\_\_\_\_
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_\_\_\_\_
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP Mtender
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronică	da
plățile electronice	da

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: Leonteac Tatiana

