

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Echipament medical**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție **LP**
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP SR Ungheni**
2. IDNO: **1003609150409**
3. Adresa: **mun.Ungheni , str.Nationala nr.37**
4. Numărul de telefon/fax: **0(236) 2-51-49 /(236) 2-21-94**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **imsp-sr-ungheni@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Institutie publica , principal gen de activitate acordarea serviciilor medicale**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
<https://www.srungheni.md/ro/transparenta-decizionala>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	33100000-1	Lot. nr.1 Dulap medical				15000,00
1.1	33100000-1	Dulap medical cu doua uși	buc	2	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Partea superioară: Sticlă securizată (de obicei 4-5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 20-30 kg per raft (în funcție de materialul și grosimea rafturilor). Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau	

					cu închidere cu buton/încuietore pentru siguranță suplimentară Culoare: Alb, gri sau alte culori medicale standard. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	
		Lot.nr.2 Masa pentru manipulări				17000,00
2.1	33100000-1	Masa pentru instrumente	buc	2	Măsuță chirurgicală, destinată plasării instrumentelor medicale în timpul intervențiilor operatorii. Cerințe generale - Masă nouă, conform standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. - Construcție robustă, stabilă, ușor de igienizat. - Garanție minim 24 luni. Cerințe tehnice minime - Înălțime: aproximativ 85 cm (± 5 cm). - Polite: două polite din inox, rezistente la coroziune și ușor de curățat. - Carcasă: sudată, realizată din inox sau din oțel vopsit cu vopsea albă epoxidică, rezistentă la dezinfectanți. - Structură: stabilă, cu colțuri rotunjite pentru siguranță. - Capacitate de încărcare: ≥ 15kg pentru fiecare poliță. - Roți: silențioase, cu diametru $\varnothing 125$ mm sau mai mare, dotate cu sistem de frânare pe cel puțin două roți. Siguranță și conformitate - Respectarea standardelor ISO pentru echipamente medicale. - Materialele utilizate trebuie să fie conforme cu normele sanitare și rezistente la substanțe dezinfectante. - Certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate - Livrare și montaj la sediul beneficiarului. - Instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea mesei.	
2.2	33100000-1	Masa pentru manipulări cu doua polite	buc	2	Masă pentru manipularea instrumentelor și materialelor medicale, destinată utilizării în secțiile medicale și laboratoare. Cerințe generale - Masă nouă, conform standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. - Construcție robustă, stabilă, ușor de igienizat. - Garanție minim 24 luni. Cerințe tehnice minime - Înălțime: aproximativ 85 cm (± 5 cm). - Polite: două polite din inox, rezistente la coroziune și ușor de curățat. - Sertare: două sertare integrate, cu sistem de glisare ușor și rezistent. - Carcasă: sudată, realizată din inox sau din oțel vopsit cu vopsea albă epoxidică, rezistentă la dezinfectanți. - Structură: stabilă, cu colțuri rotunjite pentru siguranță. - Roți: silențioase, cu diametru $\varnothing 125$ mm sau mai mare, dotate cu sistem de frânare pe cel puțin două roți. - Capacitate de încărcare: ≥ 15kg pentru fiecare poliță. Siguranță și conformitate - Respectarea standardelor ISO pentru echipamente medicale. - Materialele utilizate trebuie să fie conforme cu normele sanitare și rezistente la substanțe dezinfectante. - Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate - Livrare și montaj la sediul beneficiarului. - Instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea mesei.	
	33100000-1	Lot nr.3 Pat de spital				532800,0
3.1	33100000-1	Pat de spital	buc	36	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime - Lungime totală: 2100 mm (± 50 mm) - Lățime totală: 970 mm (± 30 mm) - Înălțime reglabilă (fără saltea): 520–760 mm - Lungime interioară: 1970 mm (± 30 mm) - Lățime interioară: 840 mm (± 20 mm) - Înălțime saltea: minimum 7 cm	

					- Reglaj electric cu trei funcții: - o Secțiunea spatelui: unghi reglabil 0–80° (±5) - o Secțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° (±5) - o Reglaj înălțime pat: 520–760 mm - Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat. - Tetiere și piciorușe din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. - Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu sau material echivalent, pliabile ușor în sus și în jos. - Roți silențioase de minimum Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. - Sarcină maximă suportată: ≥ 250 kg. - Siguranță și conformitate - Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. - Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. - Servicii asociate - Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. - Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. - Garanție minim 24 luni.	
	33100000-1	Lot.nr. 4 Noptiera de spital				219708.0
4.1	33100000-1	Noptiera de spital	buc	36	Noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime - Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. - Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. - Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. - Roți pivotante, minim 2 cu frână, diametrul ≥ 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. - Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. - Două rafturi pentru depozitare liberă. - Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. - Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. - Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială - Dimensiuni minime specificate - Lungime totală: 59 cm - Adâncime totală: 44 cm - Înălțime: 86 cm - Lățime masa de servit la pat: 40 cm - Lungime masa de servit la pat: 58 cm - Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm - Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm - Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia - Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. - Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. - Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgârie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. - Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. - Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. - Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. - Condiții de livrare, montaj și verificare - Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit	

					(încalinare/reglare). • Garanție minimă: 24 luni . Alte cerințe obligatorii • Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). • Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. • Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicat justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.	
		Lot.nr.5 Brancarda medicala				19600,0
5.1	33100000-1	Brancardă medicală	buc	2	Brancardă medicală destinată utilizării în unități sanitare, pentru transportul și manevrarea pacienților în condiții de siguranță și confort. Caracteristici tehnice minime: • Dimensiuni generale: 190 × 60 × 95 cm. • Structură: cadru realizat din tub de oțel vopsit, rezistent la uzură și coroziune. • Platformă: - din două secțiuni; - secțiunea cefalică reglabilă, în minim 10 poziții; - secțiunea inferioară fixă. • Mânere: ergonomice prevăzute pentru împingere și tragere. • Roți: - patru roți silențioase, cu diametru ≥200 mm; - minimum două roți dotate cu sistem de frânare. • Protecție: colțuri prevăzute cu elemente de protecție contra loviturilor. • Accesorii incluse: suport perfuzie, grile laterale de protecție, saltea. • Opțional: targă detașabilă Condiții de livrare și instalare: • Livrarea se va face la sediul beneficiarului, cu montaj și instruirea personalului pentru utilizare. Cerințe de conformitate: • Produsul trebuie să fie conform standardelor europene aplicabile pentru dispozitive medicale de tip brancardă. • Declarație de conformitate CE și certificat de calitate emis de producător. Alte cerințe obligatorii: • Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale.	
		Total				804108.0

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **DDP Franco destinat vamuit , Incoterms 2013 , livrarea in luna august 2026 .**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplica**

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplica.**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței de calificare	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	DUAE aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- Completat și semnat electronic;	Obligativ
2	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 ; - Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
4	Specificatia tehnica (ANEXA NR.22), Specificatia de pret (ANEXA NR.23ord. MF 115 din 15.09.2021)	Complectate și semnate electronic;	Obligativ
5	Certificat de conformitate/ calitate a bunurilor oferite (CE)	Copie confirmată prin semnătura electronică a Operatorului Economic	Obligativ
7	Garanția pentru oferta 1% din suma fără TVA - formularul garanției bancare completat în conformitate cu anexa nr. 9 Scrisoarea de garanție bancară <i>sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or. Ungheni str.Nationala 37 Trezoreria regionala centruUngheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA</i>	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a persoanei responsabile a ofertantului	Obligativ
8	Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale pentru fiecare produs.	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a persoanei responsabile a ofertantului	Obligativ

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. **Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței de calificare	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic	Obligativ
2	IMPUTERNICIRE: Pentru reprezentarea Institutiei și semnarea actelor în baza Semnaturii Electronice la procedurile de Licitatie Publica	Original –autentificat cu semnătura electronică de către conducatorul Institutiei	Obligativ
3	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări	Original- Declaratia Aprobată prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020 , cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar	Obligativ la semnarea contractului

	criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	ptr.ag.ec.cistigator , cu expedierea 1 ex. Inclusiv AAP.	
4	Certificat privind deținerea unui cont bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5	Garantia de buna executie a contractului 5% din valoarea totala a contractului., inclusiv TVA	Garanție de buna executie conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției emis de banca deținătoare de cont , Granția în marime de 5% sau prin transfer pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or Ungheni str.Nationala 37 , Trezoreria regionala centru-Ungheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA	Obligatoriu (În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SR Ungheni)

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplica**
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _.
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplica**
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.**
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplica	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
 - pe: [data] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**
25. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
(**SIA RSAP** sau adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română.**
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplica.

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _nu se aplica .

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _ Informația o găsiți în SIA RSAP.

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informația o găsiți în SIA RSAP.

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica

(se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante: Intrebări referitor la specificație sau alte neclarități adresați – la telefonul 079 947 192 _bioinginer dl.Timoșco.

Conducătorul grupului de lucru: Stati Elvira-Director

L.Ș.