

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziția Echipamente medicale și accesorii compatibile cu cabinetul de IRM 3Tesla
(Vantage Galan 3T, Canon) și Troliu de urgență cu dispozitive de resuscitare conform
necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024
prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă
1	Mașină de anestezie compatibilă cu IRM 3Tesla	Mașină de anestezie compatibilă cu IRM 3Tesla	bucată	1	<p>Descriere: Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul investigațiilor în imagistica prin rezonanța magnetică.</p> <p>Specificația: Toate componentele mașinei de anestezie și a sistemului de ventilare, monitorul anestezic, și toate accesoriile trebuie să fie compatibile cu IRM 3T.</p> <p>Display – touchscreen Prize de gaz O₂, Aer Debitmetre gaz O₂, Aer Vaporizatoare instalate 2 unități – Izofluran, Sevofluran Ventilator automat: Tip pacient adult, pediatric, neonatal. Moduri de ventilație- minim 6 moduri prestabilite și manual/spontan Parametrii minim monitorizați: volumul Tidal, Volum minutar (MV), raportul I:E, PEEP, frecvența respirației, limita de presiune cmH₂O Sistem de autodiagnostic - testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Sistem de evacuare a gazelor anestezice – da Sistem de management al consumului de agent anestezic – da Monitorizare agent (isofluran, sevofluran, halothan), auto identificarea gazelor anestezice, determinarea și afișarea valorii MAC. Parametrii monitorizați să fie și afișați pe display. Gauss Alarm, avertizează când aparatul este prea aproape de magnetul RM . Modulul de gaze Determină concentrațiile de gaze: O₂, CO₂, agenți anestezici Alți parametri Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 3 buc Baterie internă reîncărcabilă autonomie de lucru ≥ 1h Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Balon oxigen și balon aer preinstalat (de obicei în spatele dispozitivului), cu adaptoare și accesorii suplimentare pentru umplerea ulterioară a baloanelor – 2 seturi *adaptoarele de umplere pot fi necompatibile RM Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de aer comprimat - 1 buc. Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de oxigen - 1 buc.</p>	900 000,00

					<p>Circuit de ventilare adult, reutilizabil 3 set. Circuit de ventilare pediatric/neonatal, reutilizabil 2 set. Plămân de test, reutilizabil 2 buc. Senzor de flux , reutilizabil 1 buc. Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 50 buc. Accesorii modul de gaz - 5 seturi. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p>	
2	Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla	Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla	bucată	1	<p>Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla Descriere: Monitor de pacient specific pentru monitorizarea funcțiilor vitale în timpul examinărilor cu Imagistică prin Rezonanța Magnetică. Atenție! Toate componentele monitorului cât și accesoriile, consumabilele trebuie să fie compatibile cu IRM 3T. Parametrii monitorizați cu posibilitate de afișare pe ecran: ECG cu detecția aritmiei; Frecvența respiratorie măsurată prin metoda impedanței; SpO2; NIBP; IBP; CO2(capnografie); Se acceptă posibilitatea parametrilor monitorizați să fie măsurați prin tehnologie wireless. Alarmer vizuale și sonore Baterie reîncărcabilă cu autonomie minim 3 ore Suport mobil pe roți pentru fixare monitor Accesorii: Cablul ECG cu 3 electrozi - 2 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare - 200 buc. Electrozi ECG pediatric, unică utilizare - 50 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește - 2 buc. Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil tip clește 2 buc.</p>	700 000,00

				<p>Kit Senzor CO2, reutilizabil – 2 set (sau 50 de unică folosință dacă nu există reutilizabili)</p> <p>Senzor Temperatură, reutilizabil -1 buc.</p> <p>Manjete NIBP pediatrice, adult mediu, adult, adult mare, reutilizabile (1set/4buc) - 2 set.</p> <p>Cerințe:</p> <p>Anul producerii minim 2023.</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză</p> <p>Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p>		
3	Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla	Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla	bucată	1	<p>Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla</p> <p>Tip Hidraulic</p> <p>Poziționare Tredelinburg ≥ 12 grade</p> <p>Spătar reglabil</p> <p>Suport IV cu puncte de fixare standard</p> <p>Sarcina maximă ≥ 220 kg</p> <p>Frână la toate 4 roți</p> <p>Mânere pentru transportarea brancardei</p> <p>Bare laterale pliabile</p> <p>Frâne cu blocare centrală la toate 4 roți</p> <p>Reglarea înălțimii până la minim 800 mm</p> <p>Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete</p> <p>Spătar reglabil</p> <p>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă</p> <p>Cerințe:</p> <p>Anul producerii minim 2023.</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p>	130 000,00

					Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T Manual de utilizator în limba română și engleză	
4	Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla	Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla	bucată	1	Sistem portabil Du-O-Vac cu regulator O2 și sistem de aspirație compatibile cu IRM 3T Modulul principal du-o-vac Flowmetru O2, 0-15 litri per minut. Canistra de colectare cu gradare de minim 500 ml, cu port de aspirare (2 buc reutilizabile, sau 40 de unică folosință). Butelie O2 cu regulator de oxigen (reductor de presiune minim 3,4 Pa). Suport mobil pe roți pentru fixarea sistemului. Accesorii: Mască laringiană (50 buc), filtre (50 buc) Notă. Se acceptă varianta delimitată de exemplu un crash cart portabil compus din: Un sistem cu butelie, regulator și flowmetru O2 și în mod separat un aspirator urgențe cu accesorii, la fel toate componentele non-feromagnetice și compatibile IRM 3T. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	60000
5	Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla	Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla	bucată	1	Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla Lamele laringoscop: Iluminare prin fibră optică Lame tip Miller (sau Macintosh) – mărimea 0,1, 2,3,4 Mâner laringoscop cu baterii (2 seturi de baterii compatibile IRM) Trusă de păstrare/depozitare a setului. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	25 000,00

					<p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	
6	Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla	Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla	bucată	3	<p>Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla</p> <p>Proiectate cu tehnologie avansată de reducere a zgomotului, reducând zgomotul puternic produs de aparatele RM, făcând experiența mai confortabilă pentru pacienți și furnizorii de servicii medicale.</p> <p>Tip reutilizabile</p> <p>Atenuare zgomot minim 25 dB</p>	6 000,00
7	Glucometru cu accesorii (caracteristici de baza)	Glucometru cu accesorii (caracteristici de baza)	bucată	1	<p>Glucometru cu accesorii (caracteristici de baza) Glucometru cu accesorii</p> <p>Glucometru (caracteristici de bază)</p> <p>Metoda Electrochimică</p> <p>Tip probă Capilar</p> <p>Volumul minimal al probei $\leq 0.7 \mu\text{L}$</p> <p>Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L</p> <p>Gama hematocritului 25-60 %</p> <p>Timpul de măsurare $\leq 10 \text{ sec.}$</p> <p>Ecran LCD</p> <p>Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată</p> <p>Oprire automată</p> <p>Memoria numărul de teste ≥ 300 ta/ora și rezultatul probei</p> <p>Baterie internă</p> <p>Autonomie de la baterie ≥ 700 teste</p> <p>Indicator baterie descărcată</p> <p>Păstrarea telor din memorie la înlocuirea bateriei</p> <p>Accesorii, consumabile</p> <p>Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile</p> <p>Baterie 1 buc.</p> <p>"Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)"</p> <p>Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de străpungere</p> <p>Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc.</p> <p>Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni ≥ 400 buc.</p> <p>Cerințe:</p>	2 000,00

					<p>Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>1 2000</p>	
8	Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla	Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla	bucată	1	Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla Doua perechi de vârfuri pentru urechi și o diafragmă incluse suplimentar.	2 000,00
9	Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla	Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla	bucată	1	<p>Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla Toate părțile componente ale troliului să fie non-ferromagnetice. Material nemetalic Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici Spațiu de amplasare a defibrilatorului Stativ pentru perfuzii Masa suplimentară laterală Coș lateral pentru accesorii Coș lateral pentru deșeuri Număr de sertare minim 3 Primul sertar plat Sertare de diferite adâncimi Sertar cu divizare pentru medicamente minim 6 divizări Număr de roți minim 4 Roți cu frână minim 2 Suport pentru butelie de oxigen (cu volum minim 5 litri) în spate. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p>	15 000,00

					Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T	
10	Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal compatibile IRM 3Tesla	Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal compatibile IRM 3Tesla	bucată	1	Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal (câte o unitate de fiecare) compatibile IRM 3T Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Material silicon Volum aproximativ: adult 1600ml; copii 550ml; neonatal 280ml; Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve, Intubare, Rezervor oxigen, Mască facială - da Mărime mască: adult 4 sau 5; copii 2 și 3; neonatal 1 și 2 Articulație mobilă Colector Risc de contaminare scăzut Geantă de transport	7 000,00
11	Carcasa IRM 3Tesla pentru pompe de infuzie	Carcasa IRM 3Tesla pentru pompe de infuzie	bucată	1	Carcasă IRM 3T pentru pompe de infuzie Sistem de protecție pentru pompele de infuzie permite livrarea continuă a medicamentelor către pacienți, chiar și mediul de imagistică prin rezonanță magnetică. Sistem ecranat cu conexiuni mecanice și electrice. Posibilitatea de a fixa minim 3 pompe Sistemul să fie mobil pe suport cu roți Opțional: Bloc de baterii pentru o autonomie mai mare a pompelor conectate. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	700 000,00

12	Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla	Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla	bucată	1	<p>Masa p/u manipulare compatibil IRM 3T Masa manipulare non-feromagnetică - stand al asistentei medicale Dimensiuni minime: Lungime 650 mm Lățime 530 mm Înălțime 900 mm Cu doua rafturi și sertar Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T</p>	13 000,00
13	Accesorii pentru intervenții copii, sugari compatibil IRM 3Tesla	Accesorii pentru intervenții copii, sugari compatibil IRM 3Tesla	bucată	1	<p>Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Set accesorii RM testate, compus din (denumirile vor fi indicate în limba engleză pentru o mai bună claritate a necesarului): Neonatal Noise Guards – 1 set Eye Shields with Tabs – 2 set Hugger Complete Unit, pediatric immobilizer minimum 70 cm – 1 set BabyFix Cocoon for MRI Head Scans – 1 set Pediatric Thermal Blanket (small, medium, large) – 1 set Non Magnetic Earplug Dispenser minimum 250 pieces – 1 set Cerințe: Anul producerii minim 2023. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>	100 000,00
14	Detector de metale compatibil IRM 3Tesla	Detector de metale compatibil IRM 3Tesla	bucată	1	<p>Detector de metale compatibil IRM 3Tesla Ușor de utilizat – prin simpla apăsare a comutatorului ON pentru a detecta toate obiectele metalice periculoase. Alertă vizuală și audio. Sensibilitate reglabilă pentru zonele cu interferențe, suprafață mare de scanare, avertizare de baterie scăzută și prindere confortabilă. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător -</p>	8 000,00

					obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T Manual de utilizator în limba română și engleză	
15	Stingător de foc compatibil IRM 3Tesla	Stingător de foc compatibil IRM 3Tesla	bucată	1	Stingător de foc compatibil IRM 3Tesla Stingător de foc cu dioxid de carbon testat RM Potrivit pentru focurile din clasa B și C Greutatea maximă 7 kg Greutatea netă a agentului 2,5 – 3 kg Este necesar adaptor de umplere (necompatibil RM) – 1 buc Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T Manual de utilizator în limba română și engleză.	12 000,00
16	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă	bucată	1	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) Descriere: Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate. Parametrul Specificația Selectarea energiei: "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut" Controlul padelelor: Setarea energiei da Încărcare da Descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazică Sincronizator da Regim de operare: Defibrilare manuală da Defibrilare Automată (AED) da Monitor funcții vitale (ECG, SpO2, NIBP) da Cardiostimulare externă (pacemaker) da Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED da Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da	110 000,00

				<p>Afișarea ritmului cardiac da Alarmer ale ritmului cardiac da Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker da Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 400 J Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker) da Modul de stimulare cu rată fixă da Modul de stimulare deamand da Rata de stimulare 30-200 bpm, ± 1 bpm Curentul de ieșire 0 - 200 mA Lățimea pulsului 5 - 40 msec. Rezoluția, curent de ieșire 1 mA Durată puls >20 ms Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată da Printare auto sau manuală Adnotări: ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma undei descărcate da Funcția sumară da Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare ≥ 3 ore "Soft specializat pentru PC" Dacă este necesar de soft pentru interpretarea inregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC da Modul SpO2 da Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%, $\pm 2\%$ Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de alarmă da Modul NIBP da</p>	
--	--	--	--	--	--

Regim de măsurare pacienți adult, pediatric, nou-născut da
Acuratețea NIBP ± 3 mmHg
Limita maximă a tensiunii arteriale 300 mmHg
Regim automat de măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
Mesaje de alarmă da
Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da
Baterie internă reîncărcabilă da
timp de lucru baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări
Greutatea < 8 kg
Accesorii
Padele:
Adult, reutilizabile 1 set.
Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) 1 set.
Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare:
Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 5 set.
Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set.
Electrozi pacemaker:
Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 5 set.
Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, termen valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set.
Cablul ECG, reutilizabil cu 3 fire 1 buc.
Electrozi ECG:
Adult, unică utilizare, cu termen valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.
Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.
Senzor SpO2:
Adult, reutilizabil 1 buc.
Pediatric, reutilizabil 1 buc.
Manjete NIBP:
Adult, reutilizabil 2 buc.
Pediatric, reutilizabil 2 buc.
Hârtie termică 5 buc.
Gel de contact 250 ml
Să fie fixat/preinstalat pe troliu de resuscitare – da
Cerințe:
Anul producerii minim 2023.
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

					<p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>Manual de utilizator în limba română și engleză</p> <p>Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p>	
17	Troliu de urgență cu Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă	Troliu de urgență cu Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă	bucată	20	<p>Troliu de urgență cu Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă</p> <p>Troliu de urgență cu Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă</p> <p>Troliu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor de urgență și dispozitivelor de resuscitare.</p> <p>Caracteristici generale troleu:</p> <p>Material carcasa Oțel inoxidabil sau metal vopsit</p> <p>Suprafața de lucru a a troleului Monolit</p> <p>Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici Da</p> <p>Spațiu de amplasare a defibrilatorului, cu fixarea defibrilatorului Da</p> <p>Stativ pentru perfuzii Da</p> <p>Masa suplimentară laterală Da</p> <p>Coș lateral pentru accesorii Da</p> <p>Coș lateral pentru deșeuri Da</p> <p>Număr de sertare Minim 3</p> <p>Primul sertar plat Da</p> <p>Sertare de diferite adâncimi Da</p> <p>Sertar cu divizare pentru medicamente Minim 6 divizări</p> <p>Număr de roți Minim 4</p> <p>Roți cu frână Minim 2</p> <p>Suport pentru butelie de oxigen (cu volum minim 5 litri) in spate Da</p> <p>Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)</p> <p>Descriere: Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate.</p> <p>Să fie fixat/preinstalat pe troliu de urgență – da</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"</p>	2 800 000,00

Controlul padelelor Setarea energiei da
Încărcare da
Descărcarea energiei da
Forma de undă la ieșire bifazică
Sincronizator da
Regim de operare Defibrilare manuală da
Defibrilare Automată (AED) da
Monitor funcții vitale (ECG, SpO2, NIBP) da
Cardiostimulare externă (pacemaker) da
Mărimea display ≥ 6 inch
TFT LCD color, LED da
Rezoluția 640 x 480 pix.
Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III
Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da
Afișarea ritmului cardiac da
Alarmer ale ritmului cardiac da
Frecvența de lucru 0.05-100 Hz
Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi da
Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM
Depistare pacemaker da
Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 400 J
Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT
Cardiostimulare externă (Pacemaker) da
Modul de stimulare cu rată fixă da
Modul de stimulare deamand da
Rata de stimulare 30-200 bpm, ± 1 bpm
Curentul de ieșire 0 - 200 mA
Lățimea pulsului 5 - 40 msec.
Rezoluția, curent de ieșire 1 mA
Durată puls >20 ms
Imprimantă pentru ECG
Viteza hârtiei 25, 50 mm/sec
Imprimantă termică încorporată da
Printare auto sau manuală
Adnotări:
ora da
data da
derivația da
ritmul cardiac da
modul de operare da

forma undeii descărcate da

Funcția sumară da

Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da

Informația stocată ECG, șoc, vocile din anturaj

Capacitatea de stocare ≥ 3 ore

"Soft specializat pentru PC" Dacă este necesar de soft pentru interpretarea înregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC da

Modul SpO2 da

Rata SpO2 1 - 100%

Precizia 70 - 100%, $\pm 2\%$

Rata pulsului 30-300 bpm

Mesaje de alarmă da

Modul NIBP da

Regim de măsurare pacienți adult, pediatric, nou-născut da

Acuratețea NIBP ± 3 mmHg

Limita maximă a tensiunii arteriale 300 mmHg

Regim automat de măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.

Mesaje de alarmă da

Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da

Baterie internă reîncărcabilă da

timp de lucru baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări

Greutatea < 8 kg

Accesorii

Padele:

Adult, reutilizabile 1 set.

Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) 1 set.

Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare:

Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 5 set.

Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set.

Electrozi pacemaker:

Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 5 set.

Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, termen valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set.

Cablu ECG, reutilizabil cu 3 fire 1 buc.

Electrozi ECG:

Adult, unică utilizare, cu termen valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.

					<p>Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.</p> <p>Senzor SpO2: Adult, reutilizabil 1 buc. Pediatic, reutilizabil 1 buc.</p> <p>Manjete NIBP: Adult, reutilizabil 2 buc. Pediatic, reutilizabil 2 buc.</p> <p>Hârtie termică 5 buc.</p> <p>Gel de contact 250 ml</p> <p>Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore.</p> <p>Documente confirmative: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. 20 2 800 000</p>	
18	Butelie oxigen 5L	Butelie oxigen 5L	bucată	20	<p>Butelie oxigen 5L</p> <p>Descriere: Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.</p> <p>Parametru Specificație Tip portabil Volum ≥ 5 l Material "oțel/aluminiu/ metal galvanizat" Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de încărcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Să fie fixat/preinstalat pe troliu de resuscitare.</p>	170 000,00
19	Balon resuscitare AMBU adulți	Balon resuscitare AMBU adulți	bucată	20	<p>Balon resuscitare AMBU adulți</p> <p>Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat.</p>	30 000,00

				Parametru Specificație Material silicon Volum, ml ~1600 Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Mărime mască 4 sau 5 Articulație mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Masca laringiana de unica folosința AMBU nr. 5 – 2 buc Masca laringiana de unica folosința AMBU nr. 4 – 2 buc Masca laringiana de unica folosința AMBU nr. 3 - 1 buc		
20	Laringoscop adult standard	Laringoscop adult standard	bucată	20	Laringoscop adult standard Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult tip iluminare bec Lamele reutilizabile tip: McIntosh da mărimea 1 da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da autoclava bile la 134°C, 5min. da Mâner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă a lamelelor da diametru miner standard: 28mm, ±2mm da acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore da Bec: intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii:	100 000

				Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile «de la priza de perete 220V, 50Hz Bec de rezervă 3 buc. da "Acumulator reîncărcabil" 1 buc. da Trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complicația lamelelor solicitate da	
--	--	--	--	---	--

Valoarea estimativă totală 5 890 000 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru un singur lot.

Pentru mai multe loturi;

Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;	DA

		<p>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i></p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i></p>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa

nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului	DA

		de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defectiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului medicale ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
20	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	DA

		împuțernicită atît și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire;	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
21	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuțernicită atît și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire.	DA
22	<u>Garanția de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></p>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: BAP nr. 31 din 19.04.2024

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_31.pdf

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 24.04.2024

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG