

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS SCM Sfânta Treime
pentru anul 2023 (listă suplimentară 27)**

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea U/m	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	
1	Rezonanța Magnetică 3T	1 bucată	Rezonanța Magnetică 3T	
			Cerința tehnică	Parametrii de performanță
			Rezonanța Magnetică cu puterea câmpului magnetic (inducție) nu mai puțin de 3 Tesla, care oferă un nivel ridicat de cercetare a întregului corp a pacientului, cercetarea sistemului nervos central și periferic, cavitățile toracice și abdominale, sistemul cardiovascular, cord, spațiul epigastric și pelvis, membre.	
			Anul fabricării	minim 2022, sistem nou, (nu se acceptă sistem utilizat sau recondiționat)
			Magnet	
			Tip de magnet	Supraconductor, protejat activ
			Intensitatea câmpului magnetic (inducție)	minim 3 Tesla
			Diametrul interior al tunelului în izocentrul magnetului	minim 70 cm
			Lungimea tunelului magnetic	Nu mai mare de 174 cm
			Sistem de compensare automat activă	
			Metoda de compensare: pasiva si/sau activa	
			FOV maxim în direcțiile X și Y	≥ 500 mm
			Omogenitatea tipică a câmpului magnetic în parti per milion (ppm) in metoda RMS de masurare in minim 24 de zone/planuri, minim un punct din fiecare plan:	
			la 20 cm DSV	≤ 0.03 ppm
			la 40 cm DSV	≤ 1.5 ppm
			Stabilitatea pe termen lung a câmpului magnetic	Nu mai mult de 0,1 ppm/h
			Sistem de răcire	
			Sistem criogenic cu heliu, fără fierbere	da
			Sistem de gradient	
			Amplitudine maximă a gradientului (fiecare axă)	≥ 33 mT/m
			Rata maximă de rotire (fiecare axă)	≥ 150 T/m/s
			Sistem de reducere a zgomotului acustic în timpul scanării	
			Sistem de radiofrecvență	

Lățimea de bandă maximă a fiecărui canal de recepție	≥ 1 MHz
Sistem de procesare a semnalului de radiofrecvență	Digital
Numărul de canale digitale ale căii de recepție	≥ 65 de canale
Puterea maximă a transmițătorului	≥ 30 kW
Masa pacientului, sistem de confort si siguranta	
Sarcina maximă pe masa pacientului	≥ 250 kg
Gama de mișcare longitudinală a mesei	≥ 160 cm
Iluminare reglabilă în canalul magnetic	
Ventilație reglabilă în canalul magnetic	
Sistem de comunicare bidirecțională cu pacientul	
Buton de apel de urgență care poate fi activat de către pacient	
Sistem de monitorizare a parametrilor fiziologici (ECG, puls, respirație)	
Set pentru confort în timpul examinărilor (saltea, tetiere, genunchiere, curele pentru fixarea pacienților)	
Sistem de monitorizare a pacientului, inclusiv cameră de supraveghere, monitor, cabluri, alimentare	
Bobine de radiofrecvență	
Bobina de recepție - transmisie integrată pentru examinări corporale întregi	
Bobina multifunctionala pentru cap	≥ 16 canale
Bobina multifunctional pentru coloana vertebrala	≥ 32 canale
Bobina de corp cu mai multe canale	≥ 16 canale, 2 buc.
Bobina multifunctionala flexibila, dimensiuni mari	≥ 16 canale
Bobină Tx/Rx Knee dedicată	≥ 16 canale
Bobina de umăr dedicată	≥ 3 canale
Numărul conectorilor pentru bobine	nu mai puțin de 4
Consolă și sistem de reconstrucție	
Sistemul informatic trebuie să asigure din punct de vedere tehnic performanța prelucrării datelor de înaltă calitate și rapidă, schimbul de rețea, arhivarea datelor și executarea paralelă a procedurilor de scanare și reconstrucție a imaginii	

			Numărul de imagini stocate (matrice minim 256x256) fără compresie pe hard disc	≥ 1 000 000 imagini sau ≥ 1000 GB
			Capacitatea memoriei RAM a calculatorului consolei	≥ 32 GB
			Capacitate memorie RAM a sistemului de reconstrucție	≥ 96 Gb
			Viteza de reconstrucție minim 256 × 256, FFT, FOV complet	≥ 40 000 imagini/s
			Sistem de arhivare DVD	
			USB	
			DICOM 3.0	
			Monitor LCD de format mare	≥ 24 inch
			Unitate de sincronizare ECG, puls și respirație	
			Procesarea imaginii, arhivare, conectare la rețea și imprimantă, înscrierea imaginilor pe sticuri, DVD-uri	
			Permite conectarea la software-ul PACS pentru transferul și stocarea imaginilor	
			Pachete de programe clinice și parametri de achiziție	
			Pachet de programe clinice pentru cercetarea cerebrală fără contrast/ cerebrală cu contrast – protocol standard	
			Pachet de programe clinice pentru cercetarea a orbitelor	
			Pachet de software pentru cisternografia	
			Pachet de software pentru glandei pituitare cu contrast	
			Pachet de software pentru cerebrală-protocol Epilepsie	
			Pachet de software pentru cerebrală – evaluarea circulației lichidului cefalorahidian (LCR)	
			Pachet de software pentru Tractografia (DTI) cerebrală	
			Pachet de software pentru Tractografia (DTI) Spinală	
			Pachet de software pentru imagistica tensorului de difuzie (DTI) și reconstrucția tractografiei cu fibre în 3D (fiber tracking/tractography)	
			Pachet de software pentru Spectroscopia Cerebrală	
			Pachet de software pentru protocol avansat în patologii cerebrale (DTI, Spectroscopie, Difuzie, Perfuzie) cu contrast	
			Pachet de software pentru mediastinului cu contrast	

		Pachet de software pentru cervicală (țesuturile moi)	
		Pachet de software pentru cervicală (țesuturile moi) cu contrast	
		Pachet de software pentru coloana vertebrala (fără/cu substanță de contrast)	
		Pachet de software pentru întregii coloane vertebrale	
		Pachet de software pentru abdomenului	
		Pachet de software pentru regim colangiografiei (MRCP)	
		Pachet de software pentru spectroscopia cordonului medular cervical	
		Pachet de software pentru bazinul mic	
		Pachet de software pentru articulației umărului	
		Pachet de software pentru articulației cotului	
		Pachet de software pentru articulației metacarpofalangiene	
		Pachet de software pentru articulației coxofemorale	
		Pachet de software pentru articulației genunchiului	
		Pachet de software pentru articulației talocrurale	
		Pachet de software pentru protocol avansat în examinari cardiace	
		Pachet de software fără contrast a vaselor intracraniene (TOF)	
		Pachet de software pentru cu contrast a vaselor extra- și intracerebrale	
		Pachet de software pentru cu contrast a vaselor membrelor superioare	
		Pachet de software pentru cu contrast a vaselor membrelor inferioare	
		Pachet de software pentru articulatii: protocol pentru cartografierea cartilajului	
		Pachet de programe clinice pentru cercetarea sistemului nervos central (cap, gat, coloana vertebrala)	
		Pachet de software pentru perfuzia DSC de contrast pentru creier, cu posibilitatea de a calcula hărți CBF, CBV, MTT	
		Pachet software pentru perfuzie cerebrală fără contrast, etichetare arterial spin 2D și 3D	
		Pachet de programe clinice pentru cercetarea cavității abdominale, în afara spațiului abdominal și a tuturor organelor pelvisului (respectiv, programe specializate pentru pelvis masculin și feminin) cu capacitatea de a corecta artefacte	

		Pachet software pentru cuantificarea hărților precum apă, grăsime, fracțiune de semnal de grăsime	
		Pachet de programe clinice pentru întregul complex al cercetării ortopedice	
		Software package for whole-body DW sequences as: REVEAL, enhanced DWI, DWIBS or equivalent. Whole body fusion images should be possible with minimum overlap artifacts. (Pachet software pentru imagistica întregului corp ponderata prin difuzie)	
		Pachet software cu algoritmi pentru reconstrucția imaginii cu o calitate îmbunătățită a imaginii	
		Software pentru îmbinarea automată a seturilor de date obținute în timpul cercetării cu mai multe poziții într-o singură imagine cu un FOV complet	
		Capacitate de procesare a imaginilor 3D	
		Pachet de protocoale clinice pentru 2D și 3D - colangiopancreatografie	
		Grosimea minimă a feliei în modul 2D	≤ 0,2 mm
		Grosimea minimă a feliei în modul 3D	≤ 0,1 mm
		Sistem software si hardware de conexiune la distanta la RMN	
		Stația de lucru pentru medic	
		Cel puțin o (1) stație de lucru pentru medic cu aplicații de prelucrare a imaginilor RMN achiziționate. LCD de minim 24 inch calitate medicala minim 2MP (sau 2 monitoare LCD de minim 19 inch calitate medicala minim 1.3MP), computer cu minim 6 nuclee si frecventa de minim 3.7 GHz sau echivalent, minim 16 Gb Ram, minim 1 TB SSD, procesare imagini, arhivare, conexiune la retea si imprimare, scriere de imagini pe USB și/sau DVD.	
		O interfață multimodală de evaluare a imaginii	
		Export DICOM 3.0, interogare/preluare, imprimare, arhivare pe USB și/sau DVD	da, cu licență de utilizare nelimitată
		Exportarea imagini în format PNG, DICOM și AVI	
		Crearea un USB și/sau DVD cu un vizualizator	
		Disponibilitatea software-ului pentru vizualizarea datelor RMN	
		Disponibilitatea funcțiilor de zoom, panning, modificarea setărilor parametrilor ferestrei	
		Disponibilitatea instrumentelor de evaluare a imaginii:	

			Măsurarea distanței	
			Măsurarea unghiului	
			Selectarea regiunii/volumului de interes	
			Adnotari text	
			Disponibilitatea software-ului pentru reconstrucția multiplanară (MPR)	
			Disponibilitatea software-ului pentru reconstrucția tridimensională (redare 3D)	
			Disponibilitatea software-ului pentru analiza perfuziei de contrast	
			Analiza imaginilor RMN ponderate prin difuzie	
			Opțiunea de a combina mai multe imagini RMN într-una singură	
			Server PACS	
			Server pentru stocarea imaginilor primite de la rezonanța magnetică prin DICOM 3.0 și posibilitatea de accesare a imaginilor de la distanță și de la stația de lucru a medicilor.	
			Unitatea de stocare minim 46 TB cu posibilitatea de upgrade ulterior	
			Posibilitatea de acces de la distanță	min. 40 utilizatori
			Software PACS	da, cu licență de utilizare nelimitată
			Accesorii	
			Injector de presiune cu 2 capuri de injectare, neferos, efectuând contrast cu o singură/dublă fază, asigură livrarea cu soluție salină și permite livrarea temporizată a contrastului. Antreprenorul trebuie să furnizeze seringi compatibile (200 seturi) volum 50 ml cu conectori.	
			Imager laser uscat, dimensiunea filmului minim 2, dimensiunea filmului cea mai mare (14x17 inchi), compatibil DICOM, rezoluție ≥ 500 dpi. Un set de pelicule inclus.	
			UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de rezervă ar trebui să fie furnizate pentru toate sistemele, inclusiv mașina RMN, computerele consolă și stațiile de lucru	minim 80 kW
			Cabină RF: Sistemul ar trebui să fie furnizat cu RF cabină cu ecranare a încăperii RF, ecran a ușii RF și interioare pentru aceeași trebuie să fie realizate corespunzător în conformitate cu cerințele (IAEA) ANSP și ANRANR. Agentul economic va efectua toate lucrările de instalare și montare fără implicarea beneficiarului.	fabricată din cupru sau aluminiu sau oțel galvanizat

			Sistem de racire a RMN si a spatiilor de lucru (chiller), Sistem de racire cu circuit primar (pe baza de solutie glucol sau echivalen) de racire prin intermediul unui Chiller amplasat in exteriorul departamentului de RMN cu difuzoare de aer conditionat. Agentul economic va efectuate toate lucrările de instalare și montare fără implicarea beneficiarului.	minim 35 kW
			Fantome pentru calitatea imaginii (Echipament etalon corespunzator pentru testarea calitatii imaginii)	
			Detector de metal	
			Brancardă cu rotile compatibil cu RMN	
			Installation and Training	
			Disponibilitatea centrului de service autorizat de producător pe teritoriul RM	
			Prezentarea certificatului al inginerului pentru deservirea RMN 3Tesla	
			Toate lucrările de amenajare a spațiului pentru instalarea dispozitivului, conectarea dispozitivului la toate conductele necesare (electricitate, apa, ventilare, etc.) trebuie să fi efectuate de agentul economic câștigător. Sistemul va fi primit de beneficiar la cheie din partea gentului economic.	
			Antreprenorul va prezenta scheme de preinstalare care detaliază toate elementele electrice, structurale, de aer condiționat, gaze medicale sau orice cerință suplimentară care vor fi aprobate de beneficiar.	
			Vizitarea tehnică, inspecția și asigurarea faptului ca toate condițiile necesare sunt îndeplinite la locul beneficiarului înainte de începerea oricărei activități. Orice comentarii sau sugestii cu privire la condițiile locului de instalare trebuie făcute cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începerea activităților de instalare.	
			Test de acceptare: verificări de instalare, calibrare, siguranță și funcționare înainte de predare	
			Test de acceptare la fața locului (SAT): sistemul, după livrare, va fi testat de către antreprenor împreună cu utilizatorul pentru a demonstra că performanța îndeplinește specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate așa cum sunt determinate de beneficiar. Rezultatele SAT vor fi documentate într-un protocol de testare de acceptare care va fi semnat de utilizatorul final (după consultarea cu medicul fizician al spitalului) și producător.	

			Rezultatele documentate ale tuturor testărilor sistemului ar trebui să fie fixate într-un protocol de acceptare.	
			Conectați echipamentul la rețeaua DICOM de radiologie. Furnizorul ar trebui să revizuiască camera de amplasare a șantierului pentru a asigura conformitatea cu cerințele tehnice înainte de a furniza sistemul.	
			Antreprenorul va instala dispozitivele la fața locului într-o locație desemnata de utilizatorul final.	
			Antreprenorul va dezvolta un plan de instruire pentru utilizatorul final personal, care include administratori, tehnicieni, radiologi, ingineri biomedicali și administratorii de sistem	
			Antreprenorul va oferi instruire în două etape, în total de 7-10 zile, membrilor desemnați ai Utilizatorului Final în operarea și întreținerea dispozitivelor la locația Utilizatorului Final> imediat după instalare 3-5 zile; după o perioadă de 30 de zile de utilizare - timp de 2-3 zile.	
			Pregătirea se va desfășura în limba română sau rusă, se anticipează să fie instruiți cel puțin 5 profesioniști, din radiologi, tehnologi în radiații radicale medicale și ingineri biomedicali.	
			Manuale	
			Antreprenorul va furniza două (2) seturi complete de operațiuni și manuale de service și desene tehnice (dacă este cazul) în limba engleză sau română.	
			Garantie	
			Antreprenorul va oferi un 2 ani garanție pentru dispozitive începând de la data protocolului de acceptare semnat la fața locului.	
			Garanția va include toate piesele de schimb necesare, costul de înlocuire, eliminarea pieselor defecte, costul forței de muncă și toate upgrade-urile și actualizările hardware și software.	
			La apariția unei defecțiuni tehnice, antreprenorul va asigura o persoană calificată la fața locului în termen de până la patruzeci și opt (48) de ore și va investiga problema în următoarele douăzeci și patru (24) de ore.	

Valoarea estimativă : 25 000 000 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot.
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 120 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
12. Termenul de valabilitate a contractului: 5 ani de la înregistrarea contractului de către CAPCS.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).	DA

		În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare

sau abatere de la formulare, spatiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului -	DA

		original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, Servicii și piese de schimb post garanție pe o perioadă de minim 10 ani pe bază de contract - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 48 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Pentru dispozitivele medicale oferate, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale:	Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1 <i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE</i> <i>Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce) – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile ofertate în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se</i>	DA

		anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente: a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor. Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar notificările ofertelor calificate. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru dispozitivele medicale înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.	
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentelor sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă un an din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 15.09.2023

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 15.09.2023.

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG