

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **DISPOZITIVE DE TESTARE / VIRUSOLOGIE ȘI BIOLOGIE
MOLECULARĂ**

prin procedura de achiziție : **Licitație deschisă**

1. **Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”**
2. **IDNO: 1005600030818**
3. **Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani**
4. **Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00**
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md**
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție publică la autofinanțare, în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33100 000-1	Set serologic pentru detectarea anticorpilor specifici virusului limbii albastre	480	buc	Set serologic pentru detectarea anticorpilor specifici virusului limbii albastre, cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile utilizând principiul ELISA indirecta pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 pe principiul structurală, conservată a virusului limbii albastre la rumegătoare (caprine, ovine, și bovine, cervidee) pe probe individuale, să posede antigenele specifice toate cele 27 serotipuri ale virusului limbii albastre în ser și plasmă. - Microplăci căptușite cu proteina recombinată VP7 de 96 de godeuri, placa cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. - Conjugat concentrat, min. 10X - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Soluție de diluție; - Soluție de spălare; concentrată min. 20X; - Soluție substrat; - Soluție stop; Compatibil speciilor de animale menționate anterior; Specificitatea - min. 99,9% Sensibilitate - 100% Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE cu	24 000,00

					reflectarea specificității și sensibilității În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
2	33100 000-1	Conjugat antirabic liofilizat	6	buc	Congugat antirabic liofilizat, cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile pentru diagnosticarea rabiei prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Pentru diagnosticul în laboratorul sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 set.	33 000,00
3	33100 000-1	Set imunologic pentru detectarea anticorpilor capripoxvirusurilor	192	buc	Set imunologic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile ce utilizează principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv virusul dermatitei nodulare bovine (LSDV), virusul variolei ovine (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile. -Microplăci din poliester de 96 de godeuri acoperite cu antigen purificat placa cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. - Conjugat concentrat (10X) (antigen purificat marcat cu peroxidază); - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Tampon de diluție pentru prepararea conjugatului; Soluție de substrat; - Soluție de spălare (20X); - Soluție stop; Microplaca să fie citită la OD 450 nm; - Ușor utilizabil Compatibil speciei de animale menționat anterior. Sensibilitatea –min. 95% Specificitatea - min. 99.7% Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test.	34 000,00

4	33100 000-1	Setul ELISA pentru detecția anticorpilor rabici	576	buc	Set pentru detecția a IgG antiglicoproteina virusului rabic în serul provenit de la câini, pisici și vulpi. Setul conține: microplăci 96 godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. ser control pozitiv rabic-1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 - 1 flacon ser control rabic 3 - 1 flacon diluant de probă (gata de utilizare) - 1 flacon diluant pentru anticorp biotinitat(gata de utilizare) - 1 flacon anticorp anti-rabic biotinitat (concentrat de 100x) - 1 flacon diluant pentru conjugat (gata de utilizare) conjugat (100x concentrat); -substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producătorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) Destinat laboratoarelor sănătatea animală. 1buc = 1 test.	66 000,00
5	33100 000-1	Set imunologic pentru detecția Bolii veziculoase a porcului	384	buc	Set imunologic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile, ce utilizează principiul ELISA pentru detectarea competitivă monoclonală specifică (MAb 5B7) a anticorpilor direcți împotriva virusului bolii veziculoase porcine (SVDV) în probele ser și plasma de la porc - Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen purificat, placa cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri, de polisteren, Conjugat Mab 5B7/Peroxidază conjugată (10X) - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Tampon de diluare; -Soluție de spălare concentrată (20X); -Soluție de substrat; -Soluție stop; - Citire la OD 450 nm - Sensibilitatea - min. 98,8% - Specificitatea - 100% Destinat speciilor menționate anterior. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență;	38 000,00

					- certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
6	33100 000-1	Set imunologic de detecție a bolii Febra Văii de Rift	384	buc	Set imunologic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile ce utilizează principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor împotriva nucleoproteinei RIFTV în ser și plasma de la rumegătoare, cai, sau orice altă specie sensibilă. - Microplacă 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri. -Control pozitiv, lichid; -Control negativ, lichid; -Tampon de diluare; - Conjugat concentrat (10X); - Soluție de spălare concentrate (20X); - Soluția substrat; - Soluție Stop; -Sensibilitate – 100% -Specificitatea – min. 99,8% -Setul să fie ușor de utilizat. - Citire la OD 450 nm Destinat speciilor de animale menționate anterior. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	44 000,00
7	33100 000-1	Setul ELISA pentru detecția PrPres	384	buc	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA. Microplacă 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri acoperite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres destinat speciilor de animale (bovine, ovine, caprine) -Soluție de spălare concentrată de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) -Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) -Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfecioase, leofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon -Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) -Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonali anti-PrP marcați cu peroxidaza într-o soluție tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentat cu proteina	

					bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) -Tamponul Substratului Peroxidazei Solutie de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) -Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) -Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) -Folie adeziva pentru microlpaci Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propu ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 test	84 000,00
8	33100 000-1	Setul ELISA pentru detecția anticorpilor Influența Aviară	480	buc	Setul să utilizeze principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor specifici nucleoproteinei virusului influenței aviare de-a fi utilizat pe probe de ser sau plasmă la păsări, suine, ecvine și alte specii. Setul să permită detectarea mai precisă a anticorpilor specifici și diferențierea între infectare și vaccinare. - Microplăci (poliester) căptușite cu antigen nucleoproteină gripală A, cu 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri; - Conjugat concentrat (10x); - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Soluție de diluare; - Soluție substrat ; - Soluția de spălare concentrată (20x); - Soluție stop; Sensibilitatea - min. 99 % Specificitatea - min. 95 % -Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate anterior. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	25 000,00
9	33100 000-1	Setul ELISA pentru detecția pestei micilor rumegătoare	960	buc	Setul să utilizeze principiul ELISA competitivă pentru detecția anticorpilor nucleoproteici anti-PPRV în serul sau plasma la ovine și caprine, suine, etc. - Microplăci (poliester) căptușite cu nucleoproteină recombinată purificată PPR, -Microplaca 96 de godeuri, cu 12 stripuri	76 000,00

				detaşabile a câte 8 godeuri; - Conjugat concentrat (10x); - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Soluție de diluare a conjugatului; - Soluție de diluare a probelor ; - Soluție substrat; - Soluția de spălare concentrată (20x); - Soluție stop; Sensibilitatea - > 91 % Specificitatea - 100 % -Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate anterior. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
10	33100 000-1	Set pentru identificarea genomului viral la Bluetongue	300	buc Detecția ARN principiul Real-time RT-PCR, duplex din virusul limbii albastre (BTV) la bovine, ovine și caprine izolate din matrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetuși abortați (splina, ficat, cord, ganglioni limfatici) IPC endogen Setul include: - Mixul, care conține: - Sondă TaqMan marcată cu FAM NFQ (NFQ = Non-Fluorescent Quencher) (enzime, primeri și sonde); - Sondă TaqMan marcată cu VIC TAMRA (Quencher) (enzime, primeri și sonde); - Bufer, transcriptază inversă, enzime - EPC Control pozitiv la bluetongue; - Fluorescență FAM pentru ARN-ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute – 1-36 serotipuri (pan BTV) Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5, MIC Compatibil speciilor menționate anterior. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea EPC BTV (Control Pozitiv) cu Ct echipament Applied Biosystems, - certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea IPC endogen cu Ct echipament Applied Biosystems În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	90 000,00

11	33100 000-1	Set de extracție acizilor nucleici	300	buc	Set pentru extracția și izolarea/ purificarea acizilor nucleici patogeni (ARN și ADN viral și ADN bacterian) animale; -sânge integral/ser/ plasma/ alte fluide corporale tampoane, spălări și țesuturi (omogenate) Conținutul setului: -Tampon VXL1 1 x 6 ml -Tampon ACB (concentrat)1,2 1 x 12 ml -Proteinază K 1 x 1,25 ml -Carier RNA (poli A) 1 x 310 µg -Tampon AW1 (concentrat)1,3 1 x 19 ml -TamponAW2(concentrat)3 1 x 17 ml -Tampon AVE 1 x 20 ml Protocol de pornire rapidă de 20 ml (PCard -Temperatura de depozitare 15°C până la 25°C Mini Columns, Collection Tubes, Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	120 000,00
12		Lot 12. Set de amplificare moleculară cu control intern. Se va procura de la un producător				
12.1	33100 000-1	IC-RNA (Controlul amplificarii/controlul pozitiv pentru extracția ARN)	10	buc	IC-RNA este un ARN de control heterolog. Este utilizat ca control de amplificare pentru a exclude rezultatele fals negative cauzate de inhibitorii PCR și ca control pentru extracția ARN-ului. IC-RNA concentrația (ca. 8 x 10 ⁵ copies/µl) 1 fl x 1 ml IC-RNA să fie compatibil cu primerii: - EGFP-11-F- CAG CCA CAA CGT CTA TAT CAT G - EGFP-Cy5- Cy5-AGC ACC CAG TCC GCC CTG AGC A-BHQ2 - EGFP-2-R - GAA CTC CAG CAG GAC CAT G Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta va include: instrucțiuni/ prospectul de utilizare, certificat CE, și informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 tub	
12.2	33100 000-1	Master Mix	2	buc	Set molecular cu protocol standardizat ce oferă amplificarea în timp real a unui singur sau multiple ținte de acid nucleic cu control intern și încorporat, pentru amplificare sau/și extracție. - să detecteze simultană multiple ținte - să permită amplificarea în timp real a țintelor unice sau multiple de acid nucleic; - să conțină atât transcriptază inversă, cât și polimerază pentru a amplifica ADN și ARN și a țintelor - să conțină primerii și sonda pentru a identifica controlul intern - grunduri și sonde integrate pentru control	

					intern integrate chiar în amestec. - să asigure o validare internă a extracției și amplificării pentru rezultate fiabile. - să nu fie necesare operațiuni suplimentare pentru control intern - să fie compatibil cu termocicloare PCR obișnuite: - Mecanism de control intern validat integrat - Primeri și sonde încorporate permit utilizarea aceluiași amestec principal pentru extracție sau aplicatii de control al amplificării. Control flexibil al extracției sau al amplificării. Să fie compatibil cu IC pentru controlul extracției și amplificării să fie testat și să furnizeze rezultate tolerante și reproductibile la inhibitori; să fie foarte sensibile și cu capacități de multiplexare, fără pierdere de sensibilitate, cu asigurarea unei mare varietăți de matrice de probe biologice și agenți patogeni de min. 4 canale fluorescente simultan (FAM, HEX, Cy5, ROX). Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc. = 1 tub.	
						148 000,00
13	33100 000-1	Swarm Agar	3	buc	Compozitia: Meat Extract 5.0 g Yeast Extract 1.0 g Trypto-Casein Soya Broth 30.0 g Glucose 1.0 g Sodium Desoxycholate 0.35 g Agar 7.0 g 100 tuburi de 10 ml s-au 20 ml 100 tuburi in cutie de carton Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 cutie	10 000,00
14	33100 000-1	Slanetz and Bartley Medium	1,0	buc	Borcan 500g Compozitia: Tryptose 20,0 Yeast extract 5,0 g Dextrose 2,0 g Dipotassium phosphate 4,0 g Sodium azide 0,400 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 0,100 Agar 15,0 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 kg	6 000,00
15	33100 000-1	Bile Esculin Agar	1,0	buc	Borcan 500g Compozitia : Peptone 5.000 HM peptone B # 3.000 Bile □ 40.000 Esculin 1.000 Ferric citrate 0.500 Agar 15.000 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 kg	4 000,00
16	16. LOT cu seturi de diagnostic pentru detecția anticorpilor la boala West Nile. Se va procura de la un producător					
16.1	33100 000-1	Set ELISA pentru detecția Flavivirus	384	buc	Setul să utilizeze principiul ELISA competitivă pentru detectarea anticorpilor specifici anti-proteinei Pr-E. Setul este prevăzut pentru detectarea anticorpilor antiviruși West Nile, JEV, TBEV, JEV, USUV, ZIKAV și DENV în serul sau plasma la cai și păsări. - Microplăci (poliester) căptușite cu	

					extract purificat de antigen a virusului West Nile -Microplaca 96 de godeuri, cu 12 stripuri detaşabile a câte 8 godeuri; - Conjugat concentrat (10x); - Control pozitiv; - Control negativ; - Soluție de diluare; - Soluție substrat; - Soluția de spălare concentrată (20x); - Soluție stop; Sensibilitatea - 100 % Specificitatea - 100 % -Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate anterior. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1test.	
16.2	33100 000-1	Set ELISA pentru detecția West Nile IgM	192	buc	Setul să utilizeze principiul ELISA de captare a anticorpilor IgM (MAC) pentru detectarea anticorpilor IgM anti-prE în serul sau plasma a cabalinelor. - Microplăci (poliester) căptușite cu anticorpi policlonali IgM anti-cabalin -Microplaca 96 de godeuri, stripuri detaşabile; - Conjugat concentrat (10x); - Control pozitiv; - Control negativ; - Soluție de diluare a conjugatului; - Soluție de diluare a probelor ; - Antigen West Nile - Soluție substrat; - Soluția de spălare concentrată (20x); - Soluție stop; Sensibilitatea - 100 % Specificitatea - 100 % -Citire la OD 450 nm; Destinat speciilor menționate anterior. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1test.	
						62 000,00
17. LOT cu reagenți pentru determinarea Ac Influență aviară. Se va procura de la un producător						
17.1	33100 000-1	Antigen subtip H7N7	4	buc	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutininei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon WOA.H.	

					Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)1buc=1fl.	
17.2	33100 000-1	Antigen subtip H7N3	3	buc	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon WOA. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus ; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 fl.	
17.3	33100 000-1	Antigen subtip H7N4	4	buc	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon WOA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 fl.	
17.4	33100 000-1	Antigen subtip H5N5	4	buc	Tulpină de referință internațională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat fața de Seruri etalon WOA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 fl.	
17.5	33100 000-1	Ser negativ	3	buc	Ser negativ de referință internațional liofilizat mod de ambalare flacon min. 1 ml. Standartizat față de seruri etalon WOA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 fl.	

						126000.00
18	33100 000-1				Set de diagnostic ELISA imunosorbent legat de enzime pentru detecția anticorpilor specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujeszky gB PRVgB în probe de ser și plasmă porcină. -Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV; -Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Soluție de spălare concentrată (20x); -Soluție(tampon) de diluție -soluție de substrat (cu conținut H2O2); -Soluție stop; Testarea a fi posibilă în regim overnight și în regim mai puțin de 2 ore. Destinat speciilor de animale menționate anterior. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test.	34 000,00
19	19. LOT cu seturi de diagnostic pentru detecția LEB. Se va procura de la un producător					
19.1	33100 000-1	Set de diagnostic ELISA LEB	3840	bucată	Set de diagnostic prin tehnica ELISA pentru detecția anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine (gp.51) în ser sangvin și plasmă de la bovine. Componenta setului: 1 set – 2-10 placi/192-960 teste. Microplacă de 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluție de stopare, min. 0,5M substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, min. 10X soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluție de spălare concentrată min. 20X folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captușită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregime), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (WOAH) si cerințelor prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission decision din 15 decembrie 2009) actualizat. Calibrat pentru a detecta	

				standardul ser E05. <i>Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie pozitiv la o dilutie de min. 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestec de seruri (10seruri in amestec – dilutia 1/100).</i> Sensibilitate – 100% Specificitate – 100% Incubare scurtă_ - 45 min ± 4 min la 21°C (± 5°C). Incubare peste noapte - 16 la 20 h la 5°C (± 3°C). Setul sa contina un certificat sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specificitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 test.	
19.2	33100 000-1	Set de confirmare ELISA LEB	480	buc Set de diagnostic prin tehnica ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine in ser sangvin de la bovine, pentru confirmare. Componența setului: 5 placi/480 teste. Microplacă de 96 de godeuri, cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri de polisteren captușite cu antigen 2-5 placi/192-480 teste. control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluție de stopare, substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluție de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captușită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregime), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (WOAH) editia in vigoare si cerinților prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission decision din 15 decembrie 2009) actualizat. <i>Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie</i>	

					pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestec de seruri (10seruri in amestec – dilutia 1/100). Setul sa contina un certificat,sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specificitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. Oferta v-a include : -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere.Destinat laboratoarelor sănătatea animală.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
						63 000,00
Valoarea estimativă totală						1 087 000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru mai multe loturi;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la încheierea contractului :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 80 % din cel initial pentru produsele cu valabilitate de până la 2 ani.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat electronic	Obligatoriu
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligatoriu
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor	Obligatoriu

		producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligativ
5.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligativ
6.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;or garantie bancara.	Obligativ
7	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic	Obligativ
8	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice)	Obligativ (doar pu pozitiile care cad sub incidenta)
!	Notă	* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativ la semnarea contractului

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

Garanția bancară:

Ofertantul poate depune o garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție financiară autorizată.

Scrisoarea de garanție trebuie să fie irevocabilă și să acopere suma solicitată de autoritatea contractantă.

Aceasta trebuie să fie valabilă pe întreaga perioadă a procedurii de achiziție publică și să fie eliberată pe numele autorității contractante.

18. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____”

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare. pretul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP
- pe: [data] Conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

28. Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:nu a fost publicat .

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: nu sunt .

Președinta grupului de lucru: _____ .