

CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului de achiziții: Analizator automat de Hematologie 5 Diff

Autoritatea contractantă: Institutia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Dubăsari.

1. Descriere generală:

Adresa: Satul Coșnița, raionul Dubăsari.

Obiectul achiziției îl constituie - Analizator automat de Hematologie 5 Diff, în număr de 1 unități.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Analizator automat de Hematologie 5 Diff, cu sistem de tip închis

Descriere: Analizator hematologic automat cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componenței sanguine

Specificația:

Tip sistem închis

Metode de măsurare

- Fotometrică
- Optică

Procesare probe : ≥ 60 probe/oră

Volumul de probă aspirat : 15 μ l – 28 μ l

Parametri măsurați și raportați : 22 – 25

Control alcalității ≥ 3 nivele

Tehnologie optică de flux Cytometrie în Flux

Impedanță electronică

Spectrometrie de absorbție

Valve electronice

Reactiv de liză fără cianuri

Ecran LCD touch screen color

Posibilitatea de închidere programată și închidere manuală

Reactivi identificați prin cod de bare, cu identificarea lotului și a datei de expirare

Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme (rezultate, grafice, rezultate de arhivă, date de service)

Posibilitatea de conectare la internet

Posibilitatea de căutare pacient după dată sau după numărul de ordine

Posibilitatea de setare a valorilor de referință pentru pacienți

Posibilitatea de setare pentru valori de panică

Limitele programabile pentru pacient

Unitățile de măsură programabile de către operator

Înregistrări de date pe sisteme externe USB 250,0 – 300,0 mii

Construirea tabelor și graficelor Levey- Jennings

Încărcare/descărcare informații de control –Port USB pentru încărcare de date și pentru stocare de date regim off-line

Procedura de curățire automată

Limba de comunicare rom/rus

3. Garanția de buna execuție;

Termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de **24 de luni** din data instalării/livrării, conform specificației tehnice.

Șef IMSP CS Dubăsari

