

Anexa nr. 1

Specificațiile tehnice – Autorefractometru cu keratomie

Parametru		Specificație
Gama măsurilor de refracție	Distanța vertex, mm	diapazon minim 0, 10, 12, 13.5, 15
	Putere sferă (SPH)	diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)
	Putere cilindru(CYL)	diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D)
	Axa	diapazon minim 0-180° (pasul 1°)
	Distanța pupilară, mm	diapazon minim 10 - 85 (pasul 1)
	Diametru pupilar minim, mm	2
Keratomie		Obligatoriu
Display		LCD
Printer		Obligatoriu
Alimentare		220 V, 50 Hz
Cerințe		Termen de garanție : nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare gratuită de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. - Ghid rapid al utilizatorului în limba română