

**ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE**  
**la procedura de achiziție a bunurilor prin contract de mică valoare**  
 [Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **Penitenciarul nr.16-Pruncul**
2. IDNO: **1006601000945**
3. Tip procedură achiziție: **contract de mică valoare**
4. Obiectul achiziției: **Analizatoare de laborator**
5. Cod CPV: **33100000-1**

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării

**Analizatoare de laborator**

[obiectul achiziției]

conform necesităților **Penitenciarul nr.16-Pruncul**

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din: **Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X**

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. lot	Denumirea	Cantitatea	Specificația	Suma estimativă a lotului fără TVA																			
1	Analizator hematologic, automat (3 diff), cu sistem de tip închis	1	<table border="1"> <tr> <td>Descriere</td> <td>Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem închis de reactivi</td> </tr> <tr> <td>Parametrul</td> <td>Specificația</td> </tr> <tr> <td>Tip sistem</td> <td>închis</td> </tr> <tr> <td>Metode de analiză</td> <td>3 diff</td> </tr> <tr> <td>Procedura de curățire</td> <td>automată</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Parametri determinați și calculați:</td> <td>WBC</td> </tr> <tr> <td>RBC</td> </tr> <tr> <td>HGB</td> </tr> <tr> <td>HCT</td> </tr> <tr> <td>MCV</td> </tr> <tr> <td>MCH</td> </tr> <tr> <td>MCHC</td> </tr> <tr> <td>PLT</td> </tr> </table>	Descriere	Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem închis de reactivi	Parametrul	Specificația	Tip sistem	închis	Metode de analiză	3 diff	Procedura de curățire	automată	Parametri determinați și calculați:	WBC	RBC	HGB	HCT	MCV	MCH	MCHC	PLT	45 000
Descriere	Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem închis de reactivi																						
Parametrul	Specificația																						
Tip sistem	închis																						
Metode de analiză	3 diff																						
Procedura de curățire	automată																						
Parametri determinați și calculați:	WBC																						
	RBC																						
	HGB																						
	HCT																						
	MCV																						
	MCH																						
	MCHC																						
PLT																							



	LYM
	MID
	GRA
	LYM%
	MID%
	GRA%
	RDW-SD
	RDW-CV
	PDW-SD
	PDW-CV
	MPV
	PCT
Capacitate (probe/oră)	≥40
Diluarea	automată
Afișaj	graphic
Imprimantă	încorporată
Sistem ID pacient	da
Introducerea datelor	manual
Interfața PC	da
Afișarea histogramelor	da
Stocarea datelor	da
Calibrarea-	automată
Histograme:	WBC- repartizarea leucocitelor după volum
	RBC- repartizarea eritrocitelor după volum
	PLT- repartizarea trombocitelor după volum
Afișarea pe ecran a tuturor datelor	histograme
	rezultate
	grafice
	rezultate din arhivă
Afișarea rezultatelor imprimantă	date de service
	Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient
Indicatori de avertizare	pe de
Control al calității	de
Limba comunicare	în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings
Memorie internă	rom/rus
	> 1000 pacienți
Accesorii	Vas pentru deșeuri
	tuburi pentru reagenți



				tuburi pentru spălare	
			<b>Alimentare</b>	220 V, 50 Hz	
			<b>Certificat</b>	Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului	
			<b>Descriere</b>	Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi fără alimentare directă cu apă.	
			<b>Sistem analitic</b>	automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse)	
			<b>Tip de lucru</b>	continuu	
			<b>Tip sistem</b>	închis	
				random acces	
			<b>Capacitatea (teste/oră)</b>	≥ 100 (teste fotometrice, fără modulul ISE)	
			<b>Posibilitate a efectuării analizelor urgente</b>	da	
			<b>Tipul dispozitivului</b>	staționar	
			<b>Tip probă</b>	Ser și plasmă	
				urină	
				sînge integru / hemolizat	
				CSF (lichid cefalo-rahidian)	
			<b>Tip diluare</b>	automat	
			<b>Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare)</b>	da	
			<b>Program control al calității</b>	da	
			<b>Compartiment reactivi</b>	cu răcire	
			<b>Rotor cu încălzire pentru probe</b>	cu termostat la 37 grade C	
			<b>Cuvă pentru probe</b>	reutilizabil	da, (indicați ciclurile posibile de reutilizare)
			<b>Regimuri de măsurare</b>	<b>Cinetic</b>	da
				<b>Mono și bi-cromatic</b>	da
				<b>Imunotur bidimetric (Turbidity)</b>	da
2	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip închis fără alimentare directă cu apă	1			126 666,67



			Controlul cantității de reagent rămas	da	
			Semnaliza re lipsă reagent și probă	da	
		Sistemul de dozare	Reagenții	Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent	
				Volumul reagentului programabil cu pasul 1 μl	
			Sistemul de dozare	Cu sensor de obstacol	
		Alimentarea	220 V, 50 Hz		

**6. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Oferta (conform F4.1/F4.2)	Prețul la pozițiile depuse în original cu ștampila și semnătura Participantului	Da
2	Certificat de înregistrare/extras din Registrul de Stat	Emis de organul abilitat- copie, cu ștampila și semnătura Participantului	Da
3	Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original cu ștampila și semnătura Participantului;	Da
4	Licența de activitate	Copie, confirmata prin semnatura și ștampila operatorului economic.	Da
Documentele ce vor fi solicitate suplimentar de la potențialul câștigător			
1.	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
2.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	certIFICATE ISO 9001, ISO 13485 , CE, conformitate sau echivalente *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, confirmat	Da



		prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	
3.	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	minim 3 ani, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
4.	Experiența de întreținere	experiența de întreținere și deservire a echipamentului prezentate de minimum 3 ani pe piața Republicii Moldova	Da
5.	Perioada de garanție	minim 12 luni,	Da
6.	Autorizație de la producător ce confirmă dreptul ofertantului de a participa cu produsele acestuia în cadrul licitație publice respective	copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
7.	Manualul de utilizare în limba română a dispozitivului	copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
8.	Declarație de la Oferta	- jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului.	Da
9.	Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Da
10.	Prezența Centrului de Deservire	Declarație de la ofertant cu indicarea adresei în mun. Chișinău, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da

**7. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:**

Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.16 Pruncul

- a) Adresa: mun.Chișinău str.Ion Pruncul 44
- b) Tel: 022-61-53-51
- c) E-mail: p16achizitie@anp.gov.md
- d) Numele și funcția persoanei responsabile: Ofițer Principal achiziții publice, Timofei Mihai

**8. Întocmirea ofertelor: *Oferta (conform F4.1/F4.2) și documentele de calificare* solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura electronică și urmează a fi prezentate:**

- pe platforma MTender

**Ofertele întârziate vor fi respinse.**



9. Criteriul de atribuire este: *prețul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor tehnici solicitați.*

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: *30 de zile*

11. Criteriul de evaluare: *pe lot*

12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

13. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: **171 666,67 lei.**

Președintele grupului de lucru:



**Oleg GRAUR**

No. lot	Denumire	Cantitate	Specificația	Preț estimativ fără TVA
			Descriere	
			Parametrul	
	Analizator		Tip sistem	
	hematol		Metoda de analiză	
	egh.		Procedura de curățare	
	automat			
	13 dim.			
	cu sistem			
	de tip			
	modul			