

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice**
(lista suplimentară 14)

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

N r. L ot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unit atea de măș ură	Ca nti tat ea	Valoarea estimată fără TVA	Beneficiar
1	Frigider combinat cu congelator 200/100L	Frigider combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri +/- 10%; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri +/- 10%. Temperatura minimă setabilă(frigider) ≤+2°C Temperatura maximă setabilă(frigider) ≥+8°C Temperatura minimă setabilă(congelator) ≤ -20°C Temperatura maximă setabilă(congelator) ≥ -10°C Polițe incluse (frigider): ≥ 4 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, ≥4 inch Afisare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu Data Logger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP=0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H ≤1970 mm, A și L<750mm Dotat cu stabilizator de tensiune. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2026. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.	buc	1	107 000,00	SCMC V. Ignatenco
2	Frigider medical cu două uși 1400L	Frigider medical cu două uși pentru păstrarea medicamentelor și testelor cu condiții speciale de păstrare. Frigider medical cu doua uși pentru păstrarea medicamentelor și testelor cu condiții speciale de păstrare Temperatura de lucru 1400L +/-10% Temperatura de lucru 0/+10C Material interior: inox minim AISI 304 Material exterior: material anticoroziv vopsit în alb Izolarea poliuretanică ≥80mm Refrigerent cu GWP <150, ODP=0 Acuratețe și reglarea temperaturii: 0.1C Rafturi: ≥8 Alarmă: temperatura, ușa deschisă și lipsa tensiunii de alimentare. Înregistrare grafic a temperaturii prin USB Fără condensare Garnitură ușa din cauciuc cu curățare facilă Dotat cu 4 roți Nr uși- 2 buc Alimentare electrică: 230V	buc	1	44 500,00	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
3	Frigider 30- 130l	Frigider 30-130l Descriere: Frigider pentru păstrarea medicamentelor la temperaturi controlate (2-8°C), cu monitorizarea și înregistrare constantă a temperaturii, astfel încât să fie garantată menținerea calității, siguranței și eficacității produselor medicamentoase. Temperatura +2 până la +8°C Material: Interior: Placa de aluminiu cu material de pulverizare sau alt material non-coroziv Exterior: oțel acoperit cu pulbere sau alt material non-coroziv Decongelare: automată Răcire: Metoda de răcire: Racire directă a aerului Grosime izolație: ≥50 mm Refrigerent cu GWP <150, ODP=0 Acuratete temperatura: 0.1 C Interfata PC: minim USB Afisaj: Digital LED cu microprocesor Numar de rafturi: ≥3 Dimensiuni interioare (L*H): ≤554*510*558 mm Dimensiuni exterioare (L*H): ≤650*625*810 mm Alarmer audio-vizuale: Devieri de temperatură Întreruperea alimentării Eroare USB datalogger Eroare de comunicare eroarea senzorului Ușa deschisă Accesorii: Să fie incluși toate accesoriile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor solicitate. Garantie: 12 luni	buc	1	22416,66667	IMSP Centru Republican de Reabilitare pentru copii
4	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificație Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară	buc	1	250000,00	AMT BOTANIC A

	opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici Curenti interferențiali Curenti galvanici Electroforeză (ionoforeză) Faradic sau neofaradic Curenți de frecvență medie Curenți sinusoidali Stimulare de înalta tensiune TENS Stimulare Kotz Curenti Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc. din cauciuc/silicon, dimensiuni 40-50 cm2, să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc. din cauciuc/silicon, dimensiuni 70-80 cm2, să se indice codul produsului Electrod galvanizare/ionoforeză - 4 buc. din metal (plumb/aluminiu), dimensiuni 40-50 cm2, să se indice codul produsului Electrod galvanizare/ionoforeză - 4 buc. din metal (plumb/aluminiu), dimensiuni 70-80 cm2, să se indice codul produsului Bandă de fixare din cauciuc pentru electrozi - 4 buc. să se indice codul produsului Căptușele din bumbac/viscoză pentru electod din metal (plumb/aluminiu), dimensiuni 40-50 cm2 - 8 buc, să se indice codul produsului Căptușele din bumbac/viscoză pentru electod din metal (plumb/aluminiu), dimensiuni 70-80 cm2 - 8 buc, să se indice codul produsului				
5	Laparoscop Descriere Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții. Accesorii (sursă de lumină, insuflatori, instrumente chirurgicale, trocar). Parametru Specificația Video procesor cu Cap cameră Semnale video de ieșire: HDMI, DVI Reglaj automat al culorilor, Reglaj automat al intensității luminoase, Reglaj automat al sensibilității la iluminare scăzută Cap cameră 3 CCD cu chip / CMOS Cuplare automată pe telescop Adapter video integrat în capul camerei min. 4K Mod de lucru pentru vizualizare fluorescentă Tehnologii de iluminare pentru vizualizarea vaselor, detectarea punctelor de hemoragie, alte Total imersibil în substanțe de dezinfectare Adaptor video autoclavabil Sursa de lumină lampă xenon sau LED timp de lucru a lămpii- minim 30000ore puterea- minim 250 W la lumina Xenon Mod de lucru pentru vizualizare fluorescentă lampă de rezervă (doar în cazul lampi xenon) reglarea intensității luminii- regim automat reglarea intensității luminii- regim manual Cablu fibră optică Diametru- 4-5 mm Lungime- 250- 300 cm Cu rotire liberă în jurul axei autoclavabil cantitatea- 7 unit. Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere laterală- 29- 31 grade Diametrul extern- nu mai mic de 9 mm, max 11 mm, Lungime- minim 30cm Pentru vizualizare fluorescentă Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olympus, Wolf autoclavabil cantitatea- 7 unit. Trocar pentru instrumente 10-11 mm Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metală diametrul 10-11 mm lungime:5- 16 cm 90-150mm cantitatea- 7 unit. Trocar pentru instrumente de 5-6 mm Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metală diametrul 5-6 mm lungime:5- 16 cm 90-150mm cantitatea- 7 unit. Trocar pentru instrumente de 12-13.5 mm Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metală 12-13.5 mm lungime:5- 16 cm 90-150mm, cantitatea- 7 unit. Reductor 1 unit. Tip basculant 10/5- 11/5 mm Reductor 1 unit. Tip basculant 12/5- 13/5 mm Pensă pentru disecție/apucare, rotativă Maryland Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Maryland cu lungimea 14-16mm sau 21-23mm Diametru 5 mm Lungime 320-370 mm Mîner metalic fără cremalieră cantitatea- 7 unit. Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade cu lungimea 14-16mm sau 24-26mm Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm, Mîner fără cremalieră cantitatea- 7 unit. Pensă pentru disecție/apucare fermă, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf alungit, bont, rotunjit, făci striate Diametru 5 mm Lungime 320-370 mm Mîner cu cremalieră și cu pin HF autostatic cantitatea- 7 unit. Pensă tip aligator rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip dînti aligator Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm Mîner fără cremalieră, cantitatea- 7 unit. Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung rotunjit serat atraumatic cu simplă acțiune Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele cantitatea- 7 unit. Pensă prehensiune, atraumatică Vîrf ușor curbat, lung, fenestrat serat atraumatic Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm, Cu o singură deschidere cantitatea- 7 unit. Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung suplu, rotunjit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Lungime vîrf activ 23-25 mm, Diametru 5 mm	buc	1	3500000,00	IMU

Lungime 320-370 mm, Miner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cantitatea- 7 unit.

Pensă extractoare, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)

Virf tip Crocodil 2x3 dinți

Lungime virf activ 26-36 mm

Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm, Miner cu cremalieră , cantitatea- 7 unit.

Pensă prehensiune fenestrată Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)

Virf cu fălci plate, lungi, fenestrate, cu dinți 2x4, Lungime virf activ 14-26 mm

Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm, Miner cu cremalieră , cantitatea- 7 unit, Insert pensă BABCOCK Sistem modular: teacă, insert, miner

Lungime 320-370 mm, Virf tip BABCOCK lung, Lungime fălci: minim 30 mm- max 50 mm

Miner cu cremalieră, cantitatea- 7 unit.

Pensă extractoare, crocodil, rotativă 360 grade Crocodil Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)

Virf tip Crocodil 2x3 dinți, Lungime virf activ 14-24 mm

Diametru 5 mm, Lungime 320-370 mm

Miner cu cremalieră , cantitatea- 7 unit.

Pensă pentru recuperare calculi Virf cu cupe mari

Lungime virf activ 22-34 mm

Diametru 10 mm

Lungime 320-370 mm

cantitatea- 7 unit.

Pensă bipolară laporoscopică Fălci netede ușor curbate

Lungime virf activ 15-21 mm

Pentru disecție și apucare

Diametru 5 - 10 mm

Lungime 320-370 mm

Miner fara cremalieră

cantitatea- 7 unit.

Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)

Lame curbe, lungi

Lungime activă lame 15-20 mm

Diametrul 5 mm

Lungime 320-370 mm

Mufă conector HF

cantitatea- 7 unit.

Electrod de coagulare și disecție, în formă de L Diametrul 5 mm

Lungime 320-370 mm

Mufă conector HF

cantitatea- 7 unit.

Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă Diametrul 5 mm

Lungime 320-370 mm

Mufă conector HF

cantitatea- 7 unit.

Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă Diametrul 5 mm

Lungime 320-370 mm

Mufă conector HF

cantitatea- 7 unit.

Depărtător metalic în evantai Diametrul 10 mm

min. 3 degete

Lungime 320-370 mm

cantitatea- 7 unit.

Port- ac laporoscopic Miner autostatic curb tip pistol

Fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga

Cu inserție de tungsten carbid

Diametrul 5 - 10 mm

Lungime 320-370 mm

cantitatea- 7 unit.

Aplicator clipuri titan ML, rotativ 360 grade Diametrul 10 mm

Lungime 320-370 mm

Prevăzut cu port de lavaj

cantitatea- 7 unit.

Clipuri titan medii-mari ML

cantitatea- 100 cartridge.

Tub cu ac pentru puncții Lungime 320-370 mm

Diametrul 5 mm

cantitatea- 7 unit.

Canulă irigare/aspirație Canulă metalică cu miner tip robinet

Diametrul exterior 5 mm

Lungime 320-370 mm

Canula cu perforații la capăt

cantitatea- 7 unit.

Monitor Diagonala minim 54 inch

Afișare cu matrice activă TFT sau LCD

Rezoluție 3840x2160

Unghi de vedere minim 85 grade

Semnale de intrare HDMI

Trolu pentru echipament Utilizare în sala de operație

Roți blocabile

Suport pentru balon

Suport pentru monitor

Insuflator electronic Debit de insuflare- 20-35 l

Evacuare automată a fumului

Circuit de evacuare fum separat față de cel de insuflare

Afișarea parametrilor presetati (debit, presiune, gaz consumat)

Reglare debit de insuflare

Domeniu debit de insuflare de la 0,5 pînă la 35 l/min.

Reglare continuă

Tub de insuflare cu incalzirea gazului CO2, reutilizabil

Alarmă la lipsa gazului de insuflare

Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune

Butelie de CO2 capacitate minimă de 17 l

Să permită alimentarea cu gaz atît de la tub de înaltă presiune direct, fără regulator, cît și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune

Pompă de spălare automată Sisteme separate de spălare, aspirație

Debit de spălare minim 1,2 l/min

Presiune de spălare min. 200 mm Hg

Debit de aspirație min. 1,2 l/min.

Set de tubulatură reutilizabilă, autoclavabilă

Electrocoagulator Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie.

Canale de ieșire minim: Monopolar, Bipolar si Sigilare vase

Tăiere pura monopolară ≥ 300 W

Tăiere blend monopolară ≥ 200 W

Coagulare Fulguratie monopolară ≥ 120 W

Coagulare Soft monopolară ≥ 120 W

	Coagulare Spray monopolară ≥ 100 W Coagulare bipolară ≥ 70 W Sigileaza vase de sânge și limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut ("Tissue Sensing Technology" sau "Adaptive Tissue Technology" sau "Intelligent Tissue Monitoring" sau altele). Funcție de autotestare - obligatoriu Indicatoare - acustic și vizual Control volum sunet - obligatoriu Ecran - LCD touchscreen, cu capabilitatea de control a minim 3 moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Sigilare vase etc.) Aplicații chirurgicale minim 60 de programe. Prize de lucru tip «plug and play» Comunicare interactivă de eroare, inclusiv acțiunile corective afișate pe ecran Comutator de picior pentru control monopolar Comutator de picior pentru control bipolar Cablul monopolar Lungimea de minim 3 m cantitatea- 7 unit. Alimentarea 220 V, 50 Hz				
6	Unitate electrochirurgicală bipolară pentru rezecție în medii saline + rezetoscop bipolar (TUR TURP) Parametru Specificație Descriere Unitate electrochirurgicală bipolară pentru proceduri urologice TUR / TURP, utilizabilă în medii saline, împreună cu rezetoscop bipolar complet compatibil UNITATE ELECTROCHIRURGICALĂ BIPOLARĂ PENTRU REZECTIE ÎN MEDII SALINE + REZETOSCOPI BIPOLAR (TUR / TURP) Aplicații Urologie – rezecție transuretrală prostată (TURP), tumori vezicale (TUR), proceduri endourologice Tehnologie Electrochirurgie bipolară Mediu de lucru Soluție salină NaCl 0,9% Necesitate placă neutră Da + cablu de interconexiune Tip curent Bipolar Putere maximă tăiere ≥ 200 W Putere maximă coagulare ≥ 120 W Reglaj putere Digital, control precis Moduri de lucru Tăiere bipolară (CUT), coagulare bipolară (COAG), mod combinat Mod dedicat TUR / TURP Da Stabilizare putere Adaptare automată la impedanța țesutului Control activare Pedală de picior (tăiere / coagulare) Afișaj LCD / LED Semnale Acustice și vizuale Sisteme de siguranță Protecție suprasarcină, scurtcircuit, autodiagnosticare Alimentare 220–240 V / 50–60 Hz Standard siguranță IEC / ISO pentru dispozitive medicale REZETOSCOPI BIPOLAR TUR / TURP Tip Rezetoscop bipolar reutilizabil Compatibilitate Compatibil cu unitatea electrochirurgicală oferită Material Oțel inoxidabil medical Sterilizare Autoclavabil Diametru 24–27 Fr Lungime de lucru Standard urologic Element de lucru Bipolar Electrod rezecție Loop bipolar Electrod coagulare Bipolar Sistem irigare Irigare continuă Optică Compatibil cu optică rigidă (ex. 30°) Utilizare în mediu salin Da ACCESORII INCLUSE Electrozi bipolari Incluz Cabluri bipolare Incluz Pedală de picior Incluz Garanție Minim 24 luni Service Incluz pe toată perioada de garanție Timp intervenție în cazul unor defecțiuni Max. 72 ore Piese de schimb Disponibile min. 10 ani	buc	1	600000,00	IMU
	Valoarea estimată totală			4 523 916,67	

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în

parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligat Ivitaea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii" Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și menținerea dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA
22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organisme naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Cod fiscal:

1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanția Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: 30.03.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 30.03.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG