

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind : Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (lista suplimentară)

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA
1	Videogastroscoop	bucată	4	<p>Descriere Destinat investigațiilor video-gastroscopice ce permite examinarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Sistem optic Cameră video CCD integrată da</p> <p>Fibră de lumină integrată da</p> <p>Câmp de vedere minim 140°</p> <p>Adâncimea câmpului de vizualizare cel puțin diapazonul 2-100 mm</p> <p>Caracteristici fizice Diametrul exterior al tubului de inserție Ø maxim 10 mm</p> <p>Lungimea de lucru minim 1000 mm</p> <p>Canal instrumentar Ø minim 2.5 mm</p> <p>Unghi de flexiune al capului distal Sus minim 200°</p> <p>Jos minim 90°</p> <p>Stânga minim 90°</p> <p>Dreapta minim 90°</p> <p>Port de alimentare și aspirare Aer / apă / vacuum da</p> <p>Adaptat pentru spălare și dezinfectare în mașină automată da</p> <p>Echipat cu manete pentru ajustare poziții Sus/Jos;</p> <p>Stânga/Dreapta;</p> <p>Blocare poziție;</p> <p>Butoane pentru achiziție și vizualizare de imagini minim 3</p> <p>Accesorii Valvă aer/apă minim 4 buc.</p> <p>Valvă aspirație minim 4 buc.</p> <p>Valvă pentru biopsie minim 2 buc.</p> <p>Piesă bucală endoscopică minim 1 buc.</p> <p>Capac de protecție rezistent la apă minim 1 buc., dacă dispozitivul necesită</p> <p>Compatibilitate cu sistemele endoscopice existente în dotarea IMSP IMU CV-190 & CLV-190</p>	1 440 000
2	Videocolonoscop	bucată	3	<p>Videocolonoscop</p> <p>Descriere Destinat investigațiilor video-colonoscopice ce permite examinarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Sistem optic Cameră video CCD integrată da</p> <p>Fibră de lumină integrată da</p> <p>Câmp de vedere minim 140°</p> <p>Adâncimea câmpului de vizualizare cel puțin diapazonul 2-100 mm</p> <p>Caracteristici fizice Diametrul exterior al tubului de inserție Ø maxim 13 mm</p> <p>Lungimea de lucru minim 1500 mm</p> <p>Canal instrumentar Ø minim 3.5 mm</p> <p>Unghi de flexiune al capului distal Sus minim 160°</p> <p>Jos minim 160°</p> <p>Stânga minim 140°</p> <p>Dreapta minim 140°</p> <p>Port de alimentare și aspirare Aer / apă / vacuum da</p> <p>Adaptat pentru spălare și dezinfectare în mașină automată da</p> <p>Echipat cu manete pentru ajustare poziții Sus/Jos;</p> <p>Stânga/Dreapta;</p>	1 125 000

				<p>Blocare poziție; Butoane pentru achiziție și vizualizare de imagini minim 3 Accesorii Valvă aer/apă minim 4 buc. Valvă aspirație minim 4 buc. Valvă pentru biopsie minim 2 buc. Capac de protecție rezistent la apă minim 1 buc., dacă dispozitivul necesită Compatibilitate cu sistemele endoscopice existente în dotarea IMSP IMU CV-190 & CLV-190</p>	
3	Sistem radiodiagnostic cu braț C și reconstrucție 3D la finele investigației	bucată	1	<p>Sistem radiodiagnostic cu braț C și reconstrucție 3D la finele investigației Descriere Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențiilor chirurgicale. Parametrul Specificația Generator raze X de frecvență înaltă minim 40 KHz Gama KV 40-120 puterea generator ≥ 15 kW Tub radiogen tip cu anod rotativ sistem de răcire controlat de procesor Regimuri de lucru Fluoroscopic Normal Pulsativ Radiografic da Colimare digitală da Doza de iradiere redusă da Arcul C Spațiul liber pentru pacient ≥ 76 cm adâncimea ≥ 60 cm SID Distantă: minim 950 mm Rotire arc axa orizontală (Angular) asistat electric (motorizat) $\geq \pm 200^\circ$ sau 360° Unghiul de rotație orbital asistat electric (motorizat) $\geq +110/-40^\circ$ Unghi de angulație pozițională $\geq \pm 10^\circ$ suport pe roți cu blocare da Panou comandă Tehnologie Touchscreen da Telecomandă Telecomandă/pedală da Detector tip FPD Dimensiune cimp minim 30 x 30 cm Adâncime imagine, bit Minim 16 biți Rezoluție de achiziție 1500 x 1500 pixel Vizualizare stand cu 2 Monitoare / 1 whidescreen $\geq 19''$ Modulul 3D Complet motorizată da Achiziție de tip CT da Volumul de reconstrucție 3D minim 16x16x16 cm Funcții de vizualizare 3D (MPR) inclusiv: axial, sagital, coronal da Achiziție/Postprocesare Stocare ultima imagine (LIH) da Contrast/Luminozitate da Inversie de gama da Programe anatomice generale da Programe anatomice 3D da Stocare imagini Minim 40 000 de imagini cu rezoluție maximă” Procesare imagini importate DICOM 3,0 Exportare imagini USB DAP-metru da Accesorii Pedala dubla pentru control X-ray da</p>	3 333 334

				Cheie de protecție conectare X-ray da Alimentare Tensiunea curentului electric 230 V ±10%; 50 Hz	
4	Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital	bucată	1	<p>Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză; Vizualizarea structurilor interne ale corpului și depistarea sau absența bolilor, anomaliilor, a obiectelor străine, a modificărilor în structura organelor, oaselor etc.</p> <p>Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu în direcția S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate.</p> <p>Tub desupra mesei; Operarea de la distanță; Masa telecomandată; Panou de control în sala de comandă; Dispozitiv intercom - Comunicare pacient doctor; Turnul de imagine Radiografie în afara mesei; Grila detașabilă; (SID) max: ≥ 130 cm; (SID) ≤ 110 cm; Panou de control complet, inclusiv controlul mesei și al generatorului în sala de control; Panou de control pentru funcțiile de bază în sala de examinare; Panou de control complet, inclusiv monitoare ce dublează informația de pe monitoarele din sala de control: opțional; Detector, Mărime pixel: ≤ 140mm; Tip: Panou plat (flat panel); Mărimea maximă a matricei în regim captare radiografie: min. 3024x3024 pixel; Adâncime captare regim radiografie: min. 16 bit; Mărimea maximă a matricei în regim captare fluroscopie: min. 1024x1024 pixel; Adâncime captare regim fluroscopie: min. 16 bit; Mărime detector: 43x43 cm (17"x17"); Caracteristicile imaginii Afișarea ultimei imagini; Colimare virtuală; Masa de examinare Greutatea maximă a pacientului: min. 250 kg; Dimensiuni: ≥ 225x70 cm; Mișcarea laterală: ≥ 25 cm; Deplasarea longitudinală a turnului de imagine: ≥ 160 cm; Mișcare verticală (de la podea): diapazon minim 45...110 cm; Înclinarea mesei: 90/-90°; Greutatea maximă a pacientului, inclusiv în poziție înclinată: min. 200 kg; Indicatori poziție; Asigurarea mișcării motorizată; Reglarea vitezei pentru direcțiile nmotorizate în trepte: min. 3 trepte; Generatorul Putere maximă la ieșire: min. 80 kW; Diapazon kV regim radiografie: diapazon min. 40-150kV; Gama radiografică: diapazon min. 0.5...800mAs; Diapazon kV regim Fluroscopie: diapazon min. 50...120kV; Curentul maximal de ieșire radiografie: diapazon min. 850 mA; Curentul maximal de ieșire radiofluroscopie: min. 20 mA; Regim de lucru radiografie seriată: min.15 FPS, ±1 FPS; Regim de lucru fluroscopie pulsativă: diapazon min. 4...30 FPS; AEC (Automatic Exposure control): min. 4 câmpuri; Tub X-RAY Capacitate de stocare termică a ansamblului: min.700 kHU; Pată focală: min. 2; Pata focală mică, dimensiune: max.0.7mm; Pata focală mare, dimensiune: min.1.1mm; Putere pata focală mică: max. 60 kW; Putere pata focală mare: min. 80 kW; kV max radiografie: min. 150 kV; kV max radiofluroscopie: min. 125 kV; Colimator Regim lucru: min. automat și manual;</p>	3 333 334

Tip sursa lumină: LED;
Tip colimare min. rectangular și iris/octagonal;
Asimetric din stânga și din dreapta;
Filtre încorporate: min. 3 tipuri;
Selectare filtre automat și manual;
Display și Stație de lucru (Captare/postprocesare)
Mărime display: min.19 inch;
Accesorii Set radioprotecție pacient (șorț, guleraș protecție glanda tiroidă): min. 1 set pentru maturi;
Set radioprotecție operator (șorț): min. 1 (min.0,35 mm Pb); Imprimantă Tip procesare:
Termal direct sau echivalent;
Interfață: DICOM;
Rezoluție spațială: min.12 pixel/mm;
Format film: 20x25...35x43 cm; Formate disponibil simultan: min. 2;
Cantitate monitoare în sala de control: min. 2;
Cantitate monitoare în sala de examinare: min. 2 (opțional); Procesor Intel Core i7-7600U sau echivalent;
HDD: min. 1 TB;
SSD: min. 500 GB (opțional);
RAM min. 8 GB;
Diagonala monitor medical Full HD: min. 19 inch sau echivalent; Rezoluție monitor: min.1920x1080;
CD/DVD - da;
Compatibilitate sisteme PACS;
USB min. 4 porturi;
Accesorii: tastatură și mouse;
Radiofluoroscopia
Memorie directă;
Memorie ciclu;
Memorie ultima imagine;
Radiografie Captare imagini singulare mărimi: min. 5;
Diapazon mărimi: min.15x15 cm... 42x42 cm;
Imagini tintite: min. ”patru în una”;
Captare imagini în serie;
Captare imagini cu contrast: opțional;
Tomosinteză digitală Regim captare automată pentru reconstrucție tomosinteză digitală;
Rata de captare: min.15 FPS;
Programe presetate cu posibilitate de modificare manuală pentru diferite zone anatomiche: min. 5;
Reconstrucție automată pe stația de captare;
Posibilitatea captării imaginii pentru orice unghi de înclinare a mesei;
Parametri reconstrucție Grosime strat diapazon: diapazon min.0,5mm...10 mm;
Adâncimea de captare față de masa pacientului: diapazon minim 0...20 cm; Programe presetate pentru diferite zone anatomiche: min.5;
Soft reducere artefacte metal;
Soft postreconstrucție ce permite reconstrucție tomosinteză cu diferiți parametri fără a iradia repetat pacientul(inclusiv grosimea și adâncimea stratului);
Postprocesare, inclusiv instrumente de prelucrare imagine; Reconstrucția de imagini oblice față de axa verticală sau orizontală;
Tehnologie radiografie scan Captare tip scanare longitudinală cu fantă;
Regim de captare automată pentru reconstrucție radiografie scan;
Reconstrucție radiografie scan automată pe stația de captare; Programe presetate cu posibilitatea de modificare manuală pentru diferite zone anatomiche: min.3;
Zona de scanare: min. 42x140 cm;
Viteză scanare: min. 10cm/s;
Rata de captare: min. 3 FPS;

			<p>DAP integrat cu afișarea rezultatelor în baza de date a pacientului; Soft de prelucrare Post-procesare; Control nivel: Zoom/Mărire - Rotire/Inversare; Adnotări pe imagine: marker, text, linii, unghi, lipse; DICOM 3.0; DICOM Verification; DICOM Modality worklist; DICOM MPPS; DICOM Storage; DICOM Storage Commitment; DICOM Grayscale print; DICOM Query/Retrieve; DICOM GSPPS; Import/Export imagini PACS; Export imagini CD/DVD; Export rezultate examinări pe HIS/RIS; ; Soft pentru tomosinteză; Soft radiografie scan; Sistem PACS Procesor Intel Core i7-7600U sau echivalent; HDD: min. 1 TB; SSD: min. 500 GB (opțional); RAM: min. 8 GB; Monitor LED Full HD; Diagonala: min. 21 inch sau echivalent; Rezoluție monitor: min.1920x1080; Modul software PACS Funcții manipulare imagine; Măsurători, adnotări, salvare; Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare, de înaltă rezoluție, bazat pe reguli DICOM de rulare; Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distanță; Licență: minim o licență; Licență de acces de pe web sau LAN: minim două. Generator/Instalație raze-X: funcționarea pe bază de curent alternativ cu tensiunea 380V±10% Frecvența: 50Hz; Unit radiologic digital: 220 - 240 V; 50/60 Hz. Temperatura mediului ambiant: 10...30°C; Umiditatea relativă a aerului: 15...75%(fără condens); Disponibilitatea pieselor de schimb urmează a fi asigurate pentru o perioadă cuprinsă între 7 - 10 ani, din data livrării produsului. Actualizări software/hardware la necesitate Manualul de utilizare tradus în limba română.</p>		
5	Videobronhoscop cu afișor LCD	bucată	6	<p>Videobronhoscop cu afișor LCD Descriere Videobronhoscop destinat pentru examenul endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Videobronhoscop cu chip CMOS sau CCD, sa fie posibilitate de a afișa imaginea direct pe ecran mic atasat direct pe videobronhoscop de mărimea ≥ 4,3 inch Da Conectarea bronhoscopului cit la ecran mic atasat atat si la ecran mai mare dupa necesitati pentru diferite tipuri de proceduri Da Deviere Sus/Jos minim 160° directia de vizualizare 0° unghiul de vizualizare minim 90° lungimea de lucru minim 50cm canal lucrativ ≥ 2.5mm diametrul exterior distal maxim 5.5mm balansul de alb automatic/manual sa fie disponibil si la monitor si la bronhoscop. Da Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore</p>	1 000 000

				<p>ghidul de căi respiratorii să fie prevăzut în set cu bronhoscopul Da piesă bucală să fie prevăzută în set cu bronhoscopul Da monitor/ecran mic atasat la bronhoscop sa fie rotativ, în stînga cit și în dreapta, sus și jos Da sa aiba obligator adapter pentru test la scurgeri. Da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea Da Ecran/monitor sa aiba posibilitate de a salva imagini și video și posibilitatea de a transfera datele la calculator prin SD card sau USB Da Sa fie prevăzut pentru intubatii, verificarea pozitiei, biopsie, lavaj bronsic, injectarea medicamentelor, aspiratie etc. Da Trusă de transport sau păstrare post sterilizare Da</p>	
6	Stație de andocare pentru pompele cu seringă	bucată	10	<p>Stație de andocare pentru pompele cu seringă Descriere Stație de andocare pentru pompe de perfuzie cu seringă cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului Parametrul Specificația Capacitate stație andocare a minim 6 pompe pri 1 sau 2 module cuplate între ele Modul de andocare pompe cu seringă Mecanism de fixare modul pe țevă veritcală da Modul echipat cu raft de fixare ghidată pentru pompă cu seringă. da Numă de pompe ce pot fi atașate la un modul minim 3 pompe Posibilitate de cuplare modeule cel puțin 2 module Port de conectare 220V pentru fiecare pompă da Port de transmitere date pentru fiecare pompă port infraroșu Caracteristici modul de transmitere date Port USB da Port Ethernet da Conectare fără fir, WiFi da Accesorii Capac pentru port de de interconectare stații 1 buc. Modul de transmitere date 1 buc. Cablul de alimentare cu energie electrică 1 buc. Compatibilitate cu pompele cu seringă existente în dotarea IMSP IMU Perfusor Compact plus Cerințe obligatorii Garanție minim 12 luni Manual de utilizare în limba de stat în format electronic sau pe suport de hârtie</p>	645 833
7	Butelie oxigen	bucată	20	<p>Butelie oxigen Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥ 5 l Diametru butelie maxim 11.5 cm Material oțel/aluminiu/ metal galvanizat Cenexiune a supapei buteliei DIN 477 sau G 3/4" Presiune de incarcare ≥ 200 atm Reductor de presiune Conector pentru ventilatoare pulmonare portabile DIN 13260-2 Manometru de control pe reductor Echipat cu flowmetru 0-15 l/min Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da</p>	133 333
8	Injector automat al mediului de contrast cu 2 seringi	bucată	2	<p>Injector automat al mediului de contrast cu 2 seringi Descriere Angiomat cu 2 seringi este un dispozitiv medical folosit pentru injectarea agentului de contrast în timpul procedurilor de imagistică medicală, cum ar fi angiografia sau tomografia computerizată (CT). Acesta constă din două seringi pentru injectare, un sistem de conectare și un dispozitiv de control al fluxului de contrast. Parametrul Specificația</p>	416 666

				<p>Display Date afișate LCD/Touch screen</p> <p>Alarmer</p> <p>Rata</p> <p>Volum infuzat</p> <p>Parametri injectorului Capacitatea seringi acceptate minim 200 ml / seringă</p> <p>Presiunea de injecție minimum 300 psi</p> <p>Rata fluxului minim 0.1ml/s</p> <p>Functie de evacuarea a aerului Da</p> <p>Cantitate seringi concomitent 2</p> <p>Metoda de livrare a fluidului Pe baza de piston</p> <p>Controlul fluxului de contrast Touch screen, butoane sau manete de control</p> <p>Alarmer și indicatori</p> <p>Bula de aer da</p> <p>Eroare de sistem da</p> <p>Set decuplat da</p> <p>Rezervor gol da</p> <p>Alarmă ocluzie da</p> <p>Alarmă vizuală da</p> <p>Alarmă sonoră da</p> <p>Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Circuite Set cu seringi de unica folosinta compatibile cu injectorul 50 buc.</p> <p>Accesorii Suport - troleu mobuil cu roti. da</p> <p>Consola de control cu conectare prin wifi sau cablu da</p>	
9	Dispozitivul pentru hemodializă	bucată	3	<p>Dispozitivul pentru hemodializă</p> <p>Descriere Dispozitivul pentru hemodializă realizează eliminarea extracorporală a deșeurilor, cum ar fi creatinină și uree și apă liberă din sânge atunci când rinichii sunt într-o stare de insuficiență renală.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Proprietăți sistem:</p> <p>Display color LCD / TFT, touch screen da</p> <p>Pompe peristaltice pe partea frontală minim 2</p> <p>Platformă / loc specializat pentru plasare recipient cu concentrat da</p> <p>Mecanism de fixare / suport pentru cartuș cu NaHCO₃ da</p> <p>Detector de bule de aer da, ultrasonic</p> <p>Detector scurgeri de sânge da</p> <p>Dispozitiv echipat cu 4 roțile, minim 2 cu frână da</p> <p>Regim de lucru:</p> <p>Hemodializă (HD) da</p> <p>Ultrafiltrare (UF) da</p> <p>Hemodiafiltrare (HDF) da</p> <p>Monitorizarea tensiunii arteriale (BPM / ABPM):</p> <p>Gama de măsurare a tensiunii Sistolică cel puțin 45 – 260 mmHg</p> <p>MAP cel puțin 26 – 220 mmHg</p> <p>Diastolică cel puțin 20 – 200 mmHg</p> <p>Pompă cu seringă incorporată în dispozitivul de bază:</p> <p>Rata de dozare continuă minim 0.5-10 ml/h</p> <p>Incrementarea ≤0.1 ml/h</p> <p>Acuratețea ±10%</p> <p>Seringi acceptate cel puțin de 20 și 30 ml</p> <p>Sistemul dializat:</p> <p>Gama de temperatură cel puțin 34 – 39 °C</p>	825 000

			<p>Măsurarea presiunii transmbranare da</p> <p>Circuit extracorporal:</p> <p>Debitul sanguin Gama cel puțin diapazonul 50-450 ml/min.</p> <p>Debitul de dializă Gama cel puțin diapazonul 300 – 700 mL/min</p> <p>Presiunea liniei de acces (arterial):</p> <p>Gama de operare -250 până la +300 mmHg</p> <p>Acuratețea ±10% / ±10 mmHg</p> <p>Presiunea liniei de returnare (venos):</p> <p>Gama de operare cel puțin diapazonul 20 până la +350 mmHg</p> <p>Acuratețea ±10% / ±10 mmHg</p> <p>Program de curățare / clătire / dezinfecție:</p> <p>Clătire cu apă da</p> <p>Dezinfecție chimică da</p> <p>Clătire / dezinfecție fierbinte da</p> <p>Dezinfecție și/sau clătire cu acid (decalcificare) da</p> <p>Alarmer vizuale și/sau sonore:</p> <p>Nivel mic da</p> <p>Nivel moderat da</p> <p>Nivel critic da</p> <p>Condiții de alimentare cu apă purificată:</p> <p>Temperatură minim de la 17 la 30°C</p> <p>Presiune minim de la 1.5 la 6 Bar</p> <p>Sistem de alimentare cu energie electrică:</p> <p>Cablu de alimentare (Schuko -> C13) 220V, 50 Hz</p> <p>Baterie / acumulator încorporat da</p> <p>Clasa de protecție:</p> <p>Electrosecuritate Clasa I / II, Tip B</p> <p>Împotriva scurgerilor de lichide IPX1 / IP21</p> <p>Accesorii:</p> <p>Kit de dializă standard (Dializator, cartuș bicarbonat, catetere, etc.) minim 10 proceduri</p> <p>Suport cu minim 4 cârlige pentru pungi cu fluide da</p> <p>Suport dializator da</p> <p>Suport / Coș pentru manjetă NIBP 1 buc.</p> <p>Furtun NIBP cu conectoare 1 buc.</p> <p>Manjetă NIBP cu conector (latex free) mărime - medie (1 buc.)</p> <p>Manjetă NIBP cu conector (latex free) mărime - mare (1 buc.)</p> <p>Termen de garanție 24 luni + mentenanță</p> <p>Manual de utilizare În limba de stat</p> <p>Manual de service În limba engleză</p>	
			Valoarea estimativă totală	12 252 500

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează	DA

		actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu	DA

		<p>prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”</p> <p>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	
10	Situația financiară	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare.</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>	DA
12	Declarație de la Ofertant	<p>cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p>	DA
13	Declarație de la Ofertant	<p>în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
14	Declarație de la Ofertant	<p>- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
15	Declarație de la ofertant	<p>în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
16	Declarație de la Ofertant	<p>cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	<p>Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul</p>	DA

		companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 26.07.2024.

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 26.07.2024

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Ala GOJAN