

| Analizator hematologic,automat(5diff),cu sistem de tip închis |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descriere                                                     | Analizator hematologic automat (5diff) cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componentei sanguine |
| Parametru                                                     | <b>Specificația</b>                                                                                               |
| Tip sistem                                                    | închis                                                                                                            |
| Metode de măsurare                                            | impedansmetrică                                                                                                   |
|                                                               | fotometrică                                                                                                       |
|                                                               | optică (5 diff)                                                                                                   |
| Procedura de curățire                                         | automată                                                                                                          |
| Parametri determinați și calculați:                           | WBC                                                                                                               |
|                                                               | RBC                                                                                                               |
|                                                               | Hgb                                                                                                               |
|                                                               | Hct                                                                                                               |
|                                                               | MCV                                                                                                               |
|                                                               | MCH                                                                                                               |
|                                                               | MCHC                                                                                                              |
|                                                               | PLT                                                                                                               |
|                                                               | LYM #                                                                                                             |
|                                                               | MON#                                                                                                              |
|                                                               | NEU#                                                                                                              |
|                                                               | BAS#                                                                                                              |
|                                                               | EOS#                                                                                                              |
|                                                               | LYM%                                                                                                              |
|                                                               | MON%                                                                                                              |
|                                                               | NEU%                                                                                                              |
|                                                               | BAS%                                                                                                              |
|                                                               | EOS%                                                                                                              |
|                                                               | RDW                                                                                                               |
|                                                               | PDW                                                                                                               |
|                                                               | MPV                                                                                                               |
|                                                               | PCT                                                                                                               |
| Capacitate (probe/oră)                                        | 45-60 teste                                                                                                       |
| Diluarea                                                      | automată                                                                                                          |
| Afișaj                                                        | grafic                                                                                                            |
| Imprimantă                                                    | alb-negru                                                                                                         |
| Introducerea datelor                                          | manual                                                                                                            |
| Interfața PC                                                  | da                                                                                                                |
| Afișarea histogramelor                                        | da                                                                                                                |
| Stocarea datelor                                              | da                                                                                                                |
| Calibrarea                                                    | automată                                                                                                          |
|                                                               | manuală                                                                                                           |
| Grafice                                                       | RBC (repartizarea eritrocitelor după volum)                                                                       |
|                                                               | PLT (repartizarea trombocitelor după volum)                                                                       |
| Scatergrame                                                   | WBC - 5 diff                                                                                                      |

|                                                              |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afișarea pe ecran a tuturor datelor-                         | histograme                                                                                                 |
|                                                              | rezultate                                                                                                  |
|                                                              | grafice                                                                                                    |
|                                                              | rezultate din arhivă                                                                                       |
|                                                              | date de servis                                                                                             |
| Monitorizarea datelor pacientului                            | nume pacient                                                                                               |
|                                                              | ID pacient                                                                                                 |
|                                                              | sex                                                                                                        |
|                                                              | vîrsta                                                                                                     |
| Monitorizarea reactivelor                                    | numărul lotului                                                                                            |
|                                                              | data expirării                                                                                             |
|                                                              | volumul rămas                                                                                              |
| Afișarea rezultatelor pe imprimantă                          | Parametri determinați și calculați                                                                         |
|                                                              | histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT                                                            |
|                                                              | date despre pacient                                                                                        |
| Indicatori de avertizare                                     | da                                                                                                         |
| Control al calității                                         | ≥ 3 nivele                                                                                                 |
|                                                              | Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings                                                          |
| Memorie internă                                              | 1000 pacienți ,și cu stic                                                                                  |
| Alimentarea                                                  | 220 V, 50 Hz                                                                                               |
| Accesorii                                                    | Vas pentru deșeuri                                                                                         |
|                                                              | tuburi pentru reagenți                                                                                     |
|                                                              | tuburi pentru spălare                                                                                      |
| Limba de comunicare                                          | rom/rus                                                                                                    |
| <b>Reagenți</b>                                              |                                                                                                            |
| Reagenți                                                     | Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a<br>≥ 1000 analize |
| volum de probă                                               | nu mai mare de 0,017ml                                                                                     |
| Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării | > 6 luni                                                                                                   |

|                |         |
|----------------|---------|
| Diluent        | 10L     |
| Liyser         | 500ml   |
| Clener         | 980ml   |
| Calibrator     | 1fl     |
| Set de control | 3*2,5ml |

Șef laborator



Antonova Liliana