

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului de laborator
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: *Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*
2. IDNO: *1006601004002*
3. Adresa: *MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1*
4. Numărul de telefon/fax: *tel. (+373 22) 88-43-49 fax (+373 22) 88-43-55*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amed.md,
www.amed.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33100000-1	LOT 1: Anaerostat	Bucată	1	Cu expulzarea aerului cu ajutorul gazului (ex: de la cilindrul de presiune) care va crea atmosfera interioară în interiorul anaerostatului. Aspirația de aer a anaerostatului și umplerea ulterioară cu atmosfera necesară. Cu anaerocul plasat în interiorul anaerostatului (care creează atmosfera de protecție pe toată perioada de cultivare în interiorul anaerostatului). Cu capacul superior, etanșarea și capacul central. Contorul de vid și supapa la care sunt conectate pompa de vid și sistemul extern de sursă de gaz să fie construite în capac. Cu 2 supape și manometru pentru umplerea cu gaz. Temperatura de lucru + 5 - + 50 grade Celsius. Presiunea maximă de	13 700

					50 kPa. Max. sub presiune 50 kPa. Greutatea aproximativ 2,0 kg. Dimensiunile aproximativ: înălțime 400 mm, lățime 180 mm, adâncime 200 mm. În volumul de lucru să încapă minim 15 bucăți de Cutii Petri cu diametrul de 90 mm cu capac. Pereții anaerostatului să fie din inox. Cu certificat de conformitate și certificat de verificare metrologică. Manual tehnic în limba română, rusă ori engleză.	
2.	33100000-1	LOT 2: Hotă cu flux laminar	Bucată	2	Hotă cu dimensiuni exterioare de aproximativ 1000x680x1260mm și dimensiunile spațiului de lucru de aproximativ 950x575x720mm. Recirculantă (fără a fi unită la sistemul general de ventilație) cu motor/ventilator, care include un microcomputer ce permite un consum scăzut de energie electrică, puterea de 80W pentru o viteză de 0,45m/s. Filtru absolut de aer HEPA H14 cu eficiența ridicată: 99,995% la dimensiuni de 0,3μm și lampă UV cu monitorizarea automată a orelor de lucru valabile. Conectarea la rețea 220 V, 50 Hz și 10 A. Dotată cu iluminare locală și priză pentru conectarea altor aparate electrice necesare în spațiul de lucru. Obligativ suport pentru hotă cu înălțimea de ≈80-85cm, filtru HEPA și lampa UV de rezervă. Certificate de calitate (CE) pentru hotă, filtre și lampa UV. Calificarea IQ/OQ/PQ și instruirea la momentul instalării, manualul tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză.	250 000
3.	33100000-1	LOT 3: Incubator (termostat)	Bucată	1	Incubator cu volumul nu mai mic 80 L și nu mai mare de 115 l. Cu 4 polițe reglabile. În interior din inox. Temperatura de lucru + 5°C - +80°C. Diviziunea de pe panoul de temperatură 0,1°C. În interior stabilitatea temperaturii 0,1°C, și omogenitatea 0,5°C. Cu orificiul special pentru	31 620

					loggerul de monitorizare a temperaturii. Cu suport înălțimea 80-85 cm. Cu certificat de conformitate. Cu certificat de verificare metrologică. La instalare calificarea IQ/OQ/PQ. Manual tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză.	
4.	33100000-1	LOT 4: Densiometru McFarland	Bucată	1	Densitometrul este destinat pentru măsurarea turbidității suspensiei celulare în intervalul de la 0-180 x 10 ⁸ celule / ml. Densiometru McFarland cu (λ) $\lambda = 565 \pm 15$ nm Domeniul de măsurare 0.00–15.00 McF. Rezoluția 0.01 McF. Acuratețea (0.0–6.0 McF) $\pm 3\%$. Timpul de măsurare 1 s. Volumul probei 2 -5 ml. Diametrul exterior al tubului 16 mm (folosind adaptorul A-16) sau 18 mm (fără adaptor). Cu posibilitatea de a restabili setările de calibrare din fabrică, cu ecran LCD. Alimentare externă de curent 220 V, 50 Hz. Să includă adaptorul pentru eprubet cu diametrul de 16 mm în exterior. Să includă un set de standarde McFarland de 16 mm în diametru (0,5; 1; 2; 3; 4). Un set de 78 de tuburi cu dimensiunile 16x100x08 mm. Certificat de calibrare. Certificat de conformitate. Calificare la instalare IQ/OQ/PQ. Cartea tehnică și documentele IQ/OQ/PQ în una din limbile română, rusă sau engleză.	20 000
5.	33100000-1	LOT 5: Balanța analitică cu imprimanta: 0,1mg	Bucată	2	Capacitate maximă de cântărire 220 g(nu mai mult de 240 g) Incărcare minima: 10 mg Diviziune: 0,1 mg Repetabilitate - 0,1 mg Liniaritate: $\pm 0,2$ mg Sensibilitate: 1 ppm/°C in temperatura +10 °C +40 °C Temperatura de lucru: +10 °C +40 °C Calibrare interna automata Afisare LCD cu indicarea parametrilor de lucru	66 600

					<p>Interfață RS 232, USB Port cu posibilitatea interconectării cu alte echipamente.</p> <p>Printer termic compatibil cu balanța</p> <p>Caractere per inch: 22,6 cpi / 16,9 cpi sau mai bun</p> <p>Viteza print: 200 mm/s sau mai bun, densitate: 203 DPI x 203 DPI sau mai bun</p> <p>Set caractere: Alphanumeric 95, set International 18, 128 x 43 Graphic</p> <p>Hirtie 79,50 ± 0,50 mm</p> <p>Interfata USB</p> <p>Certificat conformitate CE, verificare metrologică prezentată la livrare.</p>	
6.	33100000-1	<p>LOT 6: Autosampler pentru cromatograf lichid de performanță înaltă compatibil cu Agilent 1200 series</p>	Bucată	2	<p>Intervalul de presiune de operare de 0 pînă 590-600 bar;</p> <p>Feedback-ul de întreținere devreme, înregistrările electronice de întreținere și erori;</p> <p>Intervalul de injecție: de la 0.1 μL pînă la 100 μL în pași de 0,1 μL;</p> <p>Precizie: 0,25 % RSD sau mai puțin;</p> <p>Volum eșantion minim: 1 μL;</p> <p>Carryover: 0.1 % sau mai puțin;</p> <p>Replica injecției: de la 1 pînă la 98 dintr-un fiola;</p> <p>Intervalul de viscozitate eșantion: 0.2 - 50 cp;</p> <p>Capacitate: de 100 de fiole × 2 ml, sau optional 15 × 6-ml fiole.</p> <p>Durata ciclului de injecție: 48-52 s pentru viteza de tragere de 190-210 μL / min, viteza de ejecție a 190-210 μL / min, volum de injecție de 4-6 μL;</p> <p>Racirea: setabilă de la 4-5 °C la 38-40 °C.</p> <p>Acuratetea: -1 °C la 4-5 °C.</p> <p>Instalare a echipamentului;</p> <p>Instruirea personalului la sediul destinatarului final;</p> <p>Ofertantul va dispune de personalul autorizat în oferirea serviciilor de mentenanță și reparație a utilajului dat.</p> <p>Prezența service-ului local al producătorului utilajului.</p> <p>Sistemul de validare: validările și setul de</p>	631 000

					documente necesare IQ/OQ/PQ	
Valoarea estimativă totală						1 012 920,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admit oferte alternative*
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.*
11. Termenul de valabilitate a contractului: *30.12.2019*
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu*
13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul Ofertei (F 3.1)	Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
2.	Garanția pentru ofertă	<p>Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>Conform formularului F3.2 din Documentația Standard;</p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p>Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE</p> <p>Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT</p> <p>Codul fiscal: 1006601004002</p> <p>Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA</p>	DA

15.	Certificate de conformitate, certificate de calibrare, de verificare metrologică, precum și declarații de efectuare a calificărilor	-confirmate prin semnătura electronică a Participantului	DA
14.	Extras din catalogul producătorului	-copie-prin extras se va confirma modelul produsului;	DA
13.	Certificatul de management al calității ISO 9001	-copie-confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	DA
12.	Autorizația de la producător	-copie-confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	DA
11.	Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)	-confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
10.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	-copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -conform Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
9.	Raportul financiar	-copie-confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	DA
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	-copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;	DA
<p>Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare „prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertei să transmită pe adresa autorității contractante taiiana.arama@amed.md următoarele documente justificative în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE</p>			
7.	Nota: - Prețul ofertei, precum și documentele solicitate se vor prezenta separat, pentru fiecare lot în parte.		DA

9.	Specificații de preț	Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
8.	Specificații tehnice	Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA