

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului de laborator  
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: *Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*
2. IDNO: *1006601004002*
3. Adresa: *MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1*
4. Numărul de telefon/fax: *tel. (+373 22) 88-43-49 fax (+373 22) 88-43-55*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: [office@amed.md](mailto:office@amed.md),  
[www.amed.md](http://www.amed.md)
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33100000-1	LOT 1: Anaerostat	Bucată	1	Cu expulzarea aerului cu ajutorul gazului (ex: de la cilindrul de presiune) care va crea atmosfera interioară în interiorul anaerostatului. Aspirația de aer a anaerostatului și umplerea ulterioară cu atmosfera necesară. Cu anaerocul plasat în interiorul anaerostatului (care creează atmosfera de protecție pe toată perioada de cultivare în interiorul anaerostatului). Cu capacul superior, etanșarea și capacul central. Contorul de vid și supapa la care sunt conectate pompa de vid și sistemul extern de sursă de gaz să fie construite în capac. Cu 2 supape și manometru pentru umplerea cu gaz. Temperatura de lucru + 5 - + 50 grade Celsius. Presiunea maximă de	13 700

					50 kPa. Max. sub presiune 50 kPa. Greutatea aproximativ 2,0 kg. Dimensiunile aproximativ: înălțime 400 mm, lățime 180 mm, adâncime 200 mm. În volumul de lucru să încapă minim 15 bucăți de Cutii Petri cu diametrul de 90 mm cu capac. Pereții anaerostatului să fie din inox. <b>Cu certificat de conformitate și certificat de verificare metrologică. Manual tehnic în limba română, rusă ori engleză.</b>	
2.	33100000-1	<b>LOT 2:</b> Hotă cu flux laminar	Bucată	2	Hotă cu dimensiuni exterioare de aproximativ 1000x680x1260mm și dimensiunile spațiului de lucru de aproximativ 950x575x720mm. Recirculantă (fără a fi unită la sistemul general de ventilație) cu motor/ventilator, care include un microcomputer ce permite un consum scăzut de energie electrică, puterea de 80W pentru o viteză de 0,45m/s. Filtru absolut de aer HEPA H14 cu eficiența ridicată: 99,995% la dimensiuni de 0,3μm și lampă UV cu monitorizarea automată a orelor de lucru valabile. Conectarea la rețea 220 V, 50 Hz și 10 A. Dotată cu iluminare locală și priză pentru conectarea altor aparate electrice necesare în spațiul de lucru. Obligatoriu suport pentru hotă cu înălțimea de ≈80-85cm, filtru HEPA și lampa UV de rezervă. <b>Certificate de calitate (CE) pentru hotă, filtre și lampa UV. Calificarea IQ/OQ/PQ și instruirea la momentul instalării, manualul tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză.</b>	250 000
3.	33100000-1	<b>LOT 3:</b> Incubator (termostat)	Bucată	1	Incubator cu volumul nu mai mic 80 L și nu mai mare de 115 l. Cu 4 polițe reglabile. În interior din inox. Temperatura de lucru + 5°C - +80°C. Diviziunea de pe panoul de temperatură 0,1°C. În interior stabilitatea temperaturii 0,1°C, și omogenitatea 0,5°C. Cu orificiul special pentru	31 620

					loggerul de monitorizare a temperaturii. Cu suport înălțimea 80-85 cm. <b>Cu certificat de conformitate. Cu certificat de verificare metrologică. La instalare calificarea IQ/OQ/PQ. Manual tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză.</b>	
4.	33100000-1	<b>LOT 4:</b> Densiometru McFarland	Bucată	1	Densitometrul este destinat pentru măsurarea turbidității suspensiei celulare în intervalul de la 0-180 x 10 <sup>8</sup> celule / ml. Densiometru McFarland cu ( $\lambda$ ) $\lambda = 565 \pm 15$ nm Domeniul de măsurare 0.00–15.00 McF. Rezoluția 0.01 McF. Acuratețea (0.0–6.0 McF) $\pm 3\%$ . Timpul de măsurare 1 s. Volumul probei 2 -5 ml. Diametrul exterior al tubului 16 mm (folosind adaptorul A-16) sau 18 mm (fără adaptor). Cu posibilitatea de a restabili setările de calibrare din fabrică, cu ecran LCD. Alimentare externă de curent 220 V, 50 Hz. Să includă adaptorul pentru eprubet cu diametrul de 16 mm în exterior. Să includă un set de standarde McFarland de 16 mm în diametru (0,5; 1; 2; 3; 4). Un set de 78 de tuburi cu dimensiunile 16x100x08 mm. <b>Certificat de calibrare. Certificat de conformitate. Calificare la instalare IQ/OQ/PQ. Cartea tehnică și documentele IQ/OQ/PQ în una din limbile română, rusă sau engleză.</b>	<b>20 000</b>
5.	33100000-1	<b>LOT 5:</b> Balanța analitică cu imprimanta: 0,1mg	Bucată	2	Capacitate maximă de cântărire 220 g ( nu mai mult de 240 g) Încărcare minima: 10 mg Diviziune: 0,1 mg Repetabilitate - 0,1 mg Liniaritate: $\pm 0,2$ mg Sensibilitate: 1 ppm/°C in temperatura +10 °C +40 °C Temperatura de lucru: +10 °C +40 °C Calibrare interna automata Afisare LCD cu indicarea parametrilor de lucru	<b>66 600</b>

					<p>Interfață RS 232, USB Port cu posibilitatea interconectării cu alte echipamente.</p> <p>Printer termic compatibil cu balanța</p> <p>Caractere per inch: 22,6 cpi / 16,9 cpi sau mai bun</p> <p>Viteza print: 200 mm/s sau mai bun, densitate: 203 DPI x 203 DPI sau mai bun</p> <p>Set caractere: Alphanumeric 95, set International 18, 128 x 43 Graphic</p> <p>Hirtie 79,50 ± 0,50 mm</p> <p>Interfata USB</p> <p><b>Certificat conformitate CE, verificare metrologică prezentată la livrare.</b></p>	
6.	33100000-1	<p><b>LOT 6:</b> Autosampler pentru cromatograf lichid de performanță înaltă compatibil cu Agilent 1200 series</p>	Bucată	2	<p>Intervalul de presiune de operare de 0 pînă 590-600 bar;</p> <p>Feedback-ul de întreținere devreme, înregistrările electronice de întreținere și erori;</p> <p>Intervalul de injecție: de la 0.1 μL pînă la 100 μL în pași de 0,1 μL;</p> <p>Precizie: 0,25 % RSD sau mai puțin;</p> <p>Volum eșantion minim: 1 μL;</p> <p>Carryover: 0.1 % sau mai puțin;</p> <p>Replica injecției: de la 1 pînă la 98 dintr-un fiola;</p> <p>Intervalul de viscozitate eșantion: 0.2 - 50 cp;</p> <p>Capacitate: de 100 de fiole × 2 ml, sau optional 15 × 6-ml fiole.</p> <p>Durata ciclului de injecție: 48-52 s pentru viteza de tragere de 190-210 μL / min, viteza de ejectie a 190-210 μL / min, volum de injecție de 4-6 μL;</p> <p>Racirea: setabilă de la 4-5 °C la 38-40 °C.</p> <p>Acuratetea: -1 °C la 4-5 °C.</p> <p><b>Instalare a echipamentului;</b></p> <p><b>Instruirea personalului la sediul destinatarului final;</b></p> <p><b>Ofertantul va dispune de personalul autorizat în oferirea serviciilor de mentenanță și reparație a utilajului dat.</b></p> <p><b>Prezența service-ului local al producătorului utilajului.</b></p> <p><b>Sistemul de validare: validările și setul de</b></p>	<b>631 000</b>

					documente necesare IQ/OQ/PQ	
Valoarea estimativă totală						1 012 920,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
1) Pentru toate loturile
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admit oferte alternative*
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.*
11. Termenul de valabilitate a contractului: *30.12.2019*
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu*
13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Formularul Ofertei (F 3.1)	Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
2.	Garanția pentru ofertă	<p>Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: <b>2%</b> din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>Conform formularului F3.2 din Documentația Standard;</p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i></p> <p>sau</p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><b>Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE</b></p> <p><b>Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT</b></p> <p><b>Codul fiscal: 1006601004002</b></p> <p><b>Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA</b></p>	DA

		<p>Contul trezorerial: <b>TREZMD2X</b></p> <p>Contul bancar: <b>33114001</b></p> <p>cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____"</p>	
3.	Garanția de bună execuție a contractului	<p>Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): <b>5%</b></p> <p>Conform formularului F3.3 din Documentația Standard;</p> <p>a. <i>Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau</i></p> <p>b. <i>Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><b>Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE</b></p> <p><b>Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT</b></p> <p><b>Codul fiscal: 1006601004002</b></p> <p><b>Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA</b></p> <p><b>Contul trezorerial: TREZMD2X</b></p> <p><b>Contul bancar: 33114001</b></p> <p>cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____"</p>	DA
4.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	<p>Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European</p> <p>(Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor)</p>	DA
5.	Specificații tehnice	<p>Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului</p>	DA
6.	Specificații de preț	<p>Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului</p>	DA

7.	Notă: - Prețul ofertei, precum și documentele solicitate se vor prezenta separat, pentru fiecare lot în parte.		DA
<p>Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare „prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertelor să transmită pe adresa autorității contractante <a href="mailto:tatiana.arama@amed.md">tatiana.arama@amed.md</a> următoarele documente justificative în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE</p>			
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	-copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;	DA
9.	Raportul financiar	-copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului;	DA
10.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	-copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
11.	Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)	-confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
12.	Autorizația de la producător	-copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului;	DA
13.	Certificatul de management al calității ISO 9001	-copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului ;	DA
14.	Extras din catalogul producătorului	-copie-prin extras se va confirma modelul produsului;	DA
15.	CertIFICATE de conformitate, certificate de calibrare, de verificare metrologică, precum și declarații de efectuare a calificărilor IQ/OQ/PQ, de instruire la momentul instalării, conform cerințelor pentru fiecare lot din specificația tehnică solicitată	-confirmate prin semnătura electronica a Participantului	DA

**14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut, fără TVA***

**15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: 14:00

- pe: 10 iunie 2019

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile calendaristice*

18. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*

20. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 13.05.2019

22. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Da
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

23. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu*

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_



L.Ș.